

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΒΕΛΟΝΩΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ

1. Διάμετρος βελόνας 14-17G.
2. Μήκος βελόνας 20-30mm
3. Μήκος σωλήνα 150-300mm το άκρο του οποίου να φέρει καπάκι.
4. Να διαθέτει περιστρεφόμενη πεταλούδα.
5. Αποστείρωση με γ-ακτινοβολία.
6. Οι βελόνες να διαθέτουν πλευρική οπή.
7. Ατραυματικός σχεδιασμός του τέμνοντος τμήματος της βελόνας.
8. Οι βελόνες να είναι κατασκευασμένες από ανοξείδωτο χάλυβα, ο οποίος να είναι επικαλυμμένος από αδρανές υλικό.
9. Οι βελόνες να προσφέρονται σε ατομική συσκευασία στην οποία να αναφέρονται:
 - α) Ο εργοστασιακός κωδικός παραγωγής,
 - β) Το μήκος,
 - γ) Η διάμετρος,
 - δ) Η ημερομηνία παραγωγής,
 - ε) Η ημερομηνία λήξης.
10. Να διαθέτει clip για τη δυναμική διακοπή της αιματικής ροής κατά τη φλεβοκέντηση.
11. Συνδετικά για κάθαρση με μονή βελόνη

Οι παραπάνω τεχνικές προδιαγραφές είναι γενικές και δεν αποτυπώνουν συγκεκριμένο προμηθευτή.

Αιτιολόγηση τεχνικών προδιαγραφών:

Είναι συμβατές με τις διεθνείς τεχνικές προδιαγραφές όπως αυτές αποτυπώνονται με τις οδηγίες των KDOGI και KDIGO.

Είναι συμβατές με τις παραδοχές της επιστήμης όπως αυτές αποτυπώνονται στο κλασικό σύγγραμμα της εξωνεφρικής κάθαρσης «Handbook of Dialysis 5th Edition 2015» John Dourgidas, Peter G Blake, Tedd S Ing, Wolters Kluwer Health Kluwer Health και στο κλασικό σύγγραμμα Νεφρολογίας «The Kidney Brenner and Rector's 10th Edition Elsevier».

Είναι συμβατές με την εμπειρία του τμήματός μας το οποίο χρησιμοποιεί βελόνες με τις παραπάνω προδιαγραφές για περισσότερο από 20 χρόνια.

Είναι συμβατές με την κοινωνική απαίτηση οι ασθενείς να υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση χωρίς επιπλοκές (αναφυλακτικές αντιδράσεις), οι οποίες μπορεί να παρατηρηθούν με άλλη μέθοδο αποστείρωσης.