

1. ΣΕΤ ΕΠΙΣΚΛΗΡΙΔΙΟΥ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΜΕΣΩ ΑΝΤΛΙΑΣ

Συσκευές επισκληριδίου χορήγησης αναλγητικών/αναισθητικών φαρμάκων μέσω ηλεκτρονικής ογκομετρικής αντλίας.

Συσκευή επισκληριδίου χορήγησης φαρμάκων, μήκους >280cm, συμβατή με ηλεκτρονική αντλία έγχυσης, με δυνατότητα χρήσης έως 96 ώρες, με κίτρινη διαγράμμιση, χαμηλού παραμένουτος όγκου (<6 ml), με πώμα αεραγωγό φίλτρο στο τελικό άκρο σωλήνα για προφύλαξη από μολύνσεις, με αντοχή στα τσακίσματα και τη συμπίεση, ελεύθερη φθαλικών αλάτων (DEHP FREE) και ελεύθερη λάτεξ (LATEX FREE).

Να παραχωρηθούν ΔΩΡΕΑΝ προς χρήση τουλάχιστον δέκα (10) συμβατές ογκομετρικές αντλίες ως συνοδός εξοπλισμός, με υποχρέωση της εταιρείας για δωρεάν service.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΚΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ

Μικρών διαστάσεων και βάρους (<500gr)

Με απόκλιση στην ακρίβεια χορήγησης $\pm 2,5\%$ σε όλο το εύρος χορήγησης

Με επαναφορτιζόμενη μπαταρία αυτονομίας τουλάχιστον 24ωρών με ρυθμό 125ml/h

Με δυνατότητα κατ'επίκλησης χορήγησης από τον ασθενή (PCA/PCEA)

Με φωτεινή και ευδιάκριτη οθόνη λειτουργίας

Με 6 διαφορετικά προγράμματα έγχυσης (συνεχόμενη και με βάση το βάρος του ασθενούς, διακοπτόμενη, TRN, PCA, πολλαπλών βημάτων και επισκληρίδια χορήγησης (PCEA και διαλείπουσα)

2. ΣΥΣΚΕΥΗ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗΣ ΔΙΠΛΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΩΝ ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ ΜΕΣΩ ΑΝΤΛΙΑΣ

A. ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΑΡΕΝΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΠΛΗΣ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΓΡΩΝ ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ/ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΙΔΙΩΝ ΜΕ ΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ

1. Η συσκευή να έχει δυνατότητα διπλής ταυτόχρονης χορήγησης με διαφορετικούς προγραμματιζόμενους και ανεξάρτητους ρυθμούς χορήγησης για τις δύο χορηγήσεις μέσω μιας μόνο γραμμής

2. Να φέρει τεχνολογία δέσμευσης φυσαλίδων αέρα έως 1 ml χωρίς να διακόπτεται η χορήγηση (πέραν της δυνατότητας ανίχνευσης αέρα)

3. να φέρει τεχνολογία κλειστού συστήματος εξαέρωσης
4. Η δευτερεύουσα χορήγηση να μπορεί να πραγματοποιηθεί από περιέκτη και σύριγγα
5. Να έχουν δυνατότητα χρήσης έως 96 ώρες
6. Συνολικό μήκος συσκευής 270 cm $\pm$ 5 cm και όγκος εξαέρωσης $\leq$ 20 ml

Β. ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΑΡΕΝΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΠΛΗΣ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΓΡΩΝ ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ/ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΙΔΙΩΝ ΓΙΑ ΦΩΤΟΕΥΑΙΣΘΗΤΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΜΕ ΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ

Ισχύουν οι προδιαγραφές του είδους Α και επιπλέον :

1. Να διαθέτει σωλήνωση από φωτοπροστατευτικό υλικό
2. Να φέρει επικάλυψη από πολυαιθυλένιο

ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ: ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΟΥ ΘΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΕΙ ΤΑ ΕΙΔΗ Α ΚΑΙ Β ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΔΙΑΘΕΣΕΙ ΔΩΡΕΑΝ ΤΟ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ

Οι εν λόγω αντλίες να έχουν τις κάτωθι τεχνικές προδιαγραφές :

1. Ηλεκτρονική ογκομετρική αντλία έγχυσης φαρμάκων, υγρών διαλυμάτων, αίματος και παραγώγων αυτού
2. βάρους μικρότερου $\leq$ 5 kg
3. Να υπάρχει η δυνατότητα χορήγησης από περιέκτη, σύριγγα και συνδυασμός των δύο τρόπων χορήγησης
4. Να διαθέτει διάφορα προγράμματα έγχυσης (συμπεριλαμβανομένων των πολλαπλών βημάτων)
5. Να διαθέτει δυνατότητα επανέναρξης μετά από άπω απόφραξη
6. Να διαθέτει επαναφορτιζόμενη μπαταρία αυτονομίας τουλάχιστον 3 ωρών με ρυθμό χορήγησης 125ml/h
7. Να διατίθεται εξουσιοδοτημένο service στην Ελλάδα, το οποίο δεν θα επιβαρύνει το νοσοκομείο που να παρέχεται άνευ αξίας για κάθε είδους βλάβη χωρίς εξαιρέσεις
8. Να διαθέτει σήμανση CE και μενού στην Ελληνική γλώσσα

Η επιτροπή έχει τη δυνατότητα να ζητήσει επίδειξη της αντλίας και των ζητούμενων αναλώσιμων