

1η Δημόσια Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια του είδους ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ για τις ανάγκες του Γ.Ν. BENIZEΛΕΙΟ-ΠΑΝΑΝΕΙΟ

Κοινή χρήση
Οκτ 25 2019 8:38 πμ

Κατηγορία διαβούλευσης: [Διακηρύξεις](#)

1η Δημόσια Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια του είδους ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ για τις ανάγκες του Γ.Ν. BENIZEΛΕΙΟ-ΠΑΝΑΝΕΙΟ.

Τα σχόλια θα γίνονται αποκλειστικά από τον ιστότοπο της 7ης ΥΠΕ.

Η διάρκεια της διαβούλευσης θα είναι επτά (7) ημερολογιακές ημέρες.

Πληροφορίες: Τσιαμπαρλή Ελισάβετ
Τηλ: 2813408802

- 2 σχόλια [7η ΥΠΕ \(ΔΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ\)](#)

ΙΑΤΡΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ & ΥΓΕΙΑ Α.Ε • [6 μέρες πριν](#)

Αξιότιμοι κύριοι ,

Λάβαμε γνώση των αναρτημένων τεχνικών προδιαγραφών του νοσοκομείου σας για την προμήθεια Τροχήλατου Καροτσιού Καθαρού Ιματισμού και ως αντιπρόσωποι για την Ελλάδα του Κατασκευαστικού Οίκου CFS/ITALY, υποβάλλουμε κατωτέρω τις προτάσεις μας που αποσκοπούν στην βελτίωση των προδιαγραφών σας προκειμένου να προμηθευτείτε εξοπλισμό της τελευταίας τεχνολογίας και άριστης ποιότητας κατασκευής .

ΣΤ. ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΟΥ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ.

- Προτείνουμε τη διαγραφή της προδιαγραφής για <<Χειρολαβή ωθήσεως>>, καθώς η κατασκευή του τροχήλατου εξασφαλίζει την εύκολη μετακίνησή του χωρίς την ύπαρξη χειρολαβής . **ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ, ΕΥΚΟΛΙΑ ΣΤΟΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΗΜΕΙΟΥ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΑΚΑΘΑΡΤΟ.**

- Να διαγραφεί η προδιαγραφή <<Εκτός από prospectus να υπάρχει δυνατότητα προσκόμισης δείγματος >> , αφού πρόκειται για μεγάλου όγκου δείγμα . **ΔΕΚΤΗ Η ΑΛΛΑΓΗ.**

Ευχαριστούμε για την προσοχή σας και παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε συμπληρωματική πληροφορία.

Με εκτίμηση,

Νίκος Κοντογιάννης
ΤΜΗΜΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
ΙΑΤΡΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ & ΥΓΕΙΑ Α.Ε

ΠΕΤΡΟΣ ΧΑΡ. ΚΟΣΜΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε • 3 μέρες πριν

Αξιότιμες Κυρίες, Αξιότιμοι Κύριοι,

Λάβαμε γνώση της 1ης Διαβούλευσης τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ» για τις ανάγκες του Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ-ΠΑΝΑΝΕΙΟ και θα θέλαμε να κάνουμε τις εξής παρατηρήσεις – προτάσεις:

A. ΚΑΡΟΤΣΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΛΗΡΕΣ Προτεινόμενη τιμή 450,00€

1. Τροχήλατο, με λαστιχένιες ρόδες διαμέτρου περίπου 125 mm, ώστε να προσπερνά τυχόν εμπόδια στο δάπεδο και να μην κάνει θόρυβο. Συνολικές διαστάσεις περίπου 104cm X124cm X62 cm

2. Κατασκευασμένο από πολυπροπυλένιο, με μεταλλικό σκελετό στιβαρής κατασκευής, ώστε να είναι ανθεκτικό στα χημικά και να είναι εύκολος ο καθαρισμός του.

(Είναι επιθυμητό να γίνει διευκρίνιση ως προς το είδος του μετάλλου. Συνήθως για λόγους αντοχής στις καταπονήσεις και αντοχή στα χημικά, επιθυμούμε το υλικό να είναι από αλουμίνιο. Το ανοξείδωτο ατσάλι είναι πιο βαρύ οπότε υστερεί σε εργονομία και οποιοδήποτε άλλο βαμμένο μέταλλο σκουριάζει οπότε υστερεί σε υγιεινή) **ΔΕΚΤΗ Η ΑΛΛΑΓΗ. ΣΚΕΛΕΤΟ ΑΠΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ.**

3. Να έχει πλήρως διαχωρισμένες τις περιοχές των καθαρών από τα χρησιμοποιημένα-βρώμικα υλικά

4. Να διαθέτει τελάρo για σακούλα απορριμμάτων, με καπάκι πλαστικό διάστασης περίπου 50X38 cm

(Προτείνουμε την περιγραφή να τροποποιηθεί ως εξής: Να διαθέτουν στήριγμα για σακούλα απορριμμάτων διαστάσεως έως 120lt με καπάκι. Η διάσταση για το καπάκι είναι περιττή μιας και είναι αντίστοιχη της βάσης) **ΔΕΚΤΗ Η ΑΛΛΑΓΗ**

5. Να διαθέτει δύο μεγάλα καλάθια αποθήκευσης, διαστάσεων ανάλογων ώστε στο πάνω να χωρούν τα τέσσερα χρωματιστά κουβαδάκια και στο κάτω να τοποθετούνται όλα τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν για καθαρισμό και απολύμανση δαπέδων και επιφανειών

6. Να περιλαμβάνει δύο κουβάδες σφουγγαρίσματος, πλαστικούς, χρώματος μπλε και κόκκινο, των 18lt, με αποσπώμενη πρέσα που να μπορεί να στύψει επαγγελματική σφουγγαρίστρα. Για όλα τα μέρη της της πρέσας να υπάρχει δυνατότητα εξεύρεσης ανταλλακτικών

(Οι κουβάδες σφουγγαρίσματος για τα καρότσια καθαρισμού είναι σε όγκο 15lt για περισσότερη εργονομία λόγω χαμηλότερου βάρους μεταφοράς του χρήστη. Επίσης προτείνουμε οι κουβάδες να προσφέρουν χρωματικό διαχωρισμό με το χερούλι, ενώ

το σώμα τους να είναι σε χρωματισμό όπου μπορεί είναι ορατοί οι ρύποι π.χ το αίμα το οποίο δεν είναι ορατό σε κόκκινο κουβά.)

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ Η ΑΛΛΑΓΗ. ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΩΝ ΚΟΥΒΑΔΩΝ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ ΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΧΡΗΣΗ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ. Ο ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΤΟΥ ΚΟΥΒΑ ΕΠΙΣΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ ΚΑΛΥΤΕΡΑ.

7. Να περιλαμβάνει τέσσερα χρωματιστά (μπλε, κόκκινο, άσπρο, κίτρινο) κουβαδάκια των 6lt κωδικοποιημένα για χρήση των υλικών καθαρισμού μικρών επιφανειών.

(Ομοίως με το 6 προτείνουμε την παρακάτω τροποποίηση: Να περιλαμβάνει τέσσερα κουβαδάκια με χρωματικό διαχωρισμό στο χερούλι (μπλε, κόκκινο, πράσινο, κίτρινο) περίπου 6lt για χρήση των υλικών καθαρισμού μικρών επιφανειών)

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ Η ΑΛΛΑΓΗ. ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΩΝ ΚΟΥΒΑΔΩΝ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ ΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΧΡΗΣΗ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ. Ο ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΤΟΥ ΚΟΥΒΑ ΕΠΙΣΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ ΚΑΛΥΤΕΡΑ.

8. Να διαθέτει πλαστική λεκάνη με σήτα για το στύψιμο των πανετών
(Η προδιαγραφή αυτή είναι περιττή. Αν τα θέλετε να χρησιμοποιήσετε το καρότσι και για πανέτες, μπορείτε να ζητήσετε η πρέσα να μπορεί να στύψει σφουγγαρίστρες και πανέτες).

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ Η ΑΛΛΑΓΗ. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΕΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΤΥΠΟ ΚΑΡΟΤΣΙΟΥ

9. Να διαθέτει δύο στηρίγματα ένα από κάθε μεριά του καροτσιού για να στηρίζονται η σκούπα με το φαράσι και το σύστημα της πανέτας.

Β. ΚΑΡΟΤΣΙ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ Προτεινόμενη τιμή 130,00€

1. Για την εφαρμογή συστήματος διπλού κουβά.

2.. Σύστημα καθαρού και ακάθαρτου νερού, με δυο πλαστικούς κουβάδες των 25lt, έναν κόκκινο και ένα μπλε.

(Οι κουβάδες σφουγγαρίσματος για τα καρότσια καθαρισμού είναι σε όγκο 15lt για περισσότερη εργονομία λόγω χαμηλότερου βάρους μεταφοράς του χρήστη. Επίσης προτείνουμε οι κουβάδες να προσφέρουν χρωματικό διαχωρισμό με το χερούλι, ενώ το σώμα τους να είναι σε χρωματισμό όπου μπορεί είναι ορατοί οι ρύποι π.χ το αίμα το οποίο δεν είναι ορατό σε κόκκινο κουβά)

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ Η ΑΛΛΑΓΗ. ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΩΝ ΚΟΥΒΑΔΩΝ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ ΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΧΡΗΣΗ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ. Ο ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΤΟΥ ΚΟΥΒΑ ΕΠΙΣΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ ΚΑΛΥΤΕΡΑ.

3. Σκελετός από χρωμιωμένο χάλυβα, τροχήλατο με τροχούς 80mm, 360°, με προστατευτικό καπελάκι για έπιπλα και τοίχους.
(Προτείνουμε την παρακάτω αλλαγή. Να είναι κατασκευασμένο από ιδιαίτερα ανθεκτικό συμπαγές πολυπροπυλένιο (έτσι θα είναι ελαφρύτερο με αντοχή στις καταπονήσεις και τα χημικά. Με ειδική επίστρωση που προσδίδει αντιστατικότητα και δεν συγκρατεί ρύπους και υγρασία. Να έχει επιφάνειες χωρίς κρυφά σημεία και χωρίς πόρους, με σκοπό τον εύκολο καθαρισμό, με τροχούς 80mm, 360°, με προστατευτικό καπελάκι για έπιπλα και τοίχους).

ΔΕΚΤΗ Η ΑΛΛΑΓΗ. ΣΚΕΛΕΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΣΥΜΠΑΓΕΣ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟ, ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΛΑΦΡΥΤΕΡΟ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΕΡΟ. ΜΕ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΤΙΣΤΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΣΥΓΚΡΑΤΕΙ ΡΥΠΟΥΣ ΚΑΙ ΥΓΡΑΣΙΑ. ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΧΩΡΙΣ ΚΡΥΦΑ ΣΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΥΣ, ΜΕ ΤΡΟΧΟΥΣ 80mm, 360°, ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΑΠΕΛΑΚΙ ΓΙΑ ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΤΟΙΧΟΥΣ.

4. Πρέσα πλαστική, με διπλούς σιαγόνες που εφαρμόζουν πίεση για στύψιμο στο κέντρο .

(Προτείνουμε να συμπληρωθεί ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί και με πανέτες).

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ , Η ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΣΤΙΨΙΜΟ ΠΑΝΕΤΑΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΝΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΚΑΡΟΤΣΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ.

5. Να διαθέτει ανοξείδωτη λαβή για εύκολη μετακίνηση και από τις δύο πλευρές.

6. Διαστάσεις περίπου: 66X44X90cm

7. Βάρος όχι μεγαλύτερο των 15 κιλών

Κ. ΜΗΧΑΝΗ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΔΑΠΕΔΩΝ Προτεινόμενη τιμή 5.000,00€

Επειδή οι προτεινόμενες από το νοσοκομείο σας προδιαγραφές τείνουν να περιορίσουν τον υγιή ανταγωνισμό και επιπλέον η απόδοση των 2950m²/h δηλαδή 9 στρέμματα στις 3h λειτουργίας είναι πολύ μεγάλη για τους χώρους σας, με συνέπεια μεγάλο κόστος αγοράς, προτείνουμε τις παρακάτω ελάχιστες προδιαγραφές ώστε να προμηθευτείτε ένα αξιόπιστο και λειτουργικό μηχάνημα.

Να Περιλαμβάνει: 1 βούρτσα, 1 δίσκο τσόχας, 2 μπαταρίες AGM 12V/74A και φορτιστή.

Πλάτος εργασίας καθαρισμού 350 - 450mm
Πλάτος εργασίας squeegee 450- 550 mm
Ικανότητα εργασίας minimum 1.300 m²/h
Χωρητ. κάδου απορρυπαντικού 25-30lt
Χωρητ. κάδου ακάθαρτου νερού 25-30lt
Στροφές βούρτσας minimum 120rpm/min
Ισχύς κινητήρα απορρόφησης (τριβάθμιος) minimum 500W
Μοτέρ βούρτσας minimum W 300
Στάθμη θορύβου ≤70 db

Ισχύς Μπαταρίας 2x12V
Μέγιστη Ταχύτητα 4 km/h
Βάρος (με μπαταρίες) έως 100 kg
Διαστάσεις (ΜxΠxΥ) 960x550x1220 mm (±100mm)

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ Η ΑΛΛΑΓΗ. ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΕΠΙΚΑΘΗΜΕΝΗ ΜΗΧΑΝΗ, ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΟΙ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΑΝΑ ΩΡΑ ΕΙΝΑΙ ΑΡΚΕΤΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ. ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΕΙ ΣΤΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Η ΛΕΞΗ « ΕΠΙΚΑΘΗΜΕΝΗ», Η ΟΠΟΙΑ ΠΑΡΑΛΕΙΦΘΗΚΕ. ΕΠΙΣΗΣ, ΝΑ ΑΛΛΑΧΘΕΙ Η ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΣΕ «ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΩ ΤΩΝ 2.300 m²/H»

Α. ΜΗΧΑΝΗ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΠΑΡΚΕ – ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ **Προτεινόμενη τιμή 1.800,00€**

Επειδή οι προτεινόμενες από το νοσοκομείο προδιαγραφές αναφέρονται σε μηχανή υψηλών στροφών, η οποία όμως είναι κατάλληλη μόνο για γυάλισμα δαπέδου με κρυσταλλοποίηση, προτείνουμε τις παρακάτω προδιαγραφές για περιστροφική μηχανή χαμηλών στροφών ιδανική για βαθύ καθαρισμό επιφανειών και αφαίρεση παλαιών φιλμ παρκετίνης.

Να είναι αθόρυβη και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε νοσοκομεία.

Να διαθέτει κουμπί ασφαλείας, λαβή ενεργοποίησης ασφαλείας και καλώδιο υψηλής ορατότητας, για λόγους ασφαλείας.

Λεπτομέρειες προϊόντος:

- Κινητήρας: Μονοφασικός 220 V 50 Hz **ΑΛΛΑΓΗ ΣΕ <220 V**
- Ισχύς κινητήρα minimum 1.200 W **ΑΛΛΑΓΗ ΣΕ <1100 W**
- Διάμετρος βούρτσας < 450 mm **ΔΕΚΤΗ Η ΑΛΛΑΓΗ**
- Βάρος μηχανής < 50 Kg **ΔΕΚΤΗ Η ΑΛΛΑΓΗ**
- Στροφές μηχανής: 140 rpm **ΑΛΛΑΓΗ ΣΕ: ΠΕΡΙΠΟΥ 140 rpm**
- Επίπεδο θορύβου <60 dB(A) **ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ**
- Μήκος καλωδίου minimum 12 **ΔΕΚΤΗ Η ΑΛΛΑΓΗ**

Απαραίτητως να προσφέρεται μαζί με την περιστροφική μηχανή και ο παρακάτω εξοπλισμός

- Δεξαμενή απορρυπαντικού : 12-15lt **ΔΕΚΤΗ Η ΑΛΛΑΓΗ**
- Βούρτσα για σκληρή (τεμχ): 1 **ΔΕΚΤΗ Η ΑΛΛΑΓΗ**
- Δίσκος τριβής (τεμχ): 1 **ΔΕΚΤΗ Η ΑΛΛΑΓΗ**

Μ. ΑΤΜΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ Προτεινόμενη τιμή 1.500,00€

Προτείνουμε οι προδιαγραφές σας να ολοκληρωθούν ως εξής:

Με σύστημα διπλού κάδου ώστε να εξοικονομείται χρόνος.

Να διαθέτει μεγάλη ποικιλία εξαρτημάτων :

Εύκαμπτο σωλήνα καθαρίσματος ατμού με χειρολαβή

Ακροφύσιο δαπέδου

Εξάρτημα χειρός
Κυλινδρική βούρτσα

(Οι ατμοκαθαριστές δεν περιλαμβάνουν κυλινδρικές βούρτσες. Συνήθως περιλαμβάνονται σε μηχανές καθαρισμού δαπέδων ή χαλιών) **ΔΕΚΤΗ Η ΑΛΛΑΓΗ, ΝΑ ΑΦΑΙΡΕΘΕΙ Η ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ.**

Εξάρτημα για υφάσματα με βούρτσα

Μικρό εξάρτημα για τις λεπτομέρειες και αποδεδειγμένη εφαρμογή στην αντιμετώπιση μικροβίων (να κατατεθούν αντίστοιχα έγγραφα)(Λόγω της υψηλής θερμοκρασίας άνω των 100 °C του ατμού πετυχαίνουμε την απολύμανση οπότε τα έγγραφα είναι περιττά) **ΔΕΚΤΗ Η ΑΛΛΑΓΗ, ΝΑ ΑΦΑΙΡΕΘΕΙ Η ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ.**

Τεχνικά Στοιχεία:

Απόδοση θερμότητας >2300 W **ΔΕΚΤΗ Η ΑΛΛΑΓΗ**

Χωρητικότητα δεξαμενών περίπου 4 lt (2x2lt) **ΔΕΚΤΗ Η ΑΛΛΑΓΗ**

Μήκος καλωδίου > 7,5 m **ΔΕΚΤΗ Η ΑΛΛΑΓΗ**

Πίεση ατμού > 4 bar **ΔΕΚΤΗ Η ΑΛΛΑΓΗ**

Θερμοκρασία θερμαντήρα (μέγιστη °C) ≥ 140 **ΔΕΚΤΗ Η ΑΛΛΑΓΗ**

Τάση (V): 220-240

Συχνότητα (Hz): 50-60

Βάρος χωρίς τα εξαρτήματα περίπου 8 kg

Διαστάσεις(mm): 475X 320X 275 (±100mm)

**N. ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ Προτεινόμενη τιμή
250,00€**

Προτείνουμε οι προδιαγραφές σας να ολοκληρωθούν ως εξής:

Να διαθέτει:

- Πιστοποιημένο φίλτρο HEPA
- Αποσπώμενο Ηλ.καλώδιο (Οι ηλεκτρικές σκούπες δεν διαθέτουν αποσπώμενο καλώδιο. Προτείνουμε να διαγραφεί η συγκεκριμένη προδιαγραφή) **ΔΕΚΤΗ Η ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ**
- Μεγάλη χωρητικότητα στη σακούλα συλλογής σκόνης
- Να ζυγίζει έως 7,5 kg με το καλώδιο **ΔΕΚΤΗ Η ΑΛΛΑΓΗ**
- Να έχει επίπεδο ήχου ≤ 67 dB (A)* **ΔΕΚΤΗ Η ΑΛΛΑΓΗ**
- Ασφαλή αποθήκευση των αξεσουάρ και του καλωδίου ρεύματος και θήκη για τα εργαλεία προσαρμοσμένη στο πίσω μέρος

Τεχνικά χαρακτηριστικά

ΤΑΞΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ B

Αλλαγή σε Τάξη ενεργειακής απόδοσης :Τουλάχιστον A (για οικονομία) **ΔΕΚΤΗ Η ΑΛΛΑΓΗ**

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (kWh/ΕΤΟΣ) 29

Δεν είναι ασφαλής ο υπολογισμός γιατί η ετήσια κατανάλωση πρέπει να συνοδεύεται

με ώρες λειτουργίας.

Προτείνουμε να αλλαχθεί με : Ονομαστική κατανάλωση ρεύματος ≤ 650 W

ΔΕΚΤΗ Η ΑΛΛΑΓΗ

ΤΑΞΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΧΑΛΙΟΥ na

Αλλαγή σε Τάξη απόδοσης καθαρισμού χαλιού :Τουλάχιστον D για καλύτερο καθαρισμό υφασμάτων

ΔΕΚΤΗ Η ΑΛΛΑΓΗ

ΤΑΞΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΚΛΗΡΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ D

ΤΑΞΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΕΠΑΝΕΚΠΟΜΠΗΣ ΣΚΟΝΗΣ F

Αλλαγή σε Τάξη απόδοσης επανεκπομπής σκόνης :Τουλάχιστον B για μεγαλύτερη ασφάλεια στους χώρους του νοσοκομείου

ΔΕΚΤΗ Η ΑΛΛΑΓΗ

ΣΤΑΘΜΗ ΗΧΗΤΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ≤ 67 dB(A) IEC/EN 60335-2-69

Συμφωνούμε με την προδιαγραφή

ΤΑΣΗ (V) 220-240

Συμφωνούμε με την προδιαγραφή

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ (HZ) 50-60

Συμφωνούμε με την προδιαγραφή

ΙΣΧΥΣ (W) 900

Δεν είναι απαραίτητη. Καλύπτεται από τα παραπάνω

ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΑΚΡΟ ΣΩΛΗΝΑ (W) 200

Προτείνουμε να αντικατασταθεί από την προδιαγραφή : Ισχύς Απορρόφησης ≥ 150 mbar.

Είναι πιο ενδεικτική της δύναμης απορρόφησης αέρα κατά την λειτουργία της σκούπας.

ΔΕΚΤΗ Η ΑΛΛΑΓΗ

ΡΟΗ ΑΕΡΑ ≥ 30 (L/SEC)

Συμφωνούμε με την προδιαγραφή

Επίσης προτείνουμε οι συμμετέχοντες να καταθέτουν επί ποινής απόρριψης τα κάτωθι:

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ:

1. Πιστοποιητικό διασφάλισης του προμηθευτή κατά ISO 9001:2015 για την εμπορία και διακίνηση ειδών καθαριότητας

2. Το εργοστάσιο κατασκευής να διαθέτει Πιστοποιητικό σε ισχύ Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2015 και ISO 14001:2015

3. Βεβαίωση ή Πιστοποίηση Συμμετοχής σε Συλλογικό Σύστημα Ανακύκλωσης Συσκευασιών το οποίο έχει συσταθεί από Πιστοποιημένο Φορέα Ανακύκλωσης (π.χ. Ε.Ε.Α.Α) σε εναρμόνιση με την Κοινοτική Οδηγία 94/62/EEC όπως έχει ενσωματωθεί με την Ελληνική Νομοθεσία με τον Νόμο 2939/2001. Να κατατεθεί επίσης και το πιστοποιητικό εγγραφής στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης το οποίο συνοδεύεται υποχρεωτικά από την Βεβαίωση ή Πιστοποίηση Συμμετοχής σε Συλλογικό Σύστημα Ανακύκλωσης Συσκευασιών.

4. Να δηλώνεται η χώρα προέλευσης, το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων ειδών καθώς και ο κωδικός εργοστασίου του προσφερόμενου προϊόντος.

5. Αναλυτικό φυλλάδιο του προϊόντος στα Ελληνικά και στα Αγγλικά εάν πρόκειται για εισαγόμενο προϊόν.

6. Αναλυτικό Φύλλο Συμμόρφωσης προς τις ζητούμενες τεχνικές προδιαγραφές κάθε ενός προϊόντος με αριθμητικές παραπομπές σε επίσημα φυλλάδια ή εγχειρίδια. Θα δίνεται πλήρης και αναλυτική απάντηση (όχι μονολεκτικά: «ναι», «όχι», «συμφωνούμε», «υπερκαλύπτουμε») σε κάθε μία από τις παραγράφους των Ειδικών όρων και των Τεχνικών Προδιαγραφών με την ίδια σειρά και αρίθμηση καθώς και παραπομπή στο σχετικό φυλλάδιο /προσπέκτους/τεχνικό δελτίο κ.α., καθώς και σε κάθε άλλο έγγραφο που να πιστοποιεί την απόλυτη συμφωνία με τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης.

7. Να εγγυώνται ότι τα είδη θα είναι άριστης ποιότητας σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους καθώς και ότι θα έχουν τις ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά που προβλέπονται.

8. Να επισυναφθεί κατάλογος ανταλλακτικών για τα καρότσια καθαρισμού.

9. Δήλωση ότι αναλαμβάνουν την εκπαίδευση του προσωπικού στη χρήση των εργαλείων καθαρισμού και των μηχανημάτων.

10. Δήλωση εγγύησης των μηχανημάτων τουλάχιστον ενός έτους.

11. Έντυπο με τους όρους εγγύησης των μηχανημάτων.

12. Υπεύθυνη Δήλωση διάθεσης ανταλλακτικών τουλάχιστον για 8 έτη.

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση θελήσετε.

ΔΕΚΤΗ Η ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΟΡΩΝ