

Θέμα: Σχόλια 1ης Διαβούλευσης τεχνικών προδιαγραφών υπερηχοτομογράφου – ΜΕΘ

Η επιτροπή μετά την εξέταση των σχολίων των εταιριών “SMG Healthcare Hellas” και “GE HEALTHCARE AE” τροποποιεί τις τεχνικές προδιαγραφές ως εξής:

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 1.8

Να λειτουργεί με τεχνικές απεικόνισης : B-Mode (2B Mode– 4B Mode), M-Mode(anatomical M-Mode), παλμικού Doppler (PW HPRF), έγχρωμου Doppler (CFM), Power Doppler (και χρωμοκατευθυντικού Power Doppler) και να διαθέτει επίσης και να προσφέρεται στην βασική σύνθεση η απεικόνιση μέσω αρμονικών συχνοτήτων και οπωσδήποτε ενισχυτικών τους.

Τροποποίηση

Να λειτουργεί με τεχνικές απεικόνισης : B-Mode (2B Mode– 4B Mode), M-Mode(anatomical M-Mode), παλμικού Doppler (PW HPRF), έγχρωμου Doppler (CFM), Power Doppler (και χρωμοκατευθυντικού Power Doppler) και να προσφέρεται στην βασική σύνθεση η απεικόνιση μέσω αρμονικών συχνοτήτων και των ενισχυτικών τους εφόσον διατίθενται.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 1.13

Να διαθέτει τεχνική Strain.

Τροποποίηση

Να διαθέτει τεχνική Strain Rate για μελέτη κίνησης μυοκαρδίου.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 1.21

Το σύστημα να στηρίζεται σε λειτουργικό σύστημα Windows 7 τουλάχιστον.

Τροποποίηση

Το σύστημα να στηρίζεται σε λειτουργικό σύστημα Windows 10.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 1.22

Να διαθέτει dvd-recorder .

Τροποποίηση

Να διαθέτει σύγχρονο μέσο αποθήκευσης dvd/cd .

Σας επισυνάπτουμε τις τροποποιημένες τεχνικές προδιαγραφές.