

1. ΔΕΛΤΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΕ

Όπως σαφώς αναφέρεται στις προδιαγραφές στο κόστος αναλωσίμων αντιδραστηρίων περιλαμβάνεται και το κόστος κάθε είδους λοιπού αναλώσιμου υλικού (πχ υγρών βαθμονόμησης, συντήρησης κλπ).

Άρα στο κόστος αντιδραστηρίων θα ενσωματώνεται κάθε λοιπό κόστος.

2. MEDICON HELLAS AE

Γίνονται δεκτές οι παρατηρήσεις και ενσωματώνονται οι σχετικές αλλαγές.

3. SIEMENS HEALTHCARE ABEE

3.1 Η παράμετρος της βαρομετρικής πίεσης είναι απαραίτητη για την εκτίμηση της μερικής πίεσης των αερίων αίματος.

3.2 Παραπέμπουμε στην παράγραφο 2 της παρούσας όπου γίνεται δεκτή εγγύηση ηλεκτροδίων διάρκειας 6 μηνών. Επιπλέον στην παράγραφο 1 της παρούσας διασαφηνίζεται ότι στο κόστος αντιδραστηρίων ενσωματώνονται όλα τα κόστη αναλωσίμων (υγρών βαθμονόμησης κλπ). Γίνεται δεκτή η παρατήρηση και ενσωματώνεται η αλλαγή στην προδιαγραφή ως εξής: *«Κάθε είδους αναλώσιμο, ανταλλακτικό, υλικό ελέγχου βαθμονόμησης κλπ σύμφωνα με τις απαιτήσεις του κατασκευαστικού οίκου και τον συγκεκριμένο αριθμό δειγμάτων θα παρέχεται δωρεάν.»*

3.3 Η όποια συντήρηση κλπ απαιτείται είναι στην υποχρέωση του προμηθευτή και σε κάθε περίπτωση γίνεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις του κατασκευαστή.

3.4 Η επιλογή τεχνολογίας αναλυτών ηλεκτροδίων γίνεται σύμφωνα με τις ανάγκες και τις συνθήκες λειτουργίας του νοσοκομείου. Κατά τα λοιπά σαφώς στις προδιαγραφές αναφέρεται ότι η συντήρηση καλύπτεται από τον προμηθευτή σύμφωνα με τις απαιτήσεις του κατασκευαστή.

3.5 Η συγκεκριμένη λειτουργία είναι απαραίτητη καθώς σε πολλά τμήματα του Νοσοκομείου για μεγάλο χρονικό διάστημα (π.χ. όλο το Σαββατοκύριακο) δεν χρειάζεται να εισαχθούν δείγματα στον αναλυτή. Με το συγκεκριμένο πρόγραμμα έχουμε μηδενική κατανάλωση αντιδραστηρίων.

3.6 Οι προδιαγραφές είναι σαφείς για τις συγκεκριμένες παραμέτρους. Στην παράγραφο 6 των προδιαγραφών αναφέρεται ως μέγιστος χρόνος ανάλυσης και εκτύπωσης τα 80 sec, ενώ στην παράγραφο 10 ζητείται ο συνολικός χρόνος ημερήσια βαθμονόμησης να μην υπερβαίνει την 1 ώρα. Δεν υπάρχει συγκεκριμένη πρόταση για χρόνο βαθμονόμησης από την εταιρεία.