

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΕΤ ΕΓΧΥΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΩΝ

Προδιαγραφές σετ χορήγησης φαρμάκων και υγρών, μέσω ηλεκτρονικής αντλίας που να διαθέτει τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά:

- Διατηρητικό ρύγχος με αεραγωγό και αντιμικροβιακό φίλτρο.
- Διαφανή και εύκαμπτο σταγονοθάλαμο με φίλτρο 15μ.
- Ολισθαίνων ή πιεζόμενο κλείστρο για άμεση διακοπή ροής.
- Ενσωματωμένο, μη αποσπώμενο κλιπ ασφαλείας για προστασία από την ελεύθερη ροή.
- Περιστρεφόμενη σύνδεση ασφαλείας Luer-lock και πώμα με υδρόφοβο φίλτρο.
- Το μήκος της συσκευής να είναι τουλάχιστον 285 cm και με όγκο πλήρωσης έως 25 ml.
- Η συσκευή να είναι DEHP free και LATEX-free, με διάρκεια χρήσης έως 96 ώρες.

Η ηλεκτρονική αντλία να φέρει τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

Να έχει Ελληνικό Menu και να είναι τουλάχιστον ηλεκτρικής κλάσης 2 (Class II) για προστασία από την ηλεκτροπληξία. Να έχει πιστοποίηση τουλάχιστον IP22 για ολόκληρο το μηχάνημα. Να έχει τη δυνατότητα ροής έως 1500 ml/h και χωρίς τη χρήση εξωτερικού μετασχηματιστή. Να διαθέτει εσωτερική μπαταρία με αυτονομία τουλάχιστον 8 ωρών με ροή 25 ml/h με ταυτόχρονη φόρτιση, ανεξαρτήτως ροής. Να διαθέτει συναγερμό σε περίπτωση αποσύνδεσης από τον ασθενή και να υπάρχει η δυνατότητα αποσύνδεσης του KVO. Το βάρος του μηχανήματος να είναι μικρότερο των 2 kg και να διαθέτει εύχρηστο menu. Η ρύθμιση των ορίων συναγερμού να έχει εύρος από 50- 750 mmHg για τη γρήγορη πιθανή φραγή στη γραμμή χορήγησης, που συνιστά μεγάλο κλινικό πλεονέκτημα.