

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ-ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ BARD	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ CANA	ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ	ΝΕΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ-ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
133139	Συρραπτικά κήλης για ανοιχτές επεμβάσεις. Να διαθέτουν 20 ισχυρά κλιπ σχήματος Π.	Να διατεθούν κλιπ σε σχήμα Π ή άλλου αντίστοιχου σχήματος. Το υλικό των κλιπ να είναι τιτανίου ή πολυμερές υλικού απορροφήσιμο ή μη, με δυνατότητα 15 ή 30 κλιπ.		Στις τεχνικές προδιαγραφές δε ζητείται σε κανένα σημείο τα κλιπ να είναι απο τιτάνιο. Το ζητούμενο υλικό των κλιπ να είναι τιτανίου ή πολυμερές περιορίζει την ανάπτυξη του ανταγωνισμού. Το προτεινόμενο εύρος του αριθμού των κλιπ (15-30) είναι πολύ μεγάλο και είναι ασαφής ως περιγραφή. Προτείνουμε να απορριφθούν οι προτάσεις της εταιρείας.	Παραμένει το ίδιο
70590	ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΟΙ ΚΟΠΤΟΡΑΠΤΕΣ ΜΗΚΟΣ ΣΥΡΡΑΦΗΣ 6 CM ΜΕ ΑΓΚΤΗΡΕΣ ΥΨΟΥΣ 3,8 ΧΙΛ. ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΣΗΣ. Με κλιπς από τιτάνιο διατομής ορθογώνιας που διαθέτουν τη μέγιστη αντοχή σε λυγισμό (να κατατεθούν σχετικές μελέτες). Με νέα κοπτική λάμα σε κάθε επαναφόρτιση και δυνατότητα αμφίπλευρης πυροδότησης.		Να συμπεριληφθούν και τα κλιπς κυκλικής διατομής ή να εξαιρεθούν τα κλιπς ορθογώνιας διατομής.	Η περιγραφή που ζητάει τα κλιπ να είναι ορθογώνιας διατομής δεν μπορεί να αφαιρεθεί επειδή αποτελεί τεχνικό χαρακτηριστικό που διασφαλίζει την ποιότητα της αναστόμωσης (μέγιστη αντοχή σε λυγισμό-βλ. σχετικές μελέτες). Προτείνουμε να απορριφθούν οι προτάσεις της εταιρείας.	Παραμένει το ίδιο

68093	ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΟΙ ΚΟΠΤΟΡΑΠΤΕΣ ΜΗΚΟΣ ΣΥΡΡΑΦΗΣ 8 CM ΜΕ ΑΓΚΤΗΡΕΣ ΥΨΟΥΣ 3,8 χιλ. ορθογώνιας διατομής και δυνατότητα επαναφόρτισης. Με κλιπς από τιτάνιο διατομής ορθογώνιας που διαθέτουν τη μέγιστη αντοχή σε λυγισμό (να κατατεθούν σχετικές μελέτες). Με νέα κοπτική λάμα σε κάθε επαναφόρτιση και δυνατότητα αμφίπλευρης πυροδότησης.		Να συμπεριληφθούν και τα κλιπς κυκλικής διατομής ή να εξαιρεθούν τα κλιπς ορθογώνιας διατομής.	Η περιγραφή που ζητάει τα κλιπ να είναι ορθογώνιας διατομής δεν μπορεί να αφαιρεθεί επειδή αποτελεί τεχνικό χαρακτηριστικό που διασφαλίζει την ποιότητα της αναστόμωσης (μέγιστη αντοχή σε λυγισμό-βλ. σχετικές μελέτες). Προτείνουμε να απορριφθούν οι προτάσεις της εταιρείας.	Παραμένει το ίδιο
70589	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΚΕΦΑΛΕΣ 6 CM ΜΗΚΟΣ ΣΥΡΡΑΦΗΣ ΜΕ ΑΓΚΤΗΡΕΣ ΥΨΟΥΣ 3.8 ΧΙΛ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΤΑ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΑ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΑ. Με κλιπς από τιτάνιο διατομής ορθογώνιας που διαθέτουν τη μέγιστη αντοχή σε λυγισμό (να κατατεθούν σχετικές μελέτες).		Να συμπεριληφθούν και τα κλιπς κυκλικής διατομής ή να εξαιρεθούν τα κλιπς ορθογώνιας διατομής.	Η περιγραφή που ζητάει τα κλιπ να είναι ορθογώνιας διατομής δεν μπορεί να αφαιρεθεί επειδή αποτελεί τεχνικό χαρακτηριστικό που διασφαλίζει την ποιότητα της αναστόμωσης (μέγιστη αντοχή σε λυγισμό-βλ. σχετικές μελέτες). Προτείνουμε να απορριφθούν οι προτάσεις της εταιρείας.	Παραμένει το ίδιο
68093	ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΟΙ ΚΟΠΤΟΡΑΠΤΕΣ ΜΗΚΟΣ ΣΥΡΡΑΦΗΣ 8 CM ΜΕ ΑΓΚΤΗΡΕΣ ΥΨΟΥΣ 3,8 χιλ. ορθογώνιας διατομής και δυνατότητα επαναφόρτισης. Με κλιπς από τιτάνιο διατομής ορθογώνιας που διαθέτουν τη μέγιστη αντοχή σε λυγισμό (να κατατεθούν σχετικές μελέτες). Με νέα κοπτική λάμα σε κάθε επαναφόρτιση και δυνατότητα αμφίπλευρης πυροδότησης.		Να συμπεριληφθούν και τα κλιπς κυκλικής διατομής ή να εξαιρεθούν τα κλιπς ορθογώνιας διατομής.	Η περιγραφή τα κλιπ να είναι ορθογώνιας διατομής δεν μπορεί να αφαιρεθεί επειδή αποτελεί τεχνικό χαρακτηριστικό που διασφαλίζει την ποιότητα της αναστόμωσης (μέγιστη αντοχή σε λυγισμό-βλ. σχετικές μελέτες). Προτείνουμε να απορριφθούν οι προτάσεις της εταιρείας.	Παραμένει το ίδιο

70589	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΚΕΦΑΛΕΣ 6 CM ΜΗΚΟΣ ΣΥΡΡΑΦΗΣ ΜΕ ΑΓΚΗΤΗΡΕΣ ΥΨΟΥΣ 3.8 ΧΙΛ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΤΑ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΑ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΑ. Με κλιπς από τιτάνιο διατομής ορθογώνιας που διαθέτουν τη μέγιστη αντοχή σε λυγισμό (να κατατεθούν σχετικές μελέτες).		Να συμπεριληφθούν και τα κλιπς κυκλικής διατομής ή να εξαιρεθούν τα κλιπς ορθογώνιας διατομής.	Η περιγραφή που ζητάει τα κλιπ να είναι ορθογώνιας διατομής δεν μπορεί να αφαιρεθεί επειδή αποτελεί τεχνικό χαρακτηριστικό που διασφαλίζει την ποιότητα της αναστόμωσης (μέγιστη αντοχή σε λυγισμό-βλ. σχετικές κλινικές μελέτες). Προτείνουμε να απορριφθούν οι προτάσεις της εταιρείας.	Παραμένει το ίδιο
213079	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΚΕΦΑΛΕΣ ΠΑ ΤΟΥΣ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΟΥΣ ΚΟΠΤΟΡΑΠΤΕΣ ΠΑΧΕΩΝ ΙΣΤΩΝ ΜΗΚΟΥΣ ΣΥΡΡΑΦΗΣ 80MM ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ 68093 Με κλιπς από τιτάνιο διατομής ορθογώνιας που διαθέτουν τη μέγιστη αντοχή σε λυγισμό (να κατατεθούν σχετικές μελέτες).		Να συμπεριληφθούν και τα κλιπς κυκλικής διατομής ή να εξαιρεθούν τα κλιπς ορθογώνιας διατομής.	Η περιγραφή που ζητάει τα κλιπ να είναι ορθογώνιας διατομής δεν μπορεί να αφαιρεθεί επειδή αποτελεί τεχνικό χαρακτηριστικό που διασφαλίζει την ποιότητα της αναστόμωσης (μέγιστη αντοχή σε λυγισμό-βλ. σχετικές μελέτες). Προτείνουμε να απορριφθούν οι προτάσεις της εταιρείας.	Παραμένει το ίδιο
27516	ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΚΥΚΛΙΚΟΣ ΑΝΑΣΤΟΜΩΤΗΡΑΣ ΜΕ ΚΥΡΤΟ ΣΤΥΛΕΟ ΚΑΙ ΑΝΑΚΛΕΙΝΟΜΕΝΗ ΚΕΦΑΛΗ 25. Να διαθέτουν ανακλινόμενη κεφαλή, μια χειρολαβή πυροδότησης και κλιπς ορθογώνιας διατομής που διαθέτουν τη μέγιστη αντοχή σε λυγισμό (να κατατεθούν σχετικές μελέτες).		Να συμπεριληφθούν και τα κλιπς κυκλικής διατομής ή να εξαιρεθούν τα κλιπς ορθογώνιας διατομής.	Η περιγραφή που ζητάει τα κλιπ να είναι ορθογώνιας διατομής δεν μπορεί να αφαιρεθεί επειδή αποτελεί τεχνικό χαρακτηριστικό που διασφαλίζει την ποιότητα της αναστόμωσης (μέγιστη αντοχή σε λυγισμό-βλ. σχετικές μελέτες). Προτείνουμε να απορριφθούν οι προτάσεις της εταιρείας.	Παραμένει το ίδιο

213076	ΚΥΡΤΟΙ ΚΥΚΛΙΚΟΙ ΑΝΑΣΤΟΜΩΤΗΡΕΣ ΜΕΓΕΘΟΥΣ 25MM. Με δυνατότητα δημιουργίας μεγαλύτερου αναστομωτικού αυλού για αποφυγή στενώσεων, μηχανισμό ελέγχου ασφαλούς πυροδότησης, κλιπ πιτανίου και δυνατότητα ελέγχου σύγκλισης του κλιπ 1-2,5mm		Να προστεθούν και οι διάμετροι 24mm και 26mm	Το 24mm και 26mm είναι έτσι και αλλιώς εντός τεχνικών προδιαγραφών με τον ισχύοντα κανόνα της απόκλισης $\pm 10\%$. Εάν θα τροποποιηθούν οι διάμετροι στο 24 - 26mm, τότε, με τον ισχύοντα κανόνα της απόκλισης $\pm 10\%$, θα μεταβληθούν τα όρια των διαμέτρων πολύ πέραν των ζητούμενων. Προτείνουμε να απορριφθεί η πρόταση της εταιρείας.	Παραμένει το ίδιο
29257	ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΚΥΚΛΙΚΟΣ ΑΝΑΣΤΟΜΩΤΗΡΑΣ ΜΕ ΚΥΡΤΟ ΣΤΥΛΕΟ ΚΑΙ ΑΝΑΚΛΕΙΝΟΜΕΝΗ ΚΕΦΑΛΗ 28. Να διαθέτουν ανακλινόμενη κεφαλή, μια χειρολαβή πυροδότησης και κλιπς ορθογώνιας διατομής που διαθέτουν τη μέγιστη αντοχή σε λυγισμό (να κατατεθούν σχετικές μελέτες).		Να συμπεριληφθούν και τα κλιπς κυκλικής διατομής ή να εξαιρεθούν τα κλιπς ορθογώνιας διατομής. Να προστεθεί και η διάμετρος 29mm.	Η περιγραφή τα κλιπ να είναι ορθογώνιας διατομής δεν μπορεί να αφαιρεθεί επειδή αποτελεί τεχνικό χαρακτηριστικό που διασφαλίζει την ποιότητα της αναστόμωσης (μέγιστη αντοχή σε λυγισμό-βλ. σχετικές μελέτες). Το 29mm είναι έτσι και αλλιώς εντός τεχνικών προδιαγραφών με τον ισχύοντα κανόνα της απόκλισης $\pm 10\%$. Προτείνουμε να απορριφθούν οι προτάσεις της εταιρείας.	Παραμένει το ίδιο
21041	ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΚΥΚΛΙΚΟΣ ΑΝΑΣΤΟΜΩΤΗΡΑΣ ΜΕ ΚΥΡΤΟ ΣΤΥΛΕΟ ΚΑΙ ΑΝΑΚΛΕΙΝΟΜΕΝΗ ΚΕΦΑΛΗ 31. Να διαθέτουν ανακλινόμενη κεφαλή, μια χειρολαβή πυροδότησης και κλιπς ορθογώνιας διατομής που διαθέτουν τη μέγιστη αντοχή σε λυγισμό (να κατατεθούν σχετικές μελέτες).		Να συμπεριληφθούν και τα κλιπς κυκλικής διατομής ή να εξαιρεθούν τα κλιπς ορθογώνιας διατομής. Να προστεθεί και η διάμετρος 32mm.	Η περιγραφή που ζητάει τα κλιπ να είναι ορθογώνιας διατομής δεν μπορεί να αφαιρεθεί επειδή αποτελεί τεχνικό χαρακτηριστικό που διασφαλίζει την ποιότητα της αναστόμωσης (μέγιστη αντοχή σε λυγισμό-βλ. σχετικές μελέτες). Το 32mm είναι έτσι και αλλιώς εντός τεχνικών προδιαγραφών με τον ισχύοντα κανόνα της απόκλισης $\pm 10\%$. Προτείνουμε να απορριφθούν οι προτάσεις της εταιρείας.	Παραμένει το ίδιο

213134	ΚΥΡΤΟΙ ΚΥΚΛΙΚΟΙ ΑΝΑΣΤΟΜΩΤΗΡΕΣ ΜΕΓΕΘΟΥΣ 33MM.Με δυνατότητα δημιουργίας μεγαλύτερου αναστομωτικού αυλού για αποφυγή στενώσεων, μηχανισμό ελέγχου ασφαλούς πυροδότησης, κλιπ τιτανίου και δυνατότητα ελέγχου σύγκλισης του κλιπ 1-2,5mm		Να συμπεριληφθούν και τα κλιπς κυκλικής διατομής ή να εξαιρεθούν τα κλιπς ορθογώνιας διατομής.	Η περιγραφή δεν ζητάει τα κλιπ να είναι ορθογώνιας διατομής. Ανυπόστατη η παρατήρηση της εταιρείας. Προτείνουμε να απορριφθεί η πρόταση της εταιρείας.	Παραμένει το ίδιο
93864	ΚΥΚΛΙΚΟΣ ΑΝΑΣΤΟΜΩΤΗΡΑΣ ΓΙΑ ΑΙΜΟΡΡΟΙΔΕΚΤΟΜΗ, ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ. Να διαθέτουν ανακλυνόμενη κεφαλή, μια χειρολαβή πυροδότησης και κλιπς ορθογώνιας διατομής που διαθέτουν τη μέγιστη αντοχή σε λυγισμό (να κατατεθούν σχετικές μελέτες).		Να συμπεριληφθούν και τα κλιπς κυκλικής διατομής ή να εξαιρεθούν τα κλιπς ορθογώνιας διατομής.	Η περιγραφή που ζητάει τα κλιπ να είναι ορθογώνιας διατομής δεν μπορεί να αφαιρεθεί επειδή αποτελεί τεχνικό χαρακτηριστικό που διασφαλίζει την ποιότητα της αναστόμωσης (μέγιστη αντοχή σε λυγισμό-βλ. σχετικές μελέτες). Προτείνουμε να απορριφθούν οι προτάσεις της εταιρείας.	Παραμένει το ίδιο
133063	ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΟΙ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟΙ ΚΟΠΤΟΡΡΑΠΤΕΣ ΜΗΚΟΥΣ 55. Με κλιπ τιτανίου και μοχλό επιλογής ρύθμισης ύψους κλεισίματος κλιπ σε κάθε πυροδότηση, ανάλογα με το πάχος του ιστού, στο 1,5mm για κανονικούς ιστούς ή στο 1,8mm για ενδιάμεσους ή 2mm για παχύς, χωρίς την εναλλαγή διαφορετικών ανταλλακτικών κασετών. Με δυνατότητα αμφίπλευρης πυροδότησης. Να δέχεται κασέτες με κλιπ τιτανίου και 6 γραμμές συρραφής.		Να συμπεριληφθεί και η διάμετρος 60mm	Το 55mm είναι έτσι και αλλιώς εντός τεχνικών προδιαγραφών με τον ισχύοντα κανόνα της απόκλισης $\pm 10\%$. Εάν θα τροποποιηθούν οι διάμετροι στο 55mm - 60mm, τότε, με τον ισχύοντα κανόνα της απόκλισης $\pm 10\%$, θα μεταβληθούν τα όρια του μήκους πολύ πέραν των ζητούμενων. Προτείνουμε να απορριφθεί η πρόταση της εταιρείας.	Παραμένει το ίδιο

133069	ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΣΕΤΕΣ, ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΟΥΣ ΚΟΠΤΟΡΑΠΤΕΣ, ΜΗΚΟΥΣ 55mm. Μια κασέτα για 3 διαφορετικά πάχυ ιστού (κανονικό, ενδιάμεσο και παχύ) με ενσωματωμένη κοπτική λάμα, κλιπ τιτανίου και 6 γραμμές συρραφής, για χρήση με τους παραπάνω κοπτοράπτες μήκους 55mm.		Να συμπεριληφθεί και η διάμετρος 60mm	Το 55mm είναι έτσι και αλλιώς εντός τεχνικών προδιαγραφών με τον ισχύοντα κανόνα της απόκλισης $\pm 10\%$. Εάν θα τροποποιηθούν οι διάμετροι στο 55mm - 60mm, τότε, με τον ισχύοντα κανόνα της απόκλισης $\pm 10\%$, θα μεταβληθούν τα όρια του μήκους πολύ πέραν των ζητούμενων. Προτείνουμε να απορριφθεί η πρόταση της εταιρείας.	Παραμένει το ίδιο
--------	---	--	---------------------------------------	--	-------------------