

2η Δημόσια Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια του είδους ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ για τις ανάγκες του Γ.Ν. BENIZEΛΕΙΟ-ΠΑΝΑΝΕΙΟ.

Κοινή χρήση
Οκτ 30 2019 10:34 πμ

Κατηγορία διαβούλευσης: [Διακηρύξεις](#)

2η Δημόσια Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια του είδους ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ για τις ανάγκες του Γ.Ν. BENIZEΛΕΙΟ-ΠΑΝΑΝΕΙΟ.

Αναρτώνται 2 αρχεία. Το 1ο αρχείο είναι οι απαντήσεις στα σχόλια της τροποποίησης 1ης διαβούλευσης και το 2ο αρχείο είναι οι τεχνικές προδιαγραφές όπως διαμορφώθηκαν μετά τις απαντήσεις.

Τα σχόλια θα γίνονται αποκλειστικά από τον ιστότοπο της 7ης ΥΠΕ.

Η διάρκεια της διαβούλευσης θα είναι τέσσερις (4) ημερολογιακές ημέρες.

Πληροφορίες: Τσιαμπαρλή Ελισάβετ

Τηλ: 2813408802

2 σχόλια

1) AXION HEALTH ΕΠΕ • [3 μέρες πριν](#)

Αξιότιμε/η Κύριε/α,

Σε συνέχεια της 2ης Δημόσιας Διαβούλευσης Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια του είδους «Χειρουργικά Όργανα», για τις ανάγκες του Γ.Ν. Βενιζέλειου – Πανάνειου, στον ιστότοπο της 7ης ΥΠΕ, η εταιρεία μας συμμετέχει με τις ακόλουθες παρατηρήσεις, έχοντας ως σκοπό να συμπεριληφθούν ως επιλογή τα πλεονεκτήματα των παρακάτω καινοτόμων προτεινόμενων προϊόντων, για την ορθότερη κάλυψη των αναγκών των ασθενών με υψηλής ποιότητας υλικά.

Στην περιγραφή του είδους Καθηλωτικό Πλέγματος, θα θέλαμε να συμπεριληφθούν οι παρακάτω Τεχνικές Προδιαγραφές:

— Λαπαροσκοπικό καθηλωτικό ατραυματικής καθήλωσης πλέγματος και συγκόλλησης περιτόναιου, πιστολοειδούς σχήματος, με διάμετρο στυλεού 5 mm και μήκους 35,5 cm, με εφαρμογή κυανοακρυλικής κόλλας, άνω των 33 δόσεων και

— Καθηλωτικό πλέγματος, ατραυματικής καθήλωσης και τοπικού κλεισίματος χειρουργικής τομής, μιας χρήσης με εφαρμογή κυανοακρυλικής κόλλας, 45 δόσεων, πιστολοειδούς σχήματος.

Στο σημείο αυτό θα θέλαμε να αναφέρουμε πως η απάντηση της επιτροπής αξιολόγησης στα σχόλια της εταιρείας μας στην 1η Διαβούλευση, πως τα προτεινόμενα από την εταιρεία μας προϊόντα είναι φωτογραφικά και δεν κρίνονται απαραίτητα, είναι το λιγότερο ασταθής εφόσον όλες οι αναρτημένες Τεχνικές

Προδιαγραφές των αναφερόμενων ειδών της συγκεκριμένης Διαβούλευσης είναι φωτογραφικές και δεν αναφέρονται σε μια γενική περιγραφή προϊόντος.

Θα θέλαμε να επισημάνουμε πως πρόκειται για συσκευές σύγχρονης τεχνολογίας και ατραυματικής καθήλωσης, λόγω της καινοτόμου εφαρμογής καθήλωσης με την χρήση κυανοακρυλικής κόλλας, η οποία επιτυγχάνεται χωρίς διείσδυση στους ιστούς, αποφεύγοντας τον μηχανικό τραυματισμό και μειώνοντας τόσο τον κίνδυνο μετεγχειρητικών επιπλοκών, όσο και τον μετεγχειρητικό πόνο του ασθενούς σε αντίθεση με τις υπόλοιπες συσκευές καθήλωσης.

Λαμβάνοντας υπόψη πως αμφότεροι επιθυμούμε την διεύρυνση των επιλογών των προσφερόμενων υλικών, θεωρούμε πως θα ήταν ορθό να δοθεί η αρμόζουσα προσοχή και να συμπεριληφθούν ως επιλογές, οι προτεινόμενες περιγραφές στις αναφερόμενες Τεχνικές Προδιαγραφές της παρούσας Διαβούλευσης, όπως αναφέρονται παραπάνω.

Με εκτίμηση,
AXION HEALTH ΕΠΕ.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ AXION HEALTH ΕΠΕ •

Στο Νοσοκομείο διενεργείται σειρά περιστατικών αποκατάστασης κηλών με ανοικτή αλλά και λαπαροσκοπική προσπέλαση, με τα πλέον θετικά αποτελέσματα. Τα ήδη ζητούμενα υλικά καλύπτουν πλήρως τις ιατροτεχνολογικές ανάγκες των χρηστών. Τα προτεινόμενα από την εταιρεία προϊόντα είναι απόλυτα φωτογραφικά και δεν κρίνονται απαραίτητα.

2) ΠΡΩΤΟΝ ΑΕ • 3 μέρες πριν

Προς
7η ΥΠΕ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ – Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ

Αρ. Πρωτοκόλλου: 0000005128
Αθήνα, 1 Νοεμβρίου 2019

Θέμα: Σχόλια της 2ης Δημόσιας διαβούλευσης επί των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ-ΠΑΝΑΝΕΙΟ

Αξιότιμοι κύριοι,

η εταιρία μας προτίθεται να συμμετάσχει στον εν λόγω διαγωνισμό, με προϊόντα που διαθέτουν την σήμανση πιστοποίησης CE. Για το λόγο αυτό προτείνουμε να

τροποποιηθούν-εμπλουτιστούν κατά τα προτεινόμενα, ώστε να εξασφαλίζεται η μεγαλύτερη δυνατή ευρύτητα συμμετοχής στον υπό κρίση διαγωνισμό.

Τα παρακάτω προτεινόμενα σχόλια αφορούν εργαλεία που διαθέτουν προηγμένα τεχνικά χαρακτηριστικά τα οποία εγγυώνται την ασφάλεια των ασθενών.

1) ΛΑΒΙΔΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΘΕΡΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΣΗΣ ΕΩΣ 7MM (Στειλέο μήκους περίπου 35εκ).

Λαπαροσκοπική αιμοστατική λαβίδα ηλεκτροθερμικής συγκόλλησης/διατομής αγγείων έως και 7mm, με ταυτόχρονη χρήση τεχνολογίας υπερήχων. Να διαθέτει τύπου πιστολοειδής χειρολαβή με δυο ενσωματωμένους χειροδιακόπτες επιλογής ενέργειας, με διάμετρο περίπου 5mm και μήκος ενεργού στείλεου περίπου 35cm. Να διαθέτει λεπίδα τιτανίου κυρτού άκρου μήκους περίπου 16-18mm, η οποία πάλλεται με επιμήκη κίνηση σε συχνότητα 47khz για καλύτερη ταλάντωση και αποτελεσματικότητα και ηχητική επιβεβαίωση κατά την μεταβολή της προσαρμοζόμενης ενέργειας. Ο μειοδότης οφείλει να προσκομίσει συνοδό εξοπλισμό- γεννήτρια. Πέρα από τα εργαλεία υπερήχων να προσαρμόζονται και εργαλεία διπολικής ενέργειας.

2) ΛΑΒΙΔΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΘΕΡΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΣΗΣ ΕΩΣ 7MM (Στειλέο μήκους περίπου 45εκ).

Λαπαροσκοπική αιμοστατική λαβίδα ηλεκτροθερμικής συγκόλλησης/διατομής αγγείων έως και 7mm, με ταυτόχρονη χρήση τεχνολογίας υπερήχων. Να διαθέτει τύπου πιστολοειδής χειρολαβή με δυο ενσωματωμένους χειροδιακόπτες επιλογής ενέργειας με διάμετρο περίπου 5mm και μήκος ενεργού στείλεου περίπου 45cm. Να διαθέτει λεπίδα τιτανίου κυρτού άκρου μήκους περίπου 16-18mm, η οποία πάλλεται με επιμήκη κίνηση, σε συχνότητα 47khz για καλύτερη ταλάντωση και αποτελεσματικότητα και ηχητική επιβεβαίωση κατά την μεταβολή της προσαρμοζόμενης ενέργειας. Ο μειοδότης οφείλει να προσκομίσει συνοδό εξοπλισμό- γεννήτρια. Πέρα από τα εργαλεία υπερήχων να προσαρμόζονται και εργαλεία διπολικής ενέργειας.

3) ΛΑΒΙΔΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΘΕΡΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΕΩΣ 7MM (Στειλέο διαμέτρου περίπου 10mm και μήκους περίπου 20εκ).

Αιμοστατική λαβίδα ηλεκτροθερμικής συγκόλλησης/διατομής αγγείων έως και 7mm, με ταυτόχρονη χρήση τεχνολογίας υπερήχων. Να διαθέτει τύπου πιστολοειδής χειρολαβή με δυο ενσωματωμένους χειροδιακόπτες επιλογής ενέργειας με διάμετρο περίπου 10mm και μήκος ενεργού στείλεου περίπου τα 20cm. Να διαθέτει λεπίδα τιτανίου κυρτού άκρου μήκους περίπου 20-22mm, η οποία πάλλεται με επιμήκη κίνηση, σε συχνότητα 47khz για καλύτερη ταλάντωση και αποτελεσματικότητα και ηχητική επιβεβαίωση κατά την μεταβολή της προσαρμοζόμενης ενέργειας. Ο μειοδότης οφείλει να προσκομίσει συνοδό εξοπλισμό- γεννήτρια. Πέρα από τα εργαλεία υπερήχων να προσαρμόζονται και εργαλεία διπολικής ενέργειας.

4) ΛΑΒΙΔΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΘΕΡΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΕΩΣ 7MM (Στειλέο διαμέτρου περίπου 5mm και μήκους περίπου 20εκ).

Αιμοστατική λαβίδα ηλεκτροθερμικής συγκόλλησης/διατομής αγγείων έως και 7mm, με ταυτόχρονη χρήση τεχνολογίας υπερήχων. Να διαθέτει τύπου πιστολοειδής χειρολαβή με δυο ενσωματωμένους χειροδιακόπτες επιλογής ενέργειας με διάμετρο περίπου 5mm και μήκος ενεργού στείλεου περίπου 20cm. Να διαθέτει λεπίδα

τιτανίου κυρτού άκρου μήκους περίπου 16-18mm, η οποία πάλλεται με επιμήκη κίνηση, σε συχνότητα 47khz για καλύτερη ταλάντωση και αποτελεσματικότητα και ηχητική επιβεβαίωση κατά την μεταβολή της προσαρμοζόμενης ενέργειας. Ο μειοδότης οφείλει να προσκομίσει συνοδό εξοπλισμό- γεννήτρια. Πέρα από τα εργαλεία υπερήχων να προσαρμόζονται και εργαλεία διπολικής ενέργειας.

5) ΛΑΒΙΔΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΘΕΡΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΕΩΣ 7MM (Στείλεό μήκους περίπου 10εκ).

Αιμοστατική λαβίδα ηλεκτροθερμικής συγκόλλησης/διατομής αγγείων έως και 7mm, με ταυτόχρονη χρήση τεχνολογίας υπερήχων. Να διαθέτει ψαλιδοειδής χειρολαβή με δυο ενσωματωμένους χειροδιακόπτες επιλογής ενέργειας και μήκος ενεργού στειλεού περίπου 10cm. Να διαθέτει λεπίδα τιτανίου κυρτού άκρου μήκους περίπου 16-18mm, η οποία πάλλεται με επιμήκη κίνηση, σε συχνότητα 47khz για καλύτερη ταλάντωση και αποτελεσματικότητα και ηχητική επιβεβαίωση κατά την μεταβολή της προσαρμοζόμενης ενέργειας. Ο μειοδότης οφείλει να προσκομίσει συνοδό εξοπλισμό- γεννήτρια. Πέρα από τα εργαλεία υπερήχων να προσαρμόζονται και εργαλεία διπολικής ενέργειας.

6) ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΑΙΜΟΣΤΑΣΗΣ- ΔΙΑΤΟΜΗΣ (ΣΤΕΙΛΕΟ περίπου 20εκ).

Εργαλείο για αιμόσταση – διατομή αγγείων έως και 5χιλ. με αποκλειστική χρήση υπερήχων μιας χρήσης, με ενεργοποίηση από το χέρι, μήκος στυλεού περίπου 20εκ., με τεχνολογία προσαρμοζόμενης ενέργειας στον ιστό, παρέχοντας έτσι στη γεννήτρια τη δυνατότητα να διαμορφώνει αυτόματα την παροχή ισχύος, διαμέτρου 5χιλ., δυνατότητα περιστροφής 360 μοίρες (χωρίς την ανάγκη χρήσης προσαρμογέα). Να διαθέτει λεπίδα τιτανίου, κυρτού άκρου η οποία πάλλεται με επιμήκη κίνηση, σε συχνότητα 47khz για καλύτερη ταλάντωση και αποτελεσματικότητα και ηχητική επιβεβαίωση κατά την μεταβολή της προσαρμοζόμενης ενέργειας. Ο μειοδότης οφείλει να προσκομίσει συνοδό εξοπλισμό- γεννήτρια. Πέρα από τα εργαλεία υπερήχων να προσαρμόζονται και εργαλεία διπολικής ενέργειας.

7) ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΑΙΜΟΣΤΑΣΗΣ- ΔΙΑΤΟΜΗΣ (ΣΤΕΙΛΕΟ

περίπου 35εκ) Λαπαροσκοπικό εργαλείο για αιμόσταση – διατομή αγγείων έως και 5χιλ. με αποκλειστική χρήση υπερήχων μιας χρήσης, με ενεργοποίηση από το χέρι, μήκος στυλεού περίπου 35εκ., με τεχνολογία προσαρμοζόμενης ενέργειας στον ιστό, παρέχοντας έτσι στη γεννήτρια τη δυνατότητα να διαμορφώνει αυτόματα την παροχή ισχύος, διαμέτρου 5χιλ., δυνατότητα περιστροφής 360 μοίρες (χωρίς την ανάγκη χρήσης προσαρμογέα). Να διαθέτει λεπίδα τιτανίου, κυρτού άκρου η οποία πάλλεται με επιμήκη κίνηση, σε συχνότητα 47khz για καλύτερη ταλάντωση και αποτελεσματικότητα και ηχητική επιβεβαίωση κατά την μεταβολή της προσαρμοζόμενης ενέργειας. Ο μειοδότης οφείλει να προσκομίσει συνοδό εξοπλισμό- γεννήτρια. Πέρα από τα εργαλεία υπερήχων να προσαρμόζονται και εργαλεία διπολικής ενέργειας.

8) ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΑΙΜΟΣΤΑΣΗΣ- ΔΙΑΤΟΜΗΣ (ΣΤΕΙΛΕΟ

περίπου 45εκ) Λαπαροσκοπικό εργαλείο για αιμόσταση – διατομή αγγείων έως και 5χιλ. με αποκλειστική χρήση υπερήχων μιας χρήσης, με ενεργοποίηση από το χέρι, μήκος στυλεού περίπου 45εκ., με τεχνολογία προσαρμοζόμενης ενέργειας στον ιστό, παρέχοντας έτσι στη γεννήτρια τη δυνατότητα να διαμορφώνει αυτόματα την παροχή ισχύος, διαμέτρου 5χιλ., δυνατότητα περιστροφής 360 μοίρες (χωρίς την ανάγκη χρήσης προσαρμογέα). Να διαθέτει λεπίδα τιτανίου, κυρτού άκρου η οποία πάλλεται

με επιμήκη κίνηση, σε συχνότητα 47kHz για καλύτερη ταλάντωση και αποτελεσματικότητα και ηχητική επιβεβαίωση κατά την μεταβολή της προσαρμοζόμενης ενέργειας. Ο μειοδότης οφείλει να προσκομίσει συνοδό εξοπλισμό- γεννήτρια. Πέρα από τα εργαλεία υπερήχων να προσαρμόζονται και εργαλεία διπολικής ενέργειας.

Παρακαλούμε όπως ληφθούν υπόψη τα σχόλια της Proton A.E στη συγκεκριμένη διαβούλευση.

Με εκτίμηση

Κων/νος Βογιατζάκης
Product Manager Olympus Surgical
OLYMPUS MEDICAL SYSTEMS
PROTON SA

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΤΗΣ OLYMPUS MEDICAL SYSTEMS PROTON SA•

Όπως αναφέρθηκε και στο στάδιο της 1^{ης} διαβούλευσης, οι τεχνικές προδιαγραφές της διαβούλευσης ΔΕΝ θέτουν κανένα εμπόδιο στην συμμετοχή των εταιρειών, απλά διασφαλίζουν τα ελάχιστα ζητούμενα τεχνικά χαρακτηριστικά ώστε η διενέργεια των χειρουργικών επεμβάσεων να χαρακτηρίζεται από ασφάλεια και σιγουριά. Τα προτεινόμενα από την εταιρεία προϊόντα είναι φωτογραφικά και δεν κρίνονται απαραίτητα.