

Προς
7Η Υ.ΠΕ. ΚΡΗΤΗΣ

Αρ.Πρωτ.: 0000003140
Αθήνα, 20 Νοεμβρίου 2018

ΘΕΜΑ: 1Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ
ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ, ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ

Αξιότιμοι κύριοι,

Η εταιρία μας προτίθεται να συμμετάσχει στον εν λόγω διαγωνισμό, πλην όμως οι παρακάτω αναφερόμενες τεχνικές προδιαγραφές της διαβούλευσης καθιστούν αδύνατη την συμμετοχή μας στον διαγωνισμό θέτοντας αδικαιολόγητους περιορισμούς συμμετοχής σε εταιρείες με προϊόντα που διαθέτουν την σήμανση πιστοποίησης CE, και κατ' αυτόν τον τρόπο δεν εξασφαλίζεται η μεγαλύτερη δυνατή ευρύτητα συμμετοχής στον υπό κρίση διαγωνισμό.

Για το λόγο αυτό προτείνουμε να τροποποιηθούν-εμπλουτιστούν (διατηρώντας την αρχική τους σύνθεση) οι αναφερόμενες τεχνικές προδιαγραφές, ώστε να εξασφαλίζεται η μεγαλύτερη δυνατή ευρύτητα συμμετοχής στον υπό κρίση διαγωνισμό στο πλαίσιο και τις αρχές του υγιούς ανταγωνισμού, δίχως να μειώνεται το κλινικό όφελος για το Νοσοκομείο σας:

Ακολουθούν οι προστιθέμενες προτεινόμενες τεχνικές προδιαγραφές της εταιρίας μας.

10) Λαπαροσκοπική αιμοστατική λαβίδα ηλεκτροθερμικής συγκόλλησης/διατομής αγγείων έως και 7mm, με ταυτόχρονη χρήση τεχνολογίας υπερήχων. Να διαθέτει τύπου πιστολοειδής χειρολαβή με δυο ενσωματωμένους χειροδιακόπτες επιλογής ενέργειας, κυρτή σιαγόνα διπλής άρθρωσης για καλύτερη ορατότητα μήκους 16mm. Το άκαμπτο άκρο της σιαγόνας να διαθέτει ειδική μόνωση για ακόμα μικρότερη θερμική διασπορά στους παρακείμενους ιστούς. Να είναι πλήρως περιστρεφόμενη 360⁰ και να πάλλεται με επιμήκη κίνηση στα 47KHz. Να διαθέτει τεχνολογία αντίληψης ιστού με αυτόματη διακοπή της ενέργειας όταν ολοκληρωθεί η διατομή του ιστού, ώστε να επιτυγχάνεται μικρότερη θερμική καταστροφή στους παρακείμενους ιστούς. Να είναι μιας χρήσης, διαμέτρου 5mm, μήκους 35cm.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Ζητείται λαβίδα ανοιχτής χειρουργικής ενώ η εταιρεία προτείνει λαπαροσκοπική λαβίδα. Επίσης, ζητείται γενικώς σύστημα ηλεκτροθερμικής συγκόλλησης αγγείων όχι ειδικά με ταυτόχρονη χρήση τεχνολογίας υπερήχων. Η προσθήκη «να πάλλεται με επιμήκη κίνηση στα 47KHz» δεν είναι απαραίτητη και φωτογραφίζει το υλικό που εμπορεύεται η ίδια η εταιρεία Proton. Προτείνουμε να απορριφθούν οι προτάσεις της εταιρείας.

11) Αιμοστατική λαβίδα ηλεκτροθερμικής συγκόλλησης/διατομής αγγείων έως και 7mm, με ταυτόχρονη χρήση τεχνολογίας υπερήχων. Να διαθέτει τύπου πιστολοειδής χειρολαβή με δυο ενσωματωμένους χειροδιακόπτες επιλογής ενέργειας, κυρτή σιαγόνα διπλής άρθρωσης για καλύτερη ορατότητα μήκους 20mm. Να είναι πλήρως περιστρεφόμενη 360⁰ και να πάλλεται με επιμήκη κίνηση στα 47KHz. Να διαθέτει

τεχνολογία αντίληψης ιστού με αυτόματη διακοπή της ενέργειας όταν ολοκληρωθεί η διατομή του ιστού, ώστε να επιτυγχάνεται μικρότερη θερμική καταστροφή στους παρακείμενους ιστούς. Να είναι μιας χρήσης, διαμέτρου 9mm, μήκους 20cm.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Ζητείται γενικώς σύστημα ηλεκτροθερμικής συγκόλλησης αγγείων όχι ειδικά με ταυτόχρονη χρήση τεχνολογίας υπερήχων. Η προσθήκη «να πάλλεται με επιμήκη κίνηση στα 47KHz» δεν είναι απαραίτητη και φωτογραφίζει το υλικό που εμπορεύεται η ίδια η εταιρεία Proton. Προτείνουμε να απορριφθούν οι προτάσεις της εταιρείας.

12) Αιμοστατική λαβίδα ηλεκτροθερμικής συγκόλλησης/διατομής αγγείων έως και 7mm, με ταυτόχρονη χρήση τεχνολογίας υπερήχων. Να διαθέτει τύπου πιστολοειδής χειρολαβή με δυο ενσωματωμένους χειροδιακόπτες επιλογής ενέργειας, κυρτή σιαγόνα διπλής άρθρωσης για καλύτερη ορατότητα μήκους 16mm. Το άκαμπτο άκρο της σιαγόνας να διαθέτει ειδική μόνωση για ακόμα μικρότερη θερμική διασπορά στους παρακείμενους ιστούς. Να είναι πλήρως περιστρεφόμενη 360⁰ και να πάλλεται με επιμήκη κίνηση στα 47KHz. Να διαθέτει τεχνολογία αντίληψης ιστού με αυτόματη διακοπή της ενέργειας όταν ολοκληρωθεί η διατομή του ιστού, ώστε να επιτυγχάνεται μικρότερη θερμική καταστροφή στους παρακείμενους ιστούς. Να είναι μιας χρήσης, διαμέτρου 5mm, μήκους 20cm.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Ζητείται γενικώς σύστημα ηλεκτροθερμικής συγκόλλησης αγγείων όχι ειδικά με ταυτόχρονη χρήση τεχνολογίας υπερήχων. Η προσθήκη «να πάλλεται με επιμήκη κίνηση στα 47KHz» δεν είναι απαραίτητη και φωτογραφίζει το υλικό που εμπορεύεται η ίδια η εταιρεία Proton. Προτείνουμε να απορριφθούν οι προτάσεις της εταιρείας.

13) Αιμοστατική λαβίδα ηλεκτροθερμικής συγκόλλησης/διατομής αγγείων έως και 7mm, με ταυτόχρονη χρήση τεχνολογίας υπερήχων. Να διαθέτει ψαλιδοειδής χειρολαβή με δυο ενσωματωμένους χειροδιακόπτες επιλογής ενέργειας. Να διαθέτει κυρτή σιαγόνα διπλής άρθρωσης για καλύτερη ορατότητα μήκους 16mm και να πάλλεται με επιμήκη κίνηση στα 47KHz. Να διαθέτει τεχνολογία αντίληψης ιστού και αυτόματη διακοπή της ενέργειας όταν ολοκληρωθεί η διατομή του ιστού, ώστε να επιτυγχάνεται μικρότερη θερμική καταστροφή στους παρακείμενους ιστούς. Να είναι μιας χρήσης, μήκος ενεργού στείλεου 9cm.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Ζητείται γενικώς σύστημα ηλεκτροθερμικής συγκόλλησης αγγείων όχι ειδικά με ταυτόχρονη χρήση τεχνολογίας υπερήχων. Η προσθήκη «να πάλλεται με επιμήκη κίνηση στα 47KHz» δεν είναι απαραίτητη και φωτογραφίζει το υλικό που εμπορεύεται η ίδια η εταιρεία Proton. Προτείνουμε να απορριφθούν οι προτάσεις της εταιρείας.

Παρακαλούμε όπως ληφθούν υπόψη τα σχόλια της ΠΡΩΤΟΝ Α.Ε στη συγκεκριμένη διαβούλευση.

Μετά τιμής

Κων/νος Βογιατζάκης
Product Manager Olympus Surgical

OLYMPUS MEDICAL SYSTEMS
PROTON SA

-
- •
- Κοινοποίηση ›

○

○

•

•

•

•

•

•

=

•



RONTIS HELLAS AEBE • [6 μέρες πριν](#)

A/A

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
RONTIS HELLAS

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

RONTIS HELLAS

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ-ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

1

Κυκλικός αναστομωτήρας διαμέτρου 26mm με ανακλινόμενη κεφαλή

Προσφέρουμε κυκλικούς κυρτούς αναστομωτήρες 26mm μίας χρήσης με κλιπ τιτανίου μεγέθους 5.0mm περίπου για παχείς ιστούς με μήκος στειλεού 18,5cm για χρήση σε χειρουργικές επεμβάσεις άνω-κάτω κοιλίας με δυνατότητα δημιουργίας μεγαλύτερου δυνατού αναστομωτικού αυλού για αποφυγή στενώσεων, με παράθυρο ελέγχου για το ύψος κλεισίματος του κλιπ, ασφάλεια προπυροδότησης και μηχανισμό ηχητικού ελέγχου ασφαλούς πυροδότησης. Διαθέτουν αποσπώμενη και ανακλινόμενη κεφαλή χαμηλού προφίλ για εύκολη τοποθέτηση στον αυλό. Η λάμα είναι από ανοξείδωτο ατσάλι SUS302 με μεγαλύτερη κοπτική ικανότητα. Η κεφαλή φέρει οπές εκτόνωσης πίεσης καθώς και αύλακα περιόδου της περίπαρσης. Φέρουν μια λαβή ταχείας και ελεγχόμενης σύγκλισης κεφαλής-άκμονα και μηχανισμό ασφάλειας για αποφυγή προ-πυροδότησης. Στην συσκευασία

περιέχεται ειδική προέκταση που εξασφαλίζει στον άκμονα του κυκλικού την ευκολότερη τοποθέτηση σε δυσπρόσιτο σημείο όπως είναι ο οισοφάγος.

Το μήκος στείλεου 35cm και τα κλιπ ορθογώνιας διατομής καταδεικνύουν συγκεκριμένη εταιρεία. Επίσης παρακαλώ όπως προσθέσετε και την απόκλιση $\pm 10\%$ στην διάμετρο του κυκλικού.

Απάντηση: Η προτεινόμενη περιγραφή της εταιρείας δεν αναφέρει τα κλιπ να είναι ορθογώνιας διατομής. Αυτό δεν μπορεί να αφαιρεθεί επειδή αποτελεί τεχνικό χαρακτηριστικό που διασφαλίζει την ποιότητα της αναστόμωσης (μέγιστη αντοχή σε λυγισμό). Επίσης, τα 35εκ μήκος στείλεου εξασφαλίζουν την πρόσβαση του εργαλείου και σε επεμβάσεις σιγμοειδεκτομών. εκτός από επεμβάσεις ορθού. Προτείνουμε να απορριφθούν οι προτάσεις της εταιρείας.

2

Κυκλικός αναστομωτήρας διαμέτρου 29mm με ανακλινόμενη κεφαλή

Προσφέρουμε κυκλικούς κυρτούς αναστομωτήρες 29mm μίας χρήσης με κλιπ τιτανίου μεγέθους 5.0mm περίπου για παχείς ιστούς με μήκος στείλεου 18,5cm για χρήση σε χειρουργικές επεμβάσεις άνω-κάτω κοιλίας με δυνατότητα δημιουργίας μεγαλύτερου δυνατού αναστομωτικού αυλού για αποφυγή στενώσεων, με παράθυρο ελέγχου για το ύψος κλεισίματος του κλιπ, ασφάλεια προπυροδότησης και μηχανισμό ηχητικού ελέγχου ασφαλούς πυροδότησης. Διαθέτουν αποσπώμενη και ανακλινόμενη κεφαλή χαμηλού προφίλ για εύκολη τοποθέτηση στον αυλό. Η λάμα είναι από ανοξείδωτο ατσάλι SUS302 με μεγαλύτερη κοπτική ικανότητα. Η κεφαλή φέρει οπές εκτόνωσης πίεσης καθώς και αύλακα περίδεσης της περίπαρσης. Φέρουν μια λαβή ταχείας και ελεγχόμενης σύγκλισης κεφαλής-άκμονα και μηχανισμό ασφάλειας για αποφυγή προ-πυροδότησης. Στην συσκευασία περιέχεται ειδική προέκταση που εξασφαλίζει στον άκμονα του κυκλικού την ευκολότερη τοποθέτηση σε δυσπρόσιτο σημείο όπως είναι ο οισοφάγος.

Το μήκος στείλεου 35cm και τα κλιπ ορθογώνιας διατομής καταδεικνύουν συγκεκριμένη εταιρεία. Επίσης παρακαλώ όπως προσθέσετε και την απόκλιση $\pm 10\%$ στην διάμετρο του κυκλικού.

Απάντηση: Η προτεινόμενη περιγραφή της εταιρείας δεν αναφέρει τα κλιπ να είναι ορθογώνιας διατομής. Αυτό δεν μπορεί να αφαιρεθεί επειδή αποτελεί τεχνικό χαρακτηριστικό που διασφαλίζει την ποιότητα της αναστόμωσης (μέγιστη αντοχή σε λυγισμό). Επίσης, τα 35εκ μήκος στείλεου εξασφαλίζουν την πρόσβαση του εργαλείου και σε επεμβάσεις σιγμοειδεκτομών. εκτός από επεμβάσεις ορθού. Προτείνουμε να απορριφθούν οι προτάσεις της εταιρείας.

3

Κυκλικός αναστομωτήρας διαμέτρου 32mm με ανακλινόμενη κεφαλή

Προσφέρουμε κυκλικούς κυρτούς αναστομωτήρες 32mm μίας χρήσης με κλιπ τιτανίου μεγέθους 5.5mm περίπου για παχείς ιστούς με μήκος στειλεού 18,5cm για χρήση σε χειρουργικές επεμβάσεις άνω-κάτω κοιλίας με δυνατότητα δημιουργίας μεγαλύτερου δυνατού αναστομωτικού αυλού για αποφυγή στενώσεων, με παράθυρο ελέγχου για το ύψος κλεισίματος του κλιπ, ασφάλεια προπυροδότησης και μηχανισμό ηχητικού ελέγχου ασφαλούς πυροδότησης. Διαθέτουν αποσπώμενη και ανακλινόμενη κεφαλή χαμηλού προφίλ για εύκολη τοποθέτηση στον αυλό. Η λάμα είναι από ανοξείδωτο ατσάλι SUS302 με μεγαλύτερη κοπτική ικανότητα. Η κεφαλή φέρει οπές εκτόνωσης πίεσης καθώς και αύλακα περίδεσης της περίπαρσης. Φέρουν μια λαβή ταχείας και ελεγχόμενης σύγκλισης κεφαλής-άκμονα και μηχανισμό ασφάλειας για αποφυγή προ-πυροδότησης. Στην συσκευασία περιέχεται ειδική προέκταση που εξασφαλίζει στον άκμονα του κυκλικού την ευκολότερη τοποθέτηση σε δυσπρόσιτο σημείο όπως είναι ο οισοφάγος.

Το μήκος στειλεού 35cm και τα κλιπ ορθογώνιας διατομής καταδεικνύουν συγκεκριμένη εταιρεία. Επίσης παρακαλώ όπως προσθέσετε και την απόκλιση $\pm 10\%$ στην διάμετρο του κυκλικού.

Απάντηση: Η προτεινόμενη περιγραφή της εταιρείας δεν αναφέρει τα κλιπ να είναι ορθογώνιας διατομής. Αυτό δεν μπορεί να αφαιρεθεί επειδή αποτελεί τεχνικό χαρακτηριστικό που διασφαλίζει την ποιότητα της αναστόμωσης (μέγιστη αντοχή σε λυγισμό). Επίσης, τα 35εκ μήκος στειλεού εξασφαλίζουν την πρόσβαση του εργαλείου και σε επεμβάσεις σιγμοειδεκτομών. εκτός από επεμβάσεις ορθού. Προτείνουμε να απορριφθούν οι προτάσεις της εταιρείας.