

- 1 σχόλιο
- [7η ΥΠΕ \(ΔΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ\)](#)
- [Σύνδεση](#)
- [1](#)
- [Προτείνετε 1](#)
- TweetΚοινοποίηση
- [Ταξινόμηση με βάση τα παλαιότερα](#)

VAMVAS MEDICALS • [5 μέρες πριν](#)

Αξιότιμοι κύριοι,

Αναφορικά με τον α/α 7: Οι τεχνικές προδιαγραφές της διαβούλευσης καθιστούν αδύνατη την συμμετοχή μας στον συγκεκριμένο διαγωνισμό, θέτοντας αδικαιολόγητους περιορισμούς συμμετοχής σε εταιρείες με προϊόντα που διαθέτουν την σήμανση πιστοποίησης CE, και κατ' αυτόν τον τρόπο δεν εξασφαλίζεται η μεγαλύτερη δυνατή ευρύτητα συμμετοχής στον συγκεκριμένο διαγωνισμό.

Για το λόγο αυτό προτείνουμε να εμπλουτιστούν, ώστε να εξασφαλίζεται η μεγαλύτερη δυνατή ευρύτητα συμμετοχής στον διαγωνισμό χωρίς να μειώνεται το κλινικό όφελος για το Νοσοκομείο σας και ταυτόχρονα δίνοντας την ευκαιρία στο νοσοκομείο σας την δυνατότητα εξοικονόμησης χρημάτων μέσω της συμμετοχής περισσότερων εταιρειών:

Ακολουθούν οι τροποποιημένες προτεινόμενες τεχνικές προδιαγραφές της εταιρίας μας:

Λαβίδα ηλεκτροθερμικής συγκόλλησης και διατομής αγγείων έως και 7 MM, με αυτόματη ολοκλήρωση του κύκλου απολίνωσης, ενεργοποιούμενη από τη χειρολαβή και ξεχωριστή σκανδάλη μηχανικής κοπής. Να διαθέτει τεχνολογία αντίληψης ιστού, δυνατότητα άρθρωσης κατά 80° ενεργό άκρο 21±2mm , μήκους 23±1cm και στυλεό διαμέτρου 5mm. Ο μειοδότης οφείλει να προσκομίσει συνοδό εξοπλισμό τελευταίας γενιάς .

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Ζητείται σύστημα ηλεκτροθερμικής συγκόλλησης αγγείων με ανοικτές προδιαγραφές. Ο προτεινόμενος από την εταιρεία Βάμβας «εμπλουτισμός» των προδιαγραφών τις κάνει πιο «κλειστές» και φωτογραφίζει το υλικό που εμπορεύεται η ίδια η εταιρεία. Συνεπώς η συμμετοχή στον διαγωνισμό θα μειωθεί δεν θα αυξηθεί. Προτείνουμε να απορριφθούν οι προτάσεις της εταιρείας.