

Ηράκλειο 14/7/2023

ΘΕΜΑ: 2η Δημόσια Διαβούλευση Επικαιροποιημένων τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια Πλήρες Σετ Εμφυτεύσιμου Κώδωνα (τυμπάνου)

Διαβάζοντας προσεκτικά τις παρατηρήσεις της εταιρείας KALTEQ ΑΕ,
Παρακαλώ να γίνει η προσθήκη στις προδιαγραφές

(Να είναι συμβατό με MRI έως 3 Tesla.)

Παρακαλώ οι ήδη υπάρχουσες προδιαγραφές με βάση και την πρώτη διαβούλευση να παραμείνουν ως έχουν.