

ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ ΜΕ ΟΠΕΣ ΕΥΘΕΙΣ Νο 6

- Να είναι από PVC, με λεία επιφάνεια, ακτινοσκοπικοί. βαθμονομημένοι ανά εκατοστό από τα 5 cm.
- Να έχουν ανοικτό ατραυματικό άκρο ,με δύο πλάγιες οπές αντιδιαμετρικά στο 1cm και στα 2cm περίπου από το άκρο .
- Να είναι ανθεκτικοί στο τσάκισμα .
- Να είναι διαφανείς , μίας χρήσης, αποστειρωμένοι και η ημερομηνία λήξης να αναγράφεται πάνω στην ατομική συσκευασία.
- Το μήκος του καθετήρα να είναι 40cm έως 50cm.
- Να έχει βαλβίδα ελέγχου αναρόφησης, που να λειτουργεί με τη χρήση ενσωματωμένου καπακιού και με το δάκτυλο .
- Το συνδετικό με το λάστιχο αναρόφησης να είναι κώνικο ,με διάμετρο περίπου 6 έως 9 mm
- Να είναι LATEX free και DEHP free .
- Να είναι πιστοποιημένοι με CE.

ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ ΜΕ ΟΠΕΣ ΕΥΘΕΙΣ Νο 8

- Να είναι από PVC, με λεία επιφάνεια, ακτινοσκοπικοί. βαθμονομημένοι ανά εκατοστό από τα 5 cm.
- Να έχουν ανοικτό ατραυματικό άκρο ,με δύο πλάγιες οπές αντιδιαμετρικά στο 1cm και στα 2cm περίπου από το άκρο .
- Να είναι ανθεκτικοί στο τσάκισμα .
- Να είναι διαφανείς , μίας χρήσης, αποστειρωμένοι και η ημερομηνία λήξης να αναγράφεται πάνω στην ατομική συσκευασία.
- Το μήκος του καθετήρα να είναι 40cm έως 50cm.
- Να έχει βαλβίδα ελέγχου αναρόφησης, που να λειτουργεί με τη χρήση ενσωματωμένου καπακιού και με το δάκτυλο .
- Το συνδετικό με το λάστιχο αναρόφησης να είναι κώνικο ,με διάμετρο περίπου 6 έως 9 mm
- Να είναι LATEX free και DEHP free .
- Να είναι πιστοποιημένοι με CE.