

**ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΛΙΒΑΝΟΥ
ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
(ΠΡΩΗΝ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ)**

Αντικείμενο του διαγωνισμού θα είναι η ανάδειξη συντηρητή για την συντήρηση του κλιβάνου πλάσματος STERRAD 100 S των Χειρουργείων του Νοσοκομείου μας.

Η σύμβαση συντήρησης που θα υπογραφεί θα είναι διάρκειας ενός έτους αρχόμενη από την ημερομηνία της υπογραφής της με δικαίωμα παράτασης εάν το επιθυμεί το Νοσοκομείο μας .

Οι εταιρείες που θα συμμετάσχουν στον διαγωνισμό θα πρέπει να διαθέτουν σε ισχύ πιστοποιήσεις του κατασκευαστικού οίκου που να αναφέρουν ότι έχουν την δυνατότητα να πραγματοποιούν υπεύθυνες συντηρήσεις στον προαναφερόμενο κλίβανο με αμεταχείριστα ανταλλακτικά του κατασκευαστικού οίκου .

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Ο συντηρητής υποχρεούται να πραγματοποιεί απεριόριστο αριθμό επισκέψεων επανορθωτικής συντήρησης μετά από γραπτή ή τηλεφωνική κλήση μέσα σε 24 ώρες εκτός εάν συντρέχουν λόγοι ανώτερης βίας.

Η προληπτική και επανορθωτική συντήρηση θα γίνεται σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τις οδηγίες του κατασκευαστικού οίκου .

Τα ανταλλακτικά και τα εξαρτήματα (αναλώσιμα και μη αναλώσιμα)που θα απαιτούνται κατά τις εργασίες της προληπτικής συντήρησης (ΕΠΙΠΕΔΟΥ Ε1 ΚΑΙ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Ε2) και της επανορθωτικής συντήρησης θα περιλαμβάνονται στην σύμβαση που θα υπογραφεί.

Ο συντηρητής μετά το πέρας κάθε εργασίας θα παρέχει στο Νοσοκομείο μας τεχνικό δελτίο με πλήρη περιγραφή των εργασιών που έχει πραγματοποιήσει σε κάθε μηχανήμα καθώς επίσης και αναγραφή των ανταλλακτικών που αντικατέστησε με τους κωδικούς τους,

Οι εργασίες προληπτικής συντήρησης (ΕΠΙΠΕΔΟΥ Ε1 ΚΑΙ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Ε2)θα διενεργούνται μόνο στους χώρους του Νοσοκομείου μας ενώ οι εργασίες επισκευής σε περίπτωση που δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν στους χώρους του Νοσοκομείου , θα διενεργούνται όπου κρίνει η συντηρήτρια εταιρεία με δαπάνες μεταφοράς και ευθύνη της συντηρήτριας εταιρείας.

Ο συνολικός χρόνος ακινητοποίησης του κλιβάνου λόγω βλάβης ορίζεται σε δέκα μέρες εργάσιμες το έτος. Στον χρόνο αυτό δεν υπολογίζεται ο χρόνος για την προληπτική και την επανορθωτική συντήρηση του κλιβάνου.

Σε περίπτωση που η συντηρήτρια εταιρεία υπερβεί το σύνολο των ημερών του χρόνου ακινητοποίησης η σύμβαση παρατείνεται για κάθε μια εργάσιμη μέρα μη λειτουργίας μηχανήματος πέραν του DOWN TIME για επτά ημέρες επί πλέον χωρίς επιβάρυνση του Νοσοκομείου μας,

ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ

Ο ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ θα φέρει ακεραία την ευθύνη, ποινική και αστική για κάθε ζημία που θα προκληθεί στο προσωπικό του Νοσοκομείου και σε τρίτους , που θα αποδεικνύεται από ανεξάρτητο γνωμοδοτικό όργανο και οφείλεται σε τεχνική παράλειψη ή αμέλεια του συντηρητή ή των συνεργατών του και έχει σχέση με τον κλίβανο πλάσματος STERRAD του Νοσοκομείου μας.

ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Ε1

Θα γίνει με την συμπλήρωση 6 μηνών ή 750 κύκλων λειτουργίας από την τελευταία συντήρηση επιπέδου Ε2 και **θα περιλαμβάνει**

1) PM 1 kit

2)Έλεγχο της σταθερότητας πλαισίου στον χώρο της εγκατάστασης , Αλλαγή λαδιών αντλίας κενού , Καθαρισμό vaporizer κλιβάνου , Απομάκρυνση νερού από δοχείο συλλογής αέρα, Απομάκρυνση υγρασίας από την παγίδα του ρυθμιστή πίεσης, Αντικατάσταση του φίλτρου λαδιού της αντλίας κενού ,καθαρισμός των φίλτρων αέρα και των πλαισίων του συστήματος

ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Ε2

Με την συμπλήρωση 12 μηνών ή 2250 κύκλων λειτουργίας από την τελευταία συντήρηση επιπέδου Ε2 **και θα περιλαμβάνει**

1) PM1 kit και PM2 kit

2)Έλεγχο της σταθερότητας πλαισίου στον χώρο της εγκατάστασης , Αλλαγή λαδιών αντλίας κενού , Καθαρισμό vaporizer κλιβάνου , Απομάκρυνση νερού από δοχείο συλλογής αέρα, Απομάκρυνση υγρασίας από την παγίδα του ρυθμιστή πίεσης, Αντικατάσταση του φίλτρου λαδιού της αντλίας κενού ,καθαρισμός των φίλτρων αέρα και των πλαισίων του συστήματος, Έλεγχος λειτουργίας ρυθμιστή πίεσης ,Αντικατάσταση καταλυτικού φίλτρου και του φίλτρου λαδιού της αντλίας κενού, Αντικατάσταση του φίλτρου HEPA ,Καθαρισμό της πόρτας του κλιβάνου ,Αντικατάσταση δακτυλίου στεγανοποίησης της πόρτας του θαλάμου, Αντικατάσταση Των STOP στους οδηγούς του ραφιού του θαλάμου, Αντικατάσταση των μονωτικών αποστατών του ηλεκτροδίου .

3)Πιστοποίηση του κλιβάνου από τον κατασκευαστικό οίκο .

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΚΛΙΒΑΝΟΥ

Αναβαθμίσεις - Διορθωτικές επεμβάσεις - Τροποποιήσεις ασφαλείας του κλιβάνου, που εκδίδονται από τον κατασκευαστικό οίκο και χαρακτηρίζονται ως απαραίτητες θα παρέχονται δωρεάν προς το Νοσοκομείο καθώς επίσης και τα σχετικά ανταλλακτικά .