

Ηράκλειο, 06/09/2017

Αρ. Πρωτ. 14756/7-09-2017

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΛΥΤΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΗbA1c ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΛΕΥΚΩΜΑΤΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΚΟ

1. Ποσοτικός προσδιορισμός με ενιαίο μικρό φορητό αναλυτή
 - HbA1c (τιμές σε ποσοστό %) σε δείγμα τριχοειδικού αίματος και
 - μικρολευκωματίνης , κρεατινίνης και κλάσματος μικρολευκωματίνης/κρεατινίνη σε δείγμα ούρων
2. Με αντιδραστήρια έτοιμα για άμεση χρήση προς χρήση σε κασέτες μιας χρήσεως χωριστά το καθένα για κάθε εξέταση
3. Χρόνος εξέτασης έως και 7 λεπτά
4. Χωρίς βαθμονόμηση ή με αυτόματη βαθμονόμηση με barcode card
5. Χωρίς άλλες ρυθμίσεις
6. Χωρίς έκπλυση
7. Πιστοποίηση κατά IFCC και NGSP

Α Ομάδα Τεχνικών Προδιαγραφών Ποιότητας και Απόδοσης με συντελεστή στάθμισης 70%				
ΚΡΙΤΗΡΙΑ	ΒΑΘΜ 100 110	ΣΥΝΤ ΣΤΑΘΜ	ΣΤΑΘΜ ΒΑΘΜ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΓΙΑ ΒΑΘΜΟ >100
A1 Ποιότητα Τεχνολογίας, απόδοση, ταχύτητα, αξιοπιστία λειτουργίας παραγωγικότητα.		30%	0,00	
A2 Απλότητα στον χειρισμό και την λειτουργία του οργάνου, συμβατότητα με τρέχουσες μεθόδους, ύπαρξη συστήματος ασφαλείας προσωπικού και περιβάλλοντος		15%	0,00	
Αντιδραστήρια				
A3 Ποιότητα και πλήρης συμβατότητα με τα αντίστοιχα όργανα (αναλυτές) αξιοπιστία, ακρίβεια, επαναληψιμότητα των αποτελεσμάτων, ευχέρεια ανασύστασης και χρήσης.		15%	0,00	
A4 Διάρκεια χρήσεως - συνθήκες συντήρησης		5%	0,00	
A5 Συσκευασία (καταλληλότητα - σημάνσεις)		5%	0,00	
Β Ομάδα Τεχνικής Υποστήριξης και Κάλυψης με συντελεστή στάθμισης 30%				
B1 Παρεχόμενη εγγύηση καλής λειτουργίας αναλυτή		10%	0,00	
B2 Παρεχόμενες υπηρεσίες συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης		10%	0,00	
B3 Παρεχόμενες υπηρεσίες εκπαίδευσης προσωπικού-χειριστών για τον αναλυτή		10%	0,00	
ΤΕΛΙΚΗ ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ			0,00	
ΒΑΘΜ Βαθμολογία από 100 - 110. Για βαθμολογία >100 αιτιολόγηση στην τελευταία στήλη.				
ΣΥΝΤ ΣΤΑΘΜ Συντελεστής Στάθμισης				