

# **ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΨΥΓΕΙΩΝ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ**

## **ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ**

### **( ΠΡΩΗΝ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ )**

Αντικείμενο του παρόντος διαγωνισμού είναι η ανάδειξη συντηρητή για την υπογραφή σύμβασης διάρκειας ενός έτους, αρχομένης από την ημερομηνία υπογραφής της, για την συντήρηση και τεχνική υποστήριξη των παρακάτω ψυγείων της Αιμοδοσίας του Νοσοκομείου μας.

1. ενός (1) ψυγείο συντήρησης ελεγμένων ασκών αίματος μάρκας JEWETT,
2. ενός (1) ψυγείο συντήρησης διασταυρωμένων ερυθρών μάρκας FIOCCHETTI
3. ενός (1) ψυγείο συντήρησης μη ελεγμένων ερυθρών μάρκας REVCO
4. ενός (1) καταψύκτη (για μη ελεγμένο πλάσμα και δείγματα ορού) μάρκας FORMA SCIENTIFIC
5. ενός (1) καταψύκτη πλάσματος μάρκας JORDON

Η σύμβαση συντήρησης θα περιλαμβάνει έξι ( 6 ) συντηρήσεις προληπτικές (μία ανά δίμηνο )κατά την διάρκεια του συμβατικού έτους και απεριόριστο αριθμό επανορθωτικής συντήρησης όποτε χρειαστεί ,μέσα σε 24 ώρες μετά από τηλεφωνική ή γραπτή ενημέρωση του συντηρητή , εκτός αν συντρέχουν λόγοι ανώτερης βίας.

Ο συντηρητής θα ενημερώνει εγγράφως το Νοσοκομείο για τα υλικά (αναλώσιμα και μη αναλώσιμα )που πρέπει να αντικατασταθούν μαζί με το κόστος τους , τα οποία θα χρεώνονται χωριστά και τα οποία θα αντικαθιστά ή θα συμπληρώνει αφού πρώτα λάβει την σχετική έγκριση από το Νοσοκομείο.

Οι εργασίες προληπτικής συντήρησης θα πραγματοποιούνται στους χώρους του Νοσοκομείου , ενώ οι εργασίες επισκευής εάν δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν στον χώρο του Νοσοκομείου θα γίνονται όπου κρίνει η συντηρήτρια εταιρεία , με δαπάνη μεταφοράς και ευθύνη της συντηρήτριας εταιρείας.

Ο συντηρητής μετά το πέρας κάθε συντήρησης ( προληπτικής ή επανορθωτικής ) θα παρέχει στο Νοσοκομείο μας τεχνικό δελτίο με πλήρη περιγραφή των εργασιών που πραγματοποίησε σε κάθε μηχανήμα , αναγράφοντας σε αυτό τα ανταλλακτικά που αντικατέστησε και θα παραδίδει στην Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου τα κατεστραμμένα ανταλλακτικά

Ο συντηρητής υποχρεούται να τηρεί και να ενημερώνει καρτέλα συντήρησης για κάθε μηχανήμα ξεχωριστά, την οποία θα ενημερώνει αναλυτικά για κάθε τι που πραγματοποίησε σε κάθε μηχανήμα την οποία θα υπογράφει μαζί με τον Προϊστάμενο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου . Οι καρτέλες συντήρησης των μηχανημάτων θα βρίσκονται στην Αιμοδοσία του Νοσοκομείου μας.

## **ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΨΥΓΕΙΩΝ ΑΝΑ ΔΙΜΗΝΟ**

### **Τεχνικός έλεγχος**

- Θερμοκρασίας και καταγραφικών θερμοκρασίας και συσσωρευτών καταγραφικών θερμοκρασίας
- Πιέσεων λειτουργίας
- Σχηματισμός πάγου
- Σωστή ευθυγράμμιση
- Λειτουργίας θυρών, συρταριών, σχαρών, λάστιχα πόρτας
- Σκουριές
- Αποχέτευσης
- Συστημάτων συναγερμών δια κοπής ρεύματος και συναγερμών θερμοκρασίας και έλεγχος συσσωρευτών συναγερμών
- Διαρροές υγρών
- έλεγχο των ψυγείων (καθαρισμός μοτέρ, έλεγχος Ψυκτικού στοιχείου, ψυκτικών υγρών).
- Έλεγχος ηλεκτρικών επαφών, καθαρισμός, αντικατάσταση φθαρμένων μερών αυτών

### **Γενικός έλεγχος των οργάνων και καθαρισμός αυτών**

- Ρύθμιση όλων των οργάνων
- Έλεγχος των ψυκτικών υγρών και συμπλήρωση τους
- Γενικός καθαρισμός και πλύσιμο αν απαιτείται

## **ΕΥΘΥΝΗ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ**

Ο συντηρητής θα φέρει ακεραία την ευθύνη , ποινική και αστική για κάθε ζημία που θα προκληθεί στο προσωπικού του Νοσοκομείο και σε τρίτους , που θα αποδεικνύεται από ανεξάρτητο γνωμοδοτικό όργανο και οφείλεται σε τεχνική παράλειψη ή αμέλεια του συντηρητή και έχει σχέση με τα ψυγεία που έχει την συμβατική υποχρέωση να συντηρεί.