

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΚΑΙ ΣΑΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ, ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΤΟΥΣ», ΠΠΥΥ 2014 για τις ανάγκες του Π.Α.Γ.Ν.Η. – Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ»

Η επιτροπή προδιαγραφών που ορίστηκε με την απόφαση 178/2016 *(δix ορθή επανάληψη) για την ομάδα υλικών «ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΚΑΙ ΣΑΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ, ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΤΟΥΣ» προκειμένου να συντάξει τεχνικές προδιαγραφές έλαβε υπόψη τα:

1. Με αριθ. 65/17-07-2015/21-07-2015 απόφασης της ΕΠΥ (θέμα 1^ο), σχετικά με την υποχρεωτική διαδικασία σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων για όλους τους φορείς που αφορά τον ορισμό των φορέων διενέργειας ενιαίων διαγωνισμών – αρμοδιότητες των επιτροπών σύνταξης τεχνικών
2. Με αριθ. την 241/20-01-2016 οδηγία της ΕΠΥ με θέμα: «Οδηγία για την αιτιολογία των τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων, την επίσπευση εκπόνησής τους και τη δημοσιότητά τους» και
3. Υπ' αριθμ. 2 Κατευθυντήριας Οδηγίας της ΕΑΑΔΗΣΥ (Απόφαση 231/2014 της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων) με βάση την οποία δεν γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη κατασκευή/ προέλευση/ ιδιαίτερες μέθοδοι κατασκευής, σε σήμα/δίπλωμα ευρεσιτεχνίας/τύπο, ούτε σε συγκεκριμένη παραγωγή ή καταγωγή, ώστε να μην ευνοούνται ούτε αποκλείονται ορισμένες επιχειρήσεις ή ορισμένα προϊόντα.

Επίσης στηρίχθηκε στα:

1. Ισχύουσες κατευθυντήριες γραμμές και νομοθεσία (όπως Τεχνικές Προδιαγραφές και οι Μέθοδοι Ελέγχου των πλαστικών συριγγών μιας χρήσης καθορίζονται με την Υπουργική απόφαση Α6 6404 δις (ΦΕΚ 681/τ.Β/8-8-91) «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΡΙΓΓΩΝ ΚΑΙ ΒΕΛΟΝΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ»)
2. Προηγούμενες τεχνικές προδιαγραφές των 2 συνδεδεμένων νοσοκομείων.
3. Την εμπειρία των μελών της επιτροπής αλλά και των χρηστών ειδικότερα όσον αφορά σε υλικά εξειδικευμένων τμημάτων . Στις εν λόγω τεχνικές προδιαγραφές δεν υπάρχει βιβλιογραφική τεκμηρίωση λόγω του είδους των υλικών αλλά αιτιολόγησε στηρίχθηκε στην καθημερινή πρακτική, την εμπειρία και στη κοινή λογική.
4. Έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο διαδίκτυο σε:
 - i. Αναρτημένες τεχνικές προδιαγραφές άλλων ΥΠΕ
 - ii. Αναρτημένες τεχνικές προδιαγραφές ΕΠΥ
 - iii. Διαύγεια
5. Εύρος των παρεμβάσεων που πραγματοποιούνται στα δύο διασυνδεδεμένα νοσοκομεία.
6. Κατατεθείσες, από τις εταιρείες, προτάσεις τεχνικών προδιαγραφών.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΚΑΙ ΣΑΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ, ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΤΟΥΣ

A/A	ΕΙΔΟΣ ΥΛΙΚΟΥ	ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ
1.	ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΣ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΦΑΝΗΣ ΣΑΚΟΣ ΚΟΒΟΜΕΝΟΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΩΣ 100 ΧΙΛ. ΠΕΡΙΠΟΥ,ΜΕ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΣΤΟΜΙΟ.	Ο σάκος να είναι διαφανής, με αποσπώμενο διαφανές ευλύγιστο παράθυρο ανοίγματος τουλάχιστον 90 χιλ. για επιθώρηση, ευκολία χειρισμών και εργασίας στο στόμιο. Να έχει μαλακό, υποαλλεργικό, αντιιδρωτικό κάλυμμα στην πλευρά επαφής με το δέρμα. Να έχει βαλβίδα εξόδου για εύκολο άδειασμα και σύνδεση με οποιονδήποτε ουροσυλλέκτη. Το κολλητικό να έχει καλή προσκόλληση στο δέρμα για την αποφυγή διαρροών, να αποτελείται από σύγχρονα υλικά και να έχει προσαρμοζόμενο άνοιγμα από 100 ως 110 χιλ. περίπου για εφαρμογή στο μέγεθος της στομίας.
2.	ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΣ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΦΑΝΗΣ ΣΑΚΟΣ ΚΟΒΟΜΕΝΟΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΩΣ 70 ΧΙΛ. ΠΕΡΙΠΟΥ,ΜΕ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΣΤΟΜΙΟ.	Ο σάκος να είναι διαφανής, με αποσπώμενο διαφανές ευλύγιστο παράθυρο ανοίγματος για επιθώρηση και εργασία στο στόμιο. Να έχει μαλακό, υποαλλεργικό, αντιιδρωτικό κάλυμμα στην πλευρά επαφής με το δέρμα. Να έχει βαλβίδα εξόδου για εύκολο άδειασμα και σύνδεση με οποιονδήποτε ουροσυλλέκτη. Το κολλητικό να έχει καλή προσκόλληση στο δέρμα για την αποφυγή διαρροών, να αποτελείται από σύγχρονα υλικά και να έχει προσαρμοζόμενο άνοιγμα από 70 ως 80 χιλ. για εφαρμογή στο μέγεθος της στομίας..
3.	ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΣ ΣΑΚΟΣ ΕΙΛΕΟΣΤΟΜΙΑΣ ΔΙΑΦΑΝΗΣ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΔΕΙΑΣΜΑΤΟΣ - ΜΕΓΕΘΟΣ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ 10 - 75 ΧΙΛ.ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ	Ο σάκος να είναι διαφανής, με ενσωματωμένη κολλητική ευλύγιστη επιφάνεια για καλύτερη προσκόλληση στο δέρμα και αποφυγή διαρροών. Να διαθέτει φίλτρο διαφυγής αερίων. Να έχει μαλακό ,υποαλλεργικό,αντιιδρωτικό κάλυμμα στην πλευρά επαφής με το δέρμα. Να διαθέτει ενσωματωμένο σύστημα ανοίγματος - κλεισίματος για εύκολο άδειασμα. Το κολλητικό να αποτελείται από σύγχρονα υλικά και να έχει προσαρμοζόμενο άνοιγμα από 10 ως και 75 χιλ. τουλάχιστον για εφαρμογή στο μέγεθος της ειλεοστομίας.
4.	ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΣ ΣΑΚΟΣ ΚΟΛΟΣΤΟΜΙΑΣ ΔΙΑΦΑΝΗΣ - ΜΕΓΕΘΟΣ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ 10 - 75 ΧΙΛ. ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ	Ο σάκος να είναι διαφανής με ενσωματωμένη κολλητική ευλύγιστη επιφάνεια για καλύτερη προσκόλληση στο δέρμα και αποφυγή διαρροών. Να διαθέτει φίλτρο διαφυγής αερίων. Να έχει μαλακό,υποαλλεργικό,αντιιδρωτικό κάλυμμα στην πλευρά επαφής με το δέρμα και να έχει προσαρμοζόμενο άνοιγμα κολλητικού από 10 ως 75 χιλ. τουλάχιστον για εφαρμογή στο μέγεθος της κολοστομίας.
5.	ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΣ ΣΑΚΟΣ ΟΥΡΗΤΗΡΟΣΤΟΜΙΑΣ & ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΔΙΑΦΑΝΗΣ - ΜΕΓΕΘΟΣ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ 10 - 75 ΧΙΛ. ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ	Ο σάκος να είναι διαφανής και να διαθέτει ευλύγιστη κολλητική επιφάνεια για καλύτερη προσκόλληση στο δέρμα . Να διαθέτει βαλβίδα αντεπιστροφής των ούρων για την αποφυγή παλινδρόμησης των ούρων και έξοδο αδεϊάσματος που να συνδέεται σε οποιονδήποτε ουροσυλλέκτη. Να έχει υποαλλεργικό,αντιιδρωτικό κάλυμμα στην επιφάνεια επαφής με το σώμα και να έχει προσαρμοζόμενο άνοιγμα κολλητικού από 10 ως 75 χιλ. τουλάχιστον.
6.	ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟ ΣΤΟΜΙΟ 150 -200ML	Να περιέχει καταπραυντικές και ενυδατικές ουσίες για τον καθαρισμό του δέρματος γύρω από το στόμιο. Να είναι σε συσκευασία από 150 ως 200ml. Να μην περιέχει οινόπνευμα.
7.	ΕΝΥΔΑΤΙΚΗ ΑΛΟΙΦΗ ΓΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΞΗΡΟΥ ΚΑΙ ΕΡΕΘΙΣΜΕΝΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟ ΣΤΟΜΙΟ 50 - 60ML	Ενυδατική αλοιφή που να απορροφάται άμεσα από το δέρμα. Να μην αφήνει υπολείματα στο δέρμα που επηρεάζουν το κολλητικό των συστημάτων της στομίας. Να είναι σε συσκευασία από 50 ως 60gr περίπου.
8.	ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΖΩΝΗ ΣΤΟΜΙΑΣ	Η ζώνη στομίας να είναι ρυθμιζόμενη. Να είναι από υλικό φιλικό προς το δέρμα (βαμβάκι), να είναι ελαστική και να εφαρμόζει σε όλες τις βάσεις (κολοστομίας, ειλεοστομίας, ουρητηροστομίας)

9.	ΣΠΡΕΙ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟΥ ΑΠΟ 100% ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΧΩΡΙΣ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 50 - 60ML	Να αφαιρεί γρήγορα και εύκολα τα κολλητικά και να διαθέτει ήπιο ψεκασμό. Να περιέχει 100% σιλικόνη, χωρίς οινόπνευμα, ώστε να είναι φιλικό προς το δέρμα, χωρίς να προκαλεί πόνο και ερεθισμό κατά την εφαρμογή του. Να στεγνώνει αμέσως και να μην αφήνει υπολείματα. Σε συσκευασία από 50 ως 60ml.
10.	ΣΠΡΕΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΑΠΟ 100% ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΧΩΡΙΣ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 50 - 60ML	Να δημιουργεί προστατευτική μεμβράνη στο δέρμα κατά την εφαρμογή του για προστασία από τα βιολογικά υγρά. Να είναι 100% από σιλικόνη και να μην περιέχει οινόπνευμα. Να στεγνώνει άμεσα και να μην επηρεάζει την κολλητικότητα των βάσεων στομίας. Να είναι σε συσκευασία από 50 ως 60 ml.
11.	ΣΥΣΤΗΜΑ 2 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΕΙΛΕΟΣΤΟΜΙΑΣ ΜΕ ΕΠΙΠΕΔΗ ΒΑΣΗ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ 10 - 35 ΧΙΛ. ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ & ΣΑΚΟΥ ΕΙΛΕΟΣΤΟΜΙΑΣ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΔΕΙΑΣΜΑΤΟΣ	Η βάση να είναι επίπεδη με δακτύλιο κουμπώματος και υποδοχές για στήριξη ζώνης. Η κολλητική επιφάνεια να αποτελείται από ενισχυμένο υποαλλεργικό κολλητικό, για καλύτερη εφαρμογή στην επιφάνεια του δέρματος και να κόβεται από 10 ως 35 χιλ. για να προσαρμόζεται στην ειλεοστομία. Ο σάκος να είναι αδιαφανής με ενισχυμένο φίλτρο για συνεχές φιλτράρισμα των αερίων ανατομικό και διακριτικό σχήμα, να έχει εξελεγμένο σύστημα εξόδου για εύκολο άδειασμα και κλείσιμο με κλείστρο velcro, το οποίο να διπλώνεται και να κρύβεται, για να είναι διακριτικό. Να διαθέτει εξωτερικά και στις δύο πλευρές, μαλακό αντιιδρωτικό κάλυμμα και ειδικό σύστημα για κούμπωμα με ασφάλεια στη βάση χωρίς πίεση.
12.	ΣΥΣΤΗΜΑ 2 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΕΙΛΕΟΣΤΟΜΙΑΣ ΜΕ ΕΠΙΠΕΔΗ ΒΑΣΗ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ 10 - 55 ΧΙΛ. ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ & ΣΑΚΟΥ ΕΙΛΕΟΣΤΟΜΙΑΣ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΔΕΙΑΣΜΑΤΟΣ	Η βάση να είναι επίπεδη με δακτύλιο κουμπώματος και υποδοχές για στήριξη ζώνης. Η κολλητική επιφάνεια να αποτελείται από ενισχυμένο υποαλλεργικό κολλητικό, για καλύτερη εφαρμογή στην επιφάνεια του δέρματος και να κόβεται από 10 ως 55 χιλ. για να προσαρμόζεται στην ειλεοστομία. Ο σάκος να είναι αδιαφανής με ενισχυμένο φίλτρο για συνεχές φιλτράρισμα των αερίων ανατομικό και διακριτικό σχήμα, να έχει εξελεγμένο σύστημα εξόδου για εύκολο άδειασμα και κλείσιμο με κλείστρο velcro το οποίο διπλώνεται και κρύβεται, για να είναι διακριτικό. Να διαθέτει εξωτερικά και στις δύο πλευρές, μαλακό αντιιδρωτικό κάλυμμα και ειδικό σύστημα για κούμπωμα με ασφάλεια στη βάση χωρίς πίεση.
13.	ΣΥΣΤΗΜΑ 2 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΚΟΛΟΣΤΟΜΙΑΣ ΜΕ ΕΠΙΠΕΔΗ ΒΑΣΗ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ 10 - 35 ΧΙΛ. ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ & ΣΑΚΟΥ ΚΟΛΟΣΤΟΜΙΑΣ	Η βάση να είναι επίπεδη με δακτύλιο κουμπώματος και υποδοχές για στήριξη ζώνης. Η κολλητική επιφάνεια να αποτελείται από ενισχυμένο υποαλλεργικό κολλητικό, για καλύτερη εφαρμογή στην επιφάνεια του δέρματος και να κόβεται από 10 ως 35 χιλ. για να προσαρμόζεται στην κολοστομία. Ο σάκος να είναι αδιαφανής με ενισχυμένο φίλτρο για συνεχές φιλτράρισμα των αερίων, ανατομικό και διακριτικό σχήμα. Να διαθέτει εξωτερικά και στις δύο πλευρές, μαλακό αντιιδρωτικό κάλυμμα και ειδικό σύστημα για κούμπωμα με ασφάλεια στη βάση χωρίς πίεση.
14.	ΣΥΣΤΗΜΑ 2 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΚΟΛΟΣΤΟΜΙΑΣ ΜΕ ΕΠΙΠΕΔΗ ΒΑΣΗ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ 10 - 55 ΧΙΛ. ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ & ΣΑΚΟΥ ΚΟΛΟΣΤΟΜΙΑΣ	Η βάση να είναι επίπεδη με δακτύλιο κουμπώματος και υποδοχές για στήριξη ζώνης. Η κολλητική επιφάνεια να αποτελείται από ενισχυμένο υποαλλεργικό κολλητικό, για καλύτερη εφαρμογή στην επιφάνεια του δέρματος και να κόβεται από 10 ως 55 χιλ. για να προσαρμόζεται στην κολοστομία. Ο σάκος να είναι αδιαφανής με ενισχυμένο φίλτρο για συνεχές φιλτράρισμα των αερίων, ανατομικό και διακριτικό σχήμα. Να διαθέτει εξωτερικά και στις δύο πλευρές, μαλακό αντιιδρωτικό κάλυμμα και ειδικό σύστημα για κούμπωμα με ασφάλεια στη βάση χωρίς πίεση.
15.	ΣΥΣΤΗΜΑ 2 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΟΥΡΗΤΗΡΟΣΤΟΜΙΑΣ ΜΕ ΕΠΙΠΕΔΗ ΒΑΣΗ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ 10 - 35 ΧΙΛ. ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ & ΣΑΚΟΥ ΟΥΡΗΤΗΡΟΣΤΟΜΙΑΣ ΜΕ ΕΞΟΔΟ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΕ ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΗ	Η βάση να είναι επίπεδη με δακτύλιο κουμπώματος και υποδοχές για στήριξη ζώνης. Η κολλητική επιφάνεια να αποτελείται από ενισχυμένο υποαλλεργικό κολλητικό, για καλύτερη εφαρμογή στην επιφάνεια του δέρματος και να κόβεται από 10 ως 35 χιλ. για να προσαρμόζεται στην ουρητηροστομία. Ο σάκος ουρητηροστομίας να είναι διαφανής με δακτύλιο που να εφαρμόζει στην αντίστοιχη βάση με κούμπωμα ασφαλείας. Να έχει βαλβίδα αντεπιστροφής των ούρων και έξοδο αδεϊσματος για σύνδεση με οποιονδήποτε ουροσυλλέκτη. Να έχει μαλακό υποαλλεργικό αντιιδρωτικό κάλυμμα στην επιφάνεια επαφής με το δέρμα.

16.	ΣΥΣΤΗΜΑ 2 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΟΥΡΗΤΗΡΟΣΤΟΜΙΑΣ ΜΕ ΕΠΙΠΕΔΗ ΒΑΣΗ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ 10 - 55 ΧΙΛ. ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ & ΣΑΚΟΥ ΟΥΡΗΤΗΡΟΣΤΟΜΙΑΣ ΜΕ ΕΞΟΔΟ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΗ	Η βάση να είναι επίπεδη με δακτύλιο κουμπώματος και υποδοχές για στήριξη ζώνης. Η κολλητική επιφάνεια να αποτελείται από ενισχυμένο υποαλλεργικό κολλητικό, για καλύτερη εφαρμογή στην επιφάνεια του δέρματος και να κόβεται από 10 ως 55 χιλ. για να προσαρμόζεται στην ουρητηροστομία. Ο σάκος ουρητηροστομίας να είναι διαφανής με δακτύλιο που να εφαρμόζει στην αντίστοιχη βάση με κούμπωμα ασφαλείας. Να έχει βαλβίδα αντεπιστροφής των ούρων και έξοδο αδειάσματος για σύνδεση με οποιονδήποτε ουροσυλλέκτη. Να έχει μαλακό υποαλλεργικό αντιδρωτικό κάλυμμα στην επιφάνεια επαφής με το δέρμα.
17.	ΣΥΣΤΗΜΑ 2 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΟΥΡΗΤΗΡΟΣΤΟΜΙΑΣ ΜΕ ΚΩΝΟΕΙΔΗ ΒΑΣΗ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ 15 - 22 ΧΙΛ. ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ & ΣΑΚΟΥ ΟΥΡΗΤΗΡΟΣΤΟΜΙΑΣ ΜΕ ΕΞΟΔΟ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΕ ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΗ	Η βάση να είναι κωνοειδής με δακτύλιο κουμπώματος και υποδοχές για στήριξη ζώνης. Η κολλητική επιφάνεια να είναι διαφανής για καλύτερο έλεγχο του στομίου, να αποτελείται από ενισχυμένο υποαλλεργικό κολλητικό, για καλύτερη εφαρμογή στην επιφάνεια του δέρματος και να κόβεται από 15 ως 22 χιλ. για να προσαρμόζεται στην ουρητηροστομία σε περιοχή με βαθιές πτυχές ή ουλές . Ο σάκος ουρητηροστομίας να είναι διαφανής με δακτύλιο που να εφαρμόζει στην αντίστοιχη βάση με κούμπωμα ασφαλείας. Να έχει βαλβίδα αντεπιστροφής των ούρων και έξοδο αδειάσματος για σύνδεση με οποιονδήποτε ουροσυλλέκτη. Να έχει μαλακό υποαλλεργικό αντιδρωτικό κάλυμμα στην επιφάνεια επαφής με το δέρμα.
18.	ΣΥΣΤΗΜΑ 2 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΟΥΡΗΤΗΡΟΣΤΟΜΙΑΣ ΜΕ ΚΩΝΟΕΙΔΗ ΒΑΣΗ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ 15 - 42 ΧΙΛ. ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ & ΣΑΚΟΥ ΟΥΡΗΤΗΡΟΣΤΟΜΙΑΣ ΜΕ ΕΞΟΔΟ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΕ ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΗ	Η βάση να είναι κωνοειδής με δακτύλιο κουμπώματος και υποδοχές για στήριξη ζώνης. Η κολλητική επιφάνεια να είναι διαφανής για καλύτερο έλεγχο του στομίου, να αποτελείται από ενισχυμένο υποαλλεργικό κολλητικό, για καλύτερη εφαρμογή στην επιφάνεια του δέρματος και να κόβεται από 15 ως 42 χιλ. για να προσαρμόζεται στην ουρητηροστομία σε περιοχή με βαθιές πτυχές ή ουλές . Ο σάκος ουρητηροστομίας να είναι διαφανής με δακτύλιο που να εφαρμόζει στην αντίστοιχη βάση με κούμπωμα ασφαλείας. Να έχει βαλβίδα αντεπιστροφής των ούρων και έξοδο αδειάσματος για σύνδεση με οποιονδήποτε ουροσυλλέκτη. Να έχει μαλακό υποαλλεργικό αντιδρωτικό κάλυμμα στην επιφάνεια επαφής με το δέρμα.
19.	ΥΔΡΟΣΤΑΤΙΚΗ ΠΑΣΤΑ ΕΥΠΛΑΣΤΗ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΤΕΛΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟ ΣΤΟΜΙΟ	Υδροστατική πάστα σε μορφή ευπλαστικής πλαστελίνης για εύκολη χρήση. Να μην περιέχει οινόπνευμα για αποφυγή ερεθισμού του δέρματος. Να δημιουργεί κατά τη χρήση της επίπεδη επιφάνεια στο δέρμα, για καλύτερη εφαρμογή της βάσης και να είναι σε μορφή ατομικής συσκευασίας που να κλείνει σε περίπτωση που δεν χρησιμοποιηθεί όλη η ποσότητα.
20.	ΣΑΚΚΟΙ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ ΚΑΙ ΦΙΛΤΡΟ 1000ml	Να είναι μιας χρήσεως διαφανείς και κατασκευασμένοι από ανδεκτικό υλικό .Να κλείνουν ασφαλώς και να διαθέτουν αντιμικροβιακό φίλτρο και βαλβίδα προστασίας από την παλιδρόμηση των αναρροφούμενων υγρών. Να μην επιτρέπουν την έξοδο σταγονιδίων στο περιβάλλον. Να είναι ασφαλής η σύνδεση σάκκου και σωλήνα αναρρόφησης. Να έχουν χωρητικότητα απο 1lt. Να προσφέρεται δωρεάν ο συνοδός εξοπλισμός χρήσης των σάκκων. Να έχουν έγκριση κυκλοφορίας .Πιστοποιητικά ISO και να φέρουν ένδειξη CE. Να διατίθεται ατομικά αποστειρωμένα τεμάχια.
21.	ΣΑΚΚΟΙ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ ΚΑΙ ΦΙΛΤΡΟ 2000ml	Να είναι μιας χρήσεως διαφανείς και κατασκευασμένοι από ανδεκτικό υλικό. Να κλείνουν ασφαλώς και να διαθέτουν αντιμικροβιακό φίλτρο και βαλβίδα προστασίας από την παλιδρόμηση των αναρροφούμενων υγρών. Να μην επιτρέπουν την έξοδο σταγονιδίων στο περιβάλλον. Να είναι ασφαλής η σύνδεση σάκκου και σωλήνα αναρρόφησης. Να έχουν χωρητικότητα απο 2lt. Να προσφέρεται δωρεάν ο συνοδός εξοπλισμός χρήσης των σάκκων. Να έχουν έγκριση κυκλοφορίας .Πιστοποιητικά ISO και να φέρουν ένδειξη CE. Να διατίθεται ατομικά αποστειρωμένα τεμάχια.
22.	ΣΑΚΚΟΙ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ ΚΑΙ ΦΙΛΤΡΟ 3000ml	Να είναι μιας χρήσεως διαφανείς και κατασκευασμένοι από ανδεκτικό υλικό. Να κλείνουν ασφαλώς και να διαθέτουν αντιμικροβιακό φίλτρο και βαλβίδα προστασίας από την παλιδρόμηση των αναρροφούμενων υγρών. Να μην επιτρέπουν την έξοδο σταγονιδίων στο περιβάλλον. Να είναι ασφαλής η σύνδεση σάκκου και σωλήνα αναρρόφησης. Να έχουν χωρητικότητα απο 3lt. Να προσφέρεται δωρεάν ο συνοδός εξοπλισμός χρήσης των σάκκων. Να έχουν έγκριση κυκλοφορίας .Πιστοποιητικά ISO και να φέρουν ένδειξη CE. Να διατίθεται ατομικά αποστειρωμένα τεμάχια.

23.	ΣΑΚΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ Ε.Ν.Υ	Ο ασκός συλλογής του συστήματος εξωτερικής παροχέτευσης να είναι στείρος εξαιριζόμενος ασκός συλλογής χωρητικότητας 700ml. Να είναι βαθμονομημένος ανά 50ml για ακριβείς μετρήσεις. Στο επάνω μέρος του ασκού να βρίσκεται ένα άνοιγμα ατμοσφαιρικού εξαερισμού με φίλτρο κατακράτησης μικροβίων, το οποίο διευκολύνει την ροή του ΕΝΥ μέσα στον ασκό.
24.	ΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟ ΕΝΤΕΡΟΥ (ΓΕΦΥΡΑ) ΓΙΑ ΣΤΟΜΙΕΣ	Να είναι αποστειρωμένο σε σχήμα I--I. Να έχει την δυνατότητα στήριξης με ράμματα σε 4 σημεία και ασφαλές αποσπώμενο κούμπωμα. Να συνδιάζεται με όλους τους μετεγχειρητικούς σάκους και τις βάσεις.
25.	ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΛΕΟΣΤΟΜΙΑΣ 2 ΤΕΜ. - ΒΑΣΗ ΕΠΙΠΕΔΗ 10-65χιλ.	Η βάση να είναι επίπεδη με δακτύλιο κουμπώματος και υποδοχές για στήριξη ζώνης. Το κολλητικό να αποτελείται από δυο υλικά το ένα να προσφέρει πολύ καλή κολλητική δυνατότητα και ασφάλεια, ενώ το άλλο να φροντίζει το δέρμα και να το προστατεύει. Να κόβεται από 10 ως 65 χιλ. για να προσαρμόζεται στην ειλεοστομία. Ο σάκκος να είναι αδιαφανής με ενισχυμένο φίλτρο για συνεχές φιλτράρισμα των αερίων ανατομικό και διακριτικό σχήμα, να έχει εξελεγμένο σύστημα εξόδου για εύκολο άδειασμα και κλείσιμο με κλείστρο velcro το οποίο διπλώνεται και κρύβεται, για να είναι διακριτικό. Να διαθέτει εξωτερικά και στις δυο πλευρές ,μαλακό αντιδρωτικό κάλυμμα και ειδικό σύστημα για κούμπωμα με ασφάλεια στη βάση χωρίς πίεση.
26.	ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΑΚΟΣ ΚΟΛΟΣΤΟΜΙΑΣ ΔΙΑΦΑΝΗΣ - ΜΕΓΕΘΟΣ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ 10 - 35 ΧΙΛ. ΜΕΓΙΣΤΟ	Ο σάκος να είναι διαφανής, μικρού μεγέθους για εφαρμογή σε νεογνά, με ενσωματωμένη κολλητική ευλύγιστη επιφάνεια για καλύτερη προσκόλληση στο δέρμα για αποφυγή διαρροών. Να διαθέτει φίλτρο διαφυγής αερίων. Να έχει μαλακό, υποαλλεργικό, αντιδρωτικό κάλυμμα στην πλευρά επαφής με το δέρμα και να έχει προσαρμοζόμενο άνοιγμα κολλητικού από 10 ως 35 χιλ. μέγιστο.
27.	ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΑΚΟΣ ΕΙΛΕΟΣΤΟΜΙΑΣ - ΜΕΓΕΘΟΣ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ 10 - 55 ΧΙΛ. ΜΕΓΙΣΤΟ	Ο σάκος να είναι διαφανής, μικρού μεγέθους για εφαρμογή σε νεογνά, με ενσωματωμένη κολλητική ευλύγιστη επιφάνεια για καλύτερη προσκόλληση στο δέρμα για αποφυγή διαρροών. Να διαθέτει φίλτρο διαφυγής αερίων. Να έχει μαλακό, υποαλλεργικό, αντιδρωτικό κάλυμμα στην πλευρά επαφής με το δέρμα και να έχει προσαρμοζόμενο άνοιγμα κολλητικού από 10 ως 55 χιλ. μέγιστο.
28.	ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΣ ΔΙΑΦΑΝΗΣ ΣΑΚΟΣ ΟΥΡΗΤΗΡΟΣΤΟΜΙΑΣ 55mm, ΜΕ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΣΠΕΙΡΟΕΙΔΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΟ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΗ.	Αυτοκόλλητος σάκος ουρητηροστομίας διαφανής, με ενσωματωμένο κολλητικό 2 υλικών σε σπειροειδή διάταξη, για διπλή δράση (καλή επικόλληση - προστασία του δέρματος). Να έχει βαλβίδα αντεπιστροφής των ούρων, μαλακή - εύκαμπτη έξοδο αδειάσματος για σύνδεση με οποιοδήποτε ουροσυλλέκτη και μαλακό, υποαλλεργικό, αντιδρωτικό κάλυμμα στην πλευρά επαφής με το σώμα. Με προσαρμοζόμενο άνοιγμα κολλητικού έως και 55mm.
29.	ΥΔΡΟΣΤΑΤΙΚΗ ΠΑΣΤΑ ΚΑΡΑΓΙΑΣ. ΣΩΛΗΝΑΡΙΟ 60gr ΠΕΡΙΠΟΥ.	Υδροστατική ρευστή πάστα καράγιας για την κάλυψη επιφανειών του δέρματος γύρω από το στόμιο που έχουν κοιλότητες ή ουλές, για την καλύτερη στερέωση της βάσης και την αποφυγή διαρροών και ερεθισμών του περιβάλλον δέρματος γύρω από τη στομία. Συσκευασία 60gr περίπου.
30.	ΣΑΚΚΟΙ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ ΚΑΙ ΦΙΛΤΡΟ 1500ml	Να είναι μιας χρήσεως διαφανείς και κατασκευασμένοι από ανδεκτικό υλικό .Να κλείνουν ασφαλώς και να διαθέτουν αντιμικροβιακό φίλτρο και βαλβίδα προστασίας από την παλινδρόμηση των αναρροφούμενων υγρών. Να μην επιτρέπουν την έξοδο σταγονιδίων στο περιβάλλον. Να είναι ασφαλής η σύνδεση σάκκου και σωλήνα αναρρόφησης. Να έχουν χωρητικότητα απο 1,5lt. Να προσφέρεται δωρεάν ο συνοδός εξοπλισμός χρήσης των σάκκων. Να έχουν έγκριση κυκλοφορίας .Πιστοποιητικά ISO και να φέρουν ένδειξη CE. Να διατίθεται ατομικά αποστειρωμένα τεμάχια.