

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΑ CPV 33184100-4	
ΑΓΓΕΙΑΚΑ ΕΜΒΑΛΩΜΑΤΑ	ΑΓΓΕΙΑΚΑ ΕΜΒΑΛΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΕΡΤΦΕ ΠΑΧΟΥΣ 0,5 MM ΔΙΑΣΤ. 0,8 CM X 7,5 CM
ΑΓΓΕΙΑΚΑ ΕΜΒΑΛΩΜΑΤΑ	ΑΓΓΕΙΑΚΑ ΕΜΒΑΛΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΕΡΤΦΕ ΠΑΧΟΥΣ 0,5 MM ΔΙΑΣΤ. 1 CM X 9 CM
ΑΓΓΕΙΑΚΑ ΕΜΒΑΛΩΜΑΤΑ	ΑΓΓΕΙΑΚΑ ΕΜΒΑΛΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΒΟΪΟ ΠΕΡΙΚΑΡΔΙΟ ΔΙΑΣΤ. 2,0X7,0 CM
ΑΓΓΕΙΑΚΑ ΕΜΒΑΛΩΜΑΤΑ	ΑΓΓΕΙΑΚΑ ΕΜΒΑΛΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΒΟΪΟ ΠΕΡΙΚΑΡΔΙΟ ΔΙΑΣΤ. 2,0X9,0 CM
ΑΓΓΕΙΑΚΑ ΕΜΒΑΛΩΜΑΤΑ	ΕΜΒΑΛΩΜΑΤΑ ΕΡΤΦΕ OVAL 15CMX19 CM
ΑΓΓΕΙΑΚΑ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΑ	ΜΟΣΧΕΥΜΑ ΔΑΚΤΥΛΙΔΩΤΟ STANTARD/STRETCH ΑΠΟ ΕΡΤΦΕ 6 MM X 70 CM ΜΕ 20 CM RING
ΑΓΓΕΙΑΚΑ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΑ	ΜΟΣΧΕΥΜΑ ΔΑΚΤΥΛΙΔΩΤΟ STANTARD/STRETCH ΑΠΟ ΕΡΤΦΕ 8 MM X 40 CM ΜΕ 50 CM RING
ΑΓΓΕΙΑΚΑ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΑ	ΜΟΣΧΕΥΜΑ ΔΑΚΤΥΛΙΔΩΤΟ STANTARD/STRETCH ΑΠΟ ΕΡΤΦΕ 8 MM X 70 CM ΜΕ 50 CM RING
ΑΓΓΕΙΑΚΑ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΑ	ΜΟΣΧΕΥΜΑ ΔΑΚΤΥΛΙΔΩΤΟ STANTARD/STRETCH ΑΠΟ ΕΡΤΦΕ 8 MM X 80 CM ΜΕ 50 CM RING
ΑΓΓΕΙΑΚΑ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΑ	ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΑ ΔΙΧΑΛΩΤΑ ΑΠΟ ΡΤΦΕ. ΤΑ ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΛΕΠΤΑ (ΠΕΡ. 0,4 MM) ΔΙΑΜ. 14 X 7 MM X 40 CM
ΑΓΓΕΙΑΚΑ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΑ	ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΑ ΔΙΧΑΛΩΤΑ ΑΠΟ ΡΤΦΕ. ΤΑ ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΛΕΠΤΑ (ΠΕΡ. 0,4 MM) ΔΙΑΜ. 16 X 8 MM X 40 CM
ΑΓΓΕΙΑΚΑ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΑ	ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΑ ΔΙΧΑΛΩΤΑ ΑΠΟ ΡΤΦΕ. ΤΑ ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΛΕΠΤΑ (ΠΕΡ. 0,4 MM) ΔΙΑΜ. 18 X 9 MM X 40 CM
ΑΓΓΕΙΑΚΑ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΑ	ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΑ ΔΙΧΑΛΩΤΑ ΑΠΟ ΡΤΦΕ. ΤΑ ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΛΕΠΤΑ (ΠΕΡ. 0,4 MM) ΔΙΑΜ. 20 X 10 MM X 40 CM
ΑΓΓΕΙΑΚΑ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΑ	ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΑ ΔΙΧΑΛΩΤΑ ΑΠΟ ΡΤΦΕ. ΤΑ ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΛΕΠΤΑ (ΠΕΡ. 0,4 MM) ΔΙΑΜ. 22 X 11 MM X 40 CM
ΑΓΓΕΙΑΚΑ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΑ	ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΑ ΔΙΧΑΛΩΤΑ ΑΠΟ ΡΤΦΕ. ΤΑ ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΛΕΠΤΑ (ΠΕΡ. 0,4 MM) ΔΙΑΜ. 24 X 12 MM X 40 CM
ΑΓΓΕΙΑΚΑ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΑ	ΜΟΣΧΕΥΜΑ ΕΥΘΥ ΕΡΤΦΕ. 4-7 MM X 40 CM
ΑΓΓΕΙΑΚΑ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΑ	ΜΟΣΧΕΥΜΑ ΕΥΘΥ ΕΡΤΦΕ. 4-6 MM X 40 CM
ΑΓΓΕΙΑΚΑ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΑ	ΜΟΣΧΕΥΜΑ ΕΥΘΥ ΕΡΤΦΕ. 4-6 MM X 48 CM
ΑΓΓΕΙΑΚΑ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΑ	ΜΟΣΧΕΥΜΑ ΕΥΘΥ ΑΠΟ ΕΡΤΦΕ THIN WALLED/STRETCH 6 MM X 60 CM
ΑΓΓΕΙΑΚΑ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΑ	ΜΟΣΧΕΥΜΑ ΕΥΘΥ ΑΠΟ ΕΡΤΦΕ THIN WALLED/STRETCH 7 MM X 80 CM
ΑΓΓΕΙΑΚΑ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΑ	ΜΟΣΧΕΥΜΑ ΕΥΘΥ ΑΠΟ ΕΡΤΦΕ THIN WALLED/STRETCH 8 MM X 40 CM

ΑΓΓΕΙΑΚΑ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΑ	ΜΟΣΧΕΥΜΑ ΕΥΘΥ ΑΠΟ ΕΡΤΦΕ THIN WALLED/STRETCH 8 MM X 80 CM
ΑΓΓΕΙΑΚΑ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΑ	ΜΟΣΧΕΥΜΑ ΚΩΝΙΚΟ ΑΠΟ ΕΡΤΦΕ THIN WALLED/STRETCH ΔΙΑΜ. 4 MM - 6 MM X 45 CM
ΑΓΓΕΙΑΚΑ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΑ	ΜΟΣΧΕΥΜΑ ΚΩΝΙΚΟ ΑΠΟ ΕΡΤΦΕ THIN WALLED/STRETCH ΔΙΑΜ. 4 MM - 7 MM X 45 CM
ΑΓΓΕΙΑΚΑ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΑ	ΜΟΣΧΕΥΜΑ ΚΩΝΙΚΟ ΑΠΟ ΕΡΤΦΕ THIN WALLED/STRETCH ΔΙΑΜ. 4 MM - 7 MM X 48 CM
ΑΓΓΕΙΑΚΑ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΑ	ΜΟΣΧΕΥΜΑ ΚΩΝΙΚΟ ΑΠΟ ΕΡΤΦΕ THIN WALLED/STRETCH ΔΙΑΜ. 4 MM - 7 MM X 70 CM
ΑΓΓΕΙΑΚΑ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΑ	ΜΟΣΧΕΥΜΑ ΚΩΝΙΚΟ ΑΠΟ ΕΡΤΦΕ THIN WALLED/STRETCH ΔΙΑΜ. 5 MM - 7 MM X 70 CM
ΑΓΓΕΙΑΚΑ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΑ	ΜΟΣΧΕΥΜΑ ΚΩΝΙΚΟ ΑΠΟ ΕΡΤΦΕ THIN WALLED/STRETCH ΔΙΑΜ. 6 MM - 8 MM X 70 CM
ΑΓΓΕΙΑΚΑ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΑ	ΒΙΟΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΑΓΓΕΙΑΚΑ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΑ ΑΠΟ DACRON ΜΕ ΠΡΟΣΜΗΞΗ ΚΟΛΛΑΓΟΝΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟΥ ΑΠΟ ΒΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ IN VIVO. ΔΙΑΣΤ: 6 MM X 50 CM
ΑΓΓΕΙΑΚΑ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΑ	ΒΙΟΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΑΓΓΕΙΑΚΑ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΑ ΑΠΟ DACRON ΜΕ ΠΡΟΣΜΗΞΗ ΚΟΛΛΑΓΟΝΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟΥ ΑΠΟ ΒΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ IN VIVO. ΔΙΑΣΤ: 8 MM X 50 CM
ΑΓΓΕΙΑΚΑ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΑ	ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΑ ΑΓΓΕΙΩΝ ΡΤΦΕ. ΤΑ ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΛΕΠΤΑ (ΠΕΡ. 0,4 MM) (THIN WALLED/STRETCH) ΣΤΙΣ ΕΞΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΥΘΥ 14 MM X 30 CM
ΑΓΓΕΙΑΚΑ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΑ	ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΑ ΑΓΓΕΙΩΝ ΡΤΦΕ. ΤΑ ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΛΕΠΤΑ (ΠΕΡ. 0,4 MM) (THIN WALLED/STRETCH) ΣΤΙΣ ΕΞΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΥΘΥ 16 MM X 30 CM
ΑΓΓΕΙΑΚΑ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΑ	ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΑ ΑΓΓΕΙΩΝ ΡΤΦΕ. ΤΑ ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΛΕΠΤΑ (ΠΕΡ. 0,4 MM) (THIN WALLED/STRETCH) ΣΤΙΣ ΕΞΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΥΘΥ 18 MM X 30 CM
ΑΓΓΕΙΑΚΑ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΑ	ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΑ ΑΓΓΕΙΩΝ ΡΤΦΕ. ΤΑ ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΛΕΠΤΑ (ΠΕΡ. 0,4 MM) (THIN WALLED/STRETCH) ΣΤΙΣ ΕΞΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΥΘΥ 20 MM X 30 CM
ΑΓΓΕΙΑΚΑ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΑ	ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΑ ΡΤΦΕ ΜΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΔΑΚΤΥΛΙΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΜΕΤΑΛΙΚΟ ΑΚΡΟ THINWALL-STRECH 5-8 MM X 70CM
ΑΓΓΕΙΑΚΑ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΑ	ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΑ ΡΤΦΕ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΜΕΤΑΛΙΚΟ ΑΚΡΟ THINWALL-STRECH 65-8 MM X 70CM
ΑΓΓΕΙΑΚΑ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΑ	ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΑ ΡΤΦΕ ΜΕ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ ΚΑΛΥΠΤΡΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΕΠΙΣΗΣ ΡΤΦΕ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟΥΣ ΤΟ ΜΗΚΟΣ ΓΙΑ ΓΡΗΓΟΡΟΤΕΡΗ ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ 4-7 MM X 45CM

ΑΓΓΕΙΑΚΑ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΑ	ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΑ ΡΤΦΕ ΜΕ ΠΑΧΟΣ ΤΟΥ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ 0,26ΜΜ. ΤΟ ΤΟΙΧΩΜΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ ΚΑΙ ΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΡΙΑ ΣΤΡΩΜΑΤΑ ΡΤΦΕ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΜΕΤΑΛΙΚΟ ΑΚΡΟ ΓΙΑ ΕΥΚΟΛΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΕ ΥΠΟΔΟΡΙΟ ΤΟΥΝΕΛ 5-8ΜΜ Χ10CM
ΑΓΓΕΙΑΚΑ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΑ	ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΑ ΡΤΦΕ ΜΕ ΠΑΧΟΣ ΤΟΥ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ 0,26ΜΜ ΤΟ ΤΟΙΧΩΜΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ ΚΑΙ ΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΡΙΑ ΡΤΦΕ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΜΕΤΑΛΙΚΟ ΑΚΡΟ ΓΙΑ ΕΥΚΟΛΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΕ ΥΠΟΔΟΡΙΟ ΤΟΥΝΕΛ ΜΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΔΑΚΤΥΛΙΟΥΣ 5-8ΜΜ Χ70CM
ΑΓΓΕΙΑΚΑ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΑ	ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΑ ΡΤΦΕ, ΜΕ ΠΑΧΟΣ ΤΟΥ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ 0,26ΜΜ. Ο ΤΟΙΧΩΜΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ Κ ΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ 3 ΣΤΡΩΜΑΤΑ (LAYERS) ΡΤΦΕ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΜΕΤΑΛΙΚΟ ΑΚΡΟ ΓΙΑ ΕΥΚΟΛΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΕ ΥΠΟΔΟΡΙΟ ΤΟΥΝΕΛ 7ΜΜ Χ 70CM.
ΑΓΓΕΙΑΚΑ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΑ	ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΑ ΡΤΦΕ, ΜΕ ΠΑΧΟΣ ΤΟΥ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ 0,26ΜΜ. Ο ΤΟΙΧΩΜΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ Κ ΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ 3 ΣΤΡΩΜΑΤΑ (LAYERS) ΡΤΦΕ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΜΕΤΑΛΙΚΟ ΑΚΡΟ ΓΙΑ ΕΥΚΟΛΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΕ ΥΠΟΔΟΡΙΟ ΤΟΥΝΕΛ 6ΜΜ Χ 70CM.
ΑΓΓΕΙΑΚΑ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΑ	ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΑ ΡΤΦΕ ΜΕ ΠΑΧΟΣ ΤΟΥ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ 0,26ΜΜ ΤΟ ΤΟΙΧΩΜΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ ΚΑΙ ΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΡΙΑ ΡΤΦΕ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΜΕΤΑΛΙΚΟ ΑΚΡΟ ΓΙΑ ΕΥΚΟΛΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΕ ΥΠΟΔΟΡΙΟ ΤΟΥΝΕΛ 6-8ΜΜ Χ 70CM
ΑΓΓΕΙΑΚΑ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΑ	ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΑ DACRON ΔΙΧΑΛΩΤΑ 14ΜΜΧ6ΜΜΧ45CM
ΑΓΓΕΙΑΚΑ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΑ	ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΑ DACRON ΔΙΧΑΛΩΤΑ 16ΜΜΧ8ΜΜΧ45CM
ΑΓΓΕΙΑΚΑ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΑ	ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΑ DACRON ΔΙΧΑΛΩΤΑ 18ΜΜΧ9ΜΜΧ45CM
ΑΓΓΕΙΑΚΑ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΑ	ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΑ DACRON ΔΙΧΑΛΩΤΑ 20ΜΜΧ10ΜΜΧ45CM
ΑΓΓΕΙΑΚΑ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΑ	ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΑ DACRON ΔΙΧΑΛΩΤΑ 22ΜΜΧ11ΜΜΧ45CM
ΑΓΓΕΙΑΚΑ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΑ	ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΑ DACRON ΔΙΧΑΛΩΤΑ 24ΜΜΧ12ΜΜΧ45CM
ΑΓΓΕΙΑΚΑ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΑ	ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΑ DACRON ΔΙΧΑΛΩΤΑ 16ΜΜΧ8ΜΜΧ45CM
ΑΓΓΕΙΑΚΑ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΑ	ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΑ DACRON ΔΙΧΑΛΩΤΑ 18ΜΜΧ9ΜΜΧ45CM
ΑΓΓΕΙΑΚΑ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΑ	ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΑ DACRON ΔΙΧΑΛΩΤΑ 20ΜΜΧ10ΜΜΧ45CM
ΑΓΓΕΙΑΚΑ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΑ	ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΑ DACRON ΔΙΧΑΛΩΤΑ 22ΜΜΧ11ΜΜΧ45CM
ΑΓΓΕΙΑΚΑ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΑ	ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΑ DACRON ΔΙΧΑΛΩΤΑ 24ΜΜΧ12ΜΜΧ45CM
ΑΓΓΕΙΑΚΑ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΑ	ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΑ DACRON ΕΥΘΕΑ 12ΜΜΧ60CM
ΑΓΓΕΙΑΚΑ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΑ	ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΑ DACRON ΕΥΘΕΑ 14ΜΜΧ60CM
ΑΓΓΕΙΑΚΑ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΑ	ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΑ DACRON ΕΥΘΕΑ 16ΜΜΧ60CM
ΑΓΓΕΙΑΚΑ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΑ	ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΑ DACRON ΕΥΘΕΑ 18ΜΜΧ50CM

ΑΓΓΕΙΑΚΑ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΑ	ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΑ DACRON ΕΥΘΕΑ 20MMX50CM
ΑΓΓΕΙΑΚΑ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΑ	ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΑ DACRON ΕΥΘΕΑ 22MMX50CM
ΑΓΓΕΙΑΚΑ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΑ	ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΑ DACRON ΕΥΘΕΑ 24MMX50CM
ΑΓΓΕΙΑΚΑ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΑ	ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΑ ΕΥΘΕΑ DACRON KNITTED ΜΕ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΥΔΡΟΔΙΑΛΥΤΗΣ ΖΕΛΑΤΙΝΗΣ ΒΟΟΣ. & ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ (ΜΕ ΔΑΚΤΥΛΙΟΥΣ). ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ Η ΕΓΚΡΙΣΗ FDA. 8 MM X 40 CM
ΑΓΓΕΙΑΚΑ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΑ	ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΑ ΕΥΘΕΑ DACRON KNITTED ΜΕ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΥΔΡΟΔΙΑΛΥΤΗΣ ΖΕΛΑΤΙΝΗΣ ΒΟΟΣ. & ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ (ΜΕ ΔΑΚΤΥΛΙΟΥΣ). ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ Η ΕΓΚΡΙΣΗ FDA. 8 MM X 100 CM
ΑΓΓΕΙΑΚΑ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΑ	ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΑ ΕΥΘΕΑ DACRON KNITTED ΜΕ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΑΡΓΥΡΟΥ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ (ΜΕ ΔΑΚΤΥΛΙΟΥΣ). ΔΙΑΜ: 6MM
ΑΓΓΕΙΑΚΑ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΑ	ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΑ ΕΥΘΕΑ DACRON KNITTED ΜΕ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΑΡΓΥΡΟΥ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ (ΜΕ ΔΑΚΤΥΛΙΟΥΣ). ΔΙΑΜ: 8MM
ΑΓΓΕΙΑΚΑ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΑ	ΒΑΛΒΙΔΟΤΟΜΟΙ ΦΛΕΒΙΚΩΝ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΩΝ. ΤΟΠΟΘΕΤΗΜΕΝΑ ΣΕ ΚΑΘΕΤΗΡΑ ΔΙΠΛΟΥ ΑΥΛΟΥ
ΠΡΟΘΕΣΗ ΠΕΪΚΗ	ΠΡΟΘΕΣΗ ΠΕΪΚΗ ΔΥΟ ΚΥΛΙΝΔΡΩΝ ΜΕ ΡΕΖΕΡΒΟΥΑΡ ΤΥΠΟΥ AMBICOR
ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ ΟΡΧΕΩΝ	ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ ΟΡΧΕΩΝ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ EXTRA SMALL
ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ ΟΡΧΕΩΝ	ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ ΟΡΧΕΩΝ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ SMALL
ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ ΟΡΧΕΩΝ	ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ ΟΡΧΕΩΝ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ MEDIUM
ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ ΟΡΧΕΩΝ	ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ ΟΡΧΕΩΝ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ LARGE
ΜΟΣΧΕΥΜΑ ΣΚΛΗΡΑΣ ΜΗΝΙΓΓΑΣ	ΜΟΣΧΕΥΜΑ ΣΚΛΗΡΑΣ ΜΗΝΙΓΓΑΣ ΑΥΤΟΣΥΓΚΟΛΟΥΜΕΝΟ 10 X 15 CM ΠΕΡΙΠΟΥ
ΜΟΣΧΕΥΜΑ ΣΚΛΗΡΑΣ ΜΗΝΙΓΓΑΣ	ΜΟΣΧΕΥΜΑ ΣΚΛΗΡΑΣ ΜΗΝΙΓΓΑΣ ΜΕΓΕΘΗ 6X14CM
ΠΛΕΓΜΑ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟΥ (ΜΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΟ)	ΠΛΕΓΜΑ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟΥ (ΜΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΟ) ΑΡΑΙΗΣ ΠΛΕΞΗΣ 80 - 85 G/M2 ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 6X11CM
ΠΛΕΓΜΑ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟΥ (ΜΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΟ)	ΠΛΕΓΜΑ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟΥ (ΜΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΟ) 80-85 G/M2 ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 15X15CM
ΠΛΕΓΜΑ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟΥ (ΜΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΟ)	ΠΛΕΓΜΑ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟΥ (ΜΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΟ) ΕΛΑΦΡΙΟΥ ΤΥΠΟΥ 38G/M2, ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 20X20CM

ΠΛΕΓΜΑ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟΥ (ΜΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΟ)	ΠΛΕΓΜΑ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟΥ (ΜΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΟ) ΑΡΑΙΗΣ ΠΛΕΞΗΣ 80 - 85 g/m ² ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 30X30CM
ΠΛΕΓΜΑΤΑ ΗΜΙΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΑ	ΗΜΙΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΟ ΠΛΕΓΜΑ ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΑ 50% ΑΠΟ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟ ΚΑΙ 50% ΑΠΟ ΠΟΛΥΓΛΥΚΑΠΡΟΝΗ. ΝΑ ΕΧΕΙ ΔΙΑΜΕΤΡΗΜΑ ΕΞΑΓΩΝΙΚΟΥ ΠΟΡΟΥ 2,7 MM ΚΑΙ ΝΑ ΠΑΡΕΧΕΙ ΜΕΓΑΛΗ ΑΝΤΟΧΗ ΚΑΙ ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ. ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 15X15CM
ΠΛΕΓΜΑΤΑ ΗΜΙΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΑ	ΗΜΙΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΟ ΠΛΕΓΜΑ ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΑ 50% ΑΠΟ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟ ΚΑΙ 50% ΑΠΟ ΠΟΛΥΓΛΥΚΑΠΡΟΝΗ. ΝΑ ΕΧΕΙ ΔΙΑΜΕΤΡΗΜΑ ΕΞΑΓΩΝΙΚΟΥ ΠΟΡΟΥ 2,7 MM ΚΑΙ ΝΑ ΠΑΡΕΧΕΙ ΜΕΓΑΛΗ ΑΝΤΟΧΗ ΚΑΙ ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ. ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 30X30CM
ΠΛΕΓΜΑΤΑ ΗΜΙΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΑ	ΗΜΙΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΟ ΠΛΕΓΜΑ ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΟ 50% ΑΠΟ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟ ΚΑΙ 50% ΑΠΟ ΠΟΛΥΓΛΑΚΤΙΝΗ. ΝΑ ΕΧΕΙ ΔΙΑΜΕΤΡΗΜΑ ΠΟΡΩΝ 4-5 ΚΑΙ ΝΑ ΠΑΡΕΧΕΙ ΜΕΓΑΛΗ ΑΝΤΟΧΗ ΚΑΙ ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΒΑΡΟΣ 27 - 30 G/M ² (54 G/M ²). ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 30X30CM
ΠΛΕΓΜΑΤΑ ΗΜΙΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΑ	ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΟ ΠΛΕΓΜΑ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΝΗΣ ΟΨΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 15X10CM ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΚΑΘΗΛΩΣΗΣ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΑ ΚΛΙΠ ΔΙΠΛΗΣ ΑΓΚΥΡΑΣ
ΠΛΕΓΜΑΤΑ ΗΜΙΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΑ	ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΟ ΠΛΕΓΜΑ ΜΟΝΗΣ ΟΨΗΣ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 20X15CM ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΚΑΘΗΛΩΣΗΣ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΑ ΚΛΙΠ ΔΙΠΛΗΣ ΑΓΚΥΡΑΣ
ΠΛΕΓΜΑΤΑ ΒΟΥΒΩΝΟΚΗΛΗΣ	ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΛΕΓΜΑ ΒΟΥΒΩΝΟΚΗΛΗΣ ΜΟΝΟΚΛΩΝΟΥ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟΥ ΕΛΑΦΡΙΟΥ ΒΑΡΟΥΣ 80 - 85 G/M ² , ΠΡΟΣΧΗΜΑΤΙΣΜΕΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΔΟΧΗ ΤΟΥ ΣΠΕΡΜΑΤΙΚΟΥ ΤΟΝΟΥ. ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 5-7X10-13CM
ΠΛΕΓΜΑΤΑ ΒΟΥΒΩΝΟΚΗΛΗΣ	ΣΕΤ ΚΩΝΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΟΥ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΒΟΥΒΩΝΟΚΗΛΗΣ ΑΠΟ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟ, ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΩΝΟΥ 6CM
ΠΛΕΓΜΑΤΑ ΒΟΥΒΩΝΟΚΗΛΗΣ	ΤΡΙΠΛΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΒΟΥΒΩΝΟΚΗΛΗΣ, ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΔΥΟ ΕΠΙΠΕΔΑ ΠΛΕΓΜΑΤΑ ΕΝΩΜΕΝΑ ΜΕ ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ ΚΥΛΙΝΔΡΟ, ΣΥΝΘΕΤΗ ΥΦΑΝΣΗ ΑΠΟ 50% ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟ & 50% ΠΟΛΥΓΛΥΚΑΠΡΟΝΗ. ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΜΕΣΑΙΟ: ΕΠΑΝΩ ΜΕΡΟΣ (ONLAY MESH) : ΠΛΑΤΟΣ 6CM, ΜΗΚΟΣ 12CM. ΚΑΤΩ ΜΕΡΟΣ (UNDERLAY) ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 7,5CM
ΠΛΕΓΜΑΤΑ ΒΟΥΒΩΝΟΚΗΛΗΣ	ΠΛΕΓΜΑ ΑΥΤΟΕΚΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟ, ΑΠΟ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟ ΑΡΑΙΗΣ ΠΛΕΞΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΟ ΔΑΚΤΥΛΙΟ ΜΕ ΕΓΚΟΠΗ ΚΑΙ ΤΣΕΠΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΟΥΒΩΝΟΚΗΛΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΜΕΣΑΙΟ

ΠΛΕΓΜΑΤΑ ΒΟΥΒΩΝΟΚΗΛΗΣ	ΣΕΤ ΗΜΙ-ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΩΝΟΥ, ΠΟΥ ΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΗ-ΠΡΟΣΧΗΜΑΤΙΣΜΕΝΟ ΠΛΕΓΜΑ ΑΠΟ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟ & ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΕΣ ΙΝΕΣ ΠΟΛΥΓΛΥΚΑΠΡΟΝΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΣ 7 Χ14 CM ΚΑΙ ΙΔΙΑΣ ΠΛΕΞΗΣ ΚΩΝΟ ΜΕ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΡΑΒΔΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΠΟΛΥΜΕΡΟΥΣ ΠΟΛΥΔΙΟΞΑΝΟΝΗΣ. ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΩΝΟΥ: 55MM
ΠΛΕΓΜΑΤΑ ΒΟΥΒΩΝΟΚΗΛΗΣ	ΗΜΙΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΟ ΑΥΤΟΚΑΘΗΛΟΥΜΕΝΟ ΠΛΕΓΜΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΟΥΒΩΝΟΚΗΛΗΣ ΜΕ ΟΠΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΠΕΡΜΑΤΙΚΟ ΤΟΝΟ, ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΑ ΑΓΚΙΣΤΡΑ ΑΠΟ ΠΟΛΥΓΑΛΑΚΤΙΚΟ ΟΞΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΗΛΩΣΗ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΡΑΜΜΑΤΑ. ΔΙΑΣΤΑΣΗ 12Χ8CM. ΓΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΒΟΥΒΩΝΟΚΗΛΗ
ΠΛΕΓΜΑΤΑ ΒΟΥΒΩΝΟΚΗΛΗΣ	ΗΜΙΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΟ ΑΥΤΟΚΑΘΗΛΟΥΜΕΝΟ ΠΛΕΓΜΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΟΥΒΩΝΟΚΗΛΗΣ ΜΕ ΟΠΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΠΕΡΜΑΤΙΚΟ ΤΟΝΟ, ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΑ ΑΓΚΙΣΤΡΑ ΑΠΟ ΠΟΛΥΓΑΛΑΚΤΙΚΟ ΟΞΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΗΛΩΣΗ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΡΑΜΜΑΤΑ. ΔΙΑΣΤΑΣΗ 12Χ8CM. ΓΙΑ ΔΕΞΙΑ ΒΟΥΒΩΝΟΚΗΛΗ.
ΠΛΕΓΜΑΤΑ ΒΟΥΒΩΝΟΚΗΛΗΣ	ΣΕΤ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΟΥΒΩΝΟΚΗΛΗΣ ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΗΜΙ-ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΗ-ΠΡΟΣΧΗΜΑΤΙΣΜΕΝΟ ΠΛΕΓΜΑ 50% ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟ ΚΑΙ 50% ΠΟΛΥΓΛΥΚΑΠΡΟΝΗ ΚΑΙ ΑΠΟ ΗΜΙ-ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΟ ΠΡΟΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟ ΚΩΝΟ ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟ ΚΑΙ ΠΟΛΥΓΛΥΚΑΠΡΟΝΗ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗΣ ΠΛΕΞΗΣ. ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΜΕΣΑΙΟ: ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΛΕΓΜΑ 12Χ8CM. ΚΩΝΟΣ: ΑΓΚΥΡΑ 4CM ΣΤΕΦΑΝΗ 5CM
ΠΛΕΓΜΑΤΑ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ	ΠΛΕΓΜΑΤΑ ΑΥΤΟΕΚΠΤΥΣΣΟΜΕΝΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΚΥΚΛΟΥ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 8CM
ΠΛΕΓΜΑΤΑ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ	ΑΥΤΟΕΚΤΥΣΣΟΜΕΝΟ, ΗΜΙΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟ, ΠΟΛΥΔΙΟΞΑΝΟΝΗ, ΠΟΛΥΓΛΑΚΤΙΝΗ & ΟΞΕΙΔΩΜΕΝΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΜΕΝΗ ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ ΓΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΜΦΑΛΟΚΗΛΩΝ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΟΙΛΙΟΚΗΛΩΝ. ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΜΕΣΑΙΟ 6.4Χ6.4CM
ΠΛΕΓΜΑΤΑ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ	ΠΛΕΓΜΑΤΑ ΟΜΦΑΛΟΚΗΛΗΣ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ ΡΤFΕ ΚΑΙ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟ. ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΙΜΑΝΤΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΛΑΣΜΑ ΓΙΑ ΝΑ ΑΥΤΟΕΚΠΤΥΣΣΕΤΑΙ. ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ: 8CM

ΠΛΕΓΜΑΤΑ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ	ΣΕΤ ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΗΜΙΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΟ ΠΛΕΓΜΑ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ ΑΠΟ ΜΟΝΟΚΛΩΝΟ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟ ΧΑΜΗΛΟΥ ΒΑΡΟΥΣ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΗ ΑΝΤΙΣΥΜΦΗΤΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΑΠΟ ΥΔΡΟΓΕΛΗ ΕΝΩΜΕΝΑ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΕΣΣΕΣ ΙΝΕΣ PGA ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 30X35CM
ΠΛΕΓΜΑΤΑ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ	ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΟ ΕΝΔΟΠΕΡΙΤΟΝΑΙΚΟ ΗΜΙΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΟ ΠΛΕΓΜΑ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΜΕ ΕΙΔΙΚΗ ΠΕΡΙΜΕΤΡΗΚΗ ΘΗΚΗ ΓΙΑ ΚΑΘΗΛΩΣΗ ΜΕ ΚΛΙΠ Η ΜΕ ΡΑΜΜΑ. ΤΟ ΠΛΕΓΜΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΑΡΑΙΗΣ ΠΛΕΞΗΣ ΜΟΝΟΚΛΩΝΟ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟ, ΑΠΟ ΠΟΛΥΔΙΟΞΑΝΟΝΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΥΜΦΗΤΙΚΗ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΠΟΛΥΓΛΥΚΑΠΡΟΝΗΣ. ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 15X20CM
ΠΛΕΓΜΑΤΑ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ	ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΟ ΕΝΔΟΠΕΡΙΤΟΝΑΙΚΟ ΗΜΙΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΟ ΠΛΕΓΜΑ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΜΕ ΕΙΔΙΚΗ ΠΕΡΙΜΕΤΡΗΚΗ ΘΗΚΗ ΓΙΑ ΚΑΘΗΛΩΣΗ ΜΕ ΚΛΙΠ Η ΜΕ ΡΑΜΜΑ. ΤΟ ΠΛΕΓΜΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΑΡΑΙΗΣ ΠΛΕΞΗΣ ΜΟΝΟΚΛΩΝΟ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟ, ΑΠΟ ΠΟΛΥΔΙΟΞΑΝΟΝΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΥΜΦΗΤΙΚΗ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΠΟΛΥΓΛΥΚΑΠΡΟΝΗΣ. ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 15X25CM
ΠΛΕΓΜΑΤΑ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ	ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΟ ΕΝΔΟΠΕΡΙΤΟΝΑΙΚΟ ΗΜΙΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΟ ΠΛΕΓΜΑ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΜΕ ΕΙΔΙΚΗ ΠΕΡΙΜΕΤΡΗΚΗ ΘΗΚΗ ΓΙΑ ΚΑΘΗΛΩΣΗ ΜΕ ΚΛΙΠ Η ΜΕ ΡΑΜΜΑ. ΤΟ ΠΛΕΓΜΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΑΡΑΙΗΣ ΠΛΕΞΗΣ ΜΟΝΟΚΛΩΝΟ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟ, ΑΠΟ ΠΟΛΥΔΙΟΞΑΝΟΝΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΥΜΦΗΤΙΚΗ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΠΟΛΥΓΛΥΚΑΠΡΟΝΗΣ. ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 20X30CM
ΠΛΕΓΜΑΤΑ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ	ΕΝΔΟΠΕΡΙΠΟΝΑΪΚΟ ΗΜΙΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΟ ΠΛΕΓΜΑ ΑΠΟ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟ, ΠΟΛΥΔΙΟΞΑΝΟΝΗ, ΠΟΛΥΓΛΑΚΤΙΝΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΥΜΦΗΤΙΚΗ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΟΞΕΙΔΩΜΕΝΗΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΜΕΝΗΣ ΚΥΤΤΑΡΙΝΗΣ. ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 15X20CM ΟΒΑΛ
ΠΛΕΓΜΑΤΑ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ	ΕΝΔΟΠΕΡΙΠΟΝΑΪΚΟ ΗΜΙΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΟ ΠΛΕΓΜΑ ΑΠΟ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟ, ΠΟΛΥΔΙΟΞΑΝΟΝΗ, ΠΟΛΥΓΛΑΚΤΙΝΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΥΜΦΗΤΙΚΗ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΟΞΕΙΔΩΜΕΝΗΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΜΕΝΗΣ ΚΥΤΤΑΡΙΝΗΣ. ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 20X25CM ΟΒΑΛ
ΠΛΕΓΜΑΤΑ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ	ΕΝΔΟΠΕΡΙΠΟΝΑΪΚΟ ΗΜΙΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΟ ΠΛΕΓΜΑ ΑΠΟ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟ, ΠΟΛΥΔΙΟΞΑΝΟΝΗ, ΠΟΛΥΓΛΑΚΤΙΝΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΥΜΦΗΤΙΚΗ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΟΞΕΙΔΩΜΕΝΗΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΜΕΝΗΣ ΚΥΤΤΑΡΙΝΗΣ. ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 25X35CM

ΠΛΕΓΜΑΤΑ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ	ΠΛΕΓΜΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΜΦΑΛΟΚΗΛΗΣ. ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΣΥΝΘΕΤΟ ΜΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΟ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΟ ΠΛΕΓΜΑ ΜΟΝΟΚΛΩΝΟΥ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑ ΛΕΥΚΗΣ ΥΦΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟ-ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΗ ΥΔΡΟΦΙΛΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΚΑΙ ΔΥΟ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΕΣ ΛΑΒΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΗΛΩΣΗΣ ΑΠΟ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ. ΜΕ ΔΙΑΜΕΤΡΟ 4,6CM
ΠΛΕΓΜΑΤΑ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ	ΠΛΕΓΜΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΜΦΑΛΟΚΗΛΗΣ. ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΣΥΝΘΕΤΟ ΜΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΟ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΟ ΠΛΕΓΜΑ ΜΟΝΟΚΛΩΝΟΥ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑ ΛΕΥΚΗΣ ΥΦΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟ-ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΗ ΥΔΡΟΦΙΛΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΚΑΙ ΔΥΟ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΕΣ ΛΑΒΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΗΛΩΣΗΣ ΑΠΟ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ. ΜΕ ΔΙΑΜΕΤΡΟ 6,6CM
ΠΛΕΓΜΑΤΑ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ	ΠΛΕΓΜΑΤΑ ΚΟΙΛΙΟΚΗΛΗΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ. ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΟ, ΑΠΟ ΠΟΛΥΚΛΩΝΟ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑ ΥΦΑΝΣΗΣ ΤΥΠΟΥ Χ ΚΑΙ ΦΙΛΜ ΑΠΟ ΜΕΙΓΜΑ: ΚΟΛΛΑΓΟΝΟΥ, ΓΛΥΚΟΛΗΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ, ΓΛΥΚΕΡΟΛΗ ΚΑΙ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΡΑΜΜΑ. ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 9CM
ΠΛΕΓΜΑΤΑ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ	ΠΛΕΓΜΑΤΑ ΚΟΙΛΙΟΚΗΛΗΣ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ. ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΟ, ΑΠΟ ΠΟΛΥΚΛΩΝΟ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑ ΥΦΑΝΣΗΣ ΤΥΠΟΥ Χ ΚΑΙ ΦΙΛΜ ΑΠΟ ΜΕΙΓΜΑ: ΚΟΛΛΑΓΟΝΟΥ, ΓΛΥΚΟΛΗΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ, ΓΛΥΚΕΡΟΛΗ ΚΑΙ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΡΑΜΜΑ. ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 15X10CM
ΠΛΕΓΜΑΤΑ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ	ΣΕΤ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΚΟΙΛΙΟΚΗΛΗΣ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ ΜΕ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΚΑΘΗΛΩΣΗΣ ΑΥΤΟΥ. ΤΟ ΠΛΕΓΜΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΟ, ΑΠΟ ΠΟΛΥΚΛΩΝΟ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑ ΥΦΑΝΣΗΣ ΤΥΠΟΥ Χ ΚΑΙ ΦΙΛΜ ΑΠΟ ΜΕΙΓΜΑ: ΚΟΛΛΑΓΟΝΟΥ, ΓΛΥΚΟΛΗΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ, ΓΛΥΚΕΡΟΛΗ ΚΑΙ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΡΑΜΜΑ. ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 15X10CM. ΤΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΝΑ ΦΕΡΕΙ 30 ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΑ ΚΛΙΠ ΑΠΟ PGLA ΚΑΙ ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΣΤΕΙΛΕΟ
ΠΛΕΓΜΑΤΑ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ	ΠΛΕΓΜΑΤΑ ΚΟΙΛΙΟΚΗΛΗΣ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ. ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΟ, ΑΠΟ ΠΟΛΥΚΛΩΝΟ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑ ΥΦΑΝΣΗΣ ΤΥΠΟΥ Χ ΚΑΙ ΦΙΛΜ ΑΠΟ ΜΕΙΓΜΑ: ΚΟΛΛΑΓΟΝΟΥ, ΓΛΥΚΟΛΗΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ, ΓΛΥΚΕΡΟΛΗ ΚΑΙ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΡΑΜΜΑ. ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 15X20CM
ΠΛΕΓΜΑΤΑ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ	ΠΛΕΓΜΑΤΑ ΚΟΙΛΙΟΚΗΛΗΣ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ. ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΟ, ΑΠΟ ΠΟΛΥΚΛΩΝΟ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑ ΥΦΑΝΣΗΣ ΤΥΠΟΥ Χ ΚΑΙ ΦΙΛΜ ΑΠΟ ΜΕΙΓΜΑ: ΚΟΛΛΑΓΟΝΟΥ, ΓΛΥΚΟΛΗΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ, ΓΛΥΚΕΡΟΛΗ ΚΑΙ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΡΑΜΜΑ. ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 25X20CM
ΠΛΕΓΜΑΤΑ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ	ΠΛΕΓΜΑΤΑ ΚΟΙΛΙΟΚΗΛΗΣ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ. ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΟ, ΑΠΟ ΠΟΛΥΚΛΩΝΟ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑ ΥΦΑΝΣΗΣ ΤΥΠΟΥ Χ ΚΑΙ ΦΙΛΜ ΑΠΟ ΜΕΙΓΜΑ: ΚΟΛΛΑΓΟΝΟΥ, ΓΛΥΚΟΛΗΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ, ΓΛΥΚΕΡΟΛΗ ΚΑΙ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΡΑΜΜΑ. ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 30X20CM

ΠΛΕΓΜΑΤΑ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ	ΠΛΕΓΜΑΤΑ ΚΟΙΛΙΟΚΗΛΗΣ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ. ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΟ, ΑΠΟ ΠΟΛΥΚΛΩΝΟ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑ ΥΦΑΝΣΗΣ ΤΥΠΟΥ Χ ΚΑΙ ΦΙΛΜ ΑΠΟ ΜΕΙΓΜΑ: ΚΟΛΛΑΓΟΝΟΥ, ΓΛΥΚΟΛΗΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ, ΓΛΥΚΕΡΟΛΗ ΚΑΙ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΡΑΜΜΑ. ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 37X28CM
ΠΛΕΓΜΑΤΑ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ	ΣΕΤ ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΗΜΙΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΟ ΠΛΕΓΜΑ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ ΑΠΟ ΜΟΝΟΚΛΩΝΟ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟ ΧΑΜΗΛΟΥ ΒΑΡΟΥΣ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΗ ΑΝΤΙΣΥΜΦΗΤΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΑΠΟ ΥΔΡΟΓΕΛΗ ΕΝΩΜΕΝΑ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΕΣ ΙΝΕΣ PGA. ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 15X15CM
ΠΛΕΓΜΑΤΑ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ	ΣΕΤ ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΗΜΙΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΟ ΠΛΕΓΜΑ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ ΑΠΟ ΜΟΝΟΚΛΩΝΟ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟ ΧΑΜΗΛΟΥ ΒΑΡΟΥΣ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΗ ΑΝΤΙΣΥΜΦΗΤΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΑΠΟ ΥΔΡΟΓΕΛΗ ΕΝΩΜΕΝΑ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΕΣ ΙΝΕΣ PGA. ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 25x33CM
ΠΛΕΓΜΑΤΑ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ	ΣΕΤ ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΗΜΙΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΟ ΠΛΕΓΜΑ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ ΑΠΟ ΜΟΝΟΚΛΩΝΟ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟ ΧΑΜΗΛΟΥ ΒΑΡΟΥΣ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΗ ΑΝΤΙΣΥΜΦΗΤΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΑΠΟ ΥΔΡΟΓΕΛΗ ΕΝΩΜΕΝΑ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΕΣ ΙΝΕΣ PGA. ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 30X35CM
ΠΛΕΓΜΑΤΑ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ	ΠΛΕΓΜΑΤΑ ΓΙΑ ΚΟΙΛΙΟΚΗΛΕΣ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΑ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ ΔΥΟ ΥΛΙΚΩΝ Η ΜΙΑ ΠΛΕΥΡΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΠΛΕΚΤΟ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟ ΚΑΙ Η ΑΛΛΗ ΜΑΛΑΚΟ ΑΝΤΙΣΥΜΦΗΤΙΚΟ PTFE. ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 15X20CM OVAL
ΠΛΕΓΜΑΤΑ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ	ΠΛΕΓΜΑΤΑ ΓΙΑ ΚΟΙΛΙΟΚΗΛΕΣ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΑ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ ΔΥΟ ΥΛΙΚΩΝ Η ΜΙΑ ΠΛΕΥΡΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΠΛΕΚΤΟ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟ ΚΑΙ Η ΑΛΛΗ ΜΑΛΑΚΟ ΑΝΤΙΣΥΜΦΗΤΙΚΟ PTFE. ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 20X25CM OVAL

«Αιτιολογία προτεινόμενων τεχνικών προδιαγραφών χειρουργικών μοσχευμάτων»

Σύμφωνα με το αρ. 3 του Π.Δ. 118/2007, οι Τεχνικές Προδιαγραφές είναι οι τεχνικές απαιτήσεις που καθορίζουν τα ελάχιστα αναγκαία χαρακτηριστικά του υλικού που απαιτούνται, προκειμένου αυτό να προσδιορισθεί αντικειμενικά με τρόπο που να ανταποκρίνεται στη χρήση, για την οποία προορίζεται από τον φορέα. Οι τεχνικές αυτές απαιτήσεις πρέπει να περιλαμβάνουν, ιδίως, τα επίπεδα ποιότητας ή απόδοσης, τα επίπεδα ασφάλειας, τις διαστάσεις καθώς και τις λοιπές απαιτήσεις που ισχύουν για το υλικό ή το προϊόν όσον αφορά την ποιότητα, την ορολογία, τις δοκιμές και μεθόδους δοκιμών, τη συσκευασία, τη σήμανση. Γνώμονα της επιτροπής για την κατάρτιση των τεχνικών προδιαγραφών χειρουργικών μοσχευμάτων αποτέλεσε η καταλληλότητα των υπό προμήθεια ειδών και η ποιότητα τους, όπως και η αντικειμενικότητα των κριτηρίων επιλογής.

Οι επιμέρους τεχνικές προδιαγραφές των ζητούμενων ειδών ορίστηκαν έτσι ώστε να χαρακτηρίζονται από ουσιώδη τεχνικά χαρακτηριστικά. Αρωγό σε αυτή τη προσπάθεια αποτέλεσε η διεθνής βιβλιογραφία όπως και οι διεθνείς πρακτικές, αλλά και η κλινική εμπειρία. Οι χειρουργοί που είναι μέλη στην κατάρτιση τεχνικών προδιαγραφών χρησιμοποίησαν κατ' επανάληψη διαφορετικού τύπου πλεγμάτων και αγγειακών μοσχευμάτων, και κατόπιν καταγραφής και αξιολόγησης κατέληξαν στις συγκεκριμένες τεχνικές προδιαγραφές.

Ειδικότερα, τα χειρουργικά πλέγματα είναι άκρως απαραίτητο να είναι ελαφριά, ελαστικά και να διατηρούν την αντοχή τους, τις προβλεπόμενες από τις ανάγκες του ασθενούς, ημέρες. Επίσης, οφείλουν να μην φθείρονται και να αντέχουν στην τάση.

Σαν κατηγορίες χωρίζονται σε:

α) πλέγματα αποκατάστασης βουβωνοκήλης. Αυτά τα πλέγματα είναι συνήθως προσχηματισμένα και είναι από μη απορροφήσιμο υλικό πολυπροπυλενίου ή πολυεστέρα.

β) πλέγματα αποκατάστασης ενδοπεριτοναϊκής κοιλιοκήλης. Αυτά τα πλέγματα είναι συνήθως διπλής όψης και αποτρέπουν την ανάπτυξη των συμφύσεων στα σπλάχνα. Από τη μια πλευρά τους φέρουν μη απορροφήσιμο υλικό και από την άλλη απορροφήσιμο αντισυμφυτικό υλικό που αποτρέπει την ανάπτυξη των συμφύσεων.

γ) πλέγματα αποκατάστασης εξωπεριτοναϊκής κοιλιοκήλης. Αυτή η κατηγορία πλεγμάτων αφορά εξωπεριτοναϊκή τοποθέτηση του μη απορροφήσιμου ή ημιαπορροφήσιμου υλικού από το οποίο είναι φτιαγμένα και δεν φέρουν αντισυμφυτική μεμβράνη. Τα συγκεκριμένα πλέγματα παρέχουν ελαστικότητα η οποία προσομοιάζει στο κοιλιακό τοίχωμα και αντοχή στην τάση που ασκούν ενδοκοιλιακές πιέσεις.

δ) πλέγματα αποκατάστασης ομφαλοκήλης. Αυτά τα πλέγματα είναι συνήθως διπλής όψης και αποτρέπουν την ανάπτυξη των συμφύσεων στα σπλάχνα. Από τη μια πλευρά τους φέρουν μη απορροφήσιμο υλικό και από την άλλη απορροφήσιμο αντισυμφυτικό υλικό που αποτρέπει την ανάπτυξη των συμφύσεων.

Τα μοσχεύματα από PTFE ή Dacron για την αποκατάσταση των αγγείων τα οποία έχουν την καλύτερη εγχειρητική συμπεριφορά και τα καλύτερα αποτελέσματα όσον αφορά τη μετεγχειρητική βατότητα. Ο αγγειοχειρουργός χρειάζεται να έχει τη δυνατότητα να διαλέξει για κάθε ασθενή μεταξύ μοσχευμάτων διαφορετικών διαστάσεων και σχημάτων.

Όσον αφορά τις προθέσεις όρχεων χρειάζεται να υπάρχουν διάφορα μεγέθη στον διαγωνισμό, ώστε η πρόθεση να είναι του ιδίου μεγέθους με τον ετερόπλευρο φυσιολογικό όρχη ή/και να ταιριάζει με το μέγεθος του οσχέου που δέχεται την πρόθεση. Επιπλέον υπάρχει στα νοσοκομεία ανάγκη από μοσχεύματα σκληρής μήνιγγας.

Η τεχνολογία, έχοντας προχωρήσει και σε αυτό το κομμάτι της ιατρικής έχει εξελιχθεί και ως προς τα χειρουργικά πλέγματα και τα αγγειακά μοσχεύματα. Σαν αποτέλεσμα έχουμε την ανάπτυξη νέων χειρουργικών τεχνικών που σε συνεργασία με καινοτόμα ιατροτεχνολογικά προϊόντα καθιστούν τις επεμβάσεις αποκατάστασης κήλης και αγγείων πιο ασφαλείς για τους ασθενείς και πιο λειτουργικές και σύντομες για τους χειρουργούς και τα νοσοκομεία.

Όλα τα παραπάνω οδηγούν την επιτροπή να επικεντρωθεί στην κατάρτιση ουσιωδών και προσεκτικών τεχνικών προδιαγραφών οι οποίες θα οδηγήσουν στην προμήθεια ποιοτικών αναλωσίμων.

Όπως έχει αποδειχθεί στο παρελθόν από προηγούμενους διαγωνισμούς χειρουργικών μοσχευμάτων, οι συνταχθείσες προδιαγραφές δεν διαθέτουν μοναδικά τεχνικά χαρακτηριστικά - απλά βάζουν ψηλά τον πήχη της ζητούμενης ποιότητας των υπό προμήθεια ειδών. Οποιοσδήποτε διαφορετικές αιτιάσεις επί των τεχνικών προδιαγραφών δεν αποτελούν τεκμήρια χειρουργικής αποτελεσματικότητας - ούτε έχουν ως στόχο την ασφάλεια των ασθενών και την ορθή χειρουργική πρακτική. Απλά αποτελούν ιδιοτελείς τοποθετήσεις εταιρειών.