

Πρακτικό της Επιτροπής σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών

Νοσοκομειακά είδη από χαρτί

Η επιτροπή προδιαγραφών για τα παραπάνω είδη, αφού έλαβε υπ' όψιν της τις τεχνικές προδιαγραφές των προμηθευτικών εταιρειών που κατατέθηκαν, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 1581/04-02-2016 ανακοίνωση του Τμήματος Προμηθειών του ΠΑΓΝΗ-Γ.Ν. "ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ", τα διεθνή πρότυπα που ισχύουν σήμερα για τα ανωτέρω ιατροτεχνολογικά προϊόντα, αλλά και την εμπειρία των μελών από την μακροχρόνια χρήση των προϊόντων αυτών, προχώρησε στην σύνταξη των τεχνικών προδιαγραφών που επισυνάπτονται.

- ❖ Για τις μπλούζες και τα χειρουργικά πεδία η οδηγία EN 13795, η οποία ολοκληρώθηκε το 2006 ορίζει τα ελάχιστα επίπεδα απόδοσης που διασφαλίζουν την ασφάλεια των ασθενών, αλλά και του ιατρικού-νοσηλευτικού προσωπικού.

- Καθαρότητα μικροβιακή (Cleanliness microbial)
- Καθαρότητα σωματιδιακή (Cleanliness particulate matter)
- Ινίδια (linting)
- Διαπερατότητα σε υγρά (Resistance to liquid penetration)
- Αντοχή στην διάτρηση - Στεγνό (Bursting strength - dry)
- Αντοχή στην διάτρηση - Υγρό (Bursting strength - wet)
- Αντοχή στην εφελκυσμό - Στεγνό (Tensile strength - dry)
- Αντοχή στην εφελκυσμό - Υγρό (Tensile strength - wet)
- Αντίσταση στην μικροβιακή διείσδυση - Στεγνό (Resistance to microbial penetration - dry)
- Αντίσταση στην μικροβιακή διείσδυση - Υγρό (Resistance to microbial penetration - wet)

Οι κατασκευαστές υλικών EN 13795, οφείλουν να παρέχουν στους χρήστες πληροφορίες για τον τρόπο χρήσης των υλικών, καθώς και να τεκμηριώνουν με εργαστηριακούς ελέγχους την συμφωνία των υλικών που χρησιμοποιούνται με τις απαιτήσεις της οδηγίας EN 13759.

Η επιτροπή

Κουβίδης Γεώργιος	Δ/ντης ΕΣΥ Ορθοπαιδικής
Παπαδάκη Χαρά	Προϊσταμένη Χειρουργείου
Εργαζάκη Βάσω	Νοσηλεύτρια Χειρουργείου
Νικηφορίδου Ευαγγελία	ΤΕ Ν.Υ
Κυρίτση Αικατερίνη	ΤΕ Ν.Υ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ ΕΙΔΗ ΑΠΟ ΧΑΡΤΙ"

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΔΩΝ ΜΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ-ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

(Χειρουργικά Πεδία-Χάρτινες Ρόμπες-Σκουφιά-Καπέλα-Μάσκες-Κοστούμια Χειρουργείου Μ.Χ κ,λ,π)

ΓΕΝΙΚΟΙ ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΙ ΟΡΟΙ

Τα προσφερόμενα προϊόντα πρέπει να είναι πιστοποιημένα από κοινοποιημένο οργανισμό που βρίσκεται εγκαταστημένος και λειτουργεί νόμιμα στο έδαφος ενός από τα Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να φέρουν σε ευκρινή θέση του τελικού περιέκτη τους την προβλεπόμενη σήμανση CE, αντίγραφο ισχύοντος πιστοποιητικού του οποίου και θα επισυνάπτεται υποχρεωτικά στην προσφορά.

Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό πρέπει να δηλώσουν στην τεχνική τους προσφορά το εργοστάσιο κατασκευής των προϊόντων καθώς και τον τόπο εγκατάστασής του. Το εργοστάσιο κατασκευής θα πρέπει να διαθέτει σύστημα διασφάλισης ποιότητας ISO 9001 ή ISO 13485, αντίγραφο ισχύοντος πιστοποιητικού του οποίου και θα επισυνάπτεται υποχρεωτικά στην προσφορά.

Στην συσκευασία πρέπει να αναγράφονται με ευκρινή και ευανάγνωστο τρόπο τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία: i. το όνομα ή η εμπορική επωνυμία και η διεύθυνση του κατασκευαστή (σε περίπτωση που ο κατασκευαστής δεν έχει έδρα σε χώρα της ευρωπαϊκής ένωσης, η ετικέτα ή η συσκευασία πρέπει να περιλαμβάνουν επιπλέον το όνομα και τη διεύθυνση του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του), ii. Η ένδειξη <<ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ>>, iii. η μέθοδος αποστείρωσης, iv. ο κωδικός της παρτίδας του οποίου να προηγείται η ένδειξη <<ΠΑΡΤΙΔΑ>> (ή LOT), v. η ένδειξη της οριακής ημερομηνίας ασφαλούς χρήσεως, εκφραζόμενη σε έτος και μήνα, vi. Η ένδειξη ότι το προϊόν προορίζεται για μία και μόνη χρήση, vii. τις ειδικές συνθήκες αποθήκευσης, viii. κάθε προειδοποίηση ή/και ληπτέα προφύλαξη. Οι ανωτέρω πληροφορίες μπορεί να παρέχονται υπό μορφή συμβόλων. Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό να καταθέσουν για κάθε προσφερόμενο είδος το φυλλάδιο οδηγιών ή και την εμπορική συσκευασία (τελικό περιέκτη) από όπου θα προκύπτουν οι παραπάνω ενδείξεις.

Η προσφορά να συνοδεύεται από επίσημο φυλλάδιο (prospectus) του κατασκευαστικού οίκου ή άλλο αντίστοιχο τεχνικό φυλλάδιο (technical data sheet) για την τεκμηρίωση – συμμόρφωση με τις τεχνικές προδιαγραφές.

Όλα τα προσφερόμενα προϊόντα πρέπει να έχουν τυπωμένο από την κατασκευάστρια εταιρεία, την ονομασία του καθώς και το όνομα ή το λογότυπο αυτής, όχι μόνο στην εξωτερική τους συσκευασία, αλλά ατομικά σε κάθε προϊόν (τεμάχιο εντός της συσκευασίας) ξεχωριστά. Όσα προϊόντα έχουν ατομική συσκευασία να είναι τυπωμένα επ' αυτής.

Όσον αφορά τα υλικά από non woven πρέπει:

Ο Χειρουργικός Ιματισμός μίας χρήσης από non woven, θα πρέπει να εναρμονίζεται με τις απαιτήσεις EN 13795, ISO 9073-10, ISO 10993 & ISO 14001. Η κατασκευάστρια εταιρεία για την απόδειξη των ανωτέρω, θα πρέπει να δηλώνει με επίσημο έγγραφο της (τεχνικό φυλλάδιο), τη συμμόρφωσή της στο ανωτέρω Πρότυπο και να επισυνάπτει τα αποτελέσματα των τεστ ελέγχου κάθε προσφερόμενου είδους όπως ορίζονται από το πρότυπο, καθώς και να είναι μεταφρασμένο στην ελληνική γλώσσα επί ποινή απόρριψης. Οι διαστάσεις των σεντονιών να είναι με απόκλιση από τις αναγραφόμενες το πολύ 10% όταν το μήκος είναι μέχρι 150 cm και 5% για μεγαλύτερο μήκος.

1. ΚΑΛΥΜΜΑ ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΗΣΗΣ ΓΟΝΑΤΟΣ ΜΕ ΣΑΚΟ

ΚΑΛΥΜΜΑ ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΗΣΗΣ ΓΟΝΑΤΟΣ ΜΕ ΣΑΚΟ. NON WOVEN 2-3 ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ 220X330 εκ ΜΕ ΣΑΚΚΟ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΟΠΗ

2. ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΧΕΙΡ/ΚΗ ΤΑΙΝΙΑ

ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΤΑΙΝΙΑ, ΜΕ ΙΣΧΥΡΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΩΣΤΕ ΝΑ ΚΟΛΛΑ Κ ΣΕ ΥΓΡΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ, ΦΙΛΙΚΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΕΡΜΑ. ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΠΟΥ 10X50 . ΣΕ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 2 ΤΕΜΑΧΙΩΝ.

3. ΣΑΚΚΟΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΣ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΧΕΙΡ. ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

ΣΑΚΚΟΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΣ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΧΕΙΡ. ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ,ΑΔΙΑΒΡΟΧΟΣ ,ΜΙΑΣ ΤΟΜΗΣ 32X30 ΕΚ.,ΝΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΤΥΠΟ EN 13795.

4. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΠΕΔΙΟ NON WOVEN ΜΕ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΤΑΙΝΙΑ 2- 3 ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ 50X50

ΝΑ ΕΙΝΑΙ 2- 3 ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ (NON-WOVEN). ΟΙ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΠΛΕΥΡΕΣ ΤΩΝ ΚΑΛΥΜΜΑΤΩΝ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΠΛΑΤΟΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 5 ΕΚ. , ΠΛΗΡΩΣ ΕΦΑΠΤΟΜΕΝΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΚΡΗ ΤΟΥ ΠΕΔΙΟΥ, ΜΕ ΙΣΧΥΡΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΩΣΤΕ ΝΑ ΚΟΛΛΑ ΣΕ ΥΓΡΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ. ΝΑ ΦΕΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΚΡΗ ΤΟΥΣ ΔΑΚΤΥΛΟΔΕΙΚΤΗ ΩΣΤΕ ΝΑ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΑΙ Η ΑΣΗΠΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ. ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ. ΝΑ ΞΕΔΙΠΛΩΝΟΝΤΑΙ ΜΕ ΑΣΗΠΤΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕ ΤΗΝ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΗΜΑΤΩΝ. ΝΑ ΕΧΕΙ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΠΟΥ 50*50ΕΚ

5. ΧΕΙΡ.ΠΕΔΙΑ NON WOVEN 75X90 T1570

ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ,ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ, non-woven , 2-3 ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ, ΜΕ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΠΛΕΥΡΑ 5ΕΚ., 75X90 ΕΚ.. ΝΑ ΞΕΔΙΠΛΩΝΟΝΤΑΙ ΜΕ ΑΣΗΠΤΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕ ΤΗΝ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΗΜΑΤΩΝ Η ΒΕΛΩΝ.

6. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΠΕΔΙΑ NON WOVEN ΓΙΑ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗ ΧΡΗΣΗ -ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΗΣΕΙΣ

ΣΕΤ ΓΙΑ ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ, ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ, ΜΕ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ. NON WOVEN ΝΑ ΕΧΕΙ ΑΝΤΟΧΗ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ: ΚΑΛΥΜΜΑ ΤΡΑΠΕΖΙΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 150X200ΕΚ., ΜΑΥΟ 80X145 ΕΚ., 2 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ 10X50 ΕΚ. , ΣΕΝΤΟΝΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΗΣΕΙΣ. ΜΕ ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΟΠΗ, 2-3 ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ 220X330ΕΚ., ΜΕ ΣΑΚΟ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ ΥΓΡΩΝ, ΚΑΛΤΣΑ 38X55 ΕΚ.

7. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΠΕΔΙΑ NON WOVEN ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΥΠΟΣΕΝΔΟΝΑ NON WOVEN ΠΕΡΙΝΑΙΟΥ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ, ΑΔΙΑΒΡΟΧΑ ΜΕ ΣΑΚΟΥΛΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΥΓΡΩΝ ΓΙΑ ΜΑΙΕΥΤΙΚΕΣ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΠΟΥ 85X105.

8. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΚΑΛΥΜΑ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΣΕΤΑΣ 50X50CM ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ

ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ, ΑΔΙΑΒΡΟΧΑ ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΣΣΕΤΑΣ 50X50 ΕΚ. ΑΠΟ ΔΙΑΦΑΝΟ ΥΛΙΚΟ

9. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΠΕΔΙΟ NON WOVEN ΚΑΛΥΜΜΑ ΤΡΑΠΕΖΙΟΥ ΜΑΥΟ 80X150

ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ, ΑΔΙΑΒΡΟΧΑ ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ NON WOVEN ΤΡΑΠΕΖΙΟΥ ΜΑΥΟ 80X150 ΕΚ. ΝΑ ΞΕΔΙΠΛΩΝΟΝΤΑΙ ΜΕ ΑΣΗΠΤΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕ ΤΗΝ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΧΗΜΑΤΩΝ Ή ΒΕΛΩΝ .

10. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΠΕΔΙΟ (ΚΑΛΥΜΜΑ) ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟΥ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ LEICA F40

ΚΑΛΥΜΜΑ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟΥ LEICA F40, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ, ΑΔΙΑΒΡΟΧΑ, ΜΕΓΑΛΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΔΙΑΜΕΤΡΩΝ ΦΑΚΟΥ, ΜΕ ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ, ΓΙΑ ΤΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ LEICA F40. ΑΠΟ ΔΙΑΦΑΝΟ ΥΛΙΚΟ

11. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΠΕΔΙΟ (ΚΑΛΥΜΜΑ) ΣΩΛΗΝΩΝ/CAMERA 13X250.

ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΚΑΜΕΡΑΣ 13X250 ΕΚ., ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ, ΑΔΙΑΒΡΟΧΑ. ΑΠΟ ΔΙΑΦΑΝΟ ΥΛΙΚΟ.

12. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΠΕΔΙΟ (ΣΕΝΤΟΝΙ) 150X200 2-3 ΣΤΡΩΣΕΩΝ NON WOVEN

2-3 ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΑΔΙΑΒΡΟΧΑ ΑΔΙΑΦΑΝΕΣ NON WOVEN, 150X200 ΕΚ. ΝΑ ΞΕΔΙΠΛΩΝΟΝΤΑΙ ΜΕ ΑΣΗΠΤΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕ ΤΗΝ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΧΗΜΑΤΩΝ Ή ΒΕΛΩΝ .

13. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ NON WOVEN 150X240

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ, 2-3 ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΑΔΙΑΒΡΟΧΑ, ΑΔΙΑΦΑΝΕΣ NON WOVEN, 150X240 ΕΚ. ΝΑ ΞΕΔΙΠΛΩΝΟΝΤΑΙ ΜΕ ΑΣΗΠΤΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΧΗΜΑΤΩΝ Ή ΒΕΛΩΝ .

14. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ NON WOVEN 2-3 ΣΤΡΩΣΕΩΝ ΜΕ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΟΠΗ ΕΠΙΣΚΛ. 60X75

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ, ΑΔΙΑΒΡΟΧΑ 2-3 ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ, NON WOVEN ΜΕ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΟΠΗ ΕΠΙΣΚΛΗΡΙΔΙΟΥ 60X75 ΕΚ.. ΝΑ ΞΕΔΙΠΛΩΝΟΝΤΑΙ ΜΕ ΑΣΗΠΤΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΧΗΜΑΤΩΝ Ή ΒΕΛΩΝ .

15. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΠΕΔΙΟ NON WOVEN ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ 2-3 ΣΤΡ. ΜΕ ΣΑΚΚΟ ΟΥΡΟΛ. 225X260

ΣΕΤ ΓΙΑ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ 2-3 ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ, NON WOVEN, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ 150X180 ΕΚ., ΜΕ ΣΑΚΟ ΠΕΡΥΣΥΛΟΓΗΣ ΥΓΡΩΝ, ΜΕ ΠΛΕΓΜΑ, ΜΕ ΠΕΡΙΚΝΗΜΙΔΕΣ, ΔΑΚΤΥΛΟΘΗΚΗ, ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΟΠΗ 6X12 ΕΚ., ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ.

16. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΠΕΔΙΟ NON WOVEN ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ 75X75

ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ, ΑΔΙΑΒΡΟΧΑ, NON WOVEN, 2-3 ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΠΛΕΥΡΑ 5 ΕΚ., 75X75 ΕΚ.. ΝΑ ΞΕΔΙΠΛΩΝΟΝΤΑΙ ΜΕ ΑΣΗΠΤΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΧΗΜΑΤΩΝ Ή ΒΕΛΩΝ.

17. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΟΘΟΝΙΑ ΤΕΜΝΟΜΕΝΑ 60X85

ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΑΠΟ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ ΤΥΠΟΥ STERIL – DRAPE»: ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΑΠΟ ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ΜΕ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΚΟΛΛΑΣ ΥΠΟΑΛΕΡΓΙΚΗ ΑΝΕΚΤΗ ΑΠΟ ΤΟ ΔΕΡΜΑ. ΝΑ ΕΜΠΟΔΙΖΕΙ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΜΙΚΡΟΒΙΩΝ ΝΑ ΜΗΝ ΕΜΠΟΔΙΖΕΙ ΤΗΝ ΕΦΙΔΡΩΣΗ ΑΛΛΑ ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΣΤΑΘΕΡΑ ΚΟΛΛΗΜΕΝΟ ΠΑΝΩ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΟΤΑΝ ΤΕΝΤΩΘΕΙ ΠΟΛΥ. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΦΑΝΗ ΝΑ ΜΗΝ ΓΙΑΛΙΖΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΑΝΤΙΣΤΑΤΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΜΕ Γ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΕ ΦΑΚΕΛΟ ΚΑΙ ΣΕ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΤΕΜΝΟΜΕΝΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 60 X 85 ΕΚ. ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 82 X 85 ΕΚ.

18. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΠΕΔΙΑ NON WOVEN ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΜΕ ΟΠΗ 75X100

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΑΔΙΑΒΡΟΧΑ 2-3 ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ NON WOVEN, ΜΕ ΟΠΗ 75X100 ΕΚ. ΝΑ ΞΕΔΙΠΛΩΝΟΝΤΑΙ ΜΕ ΑΣΗΠΤΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕ ΤΗΝ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΧΗΜΑΤΩΝ Η ΒΕΛΩΝ.

19. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 45X75 2-3 ΣΤΡ. ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ NON WOVEN

ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ, ΑΔΙΑΒΡΟΧΑ, NON WOVEN, 2-3 ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ 45X75 ΕΚ. ΝΑ ΞΕΔΙΠΛΩΝΟΝΤΑΙ ΜΕ ΑΣΗΠΤΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕ ΤΗΝ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΧΗΜΑΤΩΝ Η ΒΕΛΩΝ .

20. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ NON WOVEN 75X90 2-3 ΣΤΡ.ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ

ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ, ΑΔΙΑΒΡΟΧΑ 2-3 ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ. NON WOVEN ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 75X90 ΕΚ. ΝΑ ΞΕΔΙΠΛΩΝΟΝΤΑΙ ΜΕ ΑΣΗΠΤΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕ ΤΗΝ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΧΗΜΑΤΩΝ Η ΒΕΛΩΝ.

21. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΓΙΑ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗ

ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ, ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ. ΜΕ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ. NON WOVEN. ΝΑ ΕΧΕΙ ΑΝΤΟΧΗ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ: ΚΑΛΥΜΜΑ ΤΡΑΠΕΖΙΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 150X200 ΕΚ. ,ΚΑΛΥΜΜΑ ΜΑΥΟ 80X145 ΕΚ., ΚΑΘΕΤΗ ΔΙΑΦΑΝΗ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΟΘΟΝΗ 245X330 ΕΚ., 2-3 ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ, 4 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΠΕΔΙΑ 100X150 ΕΚ., ΜΕ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΠΛΕΥΡΑ 2-3 ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ., 2 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ 10X50 ΕΚ.

22. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΠΕΔΙΟ, NON WOVEN ΠΑΚΕΤΟ ΙΣΧΙΟΥ / ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ

ΣΕΤ ΓΙΑ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ, ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ. NON WOVEN. ΜΕ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ. ΝΑ ΕΧΕΙ ΑΝΤΟΧΗ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟΤΗΤΑ, 2-3 ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ, ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ : ΚΑΛΥΜΜΑ ΤΡΑΠΕΖΙΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 150X200 ΕΚ., ΚΑΛΥΜΜΑ ΜΑΥΟ 80X150 ΕΚ., ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΣΕΝΤΟΝΙ ΣΧΙΣΤΟ 220X300 ΕΚ., 2 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ 10X50 ΕΚ., ΠΑΝΑΚΙΑ, ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΜΕ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΤΑΙΝΙΑ 180X250 ΕΚ.

23. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΟΘΟΝΙΑ ΤΕΜΝΟΜΕΝΑ 35X35

ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΑΠΟ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ ΤΥΠΟΥ STER – DRAPE»: ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΑΠΟ ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ ΜΕ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΚΟΛΛΑΣ ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΗΣ ΑΝΕΚΤΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΕΡΜΑ. ΝΑ ΕΜΠΟΔΙΖΕΙ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΜΙΚΡΟΒΙΩΝ ΝΑ ΜΗΝ ΕΜΠΟΔΙΖΕΙ ΤΗΝ ΕΦΙΔΡΩΣΗ ΑΛΛΑ ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΣΤΑΘΕΡΑ ΚΟΛΛΗΜΕΝΟ ΠΑΝΩ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΟΤΑΝ ΤΕΝΤΩΘΕΙ ΠΟΛΥ. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΦΑΝΗ ΝΑ ΜΗΝ ΓΙΑΛΙΖΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΑΝΤΙΣΤΑΤΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΜΕ Γ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΕ ΦΑΚΕΛΟ ΚΑΙ ΣΕ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: ΜΕ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΤΕΜΝΟΜΕΝΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 35 X 35 ΕΚ ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 55 X 35 ΕΚ.

24. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΠΕΔΙΟ (ΚΑΛΥΜΜΑ) ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟΥ 110X250 ZEISS MD

ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟΥ, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ, ΑΔΙΑΒΡΟΧΑ, 110 X 250 ΕΚ., ΜΕΓΑΛΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΔΙΑΜΕΤΡΩΝ ΦΑΚΟΥ, ΜΕ ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ, ΓΙΑ ΤΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ ZEISS ΑΠΟ ΔΙΑΦΑΝΟ ΥΛΙΚΟ.

25. ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΧΕΙΡ/ΚΟ ΠΕΔΙΟ 100X100

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΧΕΙΡ/ΚΟ ΠΕΔΙΟ ΜΕ ΟΠΗ 7X5 ΕΚ. ΠΕΡΙΠΟΥ ΑΠΟ ΔΙΑΦΑΝΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕ ΣΑΚΚΟ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ ΥΓΡΩΝ.

26. ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΧΕΙΡ/ΚΟ NON WOVEN 2-3 ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΠΕΔΙΟ, 150X180 ΠΕΡΙΠΟΥ.

ΝΑ ΕΙΝΑΙ 2-3 ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ , NON-WOVEN, ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΥΓΡΩΝ. ΤΟ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΕΥΡΑ ΤΩΝ 150 ΕΚ. ΟΙ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΠΛΕΥΡΕΣ ΤΩΝ ΚΑΛΥΜΜΑΤΩΝ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΠΛΑΤΟΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 5ΕΚ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ, ΠΛΗΡΩΣ ΕΦΑΠΤΟΜΕΝΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΚΡΗ ΤΟΥ ΠΕΔΙΟΥ, ΚΑΙ ΝΑ ΦΕΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΚΡΗ ΤΟΥΣ ΔΑΚΤΥΛΟΔΕΙΚΤΗ ΩΣΤΕ ΝΑ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΑΙ Η ΑΣΗΠΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ. ΣΕ ΕΙΔΙΚΗ ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ. ΜΕ ΔΙΑΣΤΑΣΗ 150X180 ΕΚ ΠΕΡΙΠΟΥ.

27. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΜΕ ΟΠΗ, 50X60 .

ΝΑ ΕΙΝΑΙ 2-3 ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ (NON-WOVEN). ΝΑ ΞΕΔΙΠΛΩΝΟΝΤΑΙ ΜΕ ΑΣΗΠΤΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕ ΤΗΝ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΨΗΜΑΤΩΝ Η ΒΕΛΩΝ. ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΟΠΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 6 ΕΚ. ΠΕΡΙΠΟΥ ΜΕ ΙΣΧΥΡΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΩΣΤΕ ΝΑ ΚΟΛΛΑ ΣΕ ΥΓΡΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ. ΝΑ ΕΧΕΙ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΠΟΥ 50X60 ΕΚ

28. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΜΕ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΟΠΗ, 50X75 .

ΝΑ ΕΙΝΑΙ 2-3 ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ (NON-WOVEN). ΝΑ ΞΕΔΙΠΛΩΝΟΝΤΑΙ ΜΕ ΑΣΗΠΤΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕ ΤΗΝ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΨΗΜΑΤΩΝ Η ΒΕΛΩΝ. ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΟΠΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 6 ΕΚ. ΠΕΡΙΠΟΥ ΜΕ ΙΣΧΥΡΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΩΣΤΕ ΝΑ ΚΟΛΛΑ ΣΕ ΥΓΡΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ. ΝΑ ΕΧΕΙ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΠΟΥ 50X75 ΕΚ

29. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΣΕΝΔΟΝΙ ΣΧΙΣΤΟ, 125X150

ΝΑ ΕΙΝΑΙ 2-3 ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ (NON-WOVEN). ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΣΧΙΣΜΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Υ 50 ΕΚ ΠΕΡΙΠΟΥ ΜΕ ΙΣΧΥΡΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΩΣΤΕ ΝΑ ΚΟΛΛΑ Κ ΣΕ ΥΓΡΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ, ΦΙΛΙΚΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΕΡΜΑ. ΝΑ ΞΕΔΙΠΛΩΝΟΝΤΑΙ ΜΕ ΑΣΗΠΤΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΨΗΜΑΤΩΝ Η ΒΕΛΩΝ. ΤΟ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΦΙΛΙΚΟ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΕΡΜΑ Κ ΝΑ ΜΗΝ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ ΕΡΕΘΙΣΜΟΥΣ.

30. ΠΕΔΙΟ ΑΚΡΑΣ ΧΕΙΡΟΣ, 196X371

ΝΑ ΕΙΝΑΙ 2-3 ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ (NON-WOVEN). ΤΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΟΠΗ 5 ΕΚ.. ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΑ ΤΗΣ ΟΠΗΣ. ΜΕ ΠΛΕΥΡΙΚΗ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΥΨΗΣ ΤΟΥ ΧΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕ ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΣΩΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΜΕ ΔΙΑΣΤΑΣΗ 195X370 ΠΕΡΙΠΟΥ.

31. ΠΕΔΙΟ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ, 170X260

ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ NON-WOVEN ΥΛΙΚΟ ΥΔΡΟΑΠΩΘΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΕΡΟΔΙΑΠΕΡΑΤΟ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΟΘΩΝΙΟ ΔΙΑΤΟΜΗΣ 10X15 ΕΚ. ΠΕΡΙΠΟΥ, ΜΕ 2 ΣΑΚΟΥΣ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ ΥΓΡΩΝ , ΜΕ ΕΛΑΣΜΑ ΓΙΑ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΦΥΓΗ ΑΠΟΦΡΑΞΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ.

32. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΒΡΑΧΙΟΝΑ ΜΕ ΜΑΝΣΕΤΑ, 20X25

ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ. ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΜΑΝΣΕΤΑ ΒΑΜΒΑΚΕΡΗ ΜΕ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΗ ΔΙΠΛΩΣΗ ΓΙΑ ΑΣΗΠΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ.

33. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΛΥΜΜΑ Σ.Σ (ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ), 350X250 ΠΕΡΙΠΟΥ.

ΝΑ ΕΙΝΑΙ 2-3 ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ (NON-WOVEN, FILM, NON-WOVEN). ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΜΕ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΟΠΗ. ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΑ ΤΗΣ ΟΠΗΣ ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΟΘΩΝΙΟ. ΝΑ ΕΧΕΙ 4 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΓΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΩΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΠΛΕΥΡΙΚΕΣ ΘΗΚΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΕΚΑΤΕΡΩΘΕΝ. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ ΥΔΡΟΑΠΩΘΗΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ, ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΣΤΗΝ ΥΓΡΑΣΙΑ. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΤΡΥΠΑΕΙ ΕΥΚΟΛΑ. ΜΕ ΠΛΕΥΡΙΚΗ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΧΕΡΙΩΝ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ.

34. STOCKINETTE ΚΑΛΤΣΑ, 32X120

ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ ΚΑΛΤΣΑ ΑΠΟ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟ ΣΤΡΩΜΑ ΠΟΥ ΝΑ ΣΧΙΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΧΝΟΥΔΙΑΖΕΙ. ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΑ ΔΙΠΛΩΜΕΝΗ

35. ΚΑΛΥΜΑ ΑΚΤΙΝΟΣΚΟΠΙΚΟΥ, 95X230

ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΔΙΑΦΑΝΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΑ.

36. ΚΑΛΥΜΑ ΑΚΤΙΝΟΣΚΟΠΙΚΟΥ, 120X120

ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΔΙΑΦΑΝΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΑ.

37. ΚΑΛΥΜΑ ΑΚΤΙΝΟΣΚΟΠΙΚΟΥ, 100X100

ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΔΙΑΦΑΝΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕ ΛΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΑ.

38. ΚΑΛΥΜΑ ΑΚΤΙΝΟΣΚΟΠΙΚΟΥ, 80X80

ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΔΙΑΦΑΝΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕ ΛΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΑ.

39. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΚΑΘΕΤΗΣ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗΣ, 330X260

ΚΑΛΥΜΜΑ ΚΑΘΕΤΗΣ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗΣ ΑΠΟ ΔΙΑΦΑΝΟ ΥΛΙΚΟ ΕΝΤΕΛΩΣ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΜΕ ΟΠΗ 40*20 ΕΚ. ΠΕΡΙΠΟΥ ΜΕ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΚΑΙ ΙΩΔΟΦΟΡΟ ΟΘΩΝΙΟ ΦΙΛΙΚΟ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΕΡΜΑ. ΜΕ ΧΩΝΙ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ ΥΓΡΩΝ ΠΛΕΓΜΑ ΚΑΙ ΣΩΛΗΝΑ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕ ΔΙΠΛΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ, ΔΙΠΛΟΥΣ ΣΑΚΟΥΣ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕ ΙΣΧΥΡΟ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΣΤΗΝ ΠΑΝΩ ΜΕΡΙΑ ΤΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ

40. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΟΘΟΝΙΑ ΤΕΜΝΟΜΕΝΑ 60X40

ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΑΠΟ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ ΤΥΠΟΥ STERIL – DRAPE»: ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΑΠΟ ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ΜΕ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΚΟΛΛΑΣ ΥΠΟΑΛΕΡΓΙΚΗΣ ΑΝΕΚΤΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΕΡΜΑ. ΝΑ ΕΜΠΟΔΙΖΕΙ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΜΙΚΡΟΒΙΩΝ ΝΑ ΜΗΝ ΕΜΠΟΔΙΖΕΙ ΤΗΝ ΕΦΙΔΡΩΣΗ ΑΛΛΑ ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΣΤΑΘΕΡΑ ΚΟΛΛΗΜΕΝΟ ΠΑΝΩ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΟΤΑΝ ΤΕΝΤΩΘΕΙ ΠΟΛΥ. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΦΑΝΗ ΝΑ ΜΗΝ ΓΙΑΛΙΖΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΑΝΤΙΣΤΑΤΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΜΕ Γ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΕ ΦΑΚΕΛΟ ΚΑΙ ΣΕ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΤΕΜΝΟΜΕΝΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 60X40 ΕΚ. ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 80X40 ΕΚ.

41. ΣΕΤ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

ΝΑ ΕΙΝΑΙ 2-3 ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ (NON-WOVEN) ΟΙ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΠΛΕΥΡΕΣ, ΜΕ ΙΣΧΥΡΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΩΣΤΕ ΝΑ ΚΟΛΛΑ ΚΑΙ ΣΕ ΥΓΡΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ, ΦΙΛΙΚΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΕΡΜΑ. ΚΑΙ ΝΑ ΦΕΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΚΡΗ ΤΟΥΣ ΔΑΚΤΥΛΟΔΕΙΚΤΗ ΩΣΤΕ ΝΑ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΑΙ Η ΑΣΗΠΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ. ΣΕ ΕΙΔΙΚΗ ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ. ΝΑ ΞΕΔΙΠΛΩΝΟΝΤΑΙ ΜΕ ΑΣΗΠΤΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΧΗΜΑΤΩΝ Η ΒΕΛΩΝ. ΤΟ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΦΙΛΙΚΟ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΕΡΜΑ Κ ΝΑ ΜΗΝ ΠΡΟΚΑΛΛΕΙ ΕΡΕΘΙΣΜΟΥΣ.

ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:

1ΚΑΛΥΜΜΑ ΤΡΑΠΕΖΙΟΥ 150X200 ΕΚ ΠΕΡΙΠΟΥ.

1 ΣΑΚΟΥΛΑ ΜΑΥΟ.

1 ΠΕΔΙΟ 170X175 ΕΚ. ΜΕ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ.

1 ΠΕΔΙΟ 150X240 ΕΚ. ΜΕ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ.

2 ΠΕΔΙΑ 75X90 ΕΚ. ΜΕ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ.

1 ΠΕΔΙΟ 75X90 ΕΚ. ΜΗ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ.

1 ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ 10X50

4 ΠΕΤΣΕΤΕΣ

42. ΣΕΤ ΚΥΣΤΕΟΣΚΟΠΗΣΗΣ / ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ

ΝΑ ΕΙΝΑΙ 2-3 ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ (NON-WOVEN). ΜΕ ΚΥΜΑΤΟΕΙΔΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΟΥ ΝΑ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΤΑΧΥΤΑΤΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ ΥΓΡΩΝ.

ΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ :

2 ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΠΟΔΟΝΑΡΙΑ

1 ΚΑΛΥΜΜΑ 85X100 ΕΚ.

1 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΓΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΥΣΤΕΟΣΚΟΠΗΣΗΣ Η ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 75X175 ΜΕ ΟΠΗ.

43. ΣΕΤ ΚΡΑΝΙΟΤΟΜΙΑΣ

ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 280X225 ΜΕ ΟΠΗ 20X25 ΕΚ .ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΑ ΤΗΣ ΟΠΗΣ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΚΑΙ ΣΩΛΗΝΩΝ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΑΚΟ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ ΥΓΡΩΝ ΜΕ ΠΛΕΓΜΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΟ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ. ΣΕ ΕΙΔΙΚΗ ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ. ΝΑ ΞΕΔΙΠΛΩΝΕΤΑΙ ΜΕ ΑΣΗΠΤΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ

ΣΧΗΜΑΤΩΝ Η ΚΑΙ ΒΕΛΩΝ. ΤΟ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΦΙΛΙΚΟ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΕΡΜΑ ΜΕ ΙΣΧΥΡΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΩΣΤΕ ΝΑ ΚΟΛΛΑ ΚΑΙ ΣΕ ΥΓΡΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΣ.

44. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΠΕΡΙΚΝΗΜΙΔΕΣ ΠΟΔΟΝΑΡΙΑ, 50X110

ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ NON WOVEN. ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΗ ΔΙΠΛΩΣΗ ΓΙΑ ΑΣΗΠΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΖΕΥΓΟΥΣ ΚΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ ΥΔΡΟΑΠΩΘΗΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ, ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΣΤΗΝ ΥΓΡΑΣΙΑ. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΤΡΥΠΑΕΙ ΕΥΚΟΛΑ. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΙΝΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΔΙΑΠΕΡΑΤΑ.

45. ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΣΕΝΤΟΝΙ

ΝΑ ΕΙΝΑΙ 2-3 ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ (NON-WOVEN). ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΣΕΝΤΟΝΙ ΜΕ ΤΕΜΝΟΜΕΝΟ ΙΩΔΟΦΟΡΟ ΟΘΟΝΙΟ ΣΕΝΤΟΝΙ ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ 254X384 ΕΚ. ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ, ΙΩΔΟΦΟΡΟ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟ ΤΕΜΝΟΜΕΝΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΟΘΟΝΙΟ ΠΟΥ ΝΑ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΠΛΗΡΩΣ ΤΟΝ ΘΩΡΑΚΑ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΓΕΝΝΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΠΟ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ 41X154 ΕΚ. ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΔΙΑΦΑΝΗΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΗ ΟΘΟΝΗ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗΣ ΠΡΟΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΟΥΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ 213X170 ΕΚ. ΘΗΚΕΣ ΣΤΑ ΠΛΑΪΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ ΣΩΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

46. ΠΕΔΙΟ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΜΕ ΠΑΡΑΘΥΡΟ, 230X300

ΝΑ ΕΙΝΑΙ 2-3 ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ (NON-WOVEN) ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΥΓΡΩΝ. ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΟΠΕΣ 6 ΜΕ 8 ΕΚ ΠΕΡΙΠΟΥ ΜΕ ΙΣΧΥΡΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΩΣΤΕ ΝΑ ΚΟΛΛΑ Κ ΣΕ ΥΓΡΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ, ΦΙΛΙΚΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΕΡΜΑ. ΝΑ ΞΕΔΙΠΛΩΝΟΝΤΑΙ ΜΕ ΑΣΗΠΤΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΧΗΜΑΤΩΝ Η ΒΕΛΩΝ. ΔΙΑΣΤΑΣΗ 230X300 ΠΕΡΙΠΟΥ. ΣΤΟ ΚΑΘΕ ΠΛΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ 70 ΕΚ. ΠΕΡΙΠΟΥ ΑΠΟ ΔΙΑΦΑΝΕΣ ΥΛΙΚΟ.

47. ΣΕΤ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑΣ

ΝΑ ΕΙΝΑΙ 3 ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ (NON-WOVEN)

ΤΟ ΣΕΤ ΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ:

1 ΠΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΟΥ 150 X 200CM
1 ΠΕΔΙΟ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 220X320 CM ΠΕΡΙΠΟΥ
1 ΚΑΛΥΜΜΑ ΑΚΤΙΝΟΣΚΟΠΙΚΟΥ 100 X 100 CM + 1 ΚΑΛΥΜΜΑ ΑΚΤΙΝΟΣΚΟΠΙΚΟΥ 120X120
1 ΜΠΛΟΥΖΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ XL
2 ΜΠΩΛ 200ML,
1 ΜΠΩΛ 4000ML GASTROPACK
20 ΓΑΖΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ 10X20CM
1 ΝΥΣΤΕΡΙ NO 11 ,
2 ΣΥΡΙΓΓΕΣ 20ML.
2 ΣΥΡΙΓΓΕΣ 10 ML.
1 ΣΥΡΙΓΓΑ 5ML
1 ΛΑΒΙΔΑ (ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ) 18 CM

48. ΣΕΤ ΣΤΕΦΑΝΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ

ΝΑ ΕΙΝΑΙ 2-3 ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ (NON-WOVEN)

ΤΟ ΣΕΤ ΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ:

2 ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ ΜΠΛΟΥΖΕΣ XL
1 ΔΙΑΦΑΝΟΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΣ ΣΑΚΟΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 120X120 CM
1 ΔΙΑΦΑΝΟΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΣ ΣΑΚΟΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 80X80 CM
2 ΠΕΤΣΕΤΕΣ ΧΕΙΡΟΣ
1 ΜΠΩΛ 250 ML
1 ΜΠΩΛ 500 ML
2 ΣΥΡΙΓΓΕΣ 20 ML
2 ΣΥΡΙΓΓΕΣ 10 ML
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ ΠΕΔΙΟ, ΑΣΦΑΛΕΙΑ 150 CMX180 CM
2 ΒΕΛΟΝΕΣ 21G X 4CM
1 ΒΕΛΟΝΑ 23G X 4CM
1 ΝΥΣΤΕΡΙ NO 11 ΜΕ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ

20 ΓΑΖΕΣ 10X20 CM

1 ΛΕΚΑΝΗ 4000 ΕΩΣ 5000 ML

1 ΚΑΛΥΜΜΑ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 200X 300 CM ΠΕΡΙΠΟΥ , ΜΕ 4 ΟΠΕΣ ΤΩΝ 12 CM (2 ΜΗΡΙΑΙΕΣ-2 ΚΕΡΚΙΔΙΚΕΣ) ΜΕ ΔΙΑΦΑΝΗ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΚΑΙ ΟΙ ΔΥΟ.

1 ΠΛΗΡΕΣ ΣΕΤ MANIFOLD (ΣΥΡΙΓΓΑ ΕΚΧΥΣΗΣ ΣΚΙΑΓΡΑΦΙΚΟΥ SOCOREX ΤΕΜ 1, ΤΡΙΩΝ ΟΔΩΝ MANIFOLD ΑΡΙΣΤΕΡΟΣΤΡΟΦΟ ΤΕΜ 1, ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ 140 CM ΤΕΜ.2 , ΣΥΣΚΕΥΗ ΟΡΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΣΚΙΑΓΡΑΦΙΚΟ ΤΕΜ 1)
1 ΛΑΒΙΔΑ ΓΑΖΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΗ

49. ΣΕΤ ΕΜΦΥΤΕΥΣΗΣ ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ ΚΑΙ ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗ

ΝΑ ΕΙΝΑΙ 2-3 ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ (NON-WOVEN). ΝΑ ΞΕΔΙΠΛΩΝΟΝΤΑΙ ΜΕ ΑΣΗΠΤΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΧΗΜΑΤΩΝ Η ΒΕΛΩΝ.

ΤΟ ΣΕΤ ΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ:

1 ΠΕΔΙΟ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 200X300CM ΠΕΡΙΠΟΥ ΜΕ 2 ΟΠΕΣ ΜΕ ΔΙΑΦΑΝΗ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ

1 ΠΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΙΟΥ 150 X 180CM.

1 ΚΑΛΥΜΜΑ ΑΚΤΙΝΟΣΚΟΠΙΚΟΥ 100 X 100 CM

2 ΜΠΛΟΥΖΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΕΣ XL

2 ΜΠΩΛ 500ML

2ΜΠΩΛ 250ML,

20 ΓΑΖΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ 10X20CM

1ΝΥΣΤΕΡΙ ΝΟ 11 ,

1ΣΥΡΙΓΓΑ 20ML

2 ΣΥΡΙΓΓΕΣ 10ML

1ΣΥΡΙΓΓΑ 5ML

2 ΒΕΛΟΝΕΣ 21G

50. ΜΑΣΚΕΣ ΜΕ ΑΣΠΙΔΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ

ΜΑΣΚΕΣ ΓΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ 3 ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΥΠΟΑΛΕΡΓΙΚΕΣ ΜΕ ΕΠΙΡΗΝΙΟ ΕΛΑΣΜΑ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΜΗΚΟΣ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΑΝΕΤΗ ΑΝΑΠΝΟΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΙΝΙΔΙΩΝ. ΣΤΟ ΜΕΣΑΙΟ ΣΤΡΩΜΑ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΕΙΔΙΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΒΑΚΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΝΟΗ, ΜΕ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΔΙΗΘΗΣΗΣ, ΧΩΡΙΣ ΙΝΕΣ ΥΑΛΟΒΑΜΒΑΚΑ. ΝΑ ΕΧΕΙ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΦΙΛΤΡΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΜΙΚΡΟΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 99% , ΔΗΛΑΔΗ ΝΑ ΠΛΗΡΟΥΝ ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΑ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ EN 14683 ΚΛΑΣΗ II (ΒΓΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟ ΦΙΛΤΡΑΡΙΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΒΑΚΤΗΡΙΑ [%] : >/= 98). ΔΕΤΗ ΜΕ 4 ΚΟΡΔΟΝΙΑ. ΜΕ ΑΣΠΙΔΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΛΕΠΤΗ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΗ.

51. ΜΑΣΚΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΕΤΗ Μ.Χ

ΜΑΣΚΕΣ ΓΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ 3 ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΥΠΟΑΛΕΡΓΙΚΕΣ ΜΕ ΕΠΙΡΗΝΙΟ ΕΛΑΣΜΑ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΜΗΚΟΣ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΑΝΕΤΗ ΑΝΑΠΝΟΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΙΝΙΔΙΩΝ. ΣΤΟ ΜΕΣΑΙΟ ΣΤΡΩΜΑ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΕΙΔΙΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΒΑΚΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΝΟΗ , ΜΕ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΔΙΗΘΗΣΗΣ , ΧΩΡΙΣ ΙΝΕΣ ΥΑΛΟΒΑΜΒΑΚΑ. ΝΑ ΕΧΕΙ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΦΙΛΤΡΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΜΙΚΡΟΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 99% , ΔΗΛΑΔΗ ΝΑ ΠΛΗΡΟΥΝ ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΑ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ EN 14683 ΚΛΑΣΗ II (ΒΓΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟ ΦΙΛΤΡΑΡΙΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΒΑΚΤΗΡΙΑ [%] : >/= 98). ΔΕΤΗ ΜΕ 4 ΚΟΡΔΟΝΙΑ

52. ΕΣΩΡΟΥΧΑ Μ.Χ. ΑΣΘΕΝΩΝ

ΜΕΣΑΙΟ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟ ΜΕΓΕΘΟΣ, ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ, ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ ΣΤΗ ΜΕΣΗ

53. ΚΑΠΕΛΑ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ ΠΙΣΩ

ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΑΠΟ NON-WOVEN ΥΛΙΚΟ ΜΕ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ 80% RAYON ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ ΠΙΣΩ, ΔΙΑΤΡΗΤΑ ΑΝΘΕΚΤΙΚΑ ΣΤΟ ΣΚΙΣΙΜΟ, ΧΩΡΙΣ ΙΝΙΔΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΣΕ ΚΟΥΤΙ ΓΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ.

54. ΣΚΟΥΦΙΕΣ ΟΛΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ- ΛΑΙΜΟΥ -ΔΕΤΕΣ (ΓΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ)

ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΕΣ ΑΠΟ NON-WOVEN ΥΛΙΚΟ ΜΕ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ 80% RAYON ΓΙΑ ΟΛΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΔΕΤΗ ΜΕ ΚΟΡΔΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΙΔΙΟ ΥΛΙΚΟ, ΔΙΑΤΡΗΤΗ ΑΝΘΕΚΤΙΚΗ ΣΤΟ ΣΚΙΣΙΜΟ, ΧΩΡΙΣ ΙΝΙΔΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΕΣ ΣΕ ΚΟΥΤΙ ΓΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ.

55. ΚΟΥΣΤΟΥΜΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ XL Μ.Χ.

ΚΟΥΣΤΟΥΜΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ, ΑΠΟ ΥΛΙΚΟ SMS ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΠΛΕ, ΑΔΙΑΦΑΝΕΣ ΚΑΙ ΜΑΛΑΚΟ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΣΥΜΠΕΡΙΦΕΡΕΤΑΙ ΣΑΝ ΥΦΑΣΜΑ. ΕΙΝΑΙ ΑΕΡΟΔΙΑΠΕΡΑΤΑ ΚΑΙ ΑΔΙΑΒΡΟΧΑ, ΜΗ ΕΡΕΘΙΣΤΙΚΑ, ΑΝΤΙΑΛΛΕΡΓΙΚΑ, ΧΗΜΙΚΩΣ ΚΑΘΑΡΑ ΚΑΙ ΜΗ ΕΥΦΛΕΚΤΑ. ΦΕΡΟΥΝ “V” ΣΤΟ ΛΑΙΜΟ ΚΑΙ ΤΣΕΠΗ ΣΤΗ ΜΠΛΟΥΖΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ. Η ΜΠΛΟΥΖΑ ΕΧΕΙ ΚΟΝΤΟ ΜΑΝΙΚΙ ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΕΙΝΑΙ ΜΕ ΚΟΡΔΟΝΙ ΓΙΑ ΤΕΛΕΙΑ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ ΣΤΟ ΣΩΜΑ. ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΗ ΑΣΦΑΛΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΣΕΤ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ. ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΑ ΜΕΓΕΘΗ: SMALL, MEDIUM, LARGE, EXTRA LARGE.

56. ΠΟΔΙΕΣ ΝΑΥΛΟΝ (ΓΚΟΦΡΕ)

ΑΝΘΕΚΤΙΚΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ

57. ΡΟΜΠΕΣ (ΡΟΜΠΕΣ) ΧΑΡΤΙΝΕΣ Μ.Χ. ΑΔΙΑΦΑΝΕΙΣ

ΜΠΛΟΥΖΕΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ, ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ Μ.Ε.Θ. ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΩΝ, ΑΠΟ ΥΛΙΚΟ NON-WOVEN, ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ, ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ Η ΜΑΝΣΕΤΑ, ΑΝΘΕΚΤΙΚΕΣ ΑΡΙΣΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 100 ΤΜΧ/ΚΟΥΤΙ, 10 ΤΕΜ/ΜΙΚΡΗ ΣΥΣΚ.

58. ΜΠΛΟΥΖΕΣ (ΡΟΜΠΕΣ) ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΕΣ ΑΣΘΕΝΩΝ

ΜΠΛΟΥΖΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΜΗ ΥΦΑΣΜΕΝΟ ΥΓΡΟΑΠΩΘΗΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ NON – WOVEN, ΜΕ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ. ΠΛΗΡΩΣ ΑΔΙΑΦΑΝΕΙΣ, ΑΔΙΑΠΕΡΑΣΤΕΣ ΑΠΟ ΜΙΚΡΟΒΙΑ ΚΑΙ ΒΑΚΤΗΡΙΑ, ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ Η ΜΑΝΣΕΤΑ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΜΑΝΙΚΙΑ. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΕΣ, ΑΕΡΟΔΙΑΠΕΡΑΤΕΣ ΚΑΙ ΝΑ ΔΕΝΟΥΝ ΜΕ ΚΟΡΔΟΝΙΑ ΣΤΟΝ ΑΥΧΕΝΑ ΚΑΙ ΣΤΗ ΜΕΣΗ. ΝΑ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΑΝΑ 5 ΤΕΜΑΧΙΑ ΣΕ ΣΚΟΥΡΟ ΜΠΛΕ ΧΡΩΜΑ.

59. ΜΠΛΟΥΖΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ. SPECIAL ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ ΣΕ ΜΕΓΕΘΗ XL-L-M

ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ, ΑΠΟ ΥΛΙΚΟ SMMMS ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ ΜΕ ΕΟ. ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΣΕ ΚΑΙ ΝΑ ΠΛΗΡΟΥΝ ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΑ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ EN 13795. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΑ ΑΔΙΑΠΕΡΑΣΤΕΣ ΣΤΗΝ ΑΛΚΟΟΛΗ. ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΚΟΨΙΜΟ “ΡΕΓΚΛΑΝ” ΣΤΟΥΣ ΩΜΟΥΣ , ΓΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΣΤΙΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΩΝ . ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΗΣΗ ΣΤΙΣ ΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΜΑΝΙΚΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΩΜΩΝ , ΕΤΣΙ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΔΙΑΠΕΡΑΣΤΕΣ ΣΤΗΝ ΥΓΡΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΑΥΤΑ . ΜΕ ΠΛΑΤΙΑ (ΑΕΡΟΔΙΑΠΕΡΑΤΗ) ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΟ ΘΩΡΑΚΑ , ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΜΑΝΙΚΙ (ΜΕΧΡΙ ΤΟΝ ΩΜΟ), ΠΟΥ ΝΑ ΤΗΝ ΚΑΘΙΣΤΑ ΑΔΙΑΠΕΡΑΣΤΗ ΣΤΑ ΥΓΡΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΒΑΚΤΗΡΙΔΙΑ. ΜΕ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΣΤΟ ΛΑΙΜΟ ΑΠΟ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΥ ΚΑΙ VELCRO, ΕΤΣΙ ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΗΝ ΕΡΕΘΙΖΕΙ ΤΟ ΔΕΡΜΑ, ΝΑ ΜΗΝ ΚΟΛΛΑΕΙ ΣΤΑ ΜΑΛΛΙΑ, ΚΑΙ ΝΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΚΛΕΙΣΕΙ ΤΗΝ ΜΠΛΟΥΖΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΥ.

60. ΜΠΛΟΥΖΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗ ΣΕ ΜΕΓΕΘΗ XL-L

ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΥΔΡΟΑΠΩΘΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΔΙΑΠΕΡΑΣΤΕΣ ΑΠΟ ΒΑΚΤΗΡΙΔΙΑ. ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΥΦΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ. ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΔΙΠΛΟ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΗ ΚΑΙ ΤΗ ΜΕΣΗ ΚΑΙ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΣΤΟΝ ΑΥΧΕΝΑ. ΟΙ ΜΑΝΣΕΤΕΣ ΝΑ ΕΛΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΒΑΜΒΑΚΕΡΕΣ. ΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΑ.

61. ΜΠΛΟΥΖΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ Μ.Χ. ΑΠΛΕΣ XL-L-M

ΑΠΟ ΜΗ ΥΦΑΣΜΕΝΟ ΥΛΙΚΟ (SMS), ΜΕ ΜΙΚΡΟΠΟΡΟΥΣ ΑΔΙΑΒΡΟΧΕΣ, ΑΕΡΟΔΙΑΠΕΡΑΤΕΣ, ΥΔΡΟΦΟΒΕΣ, ΑΠΑΛΛΑΓΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΜΕΣ. ΟΙ ΡΑΦΕΣ ΤΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΕΣ ΜΕ ΔΙΠΛΟ ΓΑΖΙ. ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΛΟΙΜΩΔΗ ΝΟΣΗΜΑΤΑ (ΒΑΚΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΙΟΥΣ). ΕΙΝΑΙ ΕΛΑΦΡΕΣ, ΑΝΤΙΑΛΛΕΡΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΑΙΣΘΗΣΗ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ. ΈΧΟΥΝ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΚΛΕΙΣΤΡΟ VELCRO ΣΤΟ ΛΑΙΜΟ. ΦΕΡΟΥΝ ΦΑΡΔΙΕΣ ΕΛΑΣΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΕΣ ΜΑΝΣΕΤΕΣ, ΖΩΝΗ ΣΤΗ ΜΕΣΗ (ΠΙΑΣΜΕΝΗ ΣΕ ΧΑΡΤΙΝΗ ΚΑΡΤΑ) ΚΑΙ ΚΟΡΔΟΝΙΑ ΣΤΟ ΠΙΣΩ ΜΕΡΟΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΗΣ. ΤΟ ΔΕΣΙΜΟ ΞΕΚΙΝΑ ΧΙΑΣΤΙ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΗΓΕΙ ΣΤΗΝ ΚΟΙΛΙΑΚΗ ΧΩΡΑ. ΈΧΟΥΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΛΗΞΗΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΓΙΑ 5 ΕΤΗ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΗ ΠΕΤΣΕΤΑ ΧΕΙΡΟΣ. ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Ε.Ε. ΚΑΙ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΓΕΘΗ: SMALL, MEDIUM, LARGE, EXTRA LARGE. ΕΙΝΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΕΣ ΣΕ, ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ, ΑΕΡΟΣΤΕΓΗ, ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΜΕ ΕΥΑΝΑΓΝΩΣΤΗ ΕΝΔΕΙΞΗ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΜΕΓΕΘΟΥΣ, ΑΣΗΠΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ. ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΣΗΣ ΜΗ ΤΟΞΙΚΕΣ, ΜΗ ΑΝΑΦΛΕΞΙΜΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ ΜΕ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ Γ'. ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΠΛΗΡΗ ΠΡΟΣΘΙΑ ΚΑΙ ΟΠΙΣΘΙΑ ΚΑΛΥΨΗ – ΑΝΑΓΡΑΦΟΥΝ ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠ ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ. ΣΥΜΦΩΝΩΣ ΠΡΟΣ ΕΛΟΤ - EN 13795 1,2,3. ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΣΤΑ ΜΕΓΕΘΗ: SMALL, MEDIUM, LARGE, X-LARGE