

ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΦΛΕΒΩΝ ΤΡΙΠΛΟΥ ΑΥΛΟΥ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟΙ

1. Σετ καθετήρα κεντρικών φλεβών τριπλού αυλού αντιμικροβιακού.
2. Το σετ να είναι αποστειρωμένο, να διαθέτει πέραν του καθετήρα, σύριγγα, οδηγό σύρμα με ειδικό μηχανισμό ρόλερ, ο διαστολέας να είναι υδρόφιλος, να έχει ηχογενή βελόνα παρακέντησης και στηρικτικά για τον καθετήρα.
3. Να είναι διαμέτρου ≥ 7 Fr σε μήκη 15-20 εκ. με ένα αυλό 14G για μεγάλους όγκους χορηγήσεων (≥ 60 ml/min).
4. Να είναι ακτινοσκοπικός, βαθμονομημένος ανά εκατοστό σε σετ seldinger.
5. Το υλικό κατασκευής του να μην περιέχει LATEX και DEHP για αποφυγή κινδύνου αλλεργιών και άλλων αρνητικών συμπτωμάτων στον ασθενή.
6. Οι αυλοί να έχουν διάφορα χρώματα για ευκολία στην αναγνώριση του distal, medial και proximal αυλού.
7. Να είναι πολυουρεθάνης με μοριακά ιόντα αργύρου ή να φέρει εμποτισμό ενός αντισηπτικού ή ενός αντιμικροβιακού παράγοντα.
8. Η αντιμικροβιακή δράση των καθετήρων να εκτείνεται τόσο στο εσωτερικό όσο και εξωτερικό των αυλών για αποφυγή δημιουργίας biofilm.
9. Η αντιμικροβιακή δράση να διατηρείται σταθερή για μεγάλο χρονικό διάστημα κατά των μικροβίων και των μυκήτων.
10. Ο distal αυλός να είναι κατάλληλος για έγχυση σκιαγραφικού σε υψηλές πιέσεις.