

1	Καθετήρας τύπου Foley σιλικόνης με μετρητή θερμοκρασίας Μέγεθος 16 Ch	1. Να είναι από σιλικόνη 100% 2. Να έχει ειδική επικάλυψη από Kevlar για να μην σπάει ο σένσορας 3. Να είναι αποστειρωμένος 4. Να φέρει καλώδια σύνδεσης συμβατά με τα monitor του νοσοκομείου
2	Καθετήρας τύπου Foley σιλικόνης με μετρητή θερμοκρασίας Μέγεθος 18 Ch	1. Να είναι από σιλικόνη 100% 2. Να έχει ειδική επικάλυψη από Kevlar για να μην σπάει ο σένσορας 3. Να είναι αποστειρωμένος 4. Να φέρει καλώδια σύνδεσης συμβατά με τα monitor του νοσοκομείου
3	Καθετήρας τύπου foley 2 way Latex με εσωτερική και εξωτερική επικάλυψη σιλικόνης κυλινδρικού άκρου, διαμέτρου 12 Ch και μήκους 40 cm περίπου	Να είναι από βιοσυμβατό υλικό και να φέρουν υδροθάλαμο χωρητικότητας έως και 30 ml
4	Καθετήρας τύπου foley 2 way Latex με εσωτερική και εξωτερική επικάλυψη σιλικόνης κυλινδρικού άκρου, διαμέτρου 14 Ch και μήκους 40 cm περίπου	Να είναι από βιοσυμβατό υλικό και να φέρουν υδροθάλαμο χωρητικότητας έως και 30 ml
5	Καθετήρας τύπου foley 2 way Latex με εσωτερική και εξωτερική επικάλυψη σιλικόνης κυλινδρικού άκρου, διαμέτρου 16 Ch και μήκους 40 cm περίπου	Να είναι από βιοσυμβατό υλικό και να φέρουν υδροθάλαμο χωρητικότητας έως και 30 ml
6	Καθετήρας τύπου foley 2 way Latex με εσωτερική και εξωτερική επικάλυψη σιλικόνης κυλινδρικού άκρου, διαμέτρου 18 Ch και μήκους 40 cm περίπου	Να είναι από βιοσυμβατό υλικό και να φέρουν υδροθάλαμο χωρητικότητας έως και 30 ml
7	Καθετήρας τύπου foley 2 way Latex με εσωτερική και εξωτερική επικάλυψη σιλικόνης κυλινδρικού άκρου, διαμέτρου 20 Ch και μήκους 40 cm περίπου	Να είναι από βιοσυμβατό υλικό και να φέρουν υδροθάλαμο χωρητικότητας έως και 30 ml
8	Καθετήρας τύπου foley 2 way Latex με εσωτερική και εξωτερική επικάλυψη σιλικόνης κυλινδρικού άκρου, διαμέτρου 22 Ch και μήκους 40 cm περίπου	Να είναι από βιοσυμβατό υλικό και να φέρουν υδροθάλαμο χωρητικότητας έως και 30 ml
9	Καθετήρας τύπου foley 2 way Latex με εσωτερική και εξωτερική επικάλυψη σιλικόνης κυλινδρικού άκρου, διαμέτρου 24 Ch και μήκους 40 cm περίπου	Να είναι από βιοσυμβατό υλικό και να φέρουν υδροθάλαμο χωρητικότητας έως και 30 ml
10	Καθετήρας τύπου foley 2 way Latex με εσωτερική και εξωτερική επικάλυψη σιλικόνης κυλινδρικού άκρου, διαμέτρου 26 Ch και μήκους 40 cm περίπου	Να είναι από βιοσυμβατό υλικό και να φέρουν υδροθάλαμο χωρητικότητας έως και 30 ml
11	Καθετήρας τύπου foley 2 way Latex με επικάλυψη υδρόφιλης πολυουρεθάνης (Hydrogel) κυλινδρικού άκρου, διαμέτρου 12 Ch και μήκους 40 cm περίπου	Να είναι από βιοσυμβατό υλικό με επικάλυψη υδρόφιλης πολυουρεθάνης και να φέρουν υδροθάλαμο χωρητικότητας έως και 30 ml
12	Καθετήρας τύπου foley 2 way Latex με επικάλυψη υδρόφιλης πολυουρεθάνης (Hydrogel) κυλινδρικού άκρου, διαμέτρου 14 Ch και μήκους 40 cm περίπου	Να είναι από βιοσυμβατό υλικό με επικάλυψη υδρόφιλης πολυουρεθάνης και να φέρουν υδροθάλαμο χωρητικότητας έως και 30 ml
13	Καθετήρας τύπου foley 2 way Latex με επικάλυψη υδρόφιλης πολυουρεθάνης (Hydrogel) κυλινδρικού άκρου, διαμέτρου 16 Ch και μήκους 40 cm περίπου	Να είναι από βιοσυμβατό υλικό με επικάλυψη υδρόφιλης πολυουρεθάνης και να φέρουν υδροθάλαμο χωρητικότητας έως και 30 ml
14	Καθετήρας τύπου foley 2 way Latex με επικάλυψη υδρόφιλης πολυουρεθάνης (Hydrogel) κυλινδρικού άκρου, διαμέτρου 18 Ch και μήκους 40 cm περίπου	Να είναι από βιοσυμβατό υλικό με επικάλυψη υδρόφιλης πολυουρεθάνης και να φέρουν υδροθάλαμο χωρητικότητας έως και 30 ml

[illegible]

[illegible]

[illegible]

49	Καθετήρας τύπου foley 3 way από Latex διαμέτρου 18 Ch χωρίς μεταλλική ενίσχυση	Να είναι κατασκευασμένοι από Latex, να φέρουν υδροθάλαμο με χωρητικότητα έως και 30 - 40 ml. Κατά την μεγίστη πλήρωση του υδροθαλάμου να μην επηρεάζεται η ροή εισόδου των πλύσεων
50	Καθετήρας τύπου foley 3 way από Latex διαμέτρου 20 Ch χωρίς μεταλλική ενίσχυση	Να είναι κατασκευασμένοι από Latex, να φέρουν υδροθάλαμο με χωρητικότητα έως και 30 - 40 ml. Κατά την μεγίστη πλήρωση του υδροθαλάμου να μην επηρεάζεται η ροή εισόδου των πλύσεων
51	Καθετήρας τύπου foley 3 way από Latex διαμέτρου 22 Ch χωρίς μεταλλική ενίσχυση	Να είναι κατασκευασμένοι από Latex, να φέρουν υδροθάλαμο με χωρητικότητα έως και 30 - 40 ml. Κατά την μεγίστη πλήρωση του υδροθαλάμου να μην επηρεάζεται η ροή εισόδου των πλύσεων
52	Καθετήρας εξωτερικός αυτοκόλλητος από σιλικόνη με υποαλλεργικό κολλητικό και διαστ. 25 mm περίπου	Αυτοκόλλητος εξωτερικός καθετήρας για να μην τσαλακώνει . Δυνατότητα εφαρμογής από άτομα που φορούν γάντια και εφαρμογής σε ουροσυλλέκτη
53	Καθετήρας εξωτερικός αυτοκόλλητος από σιλικόνη με υποαλλεργικό κολλητικό και διαστ. 30 mm περίπου	Αυτοκόλλητος εξωτερικός καθετήρας για να μην τσαλακώνει . Δυνατότητα εφαρμογής από άτομα που φορούν γάντια και εφαρμογής σε ουροσυλλέκτη
54	Καθετήρας εξωτερικός αυτοκόλλητος από σιλικόνη και διαστ. 35 mm περίπου	Αυτοκόλλητος εξωτερικός καθετήρας για να μην τσαλακώνει . Δυνατότητα εφαρμογής από άτομα που φορούν γάντια και εφαρμογής σε ουροσυλλέκτη
55	Καθετήρας εξωτερικός αυτοκόλλητος από σιλικόνη με υποαλλεργικό κολλητικό και διαστ. 40 mm περίπου	Αυτοκόλλητος εξωτερικός καθετήρας για να μην τσαλακώνει . Δυνατότητα εφαρμογής από άτομα που φορούν γάντια και εφαρμογής σε ουροσυλλέκτη
56	Καθετήρας τύπου Nelaton από διαφανές PVC, διαμέτρου 08 Ch	Να είναι από διαφανές pvc, υλικό ημίσκληρο ώστε να μην συμπιέτουν και να μη λυγίζουν τα τοιχώματα του, να έχουν στρογγυλεμένο άκρο με ευρείες πλευρικές οπές, για καλή παροχέτευση. Η αφαίρεση τους από τη θήκη να είναι ευχερής.
57	Καθετήρας τύπου Nelaton από διαφανές PVC, διαμέτρου 10 Ch	Να είναι από διαφανές pvc, υλικό ημίσκληρο ώστε να μην συμπιέτουν και να μη λυγίζουν τα τοιχώματα του, να έχουν στρογγυλεμένο άκρο με ευρείες πλευρικές οπές, για καλή παροχέτευση. Η αφαίρεση τους από τη θήκη να είναι ευχερής.
58	Καθετήρας τύπου Nelaton από διαφανές PVC, διαμέτρου 12 Ch	Να είναι από διαφανές pvc, υλικό ημίσκληρο ώστε να μην συμπιέτουν και να μη λυγίζουν τα τοιχώματα του, να έχουν στρογγυλεμένο άκρο με ευρείες πλευρικές οπές, για καλή παροχέτευση. Η αφαίρεση τους από τη θήκη να είναι ευχερής.
59	Καθετήρας τύπου Nelaton από διαφανές PVC, διαμέτρου 14 Ch	Να είναι από διαφανές pvc, υλικό ημίσκληρο ώστε να μην συμπιέτουν και να μη λυγίζουν τα τοιχώματα του, να έχουν στρογγυλεμένο άκρο με ευρείες πλευρικές οπές, για καλή παροχέτευση. Η αφαίρεση τους από τη θήκη να είναι ευχερής.
60	Καθετήρας τύπου Nelaton από διαφανές PVC, διαμέτρου 16 Ch	Να είναι από διαφανές pvc, υλικό ημίσκληρο ώστε να μην συμπιέτουν και να μη λυγίζουν τα τοιχώματα του, να έχουν στρογγυλεμένο άκρο με ευρείες πλευρικές οπές, για καλή παροχέτευση. Η αφαίρεση τους από τη θήκη να είναι ευχερής.
61	Καθετήρας τύπου Nelaton από διαφανές PVC, διαμέτρου 18 Ch	Να είναι από διαφανές pvc, υλικό ημίσκληρο ώστε να μην συμπιέτουν και να μη λυγίζουν τα τοιχώματα του, να έχουν στρογγυλεμένο άκρο με ευρείες πλευρικές οπές, για καλή παροχέτευση. Η αφαίρεση τους από τη θήκη να είναι ευχερής.

[illegible]

[illegible]

79	Σετ υπερηβικής παρακέντησης από 100% σιλικόνη με άκρου τύπου pig-tail, διαμέτρου 12 Ch	Σετ υπερηβικού καθετήρα από 100% σιλικόνη. Ο καθετήρας να είναι 2 way ανοικτού άκρου τύπου pig-tail. Το σετ να περιλαμβάνει: α)νυστέρι. β)βελόνα κυστεοτομίας από ανοξείδωτο ατσάλι, χωριζόμενη κατά μήκος σε δυο τμήματα για την απομάκρυνση της μετά την εφαρμογή του καθετήρα, γ)ουροσυλλεκτη κλειστού τύπου 2lt, βαθμονομημένο
80	Σετ υπερηβικής παρακέντησης από 100% σιλικόνη με άκρου τύπου pig-tail, διαμέτρου 14 Ch	Σετ υπερηβικού καθετήρα από 100% σιλικόνη. Ο καθετήρας να είναι 2 way ανοικτού άκρου τύπου pig-tail. Το σετ να περιλαμβάνει: α)νυστέρι. β)βελόνα κυστεοτομίας από ανοξείδωτο ατσάλι, χωριζόμενη κατά μήκος σε δυο τμήματα για την απομάκρυνση της μετά την εφαρμογή του καθετήρα, γ)ουροσυλλεκτη κλειστού τύπου 2lt, βαθμονομημένο
81	Σετ υπερηβικής παρακέντησης από 100% σιλικόνη με άκρου τύπου pig-tail, διαμέτρου 16 Ch	Σετ υπερηβικού καθετήρα από 100% σιλικόνη. Ο καθετήρας να είναι 2 way ανοικτού άκρου τύπου pig-tail. Το σετ να περιλαμβάνει: α)νυστέρι. β)βελόνα κυστεοτομίας από ανοξείδωτο ατσάλι, χωριζόμενη κατά μήκος σε δυο τμήματα για την απομάκρυνση της μετά την εφαρμογή του καθετήρα, γ)ουροσυλλεκτη κλειστού τύπου 2lt, βαθμονομημένο
82	Αυτοσυγκρατούμενοι ουρητηρικοί καθετήρες τύπου Pig-tail μέσης παραμονής (3 μήνες) ανοικτού - κλειστού άκρου διαμέτρου 4.8 Ch και μήκους 26 cm	Σετ τοποθέτησης αυτοσυγκρατούμενου ουρητηρικού καθετήρα τύπου pig- tail από πολυουρεθάνη. Τα δυο άκρα του καθετήρα να είναι τύπου pig-tail το ένα κλειστό. Ο καθετήρας να διαθέτει πλευρικές οπές σε όλο του το μήκος και διαβάθμιση ανά 5 εκατοστά. Να είναι ακτινοσκοπικός τόσο ο καθετήρας όσο και το οδηγό σύρμα και να είναι βιοσυμβατός με έγγραφα που να αποδεικνύουν την δυνατότητα μέσης παραμονής του (3 μήνες)
83	Αυτοσυγκρατούμενοι ουρητηρικοί καθετήρες τύπου Pig-tail μέσης παραμονής (3 μήνες) ανοικτού - κλειστού άκρου διαμέτρου 4.8 Ch και μήκους 28 cm	Σετ τοποθέτησης αυτοσυγκρατούμενου ουρητηρικού καθετήρα τύπου pig- tail από πολυουρεθάνη. Τα δυο άκρα του καθετήρα να είναι τύπου pig-tail το ένα κλειστό. Ο καθετήρας να διαθέτει πλευρικές οπές σε όλο του το μήκος και διαβάθμιση ανά 5 εκατοστά. Να είναι ακτινοσκοπικός τόσο ο καθετήρας όσο και το οδηγό σύρμα και να είναι βιοσυμβατός με έγγραφα που να αποδεικνύουν την δυνατότητα μέσης παραμονής του (3 μήνες)
84	Αυτοσυγκρατούμενοι ουρητηρικοί καθετήρες τύπου Pig-tail μέσης παραμονής (3 μήνες) ανοικτού - κλειστού άκρου διαμέτρου 6 Ch και μήκους 26 cm	Σετ τοποθέτησης αυτοσυγκρατούμενου ουρητηρικού καθετήρα τύπου pig- tail από πολυουρεθάνη. Τα δυο άκρα του καθετήρα να είναι τύπου pig-tail το ένα κλειστό. Ο καθετήρας να διαθέτει πλευρικές οπές σε όλο του το μήκος και διαβάθμιση ανά 5 εκατοστά. Να είναι ακτινοσκοπικός τόσο ο καθετήρας όσο και το οδηγό σύρμα και να είναι βιοσυμβατός με έγγραφα που να αποδεικνύουν την δυνατότητα μέσης παραμονής του (3 μήνες)
85	Αυτοσυγκρατούμενοι ουρητηρικοί καθετήρες τύπου Pig-tail μέσης παραμονής (3 μήνες) ανοικτού - κλειστού άκρου διαμέτρου 6 Ch και μήκους 28 cm	Σετ τοποθέτησης αυτοσυγκρατούμενου ουρητηρικού καθετήρα τύπου pig- tail από πολυουρεθάνη. Τα δυο άκρα του καθετήρα να είναι τύπου pig-tail το ένα κλειστό. Ο καθετήρας να διαθέτει πλευρικές οπές σε όλο του το μήκος και διαβάθμιση ανά 5 εκατοστά. Να είναι ακτινοσκοπικός τόσο ο καθετήρας όσο και το οδηγό σύρμα και να είναι βιοσυμβατός με έγγραφα που να αποδεικνύουν την δυνατότητα μέσης παραμονής του (3 μήνες)

92	Αυτοσυγκρατούμενοι ουρητηρικοί καθετήρες τύπου Pig-tail με προσυνδεδεμένο προωθητή, μέσης παραμονής (3 μήνες) ανοικτού - κλειστού άκρου διαμέτρου 7 Ch και μήκους 26 cm	Σετ τοποθέτησης αυτοσυγκρατούμενου ουρητηρικού καθετήρα τύπου pig- tail από πολυουρεθάνη. Τα δυο άκρα του καθετήρα να είναι τύπου pig-tail το ένα κλειστό και το άλλο να συνδέεται με προωθητή για την αποφυγή ακούσιας αφαίρεσης του καθετήρα από το σύρμα. Ο καθετήρας να διαθέτει πλευρικές οπές σε όλο του το μήκος και διαβάθμιση ανά 5 εκατοστά. Να είναι ακτινοσκοπικός τόσο ο καθετήρας όσο και το οδηγό σύρμα και να είναι βιοσυμβατός με έγχγραφα που να αποδεικνύουν την δυνατότητα μέσης παραμονής του (3 μήνες)
93	Αυτοσυγκρατούμενοι ουρητηρικοί καθετήρες τύπου Pig-tail με προσυνδεδεμένο προωθητή, μέσης παραμονής (3 μήνες) ανοικτού - κλειστού άκρου διαμέτρου 7 Ch και μήκους 28 cm	Σετ τοποθέτησης αυτοσυγκρατούμενου ουρητηρικού καθετήρα τύπου pig- tail από πολυουρεθάνη. Τα δυο άκρα του καθετήρα να είναι τύπου pig-tail το ένα κλειστό και το άλλο να συνδέεται με προωθητή για την αποφυγή ακούσιας αφαίρεσης του καθετήρα από το σύρμα. Ο καθετήρας να διαθέτει πλευρικές οπές σε όλο του το μήκος και διαβάθμιση ανά 5 εκατοστά. Να είναι ακτινοσκοπικός τόσο ο καθετήρας όσο και το οδηγό σύρμα και να είναι βιοσυμβατός με έγχγραφα που να αποδεικνύουν την δυνατότητα μέσης παραμονής του (3 μήνες)
94	Αυτοσυγκρατούμενοι ουρητηρικοί καθετήρες τύπου Pig-tail μέσης παραμονής (3 μήνες) ανοικτού - ανοικτού άκρου διαμέτρου 4.8 Ch και μήκους 26 cm	Σετ τοποθέτησης αυτοσυγκρατούμενου ουρητηρικού καθετήρα τύπου pig- tail από πολυουρεθάνη. Τα δυο άκρα του καθετήρα να είναι τύπου pig-tail και να είναι ανοικτά. Ο καθετήρας να διαθέτει πλευρικές οπές σε όλο του το μήκος και διαβάθμιση ανά 5 εκατοστά. Να είναι ακτινοσκοπικός τόσο ο καθετήρας όσο και το οδηγό σύρμα και να είναι βιοσυμβατός με έγχγραφα που να αποδεικνύουν την δυνατότητα μέσης παραμονής του (3 μήνες)
95	Αυτοσυγκρατούμενοι ουρητηρικοί καθετήρες τύπου Pig-tail μέσης παραμονής (3 μήνες) ανοικτού - ανοικτού άκρου διαμέτρου 4.8 Ch και μήκους 28 cm	Σετ τοποθέτησης αυτοσυγκρατούμενου ουρητηρικού καθετήρα τύπου pig- tail από πολυουρεθάνη. Τα δυο άκρα του καθετήρα να είναι τύπου pig-tail και να είναι ανοικτά. Ο καθετήρας να διαθέτει πλευρικές οπές σε όλο του το μήκος και διαβάθμιση ανά 5 εκατοστά. Να είναι ακτινοσκοπικός τόσο ο καθετήρας όσο και το οδηγό σύρμα και να είναι βιοσυμβατός με έγχγραφα που να αποδεικνύουν την δυνατότητα μέσης παραμονής του (3 μήνες)
96	Αυτοσυγκρατούμενοι ουρητηρικοί καθετήρες τύπου Pig-tail μέσης παραμονής (3 μήνες) ανοικτού - ανοικτού άκρου διαμέτρου 6 Ch και μήκους 26 cm	Σετ τοποθέτησης αυτοσυγκρατούμενου ουρητηρικού καθετήρα τύπου pig- tail από πολυουρεθάνη. Τα δυο άκρα του καθετήρα να είναι τύπου pig-tail και να είναι ανοικτά. Ο καθετήρας να διαθέτει πλευρικές οπές σε όλο του το μήκος και διαβάθμιση ανά 5 εκατοστά. Να είναι ακτινοσκοπικός τόσο ο καθετήρας όσο και το οδηγό σύρμα και να είναι βιοσυμβατός με έγχγραφα που να αποδεικνύουν την δυνατότητα μέσης παραμονής του (3 μήνες)
97	Αυτοσυγκρατούμενοι ουρητηρικοί καθετήρες τύπου Pig-tail μέσης παραμονής (3 μήνες) ανοικτού - ανοικτού άκρου διαμέτρου 6 Ch και μήκους 28 cm	Σετ τοποθέτησης αυτοσυγκρατούμενου ουρητηρικού καθετήρα τύπου pig- tail από πολυουρεθάνη. Τα δυο άκρα του καθετήρα να είναι τύπου pig-tail και να είναι ανοικτά. Ο καθετήρας να διαθέτει πλευρικές οπές σε όλο του το μήκος και διαβάθμιση ανά 5 εκατοστά. Να είναι ακτινοσκοπικός τόσο ο καθετήρας όσο και το οδηγό σύρμα και να είναι βιοσυμβατός με έγχγραφα που να αποδεικνύουν την δυνατότητα μέσης παραμονής του (3 μήνες)

98	Αυτοσυγκρατούμενοι ουρητηρικοί καθετήρες τύπου Pig-tail μέσης παραμονής (3 μήνες) ανοικτού - ανοικτού άκρου διαμέτρου 7 Ch και μήκους 26 cm	Σετ τοποθέτησης αυτοσυγκρατούμενου ουρητηρικού καθετήρα τύπου pig- tail από πολυουρεθάνη. Τα δυο άκρα του καθετήρα να είναι τύπου pig-tail και να είναι ανοικτά. Ο καθετήρας να διαθέτει πλευρικές οπές σε όλο του το μήκος και διαβάθμιση ανά 5 εκατοστά. Να είναι ακτινοσκοπικός τόσο ο καθετήρας όσο και το οδηγό σύρμα και να είναι βιοσυμβατός με έγχγραφα που να αποδεικνύουν την δυνατότητα μέσης παραμονής του (3 μήνες)
99	Αυτοσυγκρατούμενοι ουρητηρικοί καθετήρες τύπου Pig-tail μέσης παραμονής (3 μήνες) ανοικτού - ανοικτού άκρου διαμέτρου 7 Ch και μήκους 28 cm	Σετ τοποθέτησης αυτοσυγκρατούμενου ουρητηρικού καθετήρα τύπου pig- tail από πολυουρεθάνη. Τα δυο άκρα του καθετήρα να είναι τύπου pig-tail και να είναι ανοικτά. Ο καθετήρας να διαθέτει πλευρικές οπές σε όλο του το μήκος και διαβάθμιση ανά 5 εκατοστά. Να είναι ακτινοσκοπικός τόσο ο καθετήρας όσο και το οδηγό σύρμα και να είναι βιοσυμβατός με έγχγραφα που να αποδεικνύουν την δυνατότητα μέσης παραμονής του (3 μήνες)
100	Αυτοσυγκρατούμενοι ουρητηρικοί καθετήρες τύπου Pig-tail μακράς παραμονής (12 μήνες) διαμέτρου 4.8 Ch και μήκους 26 cm	Σετ τοποθέτησης αυτοσυγκρατούμενου ουρητηρικού καθετήρα τύπου pig- tail. Τα δυο άκρα του καθετήρα να είναι τύπου pig-tail το ένα κλειστό. Ο καθετήρας να διαθέτει πλευρικές οπές σε όλο του το μήκος και διαβάθμιση ανά 5 εκατοστά. Να είναι ακτινοσκοπικός τόσο ο καθετήρας όσο και το οδηγό σύρμα και να είναι βιοσυμβατός και να υπάρχουν έγχγραφα του εργοστασίου που να αποδεικνύουν και να πιστοποιούν την δυνατότητα μακράς παραμονής του. (12 μήνες)
101	Αυτοσυγκρατούμενοι ουρητηρικοί καθετήρες τύπου Pig-tail μακράς παραμονής (12 μήνες) διαμέτρου 6 Ch και μήκους 26 cm	Σετ τοποθέτησης αυτοσυγκρατούμενου ουρητηρικού καθετήρα τύπου pig- tail. Τα δυο άκρα του καθετήρα να είναι τύπου pig-tail το ένα κλειστό. Ο καθετήρας να διαθέτει πλευρικές οπές σε όλο του το μήκος και διαβάθμιση ανά 5 εκατοστά. Να είναι ακτινοσκοπικός τόσο ο καθετήρας όσο και το οδηγό σύρμα και να είναι βιοσυμβατός και να υπάρχουν έγχγραφα του εργοστασίου που να αποδεικνύουν και να πιστοποιούν την δυνατότητα μακράς παραμονής του . (12 μήνες)
102	Αυτοσυγκρατούμενοι ουρητηρικοί καθετήρες τύπου Pig-tail μακράς παραμονής (12 μήνες) διαμέτρου 7 Ch και μήκους 26 cm	Σετ τοποθέτησης αυτοσυγκρατούμενου ουρητηρικού καθετήρα τύπου pig- tail. Τα δυο άκρα του καθετήρα να είναι τύπου pig-tail το ένα κλειστό. Ο καθετήρας να διαθέτει πλευρικές οπές σε όλο του το μήκος και διαβάθμιση ανά 5 εκατοστά. Να είναι ακτινοσκοπικός τόσο ο καθετήρας όσο και το οδηγό σύρμα και να είναι βιοσυμβατός και να υπάρχουν έγχγραφα του εργοστασίου που να αποδεικνύουν και να πιστοποιούν την δυνατότητα μακράς παραμονής του (12 μήνες)
103	Αυτοσυγκρατούμενοι ουρητηρικοί καθετήρες τύπου Pig-tail μακράς παραμονής (12 μήνες) διαμέτρου 4.8 Ch και μήκους 28 cm	Σετ τοποθέτησης αυτοσυγκρατούμενου ουρητηρικού καθετήρα τύπου pig- tail. Τα δυο άκρα του καθετήρα να είναι τύπου pig-tail το ένα κλειστό. Ο καθετήρας να διαθέτει πλευρικές οπές σε όλο του το μήκος και διαβάθμιση ανά 5 εκατοστά. Να είναι ακτινοσκοπικός τόσο ο καθετήρας όσο και το οδηγό σύρμα και να είναι βιοσυμβατός και να υπάρχουν έγχγραφα του εργοστασίου που να αποδεικνύουν και να πιστοποιούν την δυνατότητα μακράς παραμονής του (12 μήνες)

104	Αυτοσυγκρατούμενοι ουρητηρικοί καθετήρες τύπου Pig-tail μακράς παραμονής (12 μήνες) διαμέτρου 6 Ch και μήκους 28 cm	Σετ τοποθέτησης αυτοσυγκρατούμενου ουρητηρικού καθετήρα τύπου pig- tail. Τα δυο άκρα του καθετήρα να είναι τύπου pig-tail το ένα κλειστό. Ο καθετήρας να διαθέτει πλευρικές οπές σε όλο του το μήκος και διαβάθμιση ανά 5 εκατοστά. Να είναι ακτινοσκοπικός τόσο ο καθετήρας όσο και το οδηγό σύρμα και να είναι βιοσυμβατός και να υπάρχουν έγγραφα του εργοστασίου που να αποδεικνύουν και να πιστοποιούν την δυνατότητα μακράς παραμονής του (12 μήνες)
105	Αυτοσυγκρατούμενοι ουρητηρικοί καθετήρες τύπου Pig-tail μακράς παραμονής (12 μήνες) διαμέτρου 7 Ch και μήκους 28 cm	Σετ τοποθέτησης αυτοσυγκρατούμενου ουρητηρικού καθετήρα τύπου pig- tail. Τα δυο άκρα του καθετήρα να είναι τύπου pig-tail το ένα κλειστό. Ο καθετήρας να διαθέτει πλευρικές οπές σε όλο του το μήκος και διαβάθμιση ανά 5 εκατοστά. Να είναι ακτινοσκοπικός τόσο ο καθετήρας όσο και το οδηγό σύρμα και να είναι βιοσυμβατός και να υπάρχουν έγγραφα του εργοστασίου που να αποδεικνύουν και να πιστοποιούν την δυνατότητα μακράς παραμονής του (12 μήνες)
106	Ουρητηρικά Stent τύπου Mono-J ανοικτού - κλειστού άκρου μέσης παραμονής (3 μήνες) διαμέτρου 4.8 CH	Σετ τοποθέτησης αυτοσυγκρατούμενου ουρητηρικού καθετήρα τύπου Mono-J από πολυουρεθάνη .Το ένα άκρο του καθετήρα να είναι τύπου pig- tail κλειστό. Ο καθετήρας να διαθέτει πλευρικές οπές σε όλο του το μήκος και διαβάθμιση ανά 5 εκατοστά. Να είναι ακτινοσκοπικός τόσο ο καθετήρας όσο και το οδηγό σύρμα και να είναι βιοσυμβατός με έγγραφα που να αποδεικνύουν την δυνατότητα μέσης παραμονής του (3 μήνες)
107	Ουρητηρικά Stent τύπου Mono-J ανοικτού - κλειστού άκρου μέσης παραμονής (3 μήνες) διαμέτρου 6 CH	Σετ τοποθέτησης αυτοσυγκρατούμενου ουρητηρικού καθετήρα τύπου Mono-J. από πολυουρεθάνη .Το ένα άκρο του καθετήρα να είναι τύπου pig- tail κλειστό. Ο καθετήρας να διαθέτει πλευρικές οπές σε όλο του το μήκος και διαβάθμιση ανά 5 εκατοστά. Να είναι ακτινοσκοπικός τόσο ο καθετήρας όσο και το οδηγό σύρμα και να είναι βιοσυμβατός με έγγραφα που να αποδεικνύουν την δυνατότητα μέσης παραμονής του (3 μήνες)
108	Ουρητηρικά Stent τύπου Mono-J ανοικτού - κλειστού άκρου μέσης παραμονής (3 μήνες) διαμέτρου 7 CH	Σετ τοποθέτησης αυτοσυγκρατούμενου ουρητηρικού καθετήρα τύπου Mono-J. από πολυουρεθάνη.Το ένα άκρο του καθετήρα να είναι τύπου pig- tail κλειστό. Ο καθετήρας να διαθέτει πλευρικές οπές σε όλο του το μήκος και διαβάθμιση ανά 5 εκατοστά. Να είναι ακτινοσκοπικός τόσο ο καθετήρας όσο και το οδηγό σύρμα και να είναι βιοσυμβατός με έγγραφα που να αποδεικνύουν την δυνατότητα μέσης παραμονής του (3 μήνες)
109	Ουρητηρικά Stent τύπου Mono-J ανοικτού - κλειστού άκρου μέσης παραμονής (3 μήνες) διαμέτρου 8 CH	Σετ τοποθέτησης αυτοσυγκρατούμενου ουρητηρικού καθετήρα τύπου Mono-J. από πολυουρεθάνη. Το ένα άκρο του καθετήρα να είναι τύπου pig- tail κλειστό. Ο καθετήρας να διαθέτει πλευρικές οπές σε όλο του το μήκος και διαβάθμιση ανά 5 εκατοστά. Να είναι ακτινοσκοπικός τόσο ο καθετήρας όσο και το οδηγό σύρμα και να είναι βιοσυμβατός με έγγραφα που να αποδεικνύουν την δυνατότητα μέσης παραμονής του (3 μήνες)

110	Ουρητηρικά Stent τύπου Mono-J ανοικτού - ανοικτού άκρου μέσης παραμονής (3 μήνες) διαμέτρου 4.8 CH	Σετ τοποθέτησης αυτοσυγκρατούμενου ουρητηρικού καθετήρα τύπου Mono-J. από πολυουρεθάνη. Τα δύο άκρα του καθετήρα να είναι ανοικτά, εκ των οποίων το ένα τύπου pig- tail. Ο καθετήρας να διαθέτει πλευρικές οπές σε όλο του το μήκος και διαβάθμιση ανά 5 εκατοστά. Να είναι ακτινοσκοπικός τόσο ο καθετήρας όσο και το οδηγό σύρμα και να είναι βιοσυμβατός με έγγραφα που να αποδεικνύουν την δυνατότητα μέσης παραμονής του (3 μήνες)
111	Ουρητηρικά Stent τύπου Mono-J ανοικτού - ανοικτού άκρου μέσης παραμονής (3 μήνες) διαμέτρου 6 CH	Σετ τοποθέτησης αυτοσυγκρατούμενου ουρητηρικού καθετήρα τύπου Mono-J. από πολυουρεθάνη. Τα δύο άκρα του καθετήρα να είναι ανοικτά, εκ των οποίων το ένα τύπου pig- tail. Ο καθετήρας να διαθέτει πλευρικές οπές σε όλο του το μήκος και διαβάθμιση ανά 5 εκατοστά. Να είναι ακτινοσκοπικός τόσο ο καθετήρας όσο και το οδηγό σύρμα και να είναι βιοσυμβατός με έγγραφα που να αποδεικνύουν την δυνατότητα μέσης παραμονής του (3 μήνες)
112	Ουρητηρικά Stent τύπου Mono-J ανοικτού - ανοικτού άκρου μέσης παραμονής (3 μήνες) διαμέτρου 7 CH	Σετ τοποθέτησης αυτοσυγκρατούμενου ουρητηρικού καθετήρα τύπου Mono-J. από πολυουρεθάνη. Τα δύο άκρα του καθετήρα να είναι ανοικτά, εκ των οποίων το ένα τύπου pig- tail. Ο καθετήρας να διαθέτει πλευρικές οπές σε όλο του το μήκος και διαβάθμιση ανά 5 εκατοστά. Να είναι ακτινοσκοπικός τόσο ο καθετήρας όσο και το οδηγό σύρμα και να είναι βιοσυμβατός με έγγραφα που να αποδεικνύουν την δυνατότητα μέσης παραμονής του (3 μήνες)
113	Ουρητηρικά Stent τύπου Mono-J ανοικτού - ανοικτού άκρου μέσης παραμονής (3 μήνες) διαμέτρου 8 CH	Σετ τοποθέτησης αυτοσυγκρατούμενου ουρητηρικού καθετήρα τύπου Mono-J. από πολυουρεθάνη. Τα δύο άκρα του καθετήρα να είναι ανοικτά, εκ των οποίων το ένα τύπου pig- tail. Ο καθετήρας να διαθέτει πλευρικές οπές σε όλο του το μήκος και διαβάθμιση ανά 5 εκατοστά. Να είναι ακτινοσκοπικός τόσο ο καθετήρας όσο και το οδηγό σύρμα και να είναι βιοσυμβατός με έγγραφα που να αποδεικνύουν την δυνατότητα μέσης παραμονής του (3 μήνες)
114	Ουρητηρικοί καθετήρες με κυλινδρικό άκρο διαμέτρου 4,8 Ch	Σετ τοποθέτησης ουρητηρικού καθετήρα. Ο καθετήρας να είναι ακτινοσκοπικός για έλεγχο της θέσης του και να έχει μήκος περίπου 70 εκατοστά
115	Ουρητηρικοί καθετήρες με κυλινδρικό άκρο διαμέτρου 6 Ch	Σετ τοποθέτησης ουρητηρικού καθετήρα. Ο καθετήρας να είναι ακτινοσκοπικός για έλεγχο της θέσης του και να έχει μήκος περίπου 70 εκατοστά
116	Ουρητηρικοί καθετήρες με κυλινδρικό άκρο διαμέτρου 7 Ch	Σετ τοποθέτησης ουρητηρικού καθετήρα. Ο καθετήρας να είναι ακτινοσκοπικός για έλεγχο της θέσης του και να έχει μήκος περίπου 70 εκατοστά
117	Ουρητηρικοί καθετήρες με άκρο τύπου ελαίας διαμέτρου 4,8 Ch	Σετ τοποθέτησης ουρητηρικού καθετήρα. Ο καθετήρας να είναι ακτινοσκοπικός για έλεγχο της θέσης του και να έχει μήκος περίπου 70 εκατοστά
118	Ουρητηρικοί καθετήρες με άκρο τύπου ελαίας διαμέτρου 6 Ch	Σετ τοποθέτησης ουρητηρικού καθετήρα. Ο καθετήρας να είναι ακτινοσκοπικός για έλεγχο της θέσης του και να έχει μήκος περίπου 70 εκατοστά

119	Ουρητηρικοί καθετήρες με άκρο τύπου ελαίας διαμέτρου 7 Ch	Σετ τοποθέτησης ουρητηρικού καθετήρα. Ο καθετήρας να είναι ακτινοσκοπικός για έλεγχο της θέσης του και να έχει μήκος περίπου 70 εκατοστά
120	Αγγειογραφικός Καθετήρας τύπου Cobra	Αγγειογραφικός Καθετήρας τύπου Cobra 5F χωρίς πλευρικές σπές για τη διευκόλυνση της εισόδου του οδηγού σύρματος μέσα στον ουρητήρα κατά την εκτέλεση διαδερμικής νεφρολιθοθρυψίας.
121	Σετ ορού για την αντλία εκχυσης ουροδυναμικής	Σετ ορού για την αντλία εκχυσης ουροδυναμικής για μηχάνημα ΚΩΔ. MMS OBS 275/C
122	Ουρολογικό οδηγό σύρμα υδρόφιλο	Υδρόφιλο ουρολογικό οδηγό σύρμα με υδρόφιλη επικάλυψη , με πυρήνα νιτινόλης και κάλυμμα από πολυουρεθάνη που του παρέχει ταυτόχρονα εξαιρετικό έλεγχο της ικανότητας περιστροφής του σύρματος (1:1 torque response), αποκλείει το τσάκισμα του σύρματος (kink-resistance) και του προσδίδει εξαιρετική ακτινοσκοπιότητα. Το σύρμα να διαθέτει άκρο που μειώνεται σταδιακά, ώστε να εξασφαλίζεται η ασφαλέστερη και επιτυχής προώθησή του σε δύσκολες ανατομίες. Διάμετροι 0.038in, ευθύ, μήκος 150cm και σκληρότητας standard & stiff.
123	Σετ ουρητηρικής ενδοπρόθεσης διπλού pigtail από υλικό Percuflex	Σετ ουρητηρικής ενδοπρόθεσης διπλού pigtail, ανοικτού άκρου, για εσωτερική παροχέτευση από την ουρητηροπυελική συμβολή στην ουροδόχο κύστη, από ειδικό πολυμερές υλικό Percuflex και υδρόφιλη επικάλυψη, μακράς διάρκειας παραμονής 9-12 μήνες. Με πλαϊνές σπές καθόλο το μήκος του καθετήρα και νήμα μετακίνησης/αφαίρεσης. Το σετ διαθέτει το stent, τον προωθητή, 0.38 ή 0.35 PTFE οδηγό σύρμα και 6 Fr ουρητηρικό καθετήρα. Διάμετροι stents:4.8-6-7-8 Fr,μήκη: 10-30cm
124	Βελόνα και στυλεός TROCAR	Βελόνα TROCAR 18g, μήκους 20cm, 2 τμημάτων (βελόνα και στυλεός TROCAR) με έντονα ηχογενές άκρο τύπου ECHOTIP, κατάλληλη για διαδερμική νεφροστομία.
125	Λαβίδα σύλληψης λίθων άκαμπτη για χρήση μέσω νεφροσκοπίου κατά την διάρκεια διαδερμικής νεφρολιθοτριψίας	Λαβίδα σύλληψης λίθων άκαμπτη για χρήση μέσω νεφροσκοπίου, καταλήγουσα σε Καλάθι -Basket διαδερμικής αφαίρεσης λίθων κατά την διάρκεια διαδερμικής νεφρολιθοτριψίας,με θηκάρι διαμέτρου 10 ή 12fr, μήκους 38cm, με ατραυματικό tipless άκρο για την αποφυγή τραυματισμού ή διάτρησης του ιστού κατά την σύλληψη του λίθου, 4 συρμάτων από Nitinol. Να είναι ειδικά σχεδιασμένο ώστε να παίρνει το σχήμα του κάλυκα παγιδεύοντας τον λίθο ενώ διαθέτει μνήμη για επαναφορά στο αρχικό σχήμα του όσες φορές χρειαστεί κατά την διάρκεια της επέμβασης. Να διαθέτει εργονομική χειρολαβή για χειρισμό ενός χεριού, εύκολα αποσπώμενη αν χρειαστεί.
126	Καθετήρας αφαίρεσης λίθων, τύπου basket, 4 συρμάτων	Καθετήρας αφαίρεσης λίθων, τύπου basket 4 συρμάτων. Να διαθέτει τέσσερα συρμάτα από Nitinol με μηδενικό tip και εργονομική λαβή. Να διατίθεται με θηκάρι περίπου 1.9, 2.4 και 3.0Fr, σε μήκος περίπου 90 και 120cm και με διάμετρο basket περίπου 12mm και 16mm. Ιδανικό στη χρήση εύκαμπτων ουρητηροσκοπίων ή διαδικασιών PCNL.

127	Θηκάρι εισαγωγής στον ουρητήρα	Θηκάρι εισαγωγής , εσωτερικής διαμέτρου 12 ή 14 fr, μήκους 13, 20, 24, 28, 35, 38, 45, 46 ή 55cm, υπερυδρόφιλο και ιδιαίτερα ανθεκτικό στις γωνιώσεις και στις συμπίεσεις . Χρησιμοποιείται με εύκαμπτο ουρητηροσκόπιο διασφαλίζοντας ατραυματική ουρητηρική προσπέλαση και παρέχοντας κανάλι εργασίας που επιτρέπει ανταλλαγές εργαλείων - οργάνων (πχ κατά την αφαίρεση λίθων) ενώ προστατεύει τα εργαλεία από φθορές. Προσφέρεται σε σετ με εσωτερικό ομοαξονικό διαστολέα εύκολα αποσπώμενο, που καταλήγει σε κωνικό ατραυματικό άκρο 6fr με εσωτερική οπή για να καθοδηγείται πάνω από οδηγό σύρμα , ασφαλίζει στο θηκάρι για μεγαλύτερη ασφάλεια κατά την εισαγωγή και μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως καθετήρας έγχυσης σκιαγραφικού υλικού
128	Σετ νεφροστομίας σχεδιασμού Pigtail, από υλικό Flexima	Σετ καθετήρων διαδερμικής νεφροστομίας από ειδικό πολυμερές υλικό (C-flex ή Flexima), με άκρο τύπου pigtail (8 έως 10 Fr και μήκος 25 ή 30cm). Το σετ διαθέτει τον καθετήρα, βελόνα trocar 19G ή ηχογενή βελόνα με στυλεό 18G ή 21 G, θηκάρι PTFE 5Fr, 0.038 PTFE οδηγό σύρμα μήκους 150cm, σωλήνα σύνδεσης, νυστέρι και διαστολείς 5, 6, 7, 8, 9, 10 & 12 Fr.
129	Σετ αντικατάστασης νεφροστομίας σχεδιασμού Pigtail, από υλικό Flexima	Σετ αντικατάστασης καθετήρων διαδερμικής νεφροστομίας άκρου τύπου pigtail από υλικό Flexima. Το σετ διαθέτει τον καθετήρα 8,3 ή 10 Fr μήκους 25cm, οδηγό σύρμα 0.38'' και μήκους 80cm και σωλήνα σύνδεσης παροχέτευσης
130	Σετ νεφροστομίας σχεδιασμού Pigtail, από υλικό Vortek	Πλήρες σετ διαδερμικής νεφροστομίας με καθετήρα J, μονής θηλειάς, αποστειρωμένο. Το σετ να περιλαμβάνει βελόνα παρακέντησης Chiba 18G, μήκους 20cm, με ηχογενές άκρο, άριστα ορατό στους υπέρηχους, βελόνα για έγχυση σκιαγραφικού υγρού Chiba 22G, μήκους 20cm, με ηχογενές άκρο, άριστα ορατή στους υπέρηχους, οδηγό σύρμα Seldinger PTFE 0.038", με άκρο J, σετ διαστολέων, καθετήρα με άκρο J από υλικό Vortek, διαβαθμισμένο ανά εκατοστό και ανά 5 εκατοστά για να παρακολουθείται με ακρίβεια η τοποθέτηση του. Ο καθετήρας διαθέτει μεταλλικό στυλεό ευθείας για εύκολη εισαγωγή. Ο στυλεός ευθείας να διαθέτει εσωτερικό νάιλον κορδόνι και luer σύνδεση για πλήρη ευθείασή του. Μήκος καθετήρα 35cm. Επίσης, να περιλαμβάνει συνδετικό luer lock για ουροσυλλέκτη με κλείστρο ροής, προέκταση 25cm με περιστρεφόμενο luer lock από PVC, ειδικό εξάρτημα στερέωσης στο δέρμα. Να προσφέρεται σε διαμέτρους 8,10,12 και 14 ch
131	Ουρητηρικός καθετήρας-μπαλόνι απόφραξης διπλού αυλού.	Ουρητηρικός καθετήρας-μπαλόνι απόφραξης διπλού αυλού. Το σετ διαθέτει τον καθετήρα, διαμέτρου 8.7 ή 11.3 mm, μέγεθος 5 ή 7Fr, μια βαλβίδα δύο δρόμων και σύριγγα 1cc
132	Καθετήρας αφαίρεσης λίθων, τύπου τρίποδα	Καθετήρας αφαίρεσης λίθων, τύπου τρίποδα. Να παρέχει την επιλογή συλληπτικών prongs (ειδικός σχεδιασμός, που εξασφαλίζει τον επιτυχή εγκλωβισμό των λίθων) και να διαθέττει εργονομική αποσπώμενη λαβή. Να διατίθεται με θηκάρι 2.4 η 3.0 Fr, σε μήκος 90 και 120cm.

133	Καθετήρας με ειδικό σπείραμα (coil) στην άκρη του κατάλληλο για την αποτροπή μετακίνησης λίθων	Καθετήρας basket από Nitinol, laser resistant, με ειδικό σπείραμα (coil) στην άκρη του κατάλληλο για την αποτροπή μετακίνησης λίθων κατά την λιθοτριψία και για την αφαίρεση πολλαπλών λίθων περιστρεφόμενο 360 μοίρες. Διάμετρος coil 7mm και 10 mm ή 18 mm, θηκάρι 3Fr, μήκος εργασίας 115cm με εργονομική λαβή.
134	Υπερυδρόφιλο ουρολογικό οδηγό σύρμα τύπου HIWIRE™	Οδηγό-Σύρμα τύπου HIWIRE™, διαμέτρου 0.025, 0.035 ή 0.038", μήκους 150cm, εύκαμπτο, ελαστικό και εύκολα καθοδηγούμενο, απλό ή stiff, με πυρήνα από Nitinol για να μην τσακίζει, υπερυδρόφιλη επικάλυψη ειδικού τύπου και ακτινοσκοιρό εύκαμπτο άκρο 30mm, κωνικό ευθύ ή κεκαμμένο. Να είναι ειδικά σχεδιασμένο ώστε να καθοδηγείται εύκολα και στον πλέον συστραμμένο και δυσκολοδιάβατο ουρητήρα με απόλυτη ταύτιση στροφής χειριού-σύρματος 1:1 (torque control) ενώ διαθέτει μνήμη για επαναφορά στο αρχικό σχήμα του όσες φορές χρειαστεί κατά την διάρκεια της επέμβασης. Να συνοδεύεται από θήκη και ειδικό ρύγχος ενεργοποίησης της υπερυδρόφιλης επικάλυψης
135	Υπερυδρόφιλο ουρολογικό οδηγό σύρμα τύπου HIWIRE™	Υπερυδρόφιλο ουρολογικό οδηγό σύρμα τύπου Terumo
136	Υπερυδρόφιλο ουρολογικό οδηγό σύρμα τύπου ROADRUNNER	Οδηγό-Σύρμα τύπου ROADRUNNER, διαμέτρου 0.035" ή 0.038", μήκους 145cm με ενδείξεις βάθους ανά 5cm, με πυρήνα από Nitinol για να μην τσακίζει, υδρόφιλη επικάλυψη ειδικού τύπου AQ®. Το σύρμα να μπορεί να χρησιμοποιηθεί και από τα δύο άκρα του. Τα άκρα να είναι ακτινοσκοιρά και εύκαμπτα σε μήκος 50mm το ένα υδρόφιλο όπως και το σώμα του σύρματος με ακτινοσκοιρό άκρο από πλατίνα και το άλλο μη υδρόφιλο και πιο σκληρό. Να είναι ειδικά σχεδιασμένο ώστε να καθοδηγείται εύκολα ενώ διαθέτει μνήμη για επαναφορά στο αρχικό σχήμα του όσες φορές χρειαστεί κατά την διάρκεια της επέμβασης. Να συνοδεύεται από θήκη, ειδικό ρύγχος ενεργοποίησης της υδρόφιλης επικάλυψης και χειρολαβή τύπου OLCOTT TORQUE DEVICE για να μη γλυστρά το σύρμα κατά τον χειρισμό του.
137	Ουρολογικό οδηγό σύρμα τύπου AMPLATZ εξαιρετικά ισχυρό	Οδηγό Σύρμα ευθύ extra stiff ή Ultra stiff τύπου AMPLATZ, διαμέτρου 0.025, 0.035 ή 0.038", μήκους περίπου 145cm, με επικάλυψη Teflon και εύκαμπτο άκρο σταδιακά μειούμενης σκληρότητας 50 - 90 mm. Να διατίθεται και σε τύπο με δυνατότητα χρήσης και από τις δύο πλευρές
138	Ουρολογικό οδηγό Σύρμα με επικάλυψη Teflon	Οδηγό Σύρμα ευθύ τύπου Lunderquist, διαμέτρου 0.035 ή 0.038", μήκους 145cm, με επικάλυψη Teflon και εύκαμπτο άκρο ευθύ ή κεκαμμένο σταδιακά μειούμενης σκληρότητας με μήκη 30 ή 50 mm.
139	Ίνες laser λιθοτριψίας 230μm	Ίνες laser λιθοτριψίας για χρήση με Storz Calculase II 230 μm, πολλαπλής χρήσης, μήκους 300 cm πακέτο των 6
140	Ίνες laser λιθοτριψίας 365μm	Ίνες laser λιθοτριψίας για χρήση με Storz Clculase II 365 μm, πολλαπλής χρήσης, μήκους 300 cm πακέτο των 6

141	Ανδρικός καθετήρας nelaton για διαλείποντα καθετηριασμό	Έτοιμος λιπασμένος, συσκευασμένος σε ισότονο διάλυμα φυσιολογικού ορού ή με συσκευασία που περιέχει νερό και PVP ή σιλικόνη. Από πολυουρεθάνη μήκους 40 cm. Να μπορεί να χρησιμοποιηθεί αμέσως μετά το άνοιγμά του, να έχει σταθερά συνδεδεμένη και ομοιογενή λίπανση και τα μάτια του καθετήρα να είναι λειασμένα, μαλακά και λιπασμένα για ατραυματική χρήση. Nelaton, CH 8-18
142	Υδρόφιλος καθετήρας για ενδοκυστικές εκχύσεις μιας χρήσης.	Υδρόφιλοι, αυτολιπαινόμενοι καθετήρας για ενδοκυστικές εκχύσεις μιας χρήσης, κατασκευασμένοι από ατοξικό, απυρετογόνο, υποαλλεργικό, πολυμερές υλικό υψηλής ποιότητας, κατάλληλο για ιατρική χρήση, χωρίς PVC, φθαλικές ενώσεις και λάτεξ. Με την προσθήκη αποστειρωμένου νερού ή ορού, η επιφάνειά τους να είναι χαμηλής τριβής, ισότονη προς τα ούρα προσδίδοντας ισορροπημένη οσμωτικότητα για την αποφυγή τραυματισμού και επιπλοκών. Να έχουν λείες και ατραυματικές οπές, λείο και ατραυματικό άκρο. Οι καθετήρες να διατίθενται σε μεγέθη ch08-ch18 (nelaton και tiemann), να φέρουν Luer-lock σύνδεση για μέγιστη ασφάλεια, χωρίς διαρροή του φαρμάκου κατά την έγχυση στην ουροδόχο κύστη και να προσφέρονται ως πλήρες set με σύριγγες Luer lock 60cc. Να φέρουν σήμανση CE
143	Υδρόφιλοι καθετήρες μιας χρήσης για την θεραπεία στενώσεων ουρήθρας	Υδρόφιλοι, αυτολιπαινόμενοι καθετήρες για την θεραπεία των στενώσεων της ουρήθρας, μιας χρήσης. Να διατίθενται σε μεγέθη ch016-ch18 και μήκος 40cm. Να είναι κατασκευασμένοι από ατοξικό, απυρετογόνο, υποαλλεργικό, πολυμερές υλικό υψηλής ποιότητας, κατάλληλο για ιατρική χρήση. Με την προσθήκη νερού ή ορού, η επιφάνειά τους να είναι χαμηλής τριβής, προσδίδοντας ισορροπημένη οσμωτικότητα για την αποφυγή τραυματισμού και επιπλοκών. Να έχουν λείο, στρογγυλεμένο και ατραυματικό άκρο με οπές στο άκρο του. Να φέρουν σήμανση CE
144	Σετ σωληνώσεων αναρρόφησης αντλίας για εκτέλεση δαδερμικής νεφρολιθοθρυψίας	Σετ σωληνώσεων αντλίας αναρρόφησης της συσκευής λιθοτριψίας υπερήχων KARL STORZ ENDOMAT LC, μιας χρήσεως, αποστειρωμένες, πακέτο των 10
145	Αναλωσιμα υλικά αντλίας ENDOFLOW II	Αναλωσιμα υλικά αντλίας ENDOFLOW II μιας χρήσης σε αποστειρωμένη συσκευασία για ουρητηροσκόπηση - νεφροσκόπηση
146	Αναλωσιμα υλικά αντλίας ENDOFLOW II	Αναλωσιμα υλικά αντλίας ENDOFLOW II μιας χρήσης σε αποστειρωμένη συσκευασία για ρεζεκτοσκόπηση
147	Σετ καθετήρα νεφροστομίας για διαδερμική νεφρολιθοθρυψια	Καθετήρες νεφροστομίας σε σετ αποτελούμενο από: α) Καθετήρα νεφροστομίας με υδρόφιλη επικάλυψη από 100% διαφανή σιλικόνη, 2-way με μπαλόνι 3-5ml, με κυλινδρικό άκρο εξαιρετικά ακτινοσκοιρό, με κεντρικό αυλό και οπές παροχέτευσης εμπρός και πίσω από το μπαλόνι, με διαβάθμιση ανά 1cm και επιπλέον διαβάθμιση ανά 5 cm, μήκους 41cm. Μεγέθη 12-24 Ch και β) Κοίλο οδηγό από ανοξείδωτο χάλυβα
148	Καθετήρας ουρήθρας για ουροδυναμικό έλεγχο	Καθετήρας ουρήθρας 6Fr διπλού αυλού μήκους εργασίας 47cm για μηχανήμα LIFETECH. Να διατίθεται σε σετ 10 τεμαχίων
149	Καθετήρας ορθού για ουροδυναμικό έλεγχο	Καθετήρας ορθού 9Fr διπλού αυλού με μπαλόνι πλήρωσης, μήκους εργασίας 47cm για μηχανήμα LIFETECH. Να διατίθεται σε σετ 10 τεμαχίων

150	Μορφομετατροπέας πίεσης για ουροδυναμικό έλεγχο για μηχάνημα LIFETECH	Μορφομετροπέας πίεσης για μηχανήμα LIFETECH. Να διατίθεται σε σετ 10 τεμαχίων
151	Μορφομετατροπέας πίεσης για ουροδυναμικό έλεγχο για μηχάνημα MMS OBS 275/C	Μορφομετροπέας πίεσης για μηχανήμα ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΚΩΔ. MMS OBS 275/C.
152	Σετ σωλήνων μετάδοσης πίεσης χρώματος κόκκινου για ουροδυναμικό έλεγχο. Το σετ να περιλαμβάνει τουλάχιστον 50 σωλήνες	Σετ σωλήνων μετάδοσης πίεσης χρώματος κόκκινου για ουροδυναμικό σύστημα LIFETECH. Το σετ να περιλαμβάνει τουλάχιστον 50 σωλήνες
153	Σετ σωλήνων μετάδοσης πίεσης χρώματος μπλε για ουροδυναμικό έλεγχο. Το σετ να περιλαμβάνει τουλάχιστον 50 σωλήνες	Σετ σωλήνων μετάδοσης πίεσης χρώματος μπλε για ουροδυναμικό σύστημα LIFETECH. Το σετ να περιλαμβάνει τουλάχιστον 50 σωλήνες
154	Ηλεκτρόδια καταμέτρησης ηλεκτρομυογραφικής δραστηριότητας στο πλαίσιο ουροδυναμικού ελέγχου (EMG)	Σετ επιφανειακών ηλεκτροδίων για EMG για ουροδυναμικό σύστημα LIFETECH. Το σετ να περιλαμβάνει τουλάχιστον 25 τριάδες ηλεκτροδίων με ενσωματωμένο καλώδιο.
155	Σετ σωλήνων για αντλία ουροδυναμικής	Σετ σωλήνων για αντλία ουροδυναμικού συστήματος LIFETECH. Το σετ να περιλαμβάνει τουλάχιστον 25 σωλήνες.
156	Συσκευή αποκλεισμού/αποτροπής μετανάστευσης λίθων πολλαπλών χρήσεων	Συσκευή BackStop Injector πολλαπλών χρήσεων για την πρόληψη μετανάστευσης λίθων στον άνω ουρητήρα και στους νεφρούς κατά τη διάρκεια ουρητηροσκόπησης με laser λιθοτριψία. Η συσκευή για να λειτουργήσει απαιτεί το BackStop Replacement Sleeve πολλαπλών χρήσεων καθώς και τον καθετήρα / σύριγγα έγχυσης μίας χρήσης
157	Ανταλλακτικό συσκευής αποκλεισμού/αποτροπής μετανάστευσης λίθων πολλαπλών χρήσεων	Ανταλλακτικό συσκευής πολλαπλών χρήσεων για την πρόληψη μετανάστευσης λίθων στον άνω ουρητήρα και στους νεφρούς κατά τη διάρκεια ουρητηροσκόπησης με laser λιθοτριψία BackStop Sleeve. Η συσκευή για να λειτουργήσει απαιτεί την συσκευή πολλαπλών χρήσεων BackStop Injector καθώς και τον καθετήρα / σύριγγα έγχυσης μίας χρήσης
158	Καθετήρας αποκλεισμού/αποτροπής μετανάστευσης λίθων μίας χρήσης	Καθετήρας έγχυσης αποκλεισμού/αποτροπής μετανάστευσης λίθων στον άνω ουρητήρα και στους νεφρούς κατά τη διάρκεια ουρητηροσκόπησης με laser λιθοτριψία BackStop Clear Gel. Μετά την πλήρη έγχυση του gel, ο καθετήρας απομακρύνεται και δεν διατίθεται πλέον σύρμα στον ουρητήρα, παρέχοντας έτσι περισσότερο χώρο για laser λιθοτριψία. Ο καθετήρας απαιτεί το BackStop Injector και το BackStop Replacement Sleeve για να λειτουργήσει
159	Καθετήρας basket αφαίρεσης λίθων	Καθετήρας basket αφαίρεσης λίθων, συνδυασμού μπασκέτας και λαβίδας από Nitinol με εργονομική αποσπώμενη λαβή. Θηκάρι 2.6 και 3.2Fr, μήκος 90 και 120cm, με 8 ή 10mm άνοιγμα.
160	Καλάθι αφαίρεσης λίθων, τύπου basket	Καλάθι αφαίρεσης λίθων, τύπου basket, με τρία σύρματα για χρήση με ακτίνες laser. Θηκάρι 1.3Fr, μήκος 90 και 120cm, με "0" tip, διάμετρος 10mm.
161	Καθετήρας ουρητηρικός από υλικό υψηλής παροχέτευσης και ακτινοσκοπιότητας flexima	Καθετήρας ουρητηρικός από υλικό υψηλής παροχέτευσης και ακτινοσκοπιότητας flexima. Να διατίθενται στους τύπους open, cone, flexible, whistle, angled, olive, spiral, wedge άκρου. Διάμετροι 4, 5, 6, 7, 8 FR μήκος 70εκ περίπου,

162	Ουρολογικό οδηγό σύρμα με ραβδώσεις	Ουρολογικά οδηγά σύρματα, με ειδικά σχεδιασμένες πλάγιες ρίγες (λευκές-μπλέ) για να βοηθούν στην ενδοσκοπική παρακολούθησή του. Με υδρόφιλη επικάλυψη endoglide στα τελευταία 60cm. Διάμετροι 0.025, 0.032, 0.035, 0.038in , ευθέα ή κυρτά και μήκους 150cm
163	Ουρητηρικός καθετήρας-μπαλόνι απόφραξης διπλού αυλού	Ουρητηρικός καθετήρας-μπαλόνι απόφραξης διπλού αυλού. Το σετ να διαθέτει τον καθετήρα, διαμέτρου 8.7 ή 11.3 mm, μέγεθος 5 ή 7Fr, μια βαλβίδα δύο δρόμων και σύριγγα 1cc
164	Θηκάρι τύπου Amplatz	Θηκάρι τύπου Amplatz κατάλληλο για διαδερμική νεφρολιθοτριψία με λεπταινόμενο άκρο για ατραυματική προώθηση και ευκολία στην τοποθέτησή του πάνω από διαστολέα ή μπαλόνι. Διάμετρος 28-30Fr και μήκος 20cm
165	Βελόνα ενδοκυστικών εγχύσεων	Βελόνα κατάλληλη για ενδοκυστικές εγχύσεις με άκρο 4mm, βελόνα 22G με προστατευτικό κάλυμμα, μέγεθος 5Ch/ Fr και μήκος 35cm και 70 cm
166	Θηκάρι εισαγωγής στον ουρητήρα	Θηκάρι εισαγωγής , εσωτερικής διαμέτρου 12.0 ή 14.0 fr, 35 ή 45 cm, υπερυδρόφιλο και ιδιαίτερα ανθεκτικό στις γωνιώσεις και στις συμπίεσεις. Να διαθέτει σύστημα εκτροπής του συρμάτινου οδηγού ασφαλείας εκτός αυλού έτσι ώστε ο αυλός εργασίας να μην καταλαμβάνεται από τον συρμάτινο οδηγό ασφαλείας Να χρησιμοποιείται με εύκαμπτο ουρητηροσκόπιο διασφαλίζοντας ατραυματική ουρητηρική προσπέλαση . Να προσφέρεται σε σετ με εσωτερικό ομοαξονικό διαστολέα εύκολα αποσπώμενο, που καταλήγει σε κωνικό ατραυματικό άκρο 6fr με εσωτερική οπή για να καθοδηγείται πάνω από οδηγό σύρμα , ασφαλίζει στο θηκάρι για μεγαλύτερη ασφάλεια κατά την εισαγωγή και μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως καθετήρας έγχυσης σκιαγραφικού υλικού
167	Αντάπτορας τύπου TUOHY-BORST	Αντάπτορας τύπου TUOHY-BORST κατάλληλος για ουρητηροσκόπηση, ουρητηρολιθοτριψία , με ειδική ανεπίστροφη βαλβίδα. που προστατεύει τον ιατρό από την επιστροφή των ούρων κατά την ενδοσκόπηση
168	Λαβίδα λήψης ιστού μέσω εύκαμπτου ουρητηρονεφροσκοπίου	Λαβίδα βιοψίας τύπου BIGopsy (Back loading biopsy forceps) , κατάλληλη για λήψη ικανού ιστολογικού δείγματος (4 mm2) από το νεφρό για ακριβή διάγνωση με την βοήθεια εύκαμπτου ουρητηροσκόπιου με καθετήρα διαμέτρου 2.4fr και μήκους 115cm. Να είναι ειδικά σχεδιασμένα ώστε να καθοδηγείται στον κάλυκα να ανοίγει και να παγιδεύει το δείγμα στο εσωτερικό της ενώ διαθέτει μνήμη για επαναφορά στο αρχικό σχήμα του όσες φορές χρειαστεί κατά την διάρκεια της επέμβασης προστατεύοντας παράλληλα από φθορές το εύκαμπτο ουρητηροσκόπιο και να μπορεί να λαμβάνει δείγμα 4 φορές πλατύτερο από συμβατικές. Να διατίθεται με οδοντωτές και μη σιαγόνες. Να διαθέτει εργονομική χειρολαβή για χειρισμό ενός χεριού

169	Καθετήρας-ενδοπρόσθεση ουρητηρική τύπου μονού Pigtail	Καθετήρας-ενδοπρόσθεση ουρητηρική τύπου BANDER URETERAL DIVERSION SOF-FLEX, τύπου μονού Pigtail, από υδρόφιλη μαλακή πολυουρεθάνη τύπου SOF-FLEX®, ανοιχτού άκρου με λεπτά τοιχώματα και οπές μόνο στο πυελικό άκρο, διαβαθμισμένη ακτινοσκοιερή (ακτινοσκοιερές διαγραμμώσεις), με πυελικό άκρο κωνικό, μέγιστης διάρκειας παραμονής 6 μηνών (προστατεύοντας από μολύνσεις τον ασθενή). Προσφέρεται σε σετ που περιλαμβάνει: • Καθετήρα-ενδοπρόσθεση ουρητηρική για αριστερό ουρητήρα σε μπλέ χρώμα • Καθετήρα-ενδοπρόσθεση ουρητηρική για δεξιό ουρητήρα σε ροζ χρώμα • δύο πλαστικές συσκευές συγκράτησης • οδηγό σύρμα , μήκους 100cm, από ανοξείδωτο χάλυβα με επικάλυψη PTFE και εύκαμπτο άκρο 5mm. Να διατίθεται σε μήκος μήκους 75cm και διάμετρο 4.7, 6.0 , 7.0 ή 8.2 fr
170	Καθετήρας- ουρητηρική ενδοπρόσθεση διπλού Pigtail μακράς παραμονής μη συμπίεσιμος	Καθετήρας- ουρητηρική ενδοπρόσθεση τύπου FIRM, τύπου διπλού Pigtail, σύστασης από υδρόφιλη γαλάζια, υδρόφιλη ακτινοσκοιερή, ελαστική και εύκαμπτη ειδική πολυουρεθάνη , για εσωτερική παροχέτευση από την ουρητηροπυελική συμβολή στην ουροδόχο κύστη, μέγιστης διάρκειας παραμονής 12 μηνών, με λεπτά τοιχώματα, διαβαθμισμένος και ακτινοσκοιερός (ακτινοσκοιερές διαγραμμώσεις), με ενισχυμένο κυστικό άκρο και πυελικό άκρο κωνικό. Η πολυουρεθάνη να είναι μη συμπίεσιμη για αντοχή ως Tumor Stent χωρίς να απαιτεί μεταλλική ενίσχυση αλλά και ιδιαίτερα μαλακή στην υφή έτσι ώστε να μην προκαλεί ερεθισμό στην ουροδόχο κύστη. Να προσφέρεται σε σετ που επιπλέον περιλαμβάνει: • προωθητή μήκους 50cm, με ακτινοσκοιερή σήμανση στο άκρο και σύστημα αγκίστρωσης στον καθετήρα (lockable pusher) που να επιτρέπει την ελεγχόμενη περιστροφή της κατά την τοποθέτηση για προαιρετική χρήση.. • οδηγό σύρμα υδρόφιλο Roadrunner PC, από Πολυουρεθάνη εξωτερικά και Nitinol εσωτερικά, με υδρόφιλη επικάλυψη slipcoat και χειρολαβή Olcott torque device έτσι ώστε να μην γλιστρά στο χέρι. Να διατίθεται σε μήκος 22, 24, 26, 28 ή 30cm και διάμετρο 5.0 , 6.0 ή 7.0 fr, ανοιχτού άκρου, με ή χωρίς πλευρικές οπές.

171	Καθετήρας- ουρητηρική ενδοπρόσθεση διπλού Pigtail μακράς παραμονής μη συμπίεσιμος μεταλλικός	Ενδοπρόσθεση ουρητηρική διπλού Pigtail, διαμέτρου 6fr, μήκους 20, 22, 24, 26 ή 28cm, μεταλλική, από ατραυματικό σπείρωμα χωρίς αυλό, για παροχέτευση από την ουρητηροπυελική συμβολή στην ουροδόχο κύστη, μέγιστης διάρκειας παραμονής 12 μηνών. Η ενδοπρόσθεση δεν συμπίεζεται και δεν αποφράσσεται γιατί τα ούρα κυλούν γύρω από το σώμα της, είναι ελαστική και μαλακής υφής (αν και μεταλλική) παρέχοντας άνεση και ποιότητα ζωής σε ασθενείς . Προσφέρεται σε σετ που επιπλέον περιλαμβάνει • οδηγό καθετήρα τύπου Pollack μήκους 80cm • προωθητή καθετήρα ακτινοσκοιρό
172	Καθετήρας συνδυασμός καλαθιού και λαβίδας, σχήματος τριγωνικής πυραμίδας	Καθετήρας συνδυασμός καλαθιού και λαβίδας, σχήματος τριγωνικής πυραμίδας , αφαίρεσης ουρητηρικών λίθων ή ξένων σωμάτων. Να φέρει 3 σκέλη ενωμένα σε σχήμα πυραμίδας μέγιστης διαμέτρου ανοίγματος 8 ή 11mm από Nitinol με μνήμη για επαναφορά στο αρχικό σχήμα της και εύκαμπτο θηκάρι 1.7 ή 2.2fr, μήκους 115cm από ακτινοσκοιρό Teflon . Με σχήμα τριγωνικής πυραμίδας να συλλαμβάνει εύκολα σαν λαβίδα, να συγκρατεί δυνατά σαν καλάθι και να απελευθερώνει άμεσα σαν λαβίδα αν το μέγεθος του λίθου δεν του επιτρέπει την διέλευση σε στένωση του ουρητήρα Να διαθέτει εργονομική χειρολαβή τύπου Unidex για χειρισμό ενός χεριού, εύκολα αποσπώμενη αν χρειαστεί
173	Καλάθι-Απόχη αφαίρεσης ουρητηρικών λίθων	Καλάθι-Απόχη, εύκαμπτη ατραυματική απόχη αφαίρεσης λίθων διαμέτρου 7mm από Nitinol με καθετήρα διαμέτρου 2,8 fr, μήκους 145cm. Να είναι ειδικά σχεδιασμένη ώστε αρχικά να συγκρατεί τους ουρητηρικούς λίθους και τα τυχόν θραύσματά τους έτσι ώστε να μην αποφράζεται η πύελος κατά την διάρκεια λιθοτριψίας, και στην συνέχεια σύλληψης και αφαίρεσης τους, και μνήμη για την επαναφορά στο αρχικό σχήμα του. Να διαθέτει εργονομική χειρολαβή pin vise handle, εύκολα αποσπώμενη αν χρειαστεί
174	Καθετήρες 3 way από σιλικόνη με υδροφιλή επίστρωση τύπου Dufour	Καθετήρες 3 way Dufour από 100% σιλικόνη με υδρόφιλη επίστρωση για εύκολη και ατραυματική εισαγωγή και αφαίρεση του καθετήρα ,με ακτινοσκοιρή γραμμή σε όλο το μήκος του καθετήρα, απολύτως διαφανής σε ατομική διπλή αποστειρωμένη συσκευασία. Υδροθάλαμος 80ml, μήκος 41cm και μεγέθη από 18-24 Ch
175	Καθετήρες Foley 3 way από σιλικόνη με υδροφιλή επίστρωση τύπου Couvelair	Καθετήρες 3 way Couvelaire από 100% σιλικόνη με υδρόφιλη επίστρωση για εύκολη και ατραυματική εισαγωγή και αφαίρεση του καθετήρα ,με ακτινοσκοιρή γραμμή σε όλο το μήκος του καθετήρα, απολύτως διαφανής σε ατομική διπλή αποστειρωμένη συσκευασία. Υδροθάλαμος 80ml, μήκος 41cm και μεγέθη 18-22 Ch

176	Ουρητηρική ενδοπρόσθεση διπλού pigtail μακράς παραμονής	Ουρητηρικές ενδοπροθέσεις (pig tails) ανοικτού-κλειστού ή ανοικτού-ανοικτού άκρου για εσωτερική παροχέτευση ανώτερου ουροποιητικού συστήματος. Να είναι κατασκευασμένα από ειδικό πολυμερές υλικό (μαλακή πολυουρεθάνη) που να προσδίδει δυνατότητα μεγάλης διάρκειας παραμονής (έως 12 μήνες). Τα τοιχώματα να διαθέτουν υδρόφιλη επικάλυψη. Το κάτω άκρο να συζευγνύεται με προωθητή εισαγωγής με σταθερή άρθρωση, ώστε να είναι αδύνατη η ακούσια αποσύνδεσή του. Ο προωθητής να αποσυνδέεται αποκλειστικά με απομάκρυνση του οδηγού σύρματος. Να συνοδεύονται από εύκαμπτο οδηγό σύρμα, movable core, από ανοξείδωτο χάλυβα με επικάλυψη PTFE, μήκους περίπου 100 cm, με ένδειξη για το σημείο αποσύνδεσης και από πλαστικό κλιπ στερέωσης. Το σώμα να είναι εξαιρετικά ακτινοσκοπικό για να είναι ιδιαίτερα ευκρινές κατά την τοποθέτησή υπό ακτινοσκόπηση. Να είναι ελεύθερες latex.
177	Ουρητηρική ενδοπρόσθεση διπλού pigtail σιλικόνης μη υδρόφιλα	Ουρητηρικά stent από 100% σιλικόνη μαλακής σύστασης χωρίς υδρόφιλη επίστρωση για μέγιστη βιοσυμβατότητα και ελαστικότητα. Να είναι 12μηνες παραμονής, η οποία να επικυρώνεται από το prospectus της κατασκευάστριας εταιρείας. Να φέρουν ακτινοσκοπικές ενδείξεις με διαβάθμιση ανά 5 εκατοστά. Να προσφέρονται σε σετ με συνδεόμενο προωθητή (locking system) μήκους 40 cm και οδηγό σύρμα stiff 0,035 με κεκκαμένο άκρο και υδρόφιλη επικάλυψη σε όλο το μήκος 150cm. Ανοικτού - ανοικτού ή ανοικτού- κλειστού άκρου. Μέγεθη 6,7,8 Ch/Fr - 24,26,28 cm. Να προσφέρεται σε σετ με κάθε προϊόν σε ξεχωριστή αποστειρωμένη συσκευασία.
178	Ουρητηρική ενδοπρόσθεση διπλού pigtail σιλικόνης υδρόφιλα	Ουρητηρικά stent από 100% σιλικόνη μαλακής σύστασης με υδρόφιλη επίστρωση για μέγιστη βιοσυμβατότητα και ελαστικότητα. Να είναι 12μηνες παραμονής, η οποία να επικυρώνεται από το prospectus της κατασκευάστριας εταιρείας. Να φέρουν ακτινοσκοπικές ενδείξεις με διαβάθμιση ανά 5 εκατοστά. Να προσφέρονται σε σετ με συνδεόμενο προωθητή (locking system) μήκους 40 cm και οδηγό σύρμα stiff 0,035 με κεκκαμένο άκρο και υδρόφιλη επικάλυψη σε όλο το μήκος 150cm. Ανοικτού - ανοικτού ή ανοικτού- κλειστού άκρου. Μέγεθη 6,7,8 Ch/Fr - 24,26,28 cm. Να προσφέρεται σε σετ με κάθε προϊόν σε ξεχωριστή αποστειρωμένη συσκευασία.

179	Ουρητηρική ενδοπρόσθεση διπλού pigtail μακράς παραμονής	Ο καθετήρας να προσφέρεται σε πλήρες σετ (καθετήρας pigtail, προωθητήρας και οδηγό σύρμα) μαζί με το σετ εισαγωγής, να είναι διπλού άκρου (pigtail) με οπές σε όλο του το μήκος. Τα άκρα να είναι ανοικτό- κλειστό και ανοικτό-ανοικτό. Να διαθέτει εκατοστιαία διαβάθμιση καθώς και γραμμή οδηγό που να υποδεικνύει προς ποιά κατεύθυνση θα γυρίσει το νεφρικό άκρο του καθετήρα. Να διατίθεται σε μήκη 24-30 cm και σε μεγέθη 5,6,7 και 8CH. Ο καθετήρας να διαθέτει ειδική επικάλυψη από φωσφοριλοχολίνη για την αποφυγή κρυστάλλων, μολύνσεων και ερεθισμών επιτρέποντας τη μακρά παραμονή έως 12 μήνες. Το σετ εισαγωγής να διατίθεται και σε προσυνδεδεμένο τύπο (TUOHY BORST), με τον προσαρμοστήρα να έχει θηλυκό LL και τον αποσυνδετήρα αρσενικό LL για πλήρη προσαρμογή και επίτευξη καλύτερης σύνδεσης, επιτρέποντας δυνατότητα εξωτερικών χειρισμών και εύκολο τρόπο αποσύνδεσης (ελεγχόμενη απόσπαση) από τον καθετήρα. Είναι απαραίτητο να παρέχονται οι απαραίτητες κλινικές έρευνες που επιβεβαιώνουν την αποτελεσματικότητα της επικάλυψης ως προς την αποφυγή κρυστάλλων, μολύνσεων και ερεθισμών.
180	Σετ αλλαγής νεφροστομίας με καθετήρα pigtail	Το σετ νεφροστομίας θα πρέπει να αποτελείται από: α)Καθετήρα pigtail νεφροστομίας με ειδική επικάλυψη (από φωσφοριλοχολίνη) με υδρόφιλα χαρακτηριστικά , με δυνατότητα να διατηρεί ουδέτερο το PH για να εγγυάται την μακρά παραμονή του καθετήρα στον ασθενή χωρίς τον κίνδυνο επικρούστωσης ή μικροβίων ,με σύνδεση Luer Lock και ενσωματωμένο 3 way stop cock.Ο καθετήρας θα πρέπει να φέρει οπές στο άκρο και να έχει μήκος από 24cm έως 34cm και διάμετρο 6-12Fr β)Οδηγό σύρμα Lunderquist ευθύ με επικάλυψη PTFE διαμέτρου 0,035" και μήκος 80cm, με εύκαμπτο άκρο 1,5mm γ)2 διαστολείς ακτινοσκοιούς δ)συνδετικό Luer αρσενικό με μικρή διάμετρο μήκους 10cm Είναι απαραίτητο να παρέχονται οι απαραίτητες κλινικές έρευνες που επιβεβαιώνουν την αποτελεσματικότητα της επικάλυψης ως προς την αποφυγή κρυστάλλων, μολύνσεων και ερεθισμών.

181	Πλήρες σετ διαδερμικής νεφροστομίας	Το σετ διαδερμικής νεφροστομίας θα πρέπει να αποτελείται από τα παρακάτω: 1)Καθετήρα rigtail με ειδική επικάλυψη (από φωσφοριλοχολίνη) με υδρόφιλα χαρακτηριστικά , με δυνατότητα να διατηρεί ουδέτερο το PH για να εγγυάται την μακρά παραμονή του καθετήρα στον ασθενή χωρίς τον κίνδυνο επικρούστωσης ή μικροβίων. Ο καθετήρας θα πρέπει στην μία άκρη του να είναι pig-tail και στην άλλη να διαθέτει σύνδεση Luer Lock για την ασφαλή σύνδεσή του με τον μηχανισμό διόδου ακτινοσκοπικού υλικού. Επίσης θα πρέπει να διαθέτει one way stop cock για την ρύθμιση της ροής των ούρων. Ο καθετήρας θα πρέπει να προσφέρεται στα μεγέθη από 6fr έως 12fr και σε μήκος 24cm έως 34cm 2)Βελόνα δύο μερών από ιατρικό ατσάλι με ακτινοσκοπική διαβάθμιση στο άκρο της και διάμετρο 18GA με μήκος 19,5cm 3)οδηγό σύρμα Lunderquist με επικάλυψη PTFE διαμέτρου 0,035'', μήκους 80cm και με ατραυματικό άκρο J 4)2-3 Διαστολείς ακτινοσκοπικοί 5)Συνδετικό με άκρη Luer Lock για σύνδεση με τον ουρολογικό σάκκο Είναι απαραίτητο να παρέχονται οι απαραίτητες κλινικές έρευνες που επιβεβαιώνουν την αποτελεσματικότητα της επικάλυψης ως προς την αποφυγή κρυστάλλων, μολύνσεων και ερεθισμών.
182	Καθετήρας ουρητηρικής προσπέλασης	Καθετήρας ουρητηρικής προσπέλασης POLLACK FLEXI-TIP 4 έως 8fr, μήκους 70cm, με ανοικτό άκρο, από ακτινοσκοπικό πολυβινυλοχλωρίδιο, κατάλληλος για παλίνδρομη πυελογραφία, παροχέτευση ή διέλευση μέσω ελκωτού ουρητήρα.. Ο καθετήρας των 5 fr και οι μεγαλύτεροι από αυτόν να επιτρέπουν την δίοδο σύρματος 0.38"
183	Ενδοπρόσθεση ενδοουρητηροστομίας διπλού Pigtail	Ενδοπρόσθεση ενδοουρητηροστομίας διπλού Pigtail, δύο διαφορετικών διαμέτρων 6.0/9.5, 6.0/9.5, 7.0/14.0 ή 7.0/14.0fr, μήκους 13cm για το πεπλατυσμένο τμήμα και συνολικού μήκους 22, 26, 24 και 28cm αντίστοιχα, από ακτινοσκοπικό Ultrathane, για περιοδική εσωτερική παροχέτευση, μέγιστης διάρκειας παραμονής 8 εβδομάδων. Η τοποθέτηση γίνεται κατά την διάρκεια χειρουργικής αποκατάστασης στένωσης και προστατεύει από την επαναστένωση του ουρητηρικού αυλού κατά την μετεγχειρητική περίοδο. Προσφέρεται σε σετ που επιπλέον περιλαμβάνει : • προωθητή 7fr, μήκους 50cm με ακτινοσκοπικό άκρο. • καθετήρα απελευθέρωσης 10fr, μήκους 40cm από ακτινοσκοπικό Teflon.

184	Θηκάρι ουρητηρικής πρόσβασης για εύκαμπτη ουρητηροσκόπηση διπλού αυλού	Θηκάρι εισαγωγής διπλού αυλού, με κύριο αυλό εσωτερικής διαμέτρου 9.5 ή 12.0 fr και βοηθητικό αυλό εσωτερικής διαμέτρου 3fr μήκους 13, 20, 28, 35 ή 55cm, υπερυδρόφιλο και ιδιαίτερα ανθεκτικό στις γωνιώσεις και στις συμπίεσεις. Χρησιμοποιείται με εύκαμπτο ουρητηροσκόπιο διασφαλίζοντας ατραυματική ουρητηρική προσπέλαση και παρέχοντας ένα κύριο κανάλι εργασίας που επιτρέπει ανταλλαγές εργαλείων -οργάνων (πχ κατά την αφαίρεση λίθων) και ένα βοηθητικό κανάλι ενώ προστατεύει τα εργαλεία από φθορές. Προσφέρεται σε σετ με εσωτερικό ομοαξονικό διαστολέα εύκολα αποσπώμενο, που καταλήγει σε κωνικό ατραυματικό άκρο 6fr με εσωτερική οπή για να καθοδηγείται πάνω από οδηγό σύρμα , ασφαλίζει στο θηκάρι για μεγαλύτερη ασφάλεια κατά την εισαγωγή και μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως καθετήρας έγχυσης σκιαγραφικού υλικού
185	Θηκάρι ουρητηρικής πρόσβασης για εύκαμπτη ουρητηροσκόπηση με σύστημα εκτροπής του συρμάτινου οδηγού ασφαλείας εκτός αυλού	Θηκάρι εισαγωγής εσωτερικής διαμέτρου 9.5, 12.0 ή 14.0fr, μήκους 13, 20, 28, 35, 45 ή 55cm, υπερυδρόφιλο και ιδιαίτερα ανθεκτικό στις γωνιώσεις και στις συμπίεσεις . Διαθέτει σύστημα εκτροπής του συρμάτινου οδηγού ασφαλείας εκτός αυλού έτσι ώστε ο αυλός εργασίας κνα μην καταλαμβάνεται από τον συρμάτινο οδηγό ασφαλείας Χρησιμοποιείται με εύκαμπτο ουρητηροσκόπιο διασφαλίζοντας ατραυματική ουρητηρική προσπέλαση και παρέχοντας ένα κύριο κανάλι εργασίας που επιτρέπει ανταλλαγές εργαλείων -οργάνων (πχ κατά την αφαίρεση λίθων) Προσφέρεται σε σετ με εσωτερικό ομοαξονικό διαστολέα εύκολα αποσπώμενο, που καταλήγει σε κωνικό ατραυματικό άκρο 6fr με εσωτερική οπή για να καθοδηγείται πάνω από οδηγό σύρμα , ασφαλίζει στο θηκάρι για μεγαλύτερη ασφάλεια κατά την εισαγωγή και μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως καθετήρας έγχυσης σκιαγραφικού υλικού

186	Καθετήρας- ουρητηρική ενδοπρόσθεση τύπου διπλού Pigtail ενδιάμεσης παραμονής	Καθετήρας- ουρητηρική ενδοπρόσθεση τύπου διπλού Pigtail, μαλακής σύστασης από υδρόφιλη λευκή μαλακή πολυουρεθάνη ενδεικτικά τύπου UNIVERSA, για εσωτερική παροχέτευση από την ουρητηροπυελική συμβολή στην ουροδόχο κύστη, μέγιστης διάρκειας παραμονής 6 μηνών, με λεπτά τοιχώματα, διαβαθμισμένος και ακτινοσκοιερός (ακτινοσκοιερές διαγραμμίσεις), με ενισχυμένο κυστικό άκρο και πυελικό άκρο κωνικό. Να προσφέρεται σε σετ που επιπλέον περιλαμβάνει: • προωθητή μήκους 50cm, με ακτινοσκοιερή σήμανση στο άκρο και σύστημα αγκίστρωσης στον καθετήρα (lockable pusher) που επιτρέπει την ελεγχόμενη περιστροφή της κατά την τοποθέτηση για προαιρετική χρήση. • οδηγό σύρμα υδρόφιλο Roadrunner PC, από Πολυουρεθάνη εξωτερικά και Nitinol εσωτερικά, με υδρόφιλη επικάλυψη slipcoat και χειρολαβή Olcott torque device έτσι ώστε να μην γλιστρά στο χέρι. Να διατίθεται σε μήκος 20, 22, 24, 26, 28 ή 30cm και διάμετρο 4.7, 6.0, 7.0 ή 8.0fr, ανοιχτού άκρου, με ή χωρίς πλευρικές οπές.
187	Καλάθι-Basket αφαίρεσης ουρητηρικών λίθων	Καλάθι-Basket N-CIRCLE αφαίρεσης ουρητηρικών λίθων, με καθετήρα διαμέτρου περίπου 1.5fr - 1,8fr και μήκους 115cm, 4 συρμάτων , με ατραυματικό tipless άκρο για την αποφυγή τραυματισμού ή διάτρησης του ιστού κατά την διαδικασία σύλληψης του λίθου , κατασκευασμένο από Nitinol , διαμέτρου 1 cm . Είναι ειδικά σχεδιασμένο ώστε να παίρνει το σχήμα του κάλυκα παγιδεύοντας τον λίθο ενώ διαθέτει μνήμη για επαναφορά στο αρχικό σχήμα του όσες φορές χρειαστεί κατά την διάρκεια της επέμβασης προστατεύοντας παράλληλα από φθορές το εύκαμπτο ουρητηροσκόπιο. Διαθέτει εργονομική χειρολαβή τύπου Unidex για χειρισμό ενός χεριού, εύκολα αποσπώμενη αν χρειαστεί
	Καθετήρας-Μπαλόνι ουρητηρικής διαστολής , διπλού αυλού με υδρόφιλη επικάλυψη	Καθετήρας-Μπαλόνι ουρητηρικής διαστολής , διπλού αυλού με υδρόφιλη επικάλυψη AQ®, 6fr με κατάληξη 5fr , μήκους 65 - 80 cm. Το μπαλόνι να είναι μέγιστης διαμέτρου 4, 5, 6, 7, 8 ή 10mm, μήκους 4, 6 ή 10cm αντίστοιχα , να δέχεται μέγιστη πίεση 20atm, με ακτινοσκοιερούς δακτυλίους που οριοθετούν τα άκρα του. Η διάταση να γίνεται ταυτόχρονα σε όλο το μήκος του μπαλονιού χωρίς να απαιτείται ώθηση από τον χειριστή για να μείνει στην επιλεγμένη θέση. Δέχεται οδηγό σύρμα 0.038". Να προσφέρεται σε σετ που επιπλέον περιλαμβάνει συσκευή διαστολής-μανόμετρο χωρητικότητας 25 - 30cc, υψηλής ευκρίνειας για την ευχερή διαστολή, αποσυμπίεση και παρακολούθηση της πίεσης του μπαλονιού. Να φέρει συνδετικό σωλήνα και στρόφιγγα τριπλής ροής (2-way,3-way stopcock) και να είναι βαθμονομημένη σε δύο κλίμακες: atm ή psi.

189	Θηκάρι ουρητηρικής πρόσβασης για εύκαμπτη ουρητηροσκόπηση	Θηκάρι εργασίας ουρητηρικής πρόσβασης για εύκαμπτη ουρητηροσκόπηση με εισαγωγέα, να διαθέτει κωνικό ατραυματικό άκρο 6 fr ιδιαίτερα εύκαμπτο και ατραυματικό υδρόφιλη επιστρωση, radiopaque και σύστημα σταθεροποίησης. Να έχει δυνατότητα μετατροπής του οδηγού εργασίας σε οδηγό ασφαλείας για προστασία και συνεχή πρόσβαση στον ουρητήρα και το νεφρό, 10-12 ch και 12-14ch και μήκος 35 και 45cm
190	Καθετήρας αποκλεισμού/αποτροπής μετανάστευσης λίθων μίας χρήσης	Καθετήρες αφαίρεσης λίθων, τύπου basket, 4 συρμάτων ο οποίος σε πλήρη έκπτυξη καταλήγει σε 2 σύρματα ιδανικό για χρήση με ακτίνες laser διαμέσω εύκαμπτου ουρητηροσκοπίου. Κατασκευασμένοι από Nitinol, με μηδενικό tip και εργονομική αποσπώμενη λαβή. Θηκάρι 1.9Fr, μήκος 90 και 120cm, διάμετρος basket 11mm και 15mm.
191	Ουρολογικό οδηγό σύρμα με υδρόφιλο τελικό άκρο	Ουρολογικό οδηγό σύρμα από πυρήνα νιτινόλης με επικάλυψη PTFE και 5cm ακτινοσκοπικό άκρο υδρόφιλο επικαλυμένο, να διατίθεται και με 10cm εύκαμπτο εγγύς άκρο για την ευκολότερη προώθησή του διαμέσω εύκαμπτου ουρητηροσκοπίου. Διάμετροι 0.035 και 0.038in, ευθύ ή κυρτό με 3cm flexible, μήκος 150cm και σκληρότητας standard & stiff
192	Πεικλή πρόθεση τριών τμημάτων με αντιβιοτική επίστρωση	Πεική πρόθεση τριών τμημάτων από σιλικόνη με αντιβιοτική επίστρωση (ριφαμπικίνη/αμινοκυκλίνη). Να αποτελείται από δύο κυλίνδρους σιλικόνης προ-συνδεδεμένους, αντλία στιγμιαίας πίεσης με βαλβίδα αποκλεισμού, μπαλόνι-δεξαμενή υγρού και σετ συναρμολόγησης. Οι κύλινδροι στο άνω άκρο τους να φέρουν προ-τοποθετημένο ράμμα για την εύκολη εισαγωγή-τοποθέτηση τους στα σπυραγγώδη σώματα. Η σιλικόνη των κυλίνδρων να διαθέτει ειδική αντιτριβική επίστρωση για μεγαλύτερη αντοχή του προϊόντος. Οι κύλινδροι να διαθέτουν ενισχυτική επένδυση από DACRON για αποφυγή του φαινομένου “άνευρύσματος” των κυλίνδρων και να διατίθενται σε διάφορους τύπους και διαστάσεις δίνοντας δυνατότητα αντιμετώπισης και περιπτώσεων REVISION. Τα συνδετικά σωληνάκια των κυλίνδρων να φέρουν επένδυση από PTFE για αποφυγή φθοράς από τριβή. Η αντλία να διαθέτει ραβδώσεις για εύκολη αναγνώριση δια της αφής. Το μπαλόνι δεξαμενή να διατίθεται σε δύο διαστάσεις 65ml και 100ml. Η σύνδεση να γίνεται με σύστημα ασφαλούς κουμπώματος για εύκολη και χωρίς διαφυγές σύνδεση. Όλοι οι σωλήνες του συστήματος να διαθέτουν ενίσχυση για να μην τσακίζουν. Το σύστημα να είναι συμβατό με μαγνητικούς τομογράφους έως 3 Tesla. Η πεική πρόθεση να συνοδεύεται από τα απαραίτητα εργαλεία για την συναρμολόγηση και τοποθέτηση καθώς και από τις απαραίτητες προεκτάσεις πίσω άκρου. Η πεική πρόθεση να υποστηρίζεται από

193	Πεϊκή πρόθεση τριών τμημάτων	Πεική πρόθεση τριών τμημάτων από σιλικόνη. Να αποτελείται από δύο κυλίνδρους σιλικόνης προ-συνδεδεμένους , αντλία στιγμιαίας πίεσης με βαλβίδα αποκλεισμού ,μπαλόνι-δεξαμενή υγρού και σετ συναρμολόγησης. Οι κύλινδροι στο άνω άκρο τους φέρουν προ-τοποθετημένο ράμμα για την εύκολη εισαγωγή-τοποθέτηση τους στα σηραγγώδη σώματα. Η σιλικόνη των κυλίνδρων να διαθέτει ειδική αντιτριβική επίστρωση για μεγαλύτερη αντοχή του προϊόντος. Οι κύλινδροι να διαθέτουν ενισχυτική επένδυση από DACRON για αποφυγή του φαινομένου “ανευρύσματος” των κυλίνδρων και να διατίθενται σε διάφορους τύπους και διαστάσεις δίνοντας δυνατότητα αντιμετώπισης και περιπτώσεων REVISION. Τα συνδετικά σωληνάκια των κυλίνδρων να φέρουν επένδυση από PTFE για αποφυγή φθοράς από τριβή. Η αντλία να διαθέτει ραβδώσεις για εύκολη αναγνώριση δια της αφής. Το μπαλόνι δεξαμενή να διατίθεται σε δύο διαστάσεις 65ml και 100ml. Η σύνδεση να γίνεται με σύστημα ασφαλούς κουμπώματος για εύκολη και χωρίς διαφυγές σύνδεση. Όλοι οι σωλήνες του συστήματος να διαθέτουν ενίσχυση για να μην τσακίζουν. Το σύστημα να είναι συμβατό με μαγνητικούς τομογράφους έως 3 Tesla. Η πεική πρόθεση να συνοδεύεται από τα απαραίτητα εργαλεία για την
194	Πεϊκή πρόθεση τριών τμημάτων με υδρόφιλη επίστρωση	Πεϊκή πρόθεση 3 τμημάτων από BIOFLEX με υδρόφιλη επίστρωση η οποία επικαλύπτει όλη την πρόθεση συμπεριλαμβανομένων όλων των εξαρτημάτων (tips και σύνδεση). Η υδρόφιλη επίστρωση να διευκολύνει την τοποθέτηση της πρόθεσης και να επιτρέπει την χρήση οποιουδήποτε αντιβιοτικού σχήματος που θα επιλεγεί από τον χειρουργό για την αποφυγή λοιμώξεων. Η πρόθεση να αποτελείται: 1) από δύο κυλίνδρους συνδεδεμένους με την αντλία (η οποία θα πρέπει να επιτρέπει την χάλαση του πέους με μία κίνηση) 2) από την δεξαμενή (ρεζερβουαρ) η οποία θα πρέπει να έχει στην βάση της αντιπαλινδρομική βαλβίδα έτσι ώστε να αποφεύγονται οι ακούσιες ενεργοποιήσεις της συσκευής 3) από κιτ σύνδεσης και 4) από σύστημα διαδερμικής διαστολής
195	Τεχνητός σφιγκτήρας	Τεχνητός σφιγκτήρας για την αντιμετώπιση της ανδρικής ακράτειας από σιλικόνη, με αντιβιοτική επίστρωση (ριφαμπικίνη/αμινοκυκλίνη). Να αποτελείται από το εξάρτημα (cuff) γύρω από την ουρήθρα, την αντλία ελέγχου, το μπαλόνι ρύθμισης της πίεσης και το σετ συναρμολόγησης. Το εξάρτημα γύρω από την ουρήθρα (cuff) να διατίθεται σε διάφορες διαστάσεις για την καλύτερη προσαρμογή στον εκάστοτε ασθενή και να διαθέτει μεγέθη για περιπτώσεις τοποθέτησης και στον αυχένα της ουροδόχου κύστης. Το μπαλόνι ρύθμισης να διατίθεται σε πιέσεις 61-70 cm H2O. Η σύνδεση να γίνεται με σύστημα ασφαλούς κουμπώματος για εύκολη και χωρίς διαφυγές σύνδεση. Όλοι οι σωλήνες του συστήματος να διαθέτουν ενίσχυση για να μην τσακίζουν. Το σύστημα να είναι συμβατό με μαγνητικούς τομογράφους έως 3 Tesla. Κάθε σετ τεχνητού σφιγκτήρα να συνοδεύεται από τα απαραίτητα για την συναρμολόγηση και τοποθέτηση εργαλεία. Υποστηρίζεται από επαρκή βιβλιογραφία και έχει FDA και CE MARK.

196	Ταινία για την αντιμετώπιση της ανδρικής ακράτειας	Διαθυροειδική ταινία για την αντιμετώπιση της ανδρικής ακράτειας από μονόκλωνο πολυπροπυλένιο. Το μόσχευμα να έχει μήκος 45cm και πλάτος 1.2cm και το κεντρικό του τμήμα είναι διευρυμένο πλάτους 3.5cm. Το μόσχευμα να περιβάλλεται από πλαστικό περίβλημα ασφαλείας με σκοπό να προλαμβάνεται ο τραυματισμός των ιστών και να διευκολύνεται η τοποθέτηση του. Κατά μήκος του μοσχεύματος να υπάρχουν ενσωματωμένες ίνες τάσης με αποτέλεσμα την ομοιόμορφη κατανομή του βάρους σε μεγαλύτερη επιφάνεια. Επιπλέον κατά μήκος του μοσχεύματος να υπάρχουν 6 πλαστικά με σχήμα σιριτιού για την στήριξη του μοσχεύματος στους ιστούς. Η τοποθέτηση του μοσχεύματος να γίνεται από δύο ελικοειδείς εισαγωγείς .Στις άκρες του μοσχεύματος να υπάρχουν κλιπ για το ασφαλές κούμπωμα του στους εισαγωγείς. Στο κιτ να περιλαμβάνονται η ταινία ακράτειας ,οι ελικοειδείς εισαγωγείς, ο διαδερμικός διαστολέας καθώς και η βελόνα εντοπισμού του σημείου εισόδου των εισαγωγέων. Το υλικό να υποστηρίζεται από κλινικές μελέτες.
197	Ταινία για την αντιμετώπιση της ανδρικής ακράτειας τετραπλής στήριξης	Να διαθέτει τέσσερα σημεία στήριξης (δύο προηβικά και δύο διαθυροειδικά). Να είναι από 100% μονόκλωνο πολυπροπυλένιο με λειασμένες άκρες για ασφαλέστερη –ατραυματική τοποθέτηση. Όλα τα σκέλη να έχουν πλαστικό περίβλημα και να είναι εμφανώς διακριτός ο διαχωρισμός των προηβικών από τα διαθυροειδικά για ευκολότερη και ατραυματική τοποθέτηση. Να διατίθεται σε ατομική αποστειρωμένη συσκευασία, η οποία να περιλαμβάνει μία ταινία και εισαγωγέα μιας χρήσης.
198	Σύστημα διαδερμικής διαστολής	Να αποτελείται από αναδιπλούμενο πλαστικό πλαίσιο διαδερμικής διαστολής άγκιστρα με ελαστική στήριξη και 2 πλαστικά baby deaver. Τα άγκιστρα να έχουν χρωματική διαφοροποίηση για εύκολη αναγνώριση ανάλογα με το σημείο τοποθέτησης και να έχουν διαφόρων τύπων άκρα. Στο σετ να υπάρχει ελαστική ταινία με ανάγλυφους κόμπους για την ανάσπαση του πέους σε ανδρολογικές επεμβάσεις. Να διατίθεται σε αποστειρωμένη συσκευασία.
199	Πλέγμα αποκατάστασης κυστεοκήλης	Πρόσθιο πλέγμα μιας τομής για αποκατάσταση κυστεοκήλης από μονόκλωνο πολυπροπυλένιο, προσχηματισμένο, εξαιρετικά ελαφρύ > 20 g/m2, σε αποστειρωμένη ατομική συσκευασία. Το σετ να περιλαμβάνει ειδικό εργονομικό εργαλείο για την τοποθέτηση του πλέγματος καθώς και ειδικά ράμματα 0-0.
200	Πλέγμα αποκατάστασης ορθοκήλης	Οπίσθιο πλέγμα μιας τομής για αποκατάσταση ορθοκήλης από μονόκλωνο πολυπροπυλένιο, προσχηματισμένο εξαιρετικά ελαφρύ >20 g/ m2, σε αποστειρωμένη ατομική συσκευασία .Το σετ να περιλαμβάνει ειδικό εργονομικό εργαλείο για την τοποθέτηση του πλέγματος καθώς και ειδικά ράμματα 0-0.

201	Τεχνητός ουρητήρας	Συνθετικό μόσχευμα για υποδόρια πυελοκυστική παράκαμψη. Το σετ να περιλαμβάνει την ουρητηρική πρόθεση από σιλικόνη και πολυέστερα μήκους 840 mm περίπου, θηκάρι Amplatz και συσκευή διάνοιξης σε ατομική αποστειρωμένη συσκευασία.
202	Αγκύλη για εκτέλεση διουρηθρικής προστατεκτομής σε αλατούχο φυσιολογικό ορό	Να είναι ηλεκτρόδιο-αγκύλη σχεδιασμού μονού σύρματος, συμβατό με την υπάρχουσα OLYMPUS οπτική 30°, κατάλληλο για διουρηθρικές επεμβάσεις υπό αλατούχο φυσιολογικό ορό. Η αγκύλη να έχει σύρμα πάχους 0,2mm και να είναι μεσαίου μεγέθους (5,00mm πλάτους και 3,3mm ύψους) ή μεγάλου μεγέθους (5,30mm πλάτους και 4,3mm ύψους). Να βασίζεται στην τεχνολογία πλάσματος, και η θερμική βλάβη στους παρακείμενους ιστούς να είναι ελάχιστη (μέσος όρος 0,18mm). Να είναι κατάλληλη για διουρηθρική εκτομή προστάτη έως τουλάχιστον 120gr. Να είναι μιας χρήσης, αποστειρωμένη σε αέριο αιθυλενοξείδιο (ΕΟ) και να έχει χρόνο λήξης αποστείρωσης πέντε έτη. Να είναι συμβατή με το υπάρχον στοιχείο εργασίας TURis του νοσοκομείου. Να έχει χρωματική κωδικοποίηση για την εύκολη αναγνώριση των συμβατών εξαρτημάτων του υπάρχοντος ρεζεκτοσκοπίου (εσωτερική θήκη και οπτική) και του συμβατού διατατικού μέσου. Στο υλικό να αναγράφεται ο κωδικός του για την εύκολη αναγνώρισή του.
203	Ηλεκτρόδιο για την εκτέλεση διουρηθρικής εξάχνωσης προστάτη σε αλατούχο φυσιολογικό ορό	Να είναι ηλεκτρόδιο εξάχνωσης τύπου μανιταριού (ημισφαιρικού σχεδιασμού) συμβατό με OLYMPUS οπτικές 12° και 30°, κατάλληλο για διουρηθρικές επεμβάσεις υπό αλατούχο φυσιολογικό ορό. Να βασίζεται στην τεχνολογία πλάσματος και η θερμική βλάβη στους παρακείμενους ιστούς να είναι ελάχιστη (μέσος όρος 0,2mm). Να είναι μιας χρήσης, αποστειρωμένο σε αέριο αιθυλενοξείδιο (ΕΟ) και να έχει χρόνο λήξης αποστείρωσης πέντε έτη. Να είναι συμβατό με το υπάρχον στοιχείο εργασίας TURis του νοσοκομείου. Να έχει χρωματική κωδικοποίηση για την εύκολη αναγνώριση των συμβατών εξαρτημάτων του ρεζεκτοσκοπίου (εσωτερική θήκη και οπτική) και του συμβατού διατατικού μέσου. Στο υλικό να αναγράφεται ο κωδικός του για την εύκολη αναγνώρισή του.
204	Ηλεκτρόδιο για την εκτέλεση αιμόστασης κατά τη διάρκεια διουρηθρικής προστατεκτομής σε αλατούχο φυσιολογικό ορό	Να είναι ηλεκτρόδιο ρόλερ, σχεδιασμού μονού σύρματος, συμβατό με τις υπάρχουσες OLYMPUS οπτικές 12° και 30°, κατάλληλο για διουρηθρικές επεμβάσεις υπό αλατούχο φυσιολογικό ορό. Να είναι μιας χρήσης, αποστειρωμένο σε αέριο αιθυλενοξείδιο (ΕΟ) και να έχει χρόνο λήξης αποστείρωσης πέντε έτη. Να είναι συμβατό με το υπάρχον στοιχείο εργασίας TURis του νοσοκομείου. Να έχει χρωματική κωδικοποίηση για την εύκολη αναγνώριση των συμβατών εξαρτημάτων του ρεζεκτοσκοπίου (εσωτερική θήκη και οπτική) και του συμβατού διατατικού μέσου. Στο υλικό να αναγράφεται ο κωδικός του για την εύκολη αναγνώρισή του.

205	Εργαλείο Υπερήχων για αιμόσταση – διατομή	Εργαλείο Υπερήχων για αιμόσταση – διατομή, για χρήση σε ανοικτές ή λαπαροσκοπικές χειρουργικές επεμβάσεις, με τεχνολογία προσαρμοζόμενης ενέργειας στον ιστό, παρέχοντας έτσι στη γεννήτρια τη δυνατότητα να διαμορφώνει την παροχή ισχύος, μήκους στυλεού 23εκ ή 36εκ, διαμέτρου 5χιλ, δυνατότητα περιστροφής 3600 (χωρίς την ανάγκη χρήσης προσαρμογέα). Να διαθέτει λεπίδα τιτανίου, κυρτού άκρου η οποία πάλλεται με επιμήκη κίνηση, σε συχνότητα 55,5 KHz και ηχητική επιβεβαίωση κατά την μεταβολή της προσαρμοζόμενης ενέργειας
206	Ουρητηρική πρόθεση	Συνθετικό μόσχευμα για υποδόρια πυελοκυστική παράκαμψη. Το σετ περιλαμβάνει την ουρητηρική πρόθεση από σιλικόνη και πολυέστερα μήκους 840 mm περίπου, θηκάρι Amplatz και συσκευή διάνοιξης σε ατομική αποστειρωμένη συσκευασία.
207	Ορχική πρόθεση	Ορχική πρόθεση σιλικόνης
208	Βιοσυμβατά πλέγματα για τη θεραπεία της γυναικείας ακράτειας	Βιοσυμβατά πλέγματα για τη θεραπεία της γυναικείας ακράτειας, κατασκευασμένα από πολυπροπυλένιο, με ετικέτα κεντραρίσματος για την ευκολότερη τοποθέτησή τους διαμέσω της ουρήθρας. Η συσκευή προώθησης να διαθέτει αντλιοσθητική-εργονομικά σχεδιασμένη λαβή, μεταλλικό διαστολέα που να καταλήγει σε κυρτή άκρη βελόνας (διαμέτρου 5mm) και προωθητή του διαστολέα
209	Κεραία υπερήχων για διαδερμική νεφρολιθοτριψία	Κεραία υπερήχων διαδερμικής νεφρολιθοθρυψίας, με παλλόμενο άκρο και κανάλι αναρρόφησης, διαμέτρου 3,5 mm, μήκους 40 cm για χρήση με συσκευή Karl Storz Calcusion και νεφροσκόπιο (HOPKINS Telescopes 27292 AMA/27293 AA and Sheaths 27293 BD/CD)
210	Προστατευτικό πρίσμα συσκευής laser λιθοθρυψίας	Προστατευτικό πρίσμα συσκευής laser λιθοθρυψίας Karl Storz Calculase II
211	Σετ φιάλη-καπάκι συσκευής λιθοτριψίας υπερήχων για εκτέλεση διαδερμικής νεφρολιθοθρυψίας	Το σετ να αποτελείται από μία φιάλη 0.5 L και το συμβατό καπάκι της για τη συσκευή λιθοτριψίας υπερήχων KARL STORZ ENDOMAT LC