



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ



Γ.Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ “ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ ΠΑΝΑΝΕΙΟ”

Λεωφ. Κνωσσού, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κρήτης

ΑΦΜ 999161766, Α' ΔΟΥ Ηρακλείου

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΟΛΥΘΡΟΝΑΣ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ :

- Ηλεκτροκίνητη, πολύσπαστη πολυθρόνα.
- Τροχήλατη βάση με 4 τροχούς.
- Ενσωματωμένο σύστημα ζύγισης.
- Λειτουργία με τάση ρεύματος 220/50HZ
- Κατηγορία προστασίας IPX4

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ:

- Πλάτος 0.90 μ. περίπου.
- Μήκος 2.00 μ. περίπου.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:

- Σκελετός και βάση πολυθρόνας από χάλυβα υψηλής αντοχής και ποιότητας ή ανοξείδωτος AISI 304-18/10.
- Κατασκευή υψηλής αντοχής , ώστε να δέχεται και ασθενείς με βάρος ζύγισης 200Kg.
- 4 τροχοί συμπαγείς από ελαστικό υλικό , αντιστατικοί με κεντρικό μηχανισμό ακινητοποίησης(Φ100)
- Ρύθμιση θέσεων με 4 ηλεκτροκινήτρες μέσω ενσύρματου χειριστηρίου με ενδείξεις στους διακόπτες για τις πολλαπλές κινήσεις της πολυθρόνας :
 1. Ανεξάρτητη κίνηση πλάτης –καθίσματος –ποδιών.
 2. Ανεξάρτητη ρύθμιση ύψους 0,55-0,80μ. περίπου.
 3. Ανεξάρτητη και αυτόματη ρύθμιση της πολυθρόνας στην θέση TRENDELENBURG και ANTITRENDELENBURG (σε χρόνο <10'').
- Ανεξάρτητη κίνηση υποποδίου με εύχρηστο μηχανισμό (χειροκίνητο ή με ηλεκτροκινήτρα)
- Ανατομικό στρώμα από αφρώδες ,αντιβακτηριδιακό υλικό, με δυνατότητα αποσυναρμολόγησης των τμημάτων του προς επισκευή ή αντικατάσταση. Επένδυση με συνθετικό δέρμα, άκαυστο, αντιιδρωτικό, μη απορροφητικό , υψηλής αντοχής και ποιότητας, χωρίς πτυχώσεις ,εσοχές κλπ. Επί πλέον ενίσχυση της επένδυσης στα περιφερικά σημεία και στο τμήμα ποδιών για προστασία από φθορές
- Μαξιλάρι στη θέση κεφαλής ρυθμιζόμενο καθ' ύψος.
- Δύο βραχίονες ,σταθεροί, ίδιας κατασκευής με το στρώμα ,ικανού πλάτους , με κατάλληλη άρθρωση για ρύθμιση σε πολλές θέσεις και σταθεροποίηση με εύχρηστο μηχανισμό.

- Συσσωρευτής για την λειτουργία της πολυθρόνας στην διάρκεια διακοπής ρεύματος.
- Γείωση για ασφάλεια ασθενών και προσωπικού.
- Ηλεκτρονικό σύστημα ζύγισης για την απεικόνιση του βάρους του ασθενούς κατά την διάρκεια της θεραπείας.
- Κάλυψη των μηχανικών και ηλεκτρικών τμημάτων για προστασία , ασφάλεια και καλαισθησία.

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ:

- Ενσωματωμένη βάση στήριξης για ρολό χαρτιού
- Περιστρεφόμενο τραπεζίδιο 360° με δυνατότητα κλίσης .
- Υποπόδιο τηλεσκοπικό αποσπώμενο.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ:

1.Οι πολυθρόνες αιμοκάθαρσης θα παραδοθούν και θα εγκατασταθούν στην Μονάδα Τεχνητού Νεφρού του Νοσοκομείου με ευθύνη και δαπάνες του προμηθευτή.

2. Ελάχιστη εγγύηση, καλής λειτουργίας δύο (2) χρόνια , μετά από την ημερομηνία οριστικής παραλαβής τους από την υπηρεσία. Κατά την διάρκεια του χρόνου εγγύησης το νοσοκομείο δεν ευθύνεται για καμία βλάβη, προερχόμενη από τη συνήθη και ορθή χρήση της πολυθρόνας και δεν θα επιβαρύνεται με κανένα ποσό για εργατικά, ανταλλακτικά, υλικά κλπ.

3. Ο προμηθευτής να είναι πιστοποιημένος κατά ISO 9001:2008 και ISO 13485:2003 για την προμήθεια και την τεχνική υποστήριξη και εγκατάσταση των προσφερομένων ειδών. Επίσης να ικανοποιεί τις απαιτήσεις της υπουργικής απόφασης Δ.Υ.8δ/Γ.Π.οικ./1348/2004 Να κατατεθούν επικυρωμένα και μεταφρασμένα πιστοποιητικά προς απόδειξη των παραπάνω.

4. Τα προϊόντα να φέρουν την σήμανση CE ή δήλωση συμμόρφωσης και προς απόδειξη αυτού να κατατεθούν τα αντίστοιχα επικυρωμένα και μεταφρασμένα πιστοποιητικά. Επίσης ο κατασκευαστής να είναι πιστοποιημένος κατά ISO 9001:2000 να κατατεθούν επικυρωμένα και μεταφρασμένα τα αντίστοιχα πιστοποιητικά.

5.Κατά την παράδοση να γίνει εκπαίδευση των χρηστών και των τεχνικών του Νοσοκομείου για την λειτουργία και την προληπτική συντήρηση των ειδών και να παραδοθούν δύο σειρές εγχειριδίων χειρισμού και λειτουργίας της πολυθρόνας στην Ελληνική γλώσσα.

6.Επαρκής τεχνική υποστήριξη μετά το πέρας της εγγύησης από εξειδικευμένο προσωπικό και διασφάλιση παροχής ανταλλακτικών για 10 τουλάχιστον χρόνια.

7.Κατάθεση φύλλου συμμόρφωσης με τις τεχνικές προδιαγραφές

8.Ο χρόνος παράδοσης να μην υπερβαίνει τις 30 ημέρες.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

1. ΦΑΝΟΥΡΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ
2. ΜΟΔΑΤΣΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
3. ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

