

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΑΝΑΠΗΡΙΚΟ ΑΝΑΞΙΔΙΟ
(ΚΑΘΙΣΜΑ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΣΘΕΝΩΝ)

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ :

- Κάθισμα συμπτυσσόμενο ,τροχήλατο .
- Ανεξάρτητη έδρα –πλάτη.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΔΡΑΣ:

- Πλάτος : 45-50 εκατ.
- Συνολικό πλάτος: 55-60 εκατ.(με τους τροχούς)

Κ Α Τ Α Σ Κ Ε Υ Α Σ Τ Ι Κ Α Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α

- Σκελετός ανθεκτικός, από σωλήνα αλουμινίου στρογγυλής διατομής Φ25χιλ. περίπου.
- Μηχανισμός αναδίπλωσης με το ίδιο υλικό κατασκευής ,όχι με λάμες.
- Βαφή ηλεκτροστατική πούδρας ή εποξική φούρνου.
- Έδρα –πλάτη από ανθεκτικό συνθετικό ή τεχνητό δέρμα, ανθεκτικό στα απολυμαντικά καθαρισμού
- Δύο βραχίονες ενισχυμένοι, επενδεδυμένοι με το ίδιο υλικό.
- Πλαϊνά προστατευτικά από ανθεκτικό πλαστικό, με δυνατότητα προσθαφαίρεσης .
- Στηρίγματα ποδιών μεταλλικά ανακλινόμενα και προσθαφαιρούμενα.
- Τροχοί από συμπαγές ελαστικό υλικό :δύο μεγάλοι πίσω και δύο μικροί εμπρός . Ποδομοχλός για φρένο .Δυνατότητα στρέψης 360ο.
- Μέγιστο βάρος φορτίου τουλάχιστον 120 kg

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ:

- Υποδοχή με στατώ ορού.
- Υποδοχή για οβίδα οξυγόνου (διαμ. 15 εκατ.).
- Δυνατότητα μηριαίας υποστήριξης.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ:

- Τα προσφερόμενα είδη να καλύπτονται από εγγύηση (2) ετών και να υπάρχει επάρκεια ανταλλακτικών για δέκα (10) μετά από την ημερομηνία οριστικής παραλαβής τους από την υπηρεσία.
- Ο προμηθευτής να είναι πιστοποιημένος κατά ISO 9001 και ISO 13485 για την προμήθεια και την τεχνική υποστήριξη και εγκατάσταση των προσφερομένων ειδών. Επίσης να ικανοποιεί τις απαιτήσεις της υπουργικής απόφασης Δ.Υ.8δ/Γ.Π.οικ./1348/2004. Να κατατεθούν επικυρωμένα και μεταφρασμένα πιστοποιητικά προς απόδειξη των παραπάνω.

- Τα προϊόντα να φέρουν την σήμανση CE και προς απόδειξη αυτού να κατατεθούν τα αντίστοιχα επικυρωμένα και μεταφρασμένα πιστοποιητικά δήλωση συμμόρφωσης και εγγραφή αυτών στα μητρώα της αρμόδιας υπηρεσίας του αντίστοιχου κράτους-μέλους. Επίσης ο κατασκευαστής να είναι πιστοποιημένος κατά ISO 9001 να κατατεθούν επικυρωμένα και μεταφρασμένα τα αντίστοιχα πιστοποιητικά ,καθώς και τα απαραίτητα πιστοποιητικά ποιότητας και ασφάλειας του προϊόντος.
- Απαραίτητη προϋπόθεση η σύνταξη φύλλου συμμόρφωσης σε πλήρη ανταπόκριση με τις τεχνικές προδιαγραφές ,με αντίστοιχες παραπομπές στα τεχνικά φυλλάδια και έντυπα του κατασκευαστικού οίκου για τεκμηρίωση.
- Εκτός από prospectus να υπάρχει δυνατότητα προσκόμισης δείγματος.