



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
7^Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ



**ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ -
Γ.Ν. "ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ"**
Λεωφ. Κνωσσού, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κρήτης
ΑΦΜ 999161766, Α' ΔΟΥ Ηρακλείου

ΗΡΑΚΛΕΙΟ 20-10-2017
ΑΡ. ΠΡΩΤ: 18275

Προς το Γραφείο Προμηθειών

Μετά από τις προτάσεις που κατατεθήκαν στη δημόσια διαβούλευση, θεωρούμε ότι οι προταθείσες προδιαγραφές αναλυτή και αντιδραστηρίων HbA1c και μικρολευκωματίνης για το Διαβητολογικό είναι επαρκείς σαφείς και πλήρεις .

Σχετικά ως προς την σημείωση της < Π. Ζαφειρόπουλος α.ε > με την οποία θεωρεί ότι η αναφορά μας σε ενιαίο αναλυτή HbA1c και μικρο λευκωματινουρίας σημειώνουμε ότι:

Πολλοί αναλυτές έχουν την δυνατότητα αυτή **εκ των οποίων 2 τουλάχιστον διαφορετικών εταιρειών έχουν χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν μετά από αντίστοιχους διαγωνισμούς στο νοσοκομείο μας** . Επομένως η προκήρυξη δεν είναι φωτογραφική .

Εκτός αυτού ξεχωριστοί αναλυτές δημιουργούν:

- 1) Πρόβλημα εργονομίας στο χώρο εργασίας.
- 2) Οι μικρές (αλλά απαραίτητες) ποσότητες αντιδραστηρίων για μικρολευκωματινουρία κάνουν αμφίβολη την προσφορά από οποιαδήποτε εταιρεία με αποτέλεσμα σε χωριστή προκήρυξη το τμήμα να μείνει χωρίς τη δυνατότητα μικρολευκωματινουρίας .

Σύμφωνα με τα παραπάνω προτείνεται οι προδιαγραφές να παραμείνουν ως έχουν .

Η Επιτροπή προδιαγραφών

ΓΡΥΠΑΡΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΠΑΠΠΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ ΙΩΣΗΦ

Ηράκλειο 17/10/2017