

Σχετικά με τις παρατηρήσεις της εταιρείας ΑΝΑΝΙΑΔΗ:

- 1) Για την προδιαγραφή §1.2 του Επεξεργαστή εικόνας High Definition: Η προτεινόμενη τροποποίηση δεν γίνεται δεκτή καθώς το απαιτούμενο χαρακτηριστικό κρίνεται αναγκαίο. Στην προδιαγραφή υπάρχει ο όρος «ή αντίστοιχο σύστημα», έτσι ώστε σε περίπτωση που προσφερθεί αντίστοιχης τεχνολογίας σύστημα, τότε αυτό να αξιολογηθεί από την επιτροπή.
- 2) Για την προδιαγραφή §1.10 του Επεξεργαστή εικόνας High Definition: Η προτεινόμενη τροποποίηση δεν γίνεται δεκτή καθώς το απαιτούμενο χαρακτηριστικό κρίνεται απαραίτητο για ελάχιστα επεμβατικές τεχνικές.
- 3) Για την προδιαγραφή §1.12 του Επεξεργαστή εικόνας High Definition: Η προτεινόμενη τροποποίηση δεν γίνεται δεκτή καθώς η προδιαγραφή απαιτεί τις ελάχιστες δυνατές High Definition και Standard Definition εξόδους που κρίνονται απαραίτητες για την σύνδεση με περιφερειακά. Σε περίπτωση που προσφερθούν τεκμηριωμένα αντίστοιχες ή καλύτερης τεχνολογίας εξοδοί τότε αυτό θα αξιολογηθεί από την επιτροπή.
- 4) Για την προδιαγραφή §1.13 του Επεξεργαστή εικόνας High Definition: Η προτεινόμενη τροποποίηση δεν γίνεται δεκτή, καθώς το απαιτούμενο χαρακτηριστικό κρίνεται αναγκαίο για την επίτευξη βελτιωμένης λειτουργικότητας.
- 5) Για την προδιαγραφή §2.1 της Κεφαλής κάμερας 3CDD High Definition: Η προτεινόμενη τροποποίηση δεν γίνεται δεκτή καθώς σε περίπτωση που προσφερθεί τεκμηριωμένα αντίστοιχη ή καλύτερη τεχνολογία από 3CCD τότε αυτό θα αξιολογηθεί από την επιτροπή.
- 6) Για την προδιαγραφή §2.6 της Κεφαλής κάμερας 3CCD High Definition: Η προτεινόμενη τροποποίηση δεν γίνεται δεκτή καθώς είναι απολύτως αναγκαία η δυνατότητα αποστείρωσης της κεφαλής κάμερας (για λαπαροσκοπική χρήση) σύμφωνα με τους διαθέσιμους τρόπους αποστείρωσης του Νοσοκομείου.
- 7) Για την προδιαγραφή §3.2 της Πηγής Ψυχρού Φωτισμού 300 Watt Xenon: Η προτεινόμενη τροποποίηση δεν γίνεται δεκτή καθώς το απαιτούμενο χαρακτηριστικό κρίνεται αναγκαίο.
- 8) Για την προδιαγραφή §3.3 της Πηγής Ψυχρού Φωτισμού 300 Watt Xenon: Η προτεινόμενη τροποποίηση δεν γίνεται δεκτή καθώς το απαιτούμενο χαρακτηριστικό κρίνεται αναγκαίο. Στην προδιαγραφή υπάρχει ο όρος «ή αντίστοιχο σύστημα», έτσι ώστε σε περίπτωση που προσφερθεί αντίστοιχης τεχνολογίας σύστημα, τότε αυτό να αξιολογηθεί από την επιτροπή.
- 9) Για την προδιαγραφή §3.6 της Πηγής Ψυχρού Φωτισμού 300 Watt Xenon: Η προτεινόμενη τροποποίηση δεν γίνεται δεκτή, καθώς το απαιτούμενο χαρακτηριστικό κρίνεται αναγκαίο για την επίτευξη βελτιωμένης λειτουργικότητας.
- 10) Για την προδιαγραφή §4.1 του Καλωδίου Μεταφοράς Φωτισμού: Η προτεινόμενη τροποποίηση δεν γίνεται δεκτή, καθώς το απαιτούμενο χαρακτηριστικό κρίνεται αναγκαίο για την επίτευξη βελτιωμένης λειτουργικότητας.

- 11) Για την προδιαγραφή §4.4 του Καλωδίου Μεταφοράς Φωτισμού: Η προτεινόμενη τροποποίηση δεν γίνεται δεκτή, καθώς το απαιτούμενο χαρακτηριστικό αφορά σε καλώδια.
- 12) Για την προδιαγραφή §6.7 & 6.8 της Οθόνης Προβολής 26" Εικόνας HD: Η προτεινόμενη τροποποίηση δεν γίνεται δεκτή καθώς η προδιαγραφή απαιτεί τις ελάχιστες δυνατές High Definition και Standard Definition εισόδους και εξόδους που κρίνονται απαραίτητες.

Σχετικά με τις παρατηρήσεις της εταιρείας KARL STORZ ΜΕΠΕ:

- 1) Για την προδιαγραφή §1.1 του Επεξεργαστή εικόνας High Definition: Η προτεινόμενη τροποποίηση δεν γίνεται δεκτή καθώς η προδιαγραφή απαιτεί την ύπαρξη High Definition ανάλυσης. Σε περίπτωση που προσφερθούν τεκμηριωμένα αντίστοιχες ή καλύτερης τεχνολογίας έξοδοι τότε αυτό θα αξιολογηθεί από την επιτροπή.
- 2) Για την προδιαγραφή §1.2 του Επεξεργαστή εικόνας High Definition: Η προτεινόμενη τροποποίηση δεν γίνεται δεκτή καθώς στην προδιαγραφή υπάρχει ο όρος «ή αντίστοιχο σύστημα», έτσι ώστε σε περίπτωση που προσφερθεί αντίστοιχης τεχνολογίας σύστημα, τότε αυτό να αξιολογηθεί από την επιτροπή.
- 3) Για την προδιαγραφή §1.5 του Επεξεργαστή εικόνας High Definition: Η προτεινόμενη τροποποίηση δεν γίνεται δεκτή καθώς κρίνεται αναγκαία η ύπαρξη του συγκεκριμένου χαρακτηριστικού.