

Απάντηση της Επιτροπής Τεχνικών Προδιαγραφών (για τον Συνοπτικό Δημόσιο Ανοικτό Διαγωνισμό του Αιματολογικού Εργαστηρίου του ΠΑΓΝΗ – Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟΥ»), στις παρατηρήσεις της εταιρείας Roche, μετά τη 2η Δημόσια Διαβούλευση.

- 1) Σχετικά με τον προσδιορισμό ΔΕΚ και δεικτών ΔΕΚ σε αναλυτή, στον πίνακα των ζητούμενων εξετάσεων με κωδικοποίηση ΚΕΟΚΚΕ, χρησιμοποιείται ο κωδικός 13.01.01.10.001 για τον προσδιορισμό ΔΕΚ με χειροκίνητη μέθοδο, ελλείψει άλλου κωδικού.
Επειδή η μέτρηση της εξέτασης των ΔΕΚ μόνο είναι απαραίτητη όταν: α) η τιμή των ΔΕΚ δίνεται από τον αναλυτή με αστερίσκο β) όταν η γενική αίματος έχει μετρηθεί προηγουμένως σε άλλο αναλυτή που δεν μετράει ΔΕΚ αλλά υπάρχει η παραγγελία των ΔΕΚ η οποία εκκρεμεί και γ) στην περίπτωση που οι κλινικοί γιατροί ζητήσουν τα ΔΕΚ σε δεύτερο χρόνο αφού πάρουν το αποτέλεσμα της γενικής αίματος, **δεν αποδεχόμαστε την πρόταση της εταιρείας Roche για τροποποίηση της προδιαγραφής.**
- 2) Σχετικά με την προδιαγραφή 9 γ) που αφορά τις εξετάσεις δεικτών ΔΕΚ, για τους ίδιους λόγους που έχουν αναφερθεί παραπάνω **δεν αποδεχόμαστε την πρόταση της εταιρείας Roche για τροποποίηση της προδιαγραφής.**
- 3) Η εταιρεία Roche στην προδιαγραφή 21 στην οποία ζητείται : «Όλα τα πλυσίματα του οργάνου (κατά το ξεκίνημα και το κλείσιμο της ημέρας) να είναι πλήρως αυτοματοποιημένα χωρίς την παρέμβαση του χειριστή.»
Προτείνει την εξής τροποποίηση «Όλα τα πλυσίματα του οργάνου (κατά το ξεκίνημα και το κλείσιμο της ημέρας) να είναι πλήρως αυτοματοποιημένα, με την ελάχιστη παρέμβαση του χειριστή.»
Επειδή η αυτοματοποίηση διευκολύνει τον προγραμματισμό και την λειτουργία του εργαστηρίου, **δεν αποδεχόμαστε την πρόταση της εταιρείας Roche και η προδιαγραφή 21 παραμένει ως έχει.**