

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΣΧΟΛΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ										
Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ- ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ BARD	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ PROTON	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ CANA	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ HOSPITAL DYNAMICS	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ JOHNSON	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ COLOPLAST	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ PLUS MEDICA	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
1	26294	ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΚΑΘΗΛΩΣΗΣ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΚΗΛΗΣ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΤΟΥ ΚΛΙΠ. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΤΥΛΕΟΥ 5MM ΚΑΙ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ 20 ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΑ ΚΛΙΠ	Να είναι στυλεού 5mm αποτελούμενο από 15 ή 30 κλιπ και να υπάρχει ενδείξη χρήσης των κλιπς για οικονομία κόστους. Να αποτελείται από απορροφήσιμα ή μη κλιπ σε μορφή βίδας ή άλλου παρόμοιου τραυματικού σχήματος. Να έχει τουλάχιστον 6 φάσεις σφύριξης αποκατάσταση σχήσε με την ενδοκοιλιακή πίεση, τα παραπάνω να αποδεκνούνται από παρατομητές σε έντυπα και (προ)κλινικούς ελέγχους							Τα προτεινόμενα σχόλια της εταιρείας Bard φωτογραφίζουν τα υλικά της και μενούν την ανάπτυξη του υγιούς ανταγωνισμού. Απορρίπτεται ως πρόταση.
2	ΕΙΔΟΣ ΠΑΓΝΗ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ 126823	ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΑ ΦΑΛΙΔΙΑ ΥΠΕΡΗΧΩΝ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ ΜΗΚΟΥΣ 23CM. Να διαθέτει κυρτή λεπίδα πτανίου και δυνατότητα περιστροφής 360 μοιρών (χωρίς την ανάγκη χρήσης προσαρμογέα). Με δυνατότητα αποπλύνωσης αγγείων μέχρι 5mm και δυνατότητα ενεργοποίησης με το χέρι		Αιμοστατικά φαλιδία υπερήχων μιας χρήσης ανοχής επέμβασης μήκους 20-23 cm. Να διαθέτει κυρτή λεπίδα πτανίου και δυνατότητα περιστροφής 360 μοιρών(χωρίς την ανάγκη χρήσης προσαρμογέα). Με δυνατότητα αποπλύνωσης αγγείων μέχρι 5mm και δυνατότητα ενεργοποίησης με το χέρι.			Να προστεθεί στην περιγραφή: "Να διαθέτει κυρτή λεπίδα πτανίου και δυνατότητα περιστροφής 360 μοιρών (χωρίς την ανάγκη χρήσης προσαρμογέα). Να διαθέτει τεχνολογία προσαρμοζόμενης ενέργειας στον ιστό, παρέχοντας έτσι στη γεννήτρια τη δυνατότητα να διαμορφώνει την παροχή ισχύος με δυνατότητα αποπλύνωση αγγείων μέχρι 7mm και δυνατότητα ενεργοποίησης με το ένα χέρι. Επίσης, για την κάλυψη όλων των περιστατικών να προστεθεί και αιμοστατικά φαλιδία λαπαροσκοπικής επέμβασης μήκους 38cm. Τέλος, σχετικά με το παρατηρητήριο τιμών αναφέρεται πως δεν υπάρχει ενώ μπορεί να αντισταχθεί με τον α/α 57.171			Οι ζητούμενες προσθήκες με περτιές τεχνικές προδιαγραφές μενούν την ανάπτυξη του ανταγωνισμού. Απορρίπτονται ως πρόταση.
3	ΕΙΔΟΣ ΠΑΓΝΗ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ 182933	ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΑ ΦΑΛΙΔΙΑ ΥΠΕΡΗΧΩΝ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ ΜΗΚΟΥΣ 9CM. Να διαθέτει κυρτή λεπίδα πτανίου, η οποία πάλεται με επιμήκη κίνηση σε συχνότητα 55.5KHz και να είναι τοποθετημένη στο πάνω μέρος του εργαλείου για την προστασία των ζωτικών δαμών. Με δυνατότητα αποπλύνωσης αγγείων μέχρι 5mm και δυνατότητα ενεργοποίησης με το χέρι χωρίς την ανάγκη χρήσης προσαρμογέα. Να έχει στελεό αλουμινίου για μόνωση και σωστή κατανομή βάρους και κλειδί ασφαλείας μιας χρήσεως	Αιμοστατικά φαλιδία υπερήχων ανοικτής επέμβασης μήκος 9-10cm. Να διαθέτει κυρτή λεπίδα πτανίου, η οποία πάλεται με επιμήκη κίνηση σε συχνότητα 47 έως 55.5 KHz και να είναι τοποθετημένη στο πάνω μέρος του εργαλείου για την προστασία των ζωτικών δαμών. Με δυνατότητα αποπλύνωσης μέχρι 5mm και δυνατότητα ενεργοποίησης με το χέρι χωρίς την ανάγκη χρήσης προσαρμογέα. Να έχει στελεό αλουμινίου για μόνωση και σωστή κατανομή βάρους και κλειδί ασφαλείας μιας χρήσης.				Να προστεθεί το χαρακτηριστικό "να διαθέτει τεχνολογία προσαρμοζόμενης ενέργειας στον ιστό, παρέχοντας έτσι στην γεννήτρια τη δυνατότητα να διαμορφώνει την παροχή ισχύος" για καλύτερα αποτελέσματα. Τέλος σχετικά με το Παρατηρητήριο τιμών αναφέρεται πως δεν υπάρχει ενώ μπορεί να αντισταχθεί με τον α/α 55.7.84	Τα 55.5 KHz στα οποία ζητείται να λειτουργεί το εργαλείο είναι άνω ουσίας. Προτείνουμε να αφαιρεθεί το συγκεκριμένο χαρακτηριστικό.		Proton: Οι ζητούμενες προσθήκες με περτιές τεχνικές προδιαγραφές μενούν την ανάπτυξη του ανταγωνισμού. Απορρίπτονται ως πρόταση. JOHNSON: Οι ζητούμενες προσθήκες με περτιές τεχνικές προδιαγραφές μενούν την ανάπτυξη του ανταγωνισμού. Απορρίπτονται ως πρόταση.COLOPLAST: Τα 55.5 kHz εξασφαλίζουν τη σωστή λειτουργία του εργαλείου. Απορρίπτεται ως πρόταση
4	ΕΙΔΟΣ ΠΑΓΝΗ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ 126851	ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΕΣ ΛΑΒΙΔΕΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ/ΔΙΑΤΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΥΤΟΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΘΕΡΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΑΓΓΕΙΩΝ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 7MM ΔΙΑΤΟΜΗΣ (20 ΕΚ). Να είναι μήκους 20εκ και να διαθέτουν ενεργά άκρα 2,4εκ., ενσωματωμένη κοπτική λάμα ενεργοποιούμενες από την χειρολαβή, για επεμβάσεις εντέρου-στομάχου.		Αιμοστατικές λαβίδες συγκόλλησης διατομής για το αυτοελεγχόμενο σύστημα ηλεκτροθερμικής συγκόλλησης αγγείων μέχρι και 7mm διατομής (20εκ.). Να είναι μήκους 20εκ και να διαθέτουν ενεργά άκρα 2-2,4, ενσωματωμένη κοπτική λάμα ή κοπή με ενέργεια υπερήχων από τη χειρολαβή για επεμβάσεις εντέρου στομάχου			Να είναι μήκους 20-22 εκ και να διαθέτουν ενεργά άκρα 2,4 εκ., ενσωματωμένη κοπτική λάμα, ενεργοποιούμενες από τη χειρολαβή για επεμβάσεις εντέρου- στομάχου			Οι ζητούμενες προσθήκες με περτιές τεχνικές προδιαγραφές μενούν την ανάπτυξη του ανταγωνισμού. Απορρίπτονται ως πρόταση.
5	ΕΙΔΟΣ ΠΑΓΝΗ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ 126845	ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΕΣ ΛΑΒΙΔΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΥΤΟΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΘΕΡΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΑΓΓΕΙΩΝ ΜΕΧΡΙ 7MM ΔΙΑΤΟΜΗΣ. ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΛΑΒΙΔΑΣ 5MM ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ. (ΣΥΜΒΑΤΕΣ ΜΕ ΤΟ ΥΠΑΡΧΟΝ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΑΣ). Να είναι μήκους 34κ. και να διαθέτουν διάμετρο λαβίδας 5mm με ενσωματωμένη κοπτική λάμα ενεργοποιούμενη από την χειρολαβή. Να διαθέτουν δυνατότητα διαχωρισμού και αποκόλλησης ιστών. Να χρησιμοποιούν τεχνολογία αντίληψης ιστού.		Λαπαροσκοπικές αιμοστατικές λαβίδες για το αυτοελεγχόμενο σύστημα ηλεκτροθερμικής συγκόλλησης αγγείων μέχρι 7mm διατομής. Διάμετρος λαβίδας 5mm ενεργοποιούμενο από τη χειρολαβή. Να είναι μήκους 34-35 εκ και να διαθέτει διάμετρο λαβίδας 5mm με ενσωματωμένη κοπτική λάμα ή κοπή με ενέργεια υπερήχων ενεργοποιούμενη από τη χειρολαβή. Να διαθέτουν δυνατότητα διαχωρισμού και αποκόλλησης ιστών. Να χρησιμοποιούν τεχνολογία αντίληψης ιστού.		Κωδικός Παρατηρητηρίου 57.86	Να είναι μήκους 34-35 cm και να διαθέτουν διάμετρο λαβίδας 5mm με ενσωματωμένη κοπτική λάμα ενεργοποιούμενη από τη χειρολαβή. Να διαθέτουν δυνατότητα διαχωρισμού και αποκόλλησης των ιστών. Να χρησιμοποιούν τεχνολογία αντίληψης ιστού.Επίσης, ο συγκεκριμένος α/α που αναφέρεται δεν αφορά λαβίδες ηλεκτροθερμικής συγκόλλησης αλλά αιμοστατικές λαβίδες άλλου είδους. Προτείνουμε το Παρατηρητήριο Τιμών α/α 57.171 και 57.69			proton: Οι ζητούμενες προσθήκες με περτιές τεχνικές προδιαγραφές μενούν την ανάπτυξη του ανταγωνισμού. Απορρίπτονται ως πρόταση. HOSPITAL DYNAMICS: Το προτεινόμενο παρατηρητήριο τιμών δεν ταυρίζει με το περιγραφόμενο είδος. Απορρίπτεται ως πρόταση. JOHNSON: Το προτεινόμενο παρατηρητήριο τιμών δεν ταυρίζει με το προτεινόμενο είδος. Απορρίπτεται ως πρόταση
6	ΕΙΔΟΣ ΠΑΓΝΗ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ 126855	ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΕΣ ΛΑΒΙΔΕΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ/ΔΙΑΤΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΥΤΟΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΘΕΡΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΑΓΓΕΙΩΝ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 7MM ΔΙΑΤΟΜΗΣ (37 ΕΚ). Να είναι μήκους 37 εκ. και να διαθέτουν ενεργά άκρα 2,4 εκ., διάμετρο λαβίδας 10mm και ενσωματωμένη κοπτική λάμα ενεργοποιούμενη από την χειρολαβή, για επεμβάσεις εντέρου-στομάχου		Λαπαροσκοπικές αιμοστατικές λαβίδες για το αυτοελεγχόμενο σύστημα ηλεκτροθερμικής συγκόλλησης αγγείων μέχρι 7mm διατομής. Διάμετρος λαβίδας 5mm ενεργοποιούμενο από τη χειρολαβή. Να είναι μήκους 34-35 εκ και να διαθέτει διάμετρο λαβίδας 5mm με ενσωματωμένη κοπτική λάμα ή κοπή με ενέργεια υπερήχων ενεργοποιούμενη από τη χειρολαβή. Να διαθέτουν δυνατότητα διαχωρισμού και αποκόλλησης ιστών. Να χρησιμοποιούν τεχνολογία αντίληψης ιστού.						Proton: Η ζητούμενη προσθήκη με περτιές τεχνικές περιγραφές και με τεχνολογία υπερήχων μενούν την ανάπτυξη του ανταγωνισμού. Απορρίπτεται ως πρόταση.
7	19145	ΤΡΟΚΑΡ ΤΥΠΟΥ HANSON 5/12MM ΜΕ ΞΕΧΟΡΙΣΤΟ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗ.ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑ ΚΑΙ ΚΑΝΟΥΛΑ ΑΕΡΙΩΝ ΤΡΙΩΝ (3) ΘΕΣΕΩΝ			Να απολειφθεί ο χαρακτηρισμός της κάνουλας αερίων 3 θέσεων	Τρόκαρ Hanson 5/12 mm με σύστημα σταθεροποίησης και ενσωματωμένο αυτόματο μετατροπέα, με δυνατότητα αφαίρεσης αυτού	Να διαθέτει ενσωματωμένο μετατροπέα και κάνουλα αερίων 2 ή 3 θέσεων. Επίσης, μπορεί να προστεθεί στην περιγραφή "απορροφητικό σπτόγγιο για τη συλλογή των υγρών κατά τη συλλογή των εργαλείων" για τη βελτίωση ορατότητας στο χειρουργείο			CANA: Η έλλειψη κάνουλας 3 θέσεων είναι επικίνδυνη για το προσωπικό του χειρουργείου. Απορρίπτεται ως πρόταση. Hosp. Dynamics: Η έλλειψη κάνουλας αερίων 3 θέσεων είναι επικίνδυνη για το προσωπικό χειρουργείου. Οι προτεινόμενες αλλαγές φωτογραφίζουν την εταιρεία που τις προτείνει. Απορρίπτεται ως πρόταση. JOHNSON: Οι προτεινόμενες αλλαγές φωτογραφίζουν την εταιρεία που τις προτείνει και μενούν τον ανταγωνισμό. Απορρίπτεται ως πρόταση.

8	208586	ΤΡΟΚΑΡ ΚΟΙΛΙΑΣ 5/12MM ΚΑΙ ΜΗΚΟΥΣ 100MM ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ. Μ.Χ. Η ΛΟΓΧΗ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΣΧΗΜΑ ΝΥΣΤΕΡΙΟΥ ΓΙΑ ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟ ΤΩΝ ΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΝΑ ΕΚΤΙΘΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΟ ΔΥΝΑΤΟΝ ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΤΡΟΚΑΡ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΤΟΝΑΙΚΗ ΚΟΙΛΟΤΗΤΑ. Η ΚΑΝΟΥΛΑ ΝΑ ΕΧΕΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ. ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ 2ΓΛΗ ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΕΡΟΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΝΟΥΛΑ ΑΕΡΙΩΝ ΤΡΙΩΝ (3) ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑ.			Να απαλειφθεί ο χαρακτηρισμός της κάνουλας αερίων 3 θέσεων	Τροκάρ κοιλίας 5/12 mm και μήκους 100mm, με λόγχη σχήματος νυστερίου, ατραυματικό κάλυμμα προστασίας της λόγχης, ενσωματωμένο αυτόματο μετατροπέα, με δυνατότητα αφαίρεσης αυτού και με ενσωματωμένο σύστημα σταθεροποίησης. Με κωδικό παρατηρητηρίου 55.8.3.4	Να διαθέτει ενσωματωμένο μετατροπέα και κάνουλα αερίων 2 ή 3 θέσεων. Επίσης, μπορεί να προστεθεί στην περιγραφή "απορροφητικό σπάγγο για τη συλλογή των υγρών κατά τη συλλογή των εργαλείων" για τη βελτίωση ορατότητας στο χειρουργείο			CANA: Η έλλειψη κάνουλας 3 θέσεων είναι επικίνδυνη για το προσωπικό του χειρουργείου. Απορρίπτεται ως πρόταση. Hosp. Dynamis: Η έλλειψη κάνουλας αερίων 3 θέσεων είναι επικίνδυνη για το προσωπικό χειρουργείου. Οι προτεινόμενες αλλαγές φωτογραφίζουν την εταιρεία που τις προτείνει. Απορρίπτεται ως πρόταση. JOHNSON: Οι προτεινόμενες αλλαγές φωτογραφίζουν την εταιρεία που τις προτείνει και μειώνει τον ανταγωνισμό. Απορρίπτεται ως πρόταση.
9	19162	ΤΡΟΚΑΡ ΚΟΙΛΙΑΣ 5MM ΚΑΙ 100MM ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ. Μ.Χ. Η ΛΟΓΧΗ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΣΧΗΜΑ ΝΥΣΤΕΡΙΟΥ, ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ 2ΓΛΗ ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΕΡΟΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΝΟΥΛΑ ΑΕΡΙΩΝ ΤΡΙΩΝ (3) ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑ. Η ΚΑΝΟΥΛΑ ΝΑ ΕΧΕΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ			Να απαλειφθεί ο χαρακτηρισμός της κάνουλας αερίων 3 θέσεων	Τροκάρ κοιλίας 5 mm και μήκους 100mm, με λόγχη σχήματος νυστερίου, ατραυματικό κάλυμμα προστασίας της λόγχης, ενσωματωμένο αυτόματο μετατροπέα, με δυνατότητα αφαίρεσης αυτού και με ενσωματωμένο σύστημα σταθεροποίησης. Με κωδικό παρατηρητηρίου 55.8.3.1	Να διαθέτει ενσωματωμένο μετατροπέα και κάνουλα αερίων 2 ή 3 θέσεων. Επίσης, μπορεί να προστεθεί στην περιγραφή "απορροφητικό σπάγγο για τη συλλογή των υγρών κατά τη συλλογή των εργαλείων" για τη βελτίωση ορατότητας στο χειρουργείο		α) Τροκάρ διαμέτρου 5mm αγκυρωτό, χωρίς λεπίδα με οπτικό στείλεό και βαλβίδα διαχείτευσης CO2, μήκους 100mm β) Τροκάρ διαμέτρου 5mm αγκυρωτό χωρίς βαλβίδα διαχείτευσης CO2 μήκους 100mm γ) Τροκάρ διαμέτρου 5mm αγκυρωτό με βαλβίδα διαχείτευσης CO2 μήκους 100mm	CANA: Η έλλειψη κάνουλας 3 θέσεων είναι επικίνδυνη για το προσωπικό του χειρουργείου. Απορρίπτεται ως πρόταση. Hosp. Dynamis: Η έλλειψη κάνουλας αερίων 3 θέσεων είναι επικίνδυνη για το προσωπικό χειρουργείου. Οι προτεινόμενες αλλαγές φωτογραφίζουν την εταιρεία που τις προτείνει. Απορρίπτεται ως πρόταση. JOHNSON: Οι προτεινόμενες αλλαγές φωτογραφίζουν την εταιρεία που τις προτείνει και μειώνει τον ανταγωνισμό. Απορρίπτεται ως πρόταση. PLUS MEDICA: Το αγκυρωτό τροκάρ που αναφέρεται αποτελεί είδος που φωτογραφίζει είδη της εταιρείας και απορρίπτεται ως σχόλιο
10	19232	ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΛΑΒΙΔΕΣ ΣΥΛΛΗΨΗΣ ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑ ΕΥΘΕΙΑ ΙΣΧΥΡΗ ΤΥΠΟΥ "ΚΡΟΚΟΔΕΙΛΑΚΙ" 34CM ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ. Μ.Χ. ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΛΑΒΙΔΑ ΣΥΛΛΗΨΗΣ GRASPER ΙΣΧΥΡΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 5MM (ΜΕ 2 ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥΣ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ & 2 ΣΚΑΝΔΑΛΕΣ)			Το μήκος του σταλεού να είναι από 32-34 cm	Λαπαροσκοπική λαβίδα σύλληψης ισχυρή, τύπου κροκοδείλακι 5mm μιας χρήσεως, περιτρεφεμένη και με μηχανισμό κλειδώματος. Κωδικός παρατηρητηρίου 55.7.8				CANA: Οι δύο μηχανισμοί κλειδώματος προσδίδουν ασφάλεια στο χειρουργείο. Απορρίπτεται η πρόταση. HOSP. DYN.: Οι δύο μηχανισμοί κλειδώματος προσδίδουν ασφάλεια στο χειρουργείο. Απορρίπτεται η πρόταση.
11	207641	ΤΡΟΚΑΡ ΚΟΙΛΙΑΣ 5/11MM, ΜΕ ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΛΟΓΧΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΕΠΙΛΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ. Μ.Χ. Η ΛΟΓΧΗ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΣΧΗΜΑ ΝΥΣΤΕΡΙΟΥ, ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑ, ΚΑΝΟΥΛΑ ΑΕΡΙΩΝ ΤΡΙΩΝ (3) ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ 2ΓΛΗ ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΕΡΟΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑΣ. Η ΚΑΝΟΥΛΑ ΝΑ ΕΧΕΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ			Τα μεγέθη της κάνουλας να είναι και 5-10mm, εκτός από 5-10mm	Τροκάρ κοιλίας 5/11 mm και μήκους 100mm, με λόγχη σχήματος νυστερίου, ατραυματικό κάλυμμα προστασίας της λόγχης, ενσωματωμένο αυτόματο μετατροπέα με δυνατότητα αφαίρεσης αυτού και με ενσωματωμένο σύστημα σταθεροποίησης. Κωδικός παρατηρητηρίου 55.8.3.3	Να διαθέτει ενσωματωμένο μετατροπέα και κάνουλα αερίων 2 ή 3 θέσεων. Επίσης, μπορεί να προστεθεί στην περιγραφή "απορροφητικό σπάγγο για τη συλλογή των υγρών κατά τη συλλογή των εργαλείων" για τη βελτίωση ορατότητας στο χειρουργείο			CANA: Η έλλειψη κάνουλας 3 θέσεων είναι επικίνδυνη για το προσωπικό του χειρουργείου. Η έλλειψη διπλής βαλβίδας αεροστεγανότητας αποτελεί δυσλειτουργία για το χειρουργείο. Απορρίπτεται ως πρόταση. Hosp. Dynamis: Η έλλειψη κάνουλας αερίων 3 θέσεων είναι επικίνδυνη για το προσωπικό χειρουργείου. Η έλλειψη διπλής βαλβίδας αεροστεγανότητας αποτελεί δυσλειτουργία για το χειρουργείο. Απορρίπτεται ως πρόταση. JOHNSON: Οι προτεινόμενες αλλαγές φωτογραφίζουν την εταιρεία που τις προτείνει και μειώνουν τον ανταγωνισμό. Απορρίπτεται ως πρόταση
12	21131	ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΛΑΒΙΔΕΣ ΣΥΛΛΗΨΗΣ ΜΕ/ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑ, ΤΥΠΟΥ BABCOCK 34/35CM, ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ. Μ.Χ. ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΛΑΒΙΔΑ ΣΥΛΛΗΨΗΣ ΙΣΤΩΝ (ΤΥΠΟΥ BABCOCK) ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 10MM ΚΑΙ ΜΗΚΟΥΣ 33CM ΜΕ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟ ΚΑΤΑ 360°, ΜΟΝΩΜΕΝΟ ΣΤΥΛΕΟ ΜΕ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ			Το μήκος του σταλεού να είναι από 32-34 cm	κωδικός Παρατηρητηρίου 55.7.15				CANA: Οι προτεινόμενες αλλαγές φωτογραφίζουν την εταιρεία που τις προτείνει και μειώνει τον ανταγωνισμό. Απορρίπτεται ως πρόταση. Hosp. Dyn: Ο προτεινόμενος κωδικός παρατηρητηρίου δεν ταυρίζεται στο περιγραφόμενο είδος. Απορρίπτεται ως πρόταση
13	68150	ΤΡΟΚΑΡ ΚΟΙΛΙΑΣ 10/15 ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ. Μ.Χ. ΜΕ ΠΥΡΑΜΟΕΙΔΕΣ ΔΙΗΜΕΡΟ ΑΚΡΟ, ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ 2ΓΛΗ ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΕΡΟΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΝΟΥΛΑ ΑΕΡΙΩΝ ΤΡΙΩΝ (3) ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑ. Η ΚΑΝΟΥΛΑ ΝΑ ΕΧΕΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ			α) Το τροκάρ να έχει την επιπρόσθετη δυνατότητα άμεσης δράσης κατά τη διεύθυνση β) Να απαλειφθεί ο χαρακτηρισμός της κάνουλας αερίων τριών θέσεων	Τροκάρ κοιλίας 5/15 mm και μήκους 100mm, με λόγχη σχήματος νυστερίου, ατραυματικό κάλυμμα προστασίας της λόγχης, ενσωματωμένο αυτόματο μετατροπέα με δυνατότητα αφαίρεσης αυτού και με ενσωματωμένο σύστημα σταθεροποίησης.	Με πυραμοειδές σχηματικό άκρο ή λόγχη σχήματος νυστερίου. Να διαθέτει 2mm ή βαλβίδα αεροστεγανότητας κάνουλα αερίων τριών θέσεων και ενσωματωμένου μετατροπέα. Η κάνουλα να έχει ενσωματωμένο αντολισθητικό μηχανισμό	Το εν λόγω είδος πρέπει να φέρει μήκος στείλεο. Προτείνουμε να προστεθεί.		Οι προτεινόμενες αλλαγές όλων των εταιρειών φωτογραφίζουν την εταιρεία που τις προτείνει και μειώνουν τον ανταγωνισμό. Απορρίπτονται όλες οι προτάσεις σε αυτό το είδος.
14	208595	ΤΡΟΚΑΡ ΚΟΙΛΙΑΣ 5-12MM ΚΑΙ 150MM ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ (ΠΑΧΥΣΤΡΑΚΙΑΣ), Μ.Χ. Η ΛΟΓΧΗ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΣΧΗΜΑ ΝΥΣΤΕΡΙΟΥ, ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ 2ΓΛΗ ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΕΡΟΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΝΟΥΛΑ ΑΕΡΙΩΝ ΤΡΙΩΝ (3) ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑ. Η ΚΑΝΟΥΛΑ ΝΑ ΕΧΕΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ			α) Το τροκάρ να έχει την επιπρόσθετη δυνατότητα άμεσης δράσης κατά τη διεύθυνση β) Να απαλειφθεί ο χαρακτηρισμός της κάνουλας αερίων τριών θέσεων	Τροκάρ κοιλίας 5/12 mm και μήκους 150mm, με λόγχη σχήματος νυστερίου, ατραυματικό κάλυμμα προστασίας της λόγχης, ενσωματωμένο αυτόματο μετατροπέα με δυνατότητα αφαίρεσης αυτού και με ενσωματωμένο σύστημα σταθεροποίησης. Κωδ. Παρ. 55.8.3.4	Να διαθέτει ενσωματωμένο μετατροπέα και κάνουλα αερίων 2 ή 3 θέσεων. Επίσης, μπορεί να προστεθεί στην περιγραφή "απορροφητικό σπάγγο για τη συλλογή των υγρών κατά τη συλλογή των εργαλείων" για τη βελτίωση ορατότητας στο χειρουργείο			Οι προτεινόμενες αλλαγές όλων των εταιρειών φωτογραφίζουν την εταιρεία που τις προτείνει και μειώνουν τον ανταγωνισμό. Ο προτεινόμενος κωδικός παρατηρητηρίου δεν αντιστοιχεί στο ζητούμενο είδος. Απορρίπτονται όλες οι προτάσεις σε αυτό το είδος.
15	ΕΙΔΟΣ ΠΑΓΝΗ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ 124994	ΤΡΟΚΑΡ ΚΟΙΛΙΑΣ ΔΙΑΦΑΝΗ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟΥΣ ΤΟ ΜΗΚΟΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 5/11 Η 10/11MM ΚΑΙ ΜΗΚΟΥΣ 100MM. Τροκάρ κοιλίας χαμηλό προφίλ, διαφανή σε όλο τους το μήκος, με ενσωματωμένο απορροφητικό σπάγγο που συλλέγει τα υγρά κατά την εναλλαγή εργαλείων, με βαλβίδα είδους, με μηχανισμό διατήρησης του στείλεο στη κάνουλα, λόγχη σχήματος νυστερίου και με ατραυματικό κάλυμμα ασφαλείας της λόγχης και με μηχανισμό σπλινγκ και επαναφοράς της, με ενσωματωμένο σταθεροποιητή και δύο θέσεις σταθεροποίησης διαμέσου ράμματος.			Να απαλειφθεί ο χαρακτηρισμός περί ενσωματωμένου απορροφητικού σπάγγου, οι δύο θέσεις σταθεροποίησης μέσω ράμματος, ατραυματικό κάλυμμα ασφαλείας της λόγχης κ.α.	Τροκάρ κοιλίας 5/11 mm και μήκους 100mm, με λόγχη σχήματος νυστερίου, ατραυματικό κάλυμμα προστασίας της λόγχης, ενσωματωμένο αυτόματο μετατροπέα με δυνατότητα αφαίρεσης αυτού και με ενσωματωμένο σύστημα σταθεροποίησης. Κωδ. Παρ. 55.8.3.3	Η διαφανής κάνουλα του ζητούμενου είδους δεν προσφέρει τίποτα ουσιαστικό. Προτείνουμε να αφαιρεθεί το συγκεκριμένο χαρακτηριστικό.			Οι προτεινόμενες αλλαγές όλων των εταιρειών φωτογραφίζουν την εταιρεία που τις προτείνει και μειώνουν τον ανταγωνισμό. Ο προτεινόμενος κωδικός παρατηρητηρίου δεν αντιστοιχεί στο ζητούμενο είδος. Απορρίπτονται όλες οι προτάσεις σε αυτό το είδος.

16	ΕΙΔΟΣ ΠΑΓΝΗ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ 182743	ΣΑΚΟΙ ΣΥΛΛΗΨΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΜΕ ΣΤΕΙΛΕΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 10MM. Με ένδειξη κατεύθυνσης αναλόγματος του σάκου με δυνατότητα αναλόγματος και κλεισίματος του σάκου και έλασμα σταθεροποίησης του αναλόγματος. Χωρητικότητα 190cc με πλήρως μεταλλικά στεφάνια.			Να απαλειφθεί ο χαρακτηρισμός περί χωρητικότητας 190cc με πλήρως μεταλλικά στεφάνια	Σάκοι σύλληψης παρασκευασμάτων με στελεό εφαρμογής διαμέτρου 100 mm με περιμετρικά μεταλλικά έλασμα, ένδειξη κατεύθυνσης αναλόγματος του σάκου και ράμμα περιπαρήσης				CANA: Ο μη προσδιορισμός χωρητικότητας είναι ελλιπής προδιαγραφή όπως και η έλλειψη μεταλλικών στεφανιών μειώνει την ποιότητα του είδους. Απορρίπτεται ως πρόταση. HOSP. DYN: Ο μη προσδιορισμός χωρητικότητας είναι ελλιπής προδιαγραφή. Απορρίπτεται ως πρόταση.
17	124884	ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟΣ ΒΡΟΓΧΟΣ ΑΠΟΛΙΝΟΣΗΣ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟΣ ΒΡΟΓΧΟΣ ΑΠΟ ΡΑΜΜΑ ΜΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΟ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΑΥΛΟ.				Ενδοσκοπικός βρόχος για ράμμα απορροφήσιμο ή μη με ενσωματωμένο αυλό				Το απορροφήσιμο ράμμα είναι απαραίτητο για να μη μείνουν ξένα σώματα στον οργανισμό όπου δεν είναι απαραίτητα. Απορρίπτεται ως πρόταση.
18	177111	ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΥΣΗΣ - ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ . Μ.Χ. ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΧΕΙΡΟΔΙΑΚΟΠΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΜΕ ΔΙΑΤΗΤΟ ΣΤΥΛΕΟ ΣΤΟ ΚΑΤΟ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 5MM. ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΜΕ ΠΡΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΜΕΝΟΥΣ ΣΩΛΗΝΕΣ ΚΑΙ HOOK				Ενδοσκοπικό σύστημα πλύσης αναρρόφησης 5mm με άκρο διαθερμίας HOOK. Κωδικός Παρατηρητηρίου 55.7.76	Μ.Χ. με ενσωματωμένο χειροδιακώπη λειτουργίας με διάτρητο στελεό στο κάτω μέρος του και διαμέτρου 5mm. Να λειτουργεί με σύστημα βαρύτητας και να διατίθεται με σωλήνες και HOOK.			Hosp. Dyn: Ο κωδικός παρατηρητηρίου που προτείνει η εταιρεία δεν ταιριάζουν με το ζητούμενο είδος. Απορρίπτεται η πρόταση της εταιρείας. JOHNSON: Η προτεινόμενη περιγραφή της εταιρείας ήδη υπάρχει στις προδιαγραφές. Απορρίπτεται η πρόταση της εταιρείας.
19	177114	ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΥΘΕΙΑΣ ΝΑ ΔΕΧΟΝΤΑΙ ΚΕΦΑΛΕΣ ΜΕ ΝΕΑ ΚΟΠΤΙΚΗ ΛΑΜΑ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΣΗ ΣΥΡΡΑΦΗΣ-ΔΙΑΤΟΜΗΣ-ΑΝΑΣΤΟΜΩΣΗΣ ΑΠΟ ΤΙΤΑΝΙΟ ΠΡΟΗΓΜΕΝΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ, ΜΑΚΡΥ ΣΤΥΛΕΟΥ, ΕΠΙΔΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΕΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΜΗΚΩΝ				Εργαλεία ευθείας συρραφής, διατομής-αναστόμωσης ιστών από τίτανο, προηγμένων επεμβάσεων, επιδεχόμενα κεφαλές πολλαπλών μεγεθών για όλα τα πάχη των ιστών. Να επιδέχονται κεφαλές με νέα κοπτική λάμα ή να διαθέτουν λάμα στο στέλεχος του εργαλείου				Τα συγκεκριμένα είδη είναι απαραίτητα για τη διενέργεια των χειρουργικών επεμβάσεων ως έχουν. Δεν υπάρχει λόγος να αλλάζουν, επειδή μειώνεται η ανάπτυξη του ανταγωνισμού. Απορρίπτεται η πρόταση της εταιρείας.
20	177115	ΑΡΘΡΟΥΜΕΝΕΣ ΚΕΦΑΛΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΠΡΟΗΓΜΕΝΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ, ΜΕ ΝΕΑ ΚΟΠΤΙΚΗ ΛΑΜΑ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΣΗ ΜΗΚΟΥΣ 45MM ΚΑΙ 60MM				Κωδικός Παρατηρητηρίου 55.7.65 και 55.7.66	Ανταλλακτικές κεφαλές για εργαλεία προηγμένων επεμβάσεων με ή χωρίς κοπτική λάμα μήκους 45mm και 60mm για λεπτούς , κανονικούς, ενδιάμεσους και παχείς ιστούς			HOSP. DYN: Ο κωδικός παρατηρητηρίου που προτείνει η εταιρεία δεν ταιριάζουν με το ζητούμενο είδος. Απορρίπτεται η πρόταση της εταιρείας. JOHNSON: Τα συγκεκριμένα είδη είναι απαραίτητα για τη διενέργεια των χειρουργικών επεμβάσεων εντέρου και δεν υπάρχει λόγος να αφαιρεθούν. Απορρίπτεται η πρόταση.
21	ΕΙΔΟΣ ΠΑΓΝΗ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ 126773	ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟΙ ΚΟΠΤΟΡΡΑΠΤΕΣ ΕΠΙΔΕΧΟΜΕΝΟΙ ΚΕΦΑΛΕΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΜΗΚΩΝ (30,45 ΚΑΙ 60MM). Ευθείες και αρθρούμενες					Να αφαιρεθεί ο συγκεκριμένος αα			JOHNSON: Τα συγκεκριμένα είδη είναι απαραίτητα για τη διενέργεια των χειρουργικών επεμβάσεων εντέρου και δεν υπάρχει λόγος να αφαιρεθούν. Απορρίπτεται η πρόταση
22	ΕΙΔΟΣ ΠΑΓΝΗ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ 126767	ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟΙ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΟΙ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟΙ ΑΝΑΣΤΟΜΩΤΗΡΕΣ ΜΕΓΕΘΟΥΣ 60MM, ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 12MM. Ενδοσκοπικά εργαλεία διατομής / αναστόμωσης, ευθύγραμμου στελεού, μεγέθους 60mm, διαμέτρου 12mm για όλες τις κασέτες, με ενσωματωμένη λάμα στο στέλεχος τους εργαλείου από ανθεκτικό ατσάλι 440. Να δέχεται κασέτες με κλίση από τίτανο, για αναγκαστές με κλείσιμο του κλιπ στα 1mm, για λεπτούς ιστούς με κλείσιμο του κλιπ στα 1.5mm, για ενδιάμεσου πάχους ιστούς με κλείσιμο του κλιπ στα 1.8mm για καλύτερη αιμόσταση και για παχύς ιστούς με κλείσιμο του κλιπ στα 2mm. Εργονομικό σχεδιασμό της λαβής για χρήση με το ένα χέρι και μηχανισμό αυτόματης και χειροκίνητης επιστροφής της κοπτικής λάμας. Ο μηχανισμός πυροδότησης να διαιρείται σε 3 στάδια διατομής αναστόμωσης					Να προστεθεί στην περιγραφή "ευθύγραμμου ή απαστού στελεού" και για το μέγεθος 45mm			Το συγκεκριμένο είδος είναι απαραίτητο για τη διενέργεια των χειρουργικών επεμβάσεων ως έχουν. Δεν υπάρχει λόγος να αλλάζουν. Ενδεχόμενη πρόσθεση τεχνικών χαρακτηριστικών μειώνει τον ανταγωνισμό. Απορρίπτεται η πρόταση.
23	ΕΙΔΟΣ ΠΑΓΝΗ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ 126771	ΚΕΦΑΛΕΣ 60MM ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΩΔΙΚΟΥΣ 126767 ΓΙΑ ΠΙΑΧΕΙΣ ΑΓΓΕΙΑΚΟΥΣ ΙΣΤΟΥΣ . Ειδικές ανταλλακτικές κασέτες, χωρίς ενσωματωμένη κοπτική λάμα, μεγέθους 60mm, για πολύ παχύς ιστούς που επιτρέπει την πολλαπλή χρήση των ανωτέρω εργαλείων στην ίδια επέμβαση και να διέρχονται όλες από τροκάρ 12mm					Να προστεθεί στην περιγραφή ανταλλακτικές κασέτες για ενδιάμεσους (1.8mm) και πολύ παχείς ιστούς (2.3mm)			Τα συγκεκριμένα είδη είναι απαραίτητα για τη διενέργεια των χειρουργικών επεμβάσεων ως έχουν. Δεν υπάρχει λόγος να αλλάζουν, επειδή μειώνεται η ανάπτυξη του ανταγωνισμού. Απορρίπτεται η πρόταση της εταιρείας.
24	ΕΙΔΟΣ ΠΑΓΝΗ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ 126802	ΚΕΦΑΛΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΩΔΙΚΟΥΣ 126773 45MM ΓΙΑ ΠΙΑΧΥΣ ΙΣΤΟΥΣ, ΑΡΘΡΟΥΜΕΝΕΣ. Με ή χωρίς ενσωματωμένο ενσχυτικό απορροφήσιμο φύλλ .					Να αφαιρεθεί ο συγκεκριμένος αα			Τα συγκεκριμένα είδη είναι απαραίτητα για τη διενέργεια των χειρουργικών επεμβάσεων εντέρου και δεν υπάρχει λόγος να αφαιρεθούν. Απορρίπτεται η πρόταση.
25	ΕΙΔΟΣ ΠΑΓΝΗ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ 126809	ΚΕΦΑΛΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΩΔΙΚΟΥΣ 126773 60MM ΓΙΑ ΠΙΑΧΥΣ ΙΣΤΟΥΣ, ΑΡΘΡΟΥΜΕΝΕΣ. Με ή χωρίς ενσωματωμένο ενσχυτικό απορροφήσιμο φύλλ					Να αφαιρεθεί ο συγκεκριμένος αα			Τα συγκεκριμένα είδη είναι απαραίτητα για τη διενέργεια των χειρουργικών επεμβάσεων εντέρου και δεν υπάρχει λόγος να αφαιρεθούν. Απορρίπτεται η πρόταση.
26	ΕΙΔΟΣ ΠΑΓΝΗ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ 125039	ΣΕΤ ΤΡΟΚΑΡ ΜΕ 2 ΔΙΑΦΑΝΕΙΣ ΚΑΝΟΥΛΕΣ, ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 5/12MM ΚΑΙ ΜΗΚΟΥΣ 100 MM.Σετ τροκάρ κολληλού προφίλ με μια λόχη (σχήματος νυστερίου) και δυο διαφανείς κάνουλες διαμέτρου 5mm αντίστοιχα, με βαλβίδα αέρος, με μηχανισμό διατήρησης του στελεόου στη κάνουλα, στρωματικό κάλυμμα ασφαλείας της λόχης και μηχανισμό οπλισμού και επαναφοράς της, με μηχανισμό διατήρησης του στελεόου στη κάνουλα, με ενσωματωμένο σταθεροποιητή και ενσωματωμένο μειωτήρα με δυνατότητα αφαίρεσης αυτού, με δύο θέσεις σταθεροποίησης διαμέσου ράμματος				Σετ τροκάρ 5/12 mm και μήκους 100mm, με 2 κάνουλες, με λόχη σχήματος νυστερίου, στρωματικό κάλυμμα προστασίας της λόχης, ενσωματωμένο αυτόματο μεταρροπά με δυνατότητα αφαίρεσης αυτού και με ενσωματωμένο σύστημα σταθεροποίησης. Κωδικός παρατ. 55.8.6.4.	Να διαθεθεί ενσωματωμένο απορροφητικό σπάγγο που συλλέγει τα υγρά κατά την εναλλαγή εργαλείων των ώρα του χειρουργείου			Οι προτεινόμενες αλλαγές όλων των εταιρειών φωτογραφίζουν την εταιρεία που τις προτείνουν και μειώνουν τον ανταγωνισμό. Οι κωδικοί Παρατηρητηρίου που προτείνονται δεν ταιριάζουν με το ζητούμενο είδος. Απορρίπτονται όλες οι προτάσεις.

27	ΕΙΔΟΣ ΠΑΓΝΗ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ 125060	ΣΕΤ ΤΡΟΚΑΡ ΜΕ 2 ΔΙΑΦΑΝΕΙΣ ΚΑΝΟΥΛΕΣ, ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 5 MM ΚΑΙ ΜΗΚΟΥΣ 75 MM.Σετ τροκάρ χαμηλού προφίλ με μια λόγχη (σχήματος νυστερίου) και δύο διαφανείς κάνουλες διαμέτρου 5mm ενίστασχα, με βαλβίδα αέρος, με μηχανισμό διατήρησης του στελέους στη κάνουλα, ατραυματικό κάλυμμα ασφαλείας της λόγχης και μηχανισμό σπλίσμας και επαναφοράς της, με μηχανισμό διατήρησης του στελέους στη κάνουλα, με ενσωματωμένο σταθεροποιητή και ενσωματωμένο μειωτήρα με δυνατότητα αφαίρεσης αυτού, με δύο θέσεις σταθεροποίησης διαμέσου ράμματος				Σετ τροκάρ 5 mm και μήκους 100 mm, με 2 κάνουλες με λόγχη σχήματος νυστερίου, ατραυματικό κάλυμμα προστασίας της λόγχης, ενσωματωμένο αυτόματο μεταρροπή με δυνατότητα αφαίρεσης αυτού και με ενσωματωμένο σύστημα σταθεροποίησης. Κωδικός παραρ. 55.8.6.1	Να διαθεθεί ενσωματωμένο απορροφητικό σπόγγιο που συλλέγει τα υγρά κατά την εναλλαγή εργαλείων την ώρα του χειρουργείου	Η διαφανής κάνουλα του ζητούμενου είδους δεν προσφέρει τίποτα ουσιαστικό. Προτείνουμε να ασφαριθεί το συγκεκριμένο χαρακτηριστικά.	α) Τροκάρ διαμέτρου 5mm αγκυρωτό, χωρίς λεπτίδα με οπτικό στέλεος και βαλβίδα διοχέτευσης co2, μήκους 75mm β) Τροκάρ διαμέτρου 5mmαγκυρωτό χωρίς βαλβίδα διοχέτευσης CO2 μήκους 75mm γ) Τροκάρ διαμέτρου 5mm αγκυρωτό με βαλβίδα διοχέτευσης CO2 μήκους 75mm	Οι προτεινόμενες αλλαγές όλων των εταιρειών φωτογραφίζουν την εταιρεία που τις προτείνουν και μειώνουν τον ανταγωνισμό. Οι κωδικοί Παρατηρητηρίου που προτείνονται δεν ταιριάζουν με το ζητούμενο είδος. Απορρίπτονται όλες οι προτάσεις.
28	ΕΙΔΟΣ ΠΑΓΝΗ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ 125089	ΤΡΟΚΑΡ ΘΩΡΑΚΟΣ 10.5MM. Με εύκαμπτη ή άκαμπτη κάνουλα				Κωδ.Παρατηρητηρίου 55.8.2.1 ή 55.8.2.2				Οι κωδικοί παρατηρητηρίου που προτείνει η εταιρεία δεν ταιριάζουν με το ζητούμενο είδος
29	ΕΙΔΟΣ ΠΑΓΝΗ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ 125090	ΤΡΟΚΑΡ ΘΩΡΑΚΟΣ 11.5MM. Με εύκαμπτη ή άκαμπτη κάνουλα					Τροκάρ θώρακος 11-12mm			Οι προτεινόμενες αλλαγές φωτογραφίζουν την εταιρεία και μειώνουν τον ανταγωνισμό. Απορρίπτεται η πρόταση.
30	151608	ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΛΑΒΙΔΕΣ ΣΥΛΛΗΨΗΣ ΜΕ/ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑ, ΤΥΠΟΥ BABCOCK 32/33CM, ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ.Μ.Χ. ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΛΑΒΙΔΑΣ ΣΥΛΛΗΨΗΣ ΙΣΤΩΝ (ΤΥΠΟΥ BABCOCK) ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 5MM ΚΑΙ ΜΗΚΟΥΣ 33CM ΜΕ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟ ΚΑΤΑ 360°, ΜΟΝΩΜΕΝΟ ΣΤΥΛΕΟ ΜΕ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ ΚΑΙ 2 ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ				Λαπαροσκοπική λαβίδα σύλληψης ισχυρή, τύπου Babcock 5mm μιας χρήσεως, περιστρεφόμενη και με μηχανισμό κλειδώματος.				Οι προτεινόμενες αλλαγές φωτογραφίζουν την εταιρεία και μειώνουν τον ανταγωνισμό. Απορρίπτεται η πρόταση.
31	ΕΙΔΟΣ ΠΑΓΝΗ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ 125111	ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΠΟΛΙΝΟΣΗΣ ΑΓΓΕΙΩΝ ΜΕ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟ ΣΤΕΙΛΕΟ, ΕΦΘΩΔΙΑΣΜΕΝΑ ΜΕ 15 CLIPS ΤΙΤΑΝΙΟΥ ΜΕΤΕΘΟΥΣ ΜΕΣΑΤΟΙΜΕΓΑΛΟ. Αυτόματα ενδοσκοπικά εργαλεία απολίνωσης αγγείων με περιστρεφόμενο στέλεος, με κλιπ ππανίου κυκλικής διατομής, με διάμετρο στελέους 10mm με δύο στάδια πυροδότησης του κλιπ, με μηχανισμό ασφαλούς συγκράτησης του κλιπ στις σιαγόνες του εργαλείου και κατά την εξγωγή του από το τροκάρ και πένου στο αγγείο. Τέλος να διαθεθεί παράθυρο ένδειξης των τελευταίων κλιπ.				Αυτόματα ενδοσκοπικά εργαλεία απολίνωσης αγγείων με περιστρεφόμενο στέλεος, με 20 κλιπς ππανίου μεγέθους μεσαίου/μεγάλου, διαμέτρου 10mm, ένα ή δύο στάδια πυροδότησης του κλιπ, ένδειξη προετοιμασίας των τελευταίων κλιπ και ηχητική επιβεβαίωση ασφαλούς σύγκλισης του κλιπ. Να έχει δυνατότητα καθήλωσης καθετήρα χολαγγεογραφίας. Κωδικός παραρ. 55.7.18				Οι προτεινόμενες αλλαγές φωτογραφίζουν την εταιρεία και μειώνουν τον ανταγωνισμό. Απορρίπτεται η πρόταση.
32	ΕΙΔΟΣ ΠΑΓΝΗ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ 125107	ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΠΟΛΙΝΟΣΗΣ ΑΓΓΕΙΩΝ ΜΕ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟ ΣΤΕΙΛΕΟ, ΕΦΘΩΔΙΑΣΜΕΝΑ ΜΕ 20 CLIPS ΤΙΤΑΝΙΟΥ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 12MM ΜΕΓΑΛΟΥ ΜΕΤΕΘΟΥΣ. Αυτόματα ενδοσκοπικά εργαλεία απολίνωσης αγγείων με περιστρεφόμενο στέλεος, με κλιπ ππανίου κυκλικής διατομής, με διάμετρο στελέους 10mm με δύο στάδια λειτουργείας - φόρσης πυροδότησης του κλιπ - με μηχανισμό ασφαλούς συγκράτησης του κλιπ στις σιαγόνες του εργαλείου και κατά την εξγωγή του από το τροκάρ και πένου στο αγγείο. Τέλος να διαθεθεί παράθυρο ένδειξης των τελευταίων κλιπ.				Αυτόματα ενδοσκοπικά εργαλεία απολίνωσης αγγείων με περιστρεφόμενο στέλεος, με 20 κλιπς ππανίου μεγέθους μεσαίου/μεγάλου, διαμέτρου 10mm, ένα ή δύο στάδια πυροδότησης του κλιπ, ένδειξη προετοιμασίας των τελευταίων κλιπ και ηχητική επιβεβαίωση ασφαλούς σύγκλισης του κλιπ. Να έχει δυνατότητα καθήλωσης καθετήρα χολαγγεογραφίας. Κωδικός παραρ. 55.7.19				Τα δύο στάδια λειτουργίας είναι απαραίτητα για την ασφάλεια του ασθενούς. Απορρίπτεται η πρόταση
33	208581	ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟ ΦΑΛΔΙ ΜΟΝΟΠΟΛΙΚΟ. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΩΜΕΝΟ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟΥ ΤΟ ΜΗΚΟΣ						Το εν λόγω είδος πρέπει να φέρει μήκος στελέους		Το εν λόγω είδος όπως και αρκετά άλλα συσφγή έχει συνηθως παρόμοια μήκη στελεών. Τα μήκη σε αυτά τα είδη δεν αναφέρονται για να ανεπτυχθεί υψηλής ανταγωνισμός. Απορρίπτεται η πρόταση.
34	ΕΙΔΟΣ ΠΑΓΝΗ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ 125158	ΣΤΕΙΛΕΟΙ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΛΥΣΗΣ-ΕΚΠΛΥΣΗΣ ΜΕ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑ ΤΥΠΟΥ ΑΓΚΙΣΤΡΟΥ, ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 5MM, ΜΗΚΟΥΣ 34 CM						το εν λόγω είδος θα έπρεπε να φέρει ενσωματωμένους σωλήνες για να είναι πιο λειτουργικό. Προτείνεται να τροποποιηθεί αναλόγως η προδιαγραφή.		Αντίστοιχο είδος με σωλήνες υπάρχει στη διακήρυξη. Είναι απαραίτητη η ύπαρξη είδους άνευ προσυναρμολογημένων σωλήνων. Απορρίπτεται η πρόταση.