

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΛΕΓΜΑ ΓΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΗΛΗΣ ΣΤΟΜΙΑΣ IPST 15X15CM 2 CM ΑΥΛΟΥ

ΑΠΟ PVDF (ΠΟΛΥΒΥΝΙΛΙΔΙΟ ΦΘΟΡΙΟΥΧΟ) ΠΕΡΙΠΟΥ 100% ΜΟΝΗΡΟΥΣ ΠΛΕΞΗΣ , ΜΕ ΠΛΕΥΡΙΚΕΣ ΝΕΥΡΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ ΓΙΑ ΓΡΗΓΟΡΟ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ,ΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΧΩΡΙΣ ΕΝΤΑΣΕΙΣ,ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΠΟΥ 15X15 ΕΚΑΤΟΣΤΑ

ΠΛΕΓΜΑ ΓΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΟΥΒΩΝΟΚΗΛΗΣ ΠΕΡΙΠΟΥ 10X15CM

ΑΠΟ PVDF (ΠΟΛΥΒΥΝΙΛΙΔΙΟ ΦΘΟΡΙΟΥΧΟ) ΠΕΡΙΠΟΥ 100% ΜΟΝΗΡΟΥΣ ΠΛΕΞΗΣ , ΜΕ ΠΛΕΥΡΙΚΕΣ ΝΕΥΡΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ ΓΙΑ ΓΡΗΓΟΡΟ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ,ΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΧΩΡΙΣ ΕΝΤΑΣΕΙΣ,ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΠΟΥ 10X15 ΕΚΑΤΟΣΤΑ

ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕ ΚΥΑΝΟΚΡΥΛΙΚΗ ΚΟΛΛΑ,ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΘΗΛΩΣΗΣ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΠΕΡΙΤΟΝΑΙΟΥ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 5MM ΚΑΙ ΜΗΚΟΥΣ 35CM ΜΕ ΑΚΡΙΒΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΥΑΝΟΚΡΥΛΙΚΗΣ ΚΟΛΛΑΣ ΠΕΡΙΠΟΥ 35 ΔΟΣΕΩΝ,ΧΩΡΙΣ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ ΣΤΟΥΣ ΙΣΤΟΥΣ ΓΙΑ ΑΠΟΦΥΓΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΝΟΥ,ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΠΛΟΚΗΣ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑΣ