

Σχετικά με τη διαβίβαση σχολίων των εταιρειών επί της 1^{ης} Δημόσιας Διαβούλευσης για τη σύνταξη Τεχνικών Προδιαγραφών «ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΚΑΙ ΣΑΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΤΟΥΣ», ως αρμόδια Επιτροπή σας διαβιβάζουμε τις απαντήσεις μας σχετικά με τα σχόλια ανά εταιρεία και τις αντίστοιχες τροποποιήσεις ανά α/α είδους.

Όσον αφορά τα σχόλια και το αίτημα της εταιρείας **ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ ΑΕ** για τα είδη με **α/α 1, 2, 4, 6, 8, 10, 17, 22 και 24**, αποδεχόμαστε τις τροποποιήσεις που προτείνει, καθώς ανταποκρίνονται στις ανάγκες του νοσοκομείου μας για την χρήση σύγχρονων και ασφαλών για τους ασθενείς μας υλικών. Κατά συνέπεια η περιγραφή και οι τεχνικές προδιαγραφές τροποποιούνται ανά α/α ως εξής:

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
1	ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΣ ΣΑΚΟΣ ΕΙΛΕΟΣΤΟΜΙΑΣ ΔΙΑΦΑΝΗΣ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΔΕΙΑΣΜΑΤΟΣ – ΜΕΓΕΘΟΣ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ 10 - 75 ΧΙΛ.ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ	Ο σάκος να είναι διαφανής, με ενσωματωμένη κολλητική ευλύγιστη επιφάνεια με κολλητικό τουλάχιστον δύο στρωμάτων, το ένα να εξασφαλίζει απορροφητικότητα και το δεύτερο να έχει ειδική σύσταση για να μη διαβρώνεται για καλύτερη προσκόλληση στο δέρμα κι αποφυγή διαρροών. Να διαθέτει φίλτρο διαφυγής αερίων. Να έχει μαλακό, υποαλλεργικό, αντιδρωτικό κάλυμμα στην πλευρά επαφής με το δέρμα. Να διαθέτει ενσωματωμένο σύστημα ανοίγματος - κλεισίματος για εύκολο άδειασμα. Το κολλητικό να έχει σχήμα οβάλ, να διαθέτει περιμετρικά εγκοπές για καλύτερη εφαρμογή και προσαρμοζόμενο άνοιγμα από 10 ως και 75 χιλ. τουλάχιστον για εφαρμογή στο μέγεθος της ειλεοστομίας.
2	ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΣ ΣΑΚΟΣ ΚΟΛΟΣΤΟΜΙΑΣ ΔΙΑΦΑΝΗΣ - ΜΕΓΕΘΟΣ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ 10 - 75 ΧΙΛ. ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	Ο σάκος να είναι διαφανής με ενσωματωμένη κολλητική ευλύγιστη επιφάνεια με κολλητικό τουλάχιστον δύο στρωμάτων, το ένα να εξασφαλίζει απορροφητικότητα και το δεύτερο να έχει ειδική σύσταση για να μη διαβρώνεται για καλύτερη προσκόλληση στο δέρμα και αποφυγή διαρροών. Να διαθέτει φίλτρο διαφυγής αερίων. Να έχει μαλακό, υποαλλεργικό, αντιδρωτικό κάλυμμα στην πλευρά επαφής με το δέρμα. Το κολλητικό να έχει σχήμα οβάλ, να διαθέτει περιμετρικά εγκοπές για καλύτερη εφαρμογή και προσαρμοζόμενο άνοιγμα από 10 ως και 75 χιλ. τουλάχιστον για εφαρμογή στο μέγεθος της κολοστομίας
4	ΒΑΣΗ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ 10 - 55 ΧΙΛ. ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ.ΝΑ ΤΑΙΡΙΑΖΕΙ ΜΕ ΤΟΝ	Η βάση να είναι επίπεδη με δακτύλιο κουμπώματος και υποδοχές για στήριξη ζώνης. Η κολλητική επιφάνεια να έχει σχήμα οβάλ με εγκοπές περιμετρικά και να αποτελείται από ενισχυμένο υποαλλεργικό κολλητικό

	ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΣΑΚΟ ΕΙΛΕΟΣΤΟΜΙΑΣ	τουλάχιστον δύο στρωμάτων, το ένα να εξασφαλίζει απορροφητικότητα και το δεύτερο να έχει ειδική σύσταση για να μη διαβρώνεται για καλύτερη προσκόλληση στο δέρμα και αποφυγή διαρροών. Να κόβεται από 10 ως 55 χιλ. τουλάχιστον για να προσαρμόζεται στην ειλεοστομία. (Να γίνει αξιολόγηση με τον αντίστοιχο σάκο του α/α 5)
6	ΕΠΙΠΕΔΗ ΒΑΣΗ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ 10 - 55 ΧΙΛ. ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ.	Η βάση να είναι επίπεδη με δακτύλιο κουμπώματος και υποδοχές για στήριξη ζώνης. Η κολλητική επιφάνεια να έχει σχήμα οβάλ με εγκοπές περιμετρικά και να αποτελείται από ενισχυμένο υποαλλεργικό κολλητικό τουλάχιστον δύο στρωμάτων, το ένα να εξασφαλίζει απορροφητικότητα και το δεύτερο να έχει ειδική σύσταση για να μη διαβρώνεται για καλύτερη προσκόλληση στο δέρμα και αποφυγή διαρροών. Να κόβεται από 10 ως 55 χιλ. για να προσαρμόζεται στην κολοστομία. (Να γίνει αξιολόγηση με τον αντίστοιχο σάκο κολοστομίας του α/α 7)
8	ΕΠΙΠΕΔΗ ΒΑΣΗ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ 10 - 35 ΧΙΛ. ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ.	Η βάση να είναι επίπεδη με δακτύλιο κουμπώματος και υποδοχές για στήριξη ζώνης. Η κολλητική επιφάνεια να έχει σχήμα οβάλ με εγκοπές περιμετρικά και να αποτελείται από ενισχυμένο υποαλλεργικό κολλητικό τουλάχιστον δύο στρωμάτων, το ένα να εξασφαλίζει απορροφητικότητα και το δεύτερο να έχει ειδική σύσταση για να μη διαβρώνεται για καλύτερη προσκόλληση στο δέρμα και αποφυγή διαρροών. Να κόβεται από 10 ως 35 χιλ. τουλάχιστον για να προσαρμόζεται στην ουρητηροστομία. (Να γίνει αξιολόγηση με τον αντίστοιχο σάκο ουρητηροστομίας του α/α 9)
10	ΕΠΙΠΕΔΗ ΒΑΣΗ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ 10 - 55 ΧΙΛ. ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ	Η βάση να είναι επίπεδη με δακτύλιο κουμπώματος και υποδοχές για στήριξη ζώνης. Η κολλητική επιφάνεια να έχει σχήμα οβάλ με εγκοπές περιμετρικά και να αποτελείται από ενισχυμένο υποαλλεργικό κολλητικό τουλάχιστον δύο στρωμάτων, το ένα να εξασφαλίζει απορροφητικότητα και το δεύτερο ειδική σύσταση για να μη διαβρώνεται για καλύτερη προσκόλληση στο δέρμα και αποφυγή διαρροών. Να κόβεται από 10 ως 55 χιλ. τουλάχιστον για να προσαρμόζεται στην ουρητηροστομία. (Να γίνει αξιολόγηση με τον αντίστοιχο σάκο ουρητηροστομίας του α/α 11)
17	Η βάση να είναι επίπεδη με δακτύλιο κουμπώματος και υποδοχές για στήριξη ζώνης. Το κολλητικό να	Η βάση να είναι επίπεδη με δακτύλιο κουμπώματος και υποδοχές για στήριξη ζώνης. Η κολλητική επιφάνεια να έχει σχήμα οβάλ με εγκοπές περιμετρικά και να αποτελείται από ενισχυμένο υποαλλεργικό κολλητικό τουλάχιστον δύο στρωμάτων, το ένα να εξασφαλίζει

	αποτελείται από δυο υλικά το ένα να προσφέρει πολύ καλή κολλητική δυνατότητα και ασφάλεια, ενώ το άλλο να φροντίζει το δέρμα και να το προστατεύει. Να κόβεται από 10 ως 65 χιλ. για να προσαρμόζεται στην ειλεοστομία. (Να γίνει αξιολόγηση με τον αντίστοιχο σάκο)	απορροφητικότητα και το δεύτερο να έχει ειδική σύσταση για να μη διαβρώνεται για καλύτερη προσκόλληση στο δέρμα και αποφυγή διαρροών. Να κόβεται από 10 ως 65 χιλ. τουλάχιστον για να προσαρμόζεται στην ειλεοστομία. (Να γίνει αξιολόγηση με τον αντίστοιχο σάκο ειλεοστομίας του α/α 18)
22	ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ ΟΥΡΗΤΗΡΟΣΤΟΜΙΑΣ ΜΕ ΑΝΤΙΠΔΡΩΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ 10-55MM, ΑΔΙΑΦΑΝΕΙΣ, ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ. ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΜΑΛΑΚΟ, ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΟ ΑΝΤΙΠΔΡΩΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΚΑΙ ΜΑΛΑΚΗ ΚΡΥΒΟΜΕΝΗ ΕΞΟΔΟ.	Σάκοι αυτοκόλλητοι ουρηροστομίας αδιαφανείς με αντιδρωτικό κάλυμμα και στις δυο πλευρές, με κολλητικό τουλάχιστον δυο υλικών σε σπειροειδή διάταξη, το ένα με ισχυρή κολλητική ικανότητα και το άλλο να φροντίζει και να προστατεύει το δέρμα κατά την απομάκρυνση. Να διαθέτουν βαλβίδα αντεπιστροφής τω ούρων και μαλακή και εύκαμπτη κρυβόμενη έξοδο για άδειασμα ή σύνδεση με οποιοδήποτε ουροσυλλέκτη. Να κόβεται από 10 ως 55 χιλ. τουλάχιστον για να προσαρμόζεται στην ουρητηροστομία.
24	ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΣ ΣΑΚΚΟΣ ΟΥΡΗΤΗΡΟΣΤΟΜΙΑΣ, ΔΙΑΦΑΝΗΣ, ΚΟΒΟΜΕΝΟΣ ΩΣ 75 ΧΙΛ ΠΕΡΙΠΟΥ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟ ΔΕΡΜΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΗ	Ο σάκος να είναι διαφανής, με ενσωματωμένη κολλητική ευλύγιστη επιφάνεια με κολλητικό τουλάχιστον δύο στρωμάτων, το ένα να εξασφαλίζει απορροφητικότητα και το δεύτερο ειδική σύσταση για να μη διαβρώνεται για καλύτερη προσκόλληση στο δέρμα και αποφυγή διαρροών . Να διαθέτει βαλβίδα αντεπιστροφής και μαλακή έξοδο που να συνδέεται με κάθε τύπο ουροσυλλέκτη . Το κολλητικό να έχει σχήμα οβάλ, να διαθέτει περιμετρικά εγχοπές για καλύτερη και ασφαλή εφαρμογή και προσαρμοζόμενο άνοιγμα έως 80χιλ +5χιλ.

Επίσης, αποδεχόμαστε την πρόταση της εταιρείας να συμπεριληφθεί και η κατηγορία του σάκου η οποία αφορά ευμεγέθεις στομίες ή με στήριγμα εντέρου και συρίγγια, καθώς οι υπάρχουσες τεχνικές προδιαγραφές δεν καλύπτουν αυτήν την κατηγορία των ασθενών. Κατά

συνέπεια να προστεθεί και το είδος με α/α **38** με την παρακάτω περιγραφή και τις τεχνικές προδιαγραφές:

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
38	ΣΑΚΟΣ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟΣ ΜΕ ΑΝΟΙΓΜΑ 110 ΧΙΛ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ	Σάκος μετεγχειρητικός, διαφανής με ενσωματωμένη κολλητική ευλύγιστη επιφάνεια με κολλητικό τουλάχιστον δύο στρωμάτων, το ένα να εξασφαλίζει απορροφητικότητα και το δεύτερο να έχει ειδική σύσταση για να μη διαβρώνεται για καλύτερη προσκόλληση στο δέρμα και αποφυγή διαρροών. Να διαθέτει μαλακή έξοδο για σύνδεση με οποιοδήποτε ουροσυλλέκτη, ενσωματωμένο αποσπώμενο παράθυρο ανοίγματος 10cm τουλάχιστον για ευκολία χειρισμών. Το κολλητικό να έχει σχήμα οβάλ, να διαθέτει περιμετρικά εγκοπές για καλύτερη και ασφαλή εφαρμογή και προσαρμοζόμενο άνοιγμα κολλητικού 10-110/115χιλ.

Όσον αφορά τα σχόλια και το αίτημα της εταιρείας **ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ** για τα είδη με α/α 30, 32, 34 και 35 αποδεχόμαστε τις τροποποιήσεις που προτείνει, καθώς ανταποκρίνονται στις ανάγκες του νοσοκομείου μας για την χρήση σύγχρονων και ασφαλών για τους ασθενείς μας υλικών. Κατά συνέπεια η περιγραφή και οι τεχνικές προδιαγραφές τροποποιούνται ανά α/α ως εξής:

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
30	ΣΥΣΤΗΜΑ 2 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΚΟΛΟΣΤΟΜΙΑΣ ΜΕ ΕΠΙΠΕΔΗ ΒΑΣΗ ΜΕ ΜΕΛΙ ΜΑΝΟΥΚΑ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΕΩΣ 50 ΧΙΛ. ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ & ΣΑΚΟΥ ΚΟΛΟΣΤΟΜΙΑΣ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΠΛΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ	Βάσεις επίπεδες κολοστομίας. Με οβάλ κολλητική επιφάνεια, εύκαμπτη που να περιέχει ιατρικής χρήσης μέλι manuka με επουλωτική και αντιβακτηριδιακή δράση. Με δακτύλιο κόλλησης του αντίστοιχου σάκου συλλογής. Με υποδοχές ζώνης. Δακτύλιος έως 55mm τουλάχιστον.
32	ΣΥΣΤΗΜΑ 2 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΚΟΛΟΣΤΟΜΙΑΣ ΜΕ ΕΠΙΠΕΔΗ ΒΑΣΗ ΜΕ ΜΕΛΙ ΜΑΝΟΥΚΑ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΕΩΣ 65 ΧΙΛ. ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ & ΣΑΚΟΥ ΚΟΛΟΣΤΟΜΙΑΣ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΠΛΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ	Βάσεις επίπεδες κολοστομίας. Με οβάλ κολλητική επιφάνεια, εύκαμπτη που να περιέχει ιατρικής χρήσης μέλι manuka με επουλωτική και αντιβακτηριδιακή δράση. Με δακτύλιο κόλλησης του αντίστοιχου σάκου συλλογής. Με υποδοχές ζώνης. Μεγέθη δακτύλιου έως 70mm τουλάχιστον.
34, 35	ΣΥΣΤΗΜΑ 2 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΟΥΡΗΤΗΡΟΣΤΟΜΙΑΣ ΜΕ ΕΠΙΠΕΔΗ ΒΑΣΗ ΜΕ ΜΕΛΙ ΜΑΝΟΥΚΑ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΕΩΣ 50 ΧΙΛ. ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ & ΣΑΚΟΥ ΟΥΡΗΤΗΡΟΣΤΟΜΙΑΣ	Βάσεις επίπεδες ουρητηροστομίας. Με οβάλ κολλητική επιφάνεια, εύκαμπτη που να περιέχει ιατρικής χρήσης μέλι manuka με επουλωτική και αντιβακτηριδιακή δράση. Με δακτύλιο κόλλησης του αντίστοιχου σάκου συλλογής. Με υποδοχές ζώνης. Μέγεθος

	ΠΟΥ ΝΑ ΚΟΛΛΑΕΙ ΠΑΝΩ ΣΤΟΝ ΣΑΚΟ	δακτυλίου 55mm. Σάκοι ουρητηροστομίας που να κολλάνε πάνω στον δακτύλιο της αντίστοιχης βάσης, με βαλβίδες αντεπιστροφής και εύκαμπτη έξοδο που να συνδέεται με κάθε τύπο ουροσυλλέκτη. Με μαλακό αντιδρωτικό κάλυμμα. Αδιαφανείς, με παράθυρο ελέγχου στομίου και διαφανείς. Δακτυλίου 55mm
--	----------------------------------	---

Τέλος όσον αφορά τα σχόλια και το αίτημα της εταιρείας **INSIDE MEDICAL I.K.E.** για τα είδη με **α/α 15 και 16** δεν αποδεχόμαστε τις τροποποιήσεις που προτείνει, καθώς οι υπάρχουσες τεχνικές προδιαγραφές καλύπτουν ακριβώς τις ανάγκες χρήσης του νοσοκομείου μας στα παραπάνω είδη. Κατά συνέπεια η περιγραφή και οι τεχνικές προδιαγραφές των ειδών με α/α 15 και 16, παραμένουν ως έχουν.

Παρακαλούμε το Γραφείο Προμηθειών να επιληφθεί επί των παραπάνω θεμάτων και να προβεί στις αντίστοιχες τροποποιήσεις.