

9			ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΣΕΤΑ ΥΑΛΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗΣ, ΠΛΗΡΗΣ, ΜΕ ΔΟΧΕΙΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΥΓΡΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ 300 ML, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΓΧΥΣΗΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ. ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΕΝΔΟΦΩΤΙΣΜΟ ΕΥΡΕΙΑΣ ΓΩΝΙΑΣ, ΣΤΥΛΕΟ ΥΑΛΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗΣ ΤΥΠΟΥ ΓΚΙΛΟΤΙΝΑΣ 25G, ΣΕΤ ΤΡΟΚΑΡ, ΚΑΝΟΥΛΑ ΚΑΙ ΒΑΛΒΙΔΑ ΣΚΛΗΡΟΥ ΧΙΤΩΝΑ 25G, ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ, ΓΡΑΜΜΗ ΕΓΧΥΣΗΣ, ΣΥΡΙΓΓΑ 10CC LUER LOCK, ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ ΘΑΛΑΜΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ, ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ ΜΕ ΔΥΟ ΑΚΡΑ ΑΡΣΕΝΙΚΑ LUER, ΚΑΛΥΜΜΑ ΤΡΑΠΕΖΙΔΙΟΥ ΟΘΟΝΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ, ΔΥΟ STANDARD SLEEVE ΕΓΧΥΣΗΣ, ΚΛΕΙΔΙ ΒΕΛΟΝΑΣ ΦΑΚΟΘΡΥΨΙΑΣ (ΤΙΡ), ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ VENTURY ΜΗ ΜΕΤΑΤΡΕΠΟΜΕΝΗ ΣΕ ΠΕΡΙΣΤΑΛΤΙΚΗ, ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΥΑΛΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗΣ 5.000 ΚΟΠΩΝ / ΛΕΠΤΟ, ΔΙΑΘΕΡΜΙΑ, ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ENDOLASER, ΔΙΠΛΗ ΠΗΓΗ ΦΩΤΟΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΗΓΗΣ ΕΝΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΥΝΑΤΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΟΥΣ (ΚΙΤΡΙΝΟ, ΠΡΑΣΙΝΟ, ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ), ΜΙΑΣ	TEM	ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ
10			SLEEVE ΓΙΑ ΤΙΡ ΦΑΚΟΘΡΥΨΙΑΣ ΤΟΜΗΣ 2,7-3,2MM ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ VENTURY, ΜΗ ΜΕΤΑΤΡΕΠΟΜΕΝΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΣΤΑΛΤΙΚΗ, ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΜΕ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥΣ ΥΠΕΡΗΧΟΥΣ ΣΤΑ 28,5 ΚΗΖ.	TEM	ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ
11			ΤΙΡ ΦΑΚΟΘΡΥΨΙΑΣ ΚΥΡΤΟ 30 ΜΟΙΡΩΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΤΟΜΩΝ 1,8MM-3,2MM ΗΜΙΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ (10 ΧΡΗΣΕΩΝ),ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ VENTURY, ΜΗ ΜΕΤΑΤΡΕΠΟΜΕΝΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΣΤΑΛΤΙΚΗ, ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΜΕ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥΣ ΥΠΕΡΗΧΟΥΣ ΣΤΑ 28,5 ΚΗΖ.	TEM	ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ
12			ΤΙΡ ΦΑΚΟΘΡΥΨΙΑΣ ΕΥΘΥ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΤΟΜΩΝ 1,8MM-3,2MM ΗΜΙΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ (10 ΧΡΗΣΕΩΝ),ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ VENTURY, ΜΗ ΜΕΤΑΤΡΕΠΟΜΕΝΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΣΤΑΛΤΙΚΗ, ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΜΕ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥΣ ΥΠΕΡΗΧΟΥΣ ΣΤΑ 28,5 ΚΗΖ.	TEM	ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ
13			ΚΙΤ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΠΛΗΡΕΣ ΠΡΟΣΘΙΑΣ ΥΑΛΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗΣ ΜΕ ΟΜΟΑΞΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΑΛΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗΣ ΚΑΙ ΠΛΥΣΗ, ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΥΑΛΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗΣ ΕΩΣ 5.000 ΚΟΠΩΝ / ΛΕΠΤΟ. ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ VENTURY ΜΗ ΜΕΤΑΤΡΕΠΟΜΕΝΗ ΣΕ ΠΕΡΙΣΤΑΛΤΙΚΗ, ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΥΑΛΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗΣ 30-5.000 ΚΟΠΩΝ / ΛΕΠΤΟ, ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ~~ENDOLASER ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑ~~	TEM	ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ
14			ΣΤΥΛΕΟΣ ΠΛΥΣΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΜΕ ΚΥΡΤΟ ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΟ ΑΚΡΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 45°, ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ VENTURY ΜΗ ΜΕΤΑΤΡΕΠΟΜΕΝΗ ΣΕ ΠΕΡΙΣΤΑΛΤΙΚΗ, ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΜΕ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥΣ ΥΠΕΡΗΧΟΥΣ ΣΤΑ 28,5 ΚΗΖ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ	TEM	ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ
15			ΣΩΛΗΝΩΣΗ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΕΝΔΟΦΘΑΛΜΙΑΣ ΠΙΕΣΗΣ ΠΡΟΣΘΙΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗ, ΣΥΜΒΑΤΗ ΜΕ VENTURY ΑΝΤΛΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ, ΜΗ ΜΕΤΑΤΡΕΠΟΜΕΝΗ ΣΕ ΠΕΡΙΣΤΑΛΤΙΚΗ, ΠΟΥ ~~ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΜΕ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥΣ ΥΠΕΡΗΧΟΥΣ ΣΤΑ 28,5 ΚΗΖ.~~	TEM	ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ
16			ΕΣΤΙΑΚΟΣ ΕΝΔΟΦΩΤΙΣΜΟΣ 23G ΧΩΡΙΣ ΧΡΗΣΗ ΑΝΤΑΠΤΟΡΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ VENTURY ΜΗ ΜΕΤΑΤΡΕΠΟΜΕΝΗ ΣΕ ΠΕΡΙΣΤΑΛΤΙΚΗ, ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΥΑΛΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗΣ 5.000 ΚΟΠΩΝ / ΛΕΠΤΟ, ΔΙΑΘΕΡΜΙΑ, ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ENDOLASER, ΔΙΠΛΗ ΠΗΓΗ ΦΩΤΟΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΗΓΗΣ ΕΝΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΥΝΑΤΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΟΥΣ (ΚΙΤΡΙΝΟ, ΠΡΑΣΙΝΟ, ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ), ΜΙΑΣ ~~ΧΡΗΣΕΩΣ~~	TEM	ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ
17			ΕΣΤΙΑΚΟΣ ΕΝΔΟΦΩΤΙΣΜΟΣ 25G ΧΩΡΙΣ ΧΡΗΣΗ ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ VENTURY ΜΗ ΜΕΤΑΤΡΕΠΟΜΕΝΗ ΣΕ ΠΕΡΙΣΤΑΛΤΙΚΗ, ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΥΑΛΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗΣ 5.000 ΚΟΠΩΝ / ΛΕΠΤΟ, ΔΙΑΘΕΡΜΙΑ, ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ENDOLASER, ΔΙΠΛΗ ΠΗΓΗ ΦΩΤΟΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΗΓΗΣ ΕΝΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΥΝΑΤΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΟΥΣ (ΚΙΤΡΙΝΟ, ΠΡΑΣΙΝΟ, ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ), ΜΙΑΣ ~~ΧΡΗΣΕΩΣ~~	TEM	ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ
18			ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΕΛΑΙΩΝ/ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΜΕ ΣΥΡΙΓΓΑ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ VENTURY ΜΗ ΜΕΤΑΤΡΕΠΟΜΕΝΗ ΣΕ ΠΕΡΙΣΤΑΛΤΙΚΗ, ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΥΑΛΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗΣ 5.000 ΚΟΠΩΝ / ΛΕΠΤΟ, ΔΙΑΘΕΡΜΙΑ, ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ENDOLASER, ΔΙΠΛΗ ΠΗΓΗ ΦΩΤΟΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΗΓΗΣ ΕΝΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΥΝΑΤΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΟΥΣ (ΚΙΤΡΙΝΟ, ΠΡΑΣΙΝΟ, ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ), ΜΙΑΣ ~~ΧΡΗΣΕΩΣ~~	TEM	ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ
19			ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΧΥΣΗΣ ΕΛΑΙΩΝ/ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ VENTURY ΜΗ ΜΕΤΑΤΡΕΠΟΜΕΝΗ ΣΕ ΠΕΡΙΣΤΑΛΤΙΚΗ, ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΥΑΛΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗΣ 5.000 ΚΟΠΩΝ / ΛΕΠΤΟ, ΔΙΑΘΕΡΜΙΑ, ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ENDOLASER, ΔΙΠΛΗ ΠΗΓΗ ΦΩΤΟΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΗΓΗΣ ΕΝΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΥΝΑΤΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΟΥΣ (ΚΙΤΡΙΝΟ, ΠΡΑΣΙΝΟ, ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ), ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ.	TEM	ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ
20			ΣΚΛΗΡΙΚΗ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ VENTURY ΜΗ ΜΕΤΑΤΡΕΠΟΜΕΝΗ ΣΕ ΠΕΡΙΣΤΑΛΤΙΚΗ, ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΥΑΛΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗΣ 5.000 ΚΟΠΩΝ / ΛΕΠΤΟ, ΔΙΑΘΕΡΜΙΑ, ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ENDOLASER, ΔΙΠΛΗ ΠΗΓΗ ΦΩΤΟΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΗΓΗΣ ΕΝΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΥΝΑΤΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ~~ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΟΥΣ (ΚΙΤΡΙΝΟ, ΠΡΑΣΙΝΟ, ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ) ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ~~	TEM	ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ
21			ΕΝΔΟΔΙΑΘΕΡΜΙΑ 23G ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ VENTURY ΜΗ ΜΕΤΑΤΡΕΠΟΜΕΝΗ ΣΕ ΠΕΡΙΣΤΑΛΤΙΚΗ, ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΥΑΛΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗΣ 5.000 ΚΟΠΩΝ / ΛΕΠΤΟ, ΔΙΑΘΕΡΜΙΑ, ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ENDOLASER, ΔΙΠΛΗ ΠΗΓΗ ΦΩΤΟΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΗΓΗΣ ΕΝΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΥΝΑΤΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ~~ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΟΥΣ (ΚΙΤΡΙΝΟ, ΠΡΑΣΙΝΟ, ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ) ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ~~	TEM	ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ
22			CHANDELIER 23G ΜΕ ΡΥΘΜΙΣΤΗ ΕΝΤΑΣΗΣ ΦΩΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗ ΛΑΒΗ (ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ), ΧΩΡΙΣ ΧΡΗΣΗ ΑΝΤΑΠΤΟΡΑ, ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ VENTURY ΜΗ ΜΕΤΑΤΡΕΠΟΜΕΝΗ ΣΕ ΠΕΡΙΣΤΑΛΤΙΚΗ, ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΥΑΛΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗΣ 5.000 ΚΟΠΩΝ / ΛΕΠΤΟ, ΔΙΑΘΕΡΜΙΑ, ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ENDOLASER, ΔΙΠΛΗ ΠΗΓΗ ΦΩΤΟΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΗΓΗΣ ΕΝΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΥΝΑΤΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΟΥΣ (ΚΙΤΡΙΝΟ, ΠΡΑΣΙΝΟ, ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ) ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ.	TEM	ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ
23			CHANDELIER 25G ΜΕ ΡΥΘΜΙΣΤΗ ΕΝΤΑΣΗΣ ΦΩΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗ ΛΑΒΗ (ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ), ΧΩΡΙΣ ΧΡΗΣΗ ΑΝΤΑΠΤΟΡΑ, ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ VENTURY ΜΗ ΜΕΤΑΤΡΕΠΟΜΕΝΗ ΣΕ ΠΕΡΙΣΤΑΛΤΙΚΗ, ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΥΑΛΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗΣ 5.000 ΚΟΠΩΝ / ΛΕΠΤΟ, ΔΙΑΘΕΡΜΙΑ, ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ENDOLASER, ΔΙΠΛΗ ΠΗΓΗ ΦΩΤΟΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΗΓΗΣ ΕΝΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΥΝΑΤΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΟΥΣ (ΚΙΤΡΙΝΟ, ΠΡΑΣΙΝΟ, ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ) ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ.	TEM	ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ
24			ΣΤΥΛΕΟΣ BACKFLUSH ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ 23G ΜΕ ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΟ ΑΚΡΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΜΕ MALE LUER SLIP Η FEMALE ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΧΩΡΙΣ Ή ΜΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ VENTURY ΜΗ ΜΕΤΑΤΡΕΠΟΜΕΝΗ ΣΕ ΠΕΡΙΣΤΑΛΤΙΚΗ, ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ENDOLASER, ΔΙΠΛΗ ΠΗΓΗ ΦΩΤΟΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΗΓΗΣ ΕΝΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΥΝΑΤΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΟΥΣ (ΚΙΤΡΙΝΟ, ΠΡΑΣΙΝΟ, ~~ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ, ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ~~	TEM	ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ
25			ΣΤΥΛΕΟΣ BACKFLUSH ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ 25GΜΕ MALE LUER SLIP Η FEMALE ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΧΩΡΙΣ Ή ΜΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ VENTURY ΜΗ ΜΕΤΑΤΡΕΠΟΜΕΝΗ ΣΕ ΠΕΡΙΣΤΑΛΤΙΚΗ, ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ENDOLASER, ΔΙΠΛΗ ΠΗΓΗ ΦΩΤΟΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΗΓΗΣ ΕΝΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΥΝΑΤΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ~~ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΟΥΣ (ΚΙΤΡΙΝΟ, ΠΡΑΣΙΝΟ, ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ) ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ~~	TEM	ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ
26			ΤΙΡ ΦΑΚΟΘΡΥΨΙΑΣ ΤΥΠΟΥ KELMAN 45 ΜΟΙΡΩΝ MINI FLARED ΑΠΟ ΤΙΤΑΝΙΟ 09mm, ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕ ΠΕΡΙΣΤΑΛΤΙΚΗ ΑΝΤΛΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΜΗ 2,75-2,85mm	TEM	ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ
27			ΒΕΛΟΝΟΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ ΠΥΡΗΝΑ ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗ ΤΥΠΟΥ FRAGMENTOME 20GA ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΤΛΙΑΣ VENTURY Η ΠΕΡΙΣΤΑΛΤΙΚΗ, ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΥΑΛΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗΣ 7.500 ΚΟΠΩΝ / ΛΕΠΤΟ, ΔΙΑΘΕΡΜΙΑ, ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ~~ENDOLASER ΜΕ ΔΙΠΛΗ ΠΗΓΗ ΦΩΤΟΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ~~	TEM	ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ
28			ΠΑΚΕΤΟ ΥΑΛΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗΣ 23GA ΠΛΗΡΗΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΑΣΕΤΑ, TROCAR, PLUGS, ΥΑΛΟΕΙΔΕΚΤΟΜΟ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 2500 ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΤΛΙΑΣ VENTURY Η ΠΕΡΙΣΤΑΛΤΙΚΗ, ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΥΑΛΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗΣ 7.500 ΚΟΠΩΝ / ΛΕΠΤΟ, ΔΙΑΘΕΡΜΙΑ, ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ENDOLASER ΜΕ ΔΙΠΛΗ ΠΗΓΗ ΦΩΤΟΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ	TEM	ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

29			ΙΝΕΣ ΕΝΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΥΠΟΥ TORPEDO ΓΙΑ ΑΜΦΙΧΕΙΡΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΤΛΙΑΣ VENTURY Η ΠΕΡΙΣΤΑΛΤΙΚΗ, ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΥΑΛΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗΣ 7.500 ΚΟΠΩΝ / ΛΕΠΤΟ, ΔΙΑΘΕΡΜΙΑ, ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ENDOLASER ΜΕ ΔΙΠΛΗ ΠΗΓΗ ΦΩΤΟΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ	ΤΕΜ	ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ
30			ΕΝΔΟΔΙΑΘΕΡΜΙΑ ΜΟΝΟΠΟΛΙΚΗ 23/25G ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΤΛΙΑΣ VENTURY Η ΠΕΡΙΣΤΑΛΤΙΚΗ, ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΥΑΛΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗΣ 7.500 ΚΟΠΩΝ / ΛΕΠΤΟ, ΔΙΑΘΕΡΜΙΑ, ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ENDOLASER ΜΕ ΔΙΠΛΗ ΠΗΓΗ ΦΩΤΟΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ	ΤΕΜ	ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ
31			ΒΕΛΟΝΑ ΓΙΑ FRAGMENTOME 23G	ΤΕΜ	
32			ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΘΕΡΜΙΕΣ ΣΤΥΛΕΟΣ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑΣ 25GA	ΤΕΜ	
33			ΣΤΥΛΕΟΣ ΕΝΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 25GA ΔΙΑΧΥΤΟΣ ΜΕ ΚΡΥΣΤΑΛΛΟ ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΤΛΙΑΣ VENTURY Η ΠΕΡΙΣΤΑΛΤΙΚΗ, ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΥΑΛΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗΣ 7.500 ΚΟΠΩΝ / ΛΕΠΤΟ, ΔΙΑΘΕΡΜΙΑ, ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ENDOLASER ΜΕ ΔΙΠΛΗ ΠΗΓΗ ΦΩΤΟΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ	ΤΕΜ	ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ
34			ΣΤΥΛΕΟΣ ΠΛΥΣΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΟΜΟΑΞΟΝΙΚΟΣ 90 ΜΟΙΡΩΝ	ΤΕΜ	
35			ΣΤΥΛΕΟΣ ΠΛΥΣΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΟΜΟΑΞΟΝΙΚΟΣ ΚΥΡΤΟΣ	ΤΕΜ	
36			ΣΤΥΛΕΟΣ ΠΛΥΣΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΟΜΟΑΞΟΝΙΚΟΣ ΜΕ ΣΠΕΙΡΩΜΑ	ΤΕΜ	
37			ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΧΥΣΗΣ/ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΜΕ ΣΥΡΙΓΓΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ	ΤΕΜ	
38			ΣΩΛΗΝΩΣΗ ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΥΓΡΟΥ/ΑΕΡΑ	ΤΕΜ	
39			ΤΙΡ ΠΛΥΣΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΚΥΡΤΟ 0.3mm ΜΕ ΑΚΡΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ, ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕ ΠΕΡΙΣΤΑΛΤΙΚΗ ΑΝΤΛΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ	ΤΕΜ	ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ
40			ΚΑΛΩΔΙΑ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑΣ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΑ ΥΓΡΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΤΛΙΑΣ VENTURY Η ΠΕΡΙΣΤΑΛΤΙΚΗ, ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΥΑΛΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗΣ 7.500 ΚΟΠΩΝ / ΛΕΠΤΟ, ΔΙΑΘΕΡΜΙΑ, ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ENDOLASER ΜΕ ΔΙΠΛΗ ΠΗΓΗ ΦΩΤΟΣ	ΤΕΜ	ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ
41			ΛΑΒΙΔΕΣ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΛΩΔΙΑ ΥΓΡΟΥ ΠΕΔΙΟΥ	ΤΕΜ	
42			ΣΤΥΛΕΟΣ ΕΝΔΟΛΕΙΖΕΡ ΜΕ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ RFID 23GA ΚΥΡΤΟΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΜΕ ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΑΚΡΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΤΛΙΑΣ VENTURY Η ΠΕΡΙΣΤΑΛΤΙΚΗ, ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΥΑΛΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗΣ 7.500 ΚΟΠΩΝ / ΛΕΠΤΟ, ΔΙΑΘΕΡΜΙΑ, ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ENDOLASER ΜΕ ΔΙΠΛΗ ΠΗΓΗ ΦΩΤΟΣ	ΤΕΜ	ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ
43			ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΧΥΣΗΣ/ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΜΕ ΣΥΡΙΓΓΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ	ΤΕΜ	
44			SLEEVE ΓΙΑ ΤΙΡ ΦΑΚΟΘΡΥΨΙΑΣ 0,9MM ΓΙΑ ΤΟΜΗ 2,6-3,0MM, ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕ ΠΕΡΙΣΤΑΛΤΙΚΗ ΑΝΤΛΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ	ΤΕΜ	ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ
45			ΤΙΡ ΦΑΚΟΘΡΥΨΙΑΣ ΚΥΡΤΟ ΤΥΠΟΥ TAPERED ΓΙΑ ΟΖΙΛ 30 ΜΟΙΡΩΝ 0,9MM ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΣΗΣ ABS, ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕ ΠΕΡΙΣΤΑΛΤΙΚΗ ΑΝΤΛΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ	ΤΕΜ	ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ
46			ΠΡΟΣΘΙΟΣ ΥΑΛΟΕΙΔΟΤΟΜΟΣ,ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕ ΠΕΡΙΣΤΑΛΤΙΚΗ ΑΝΤΛΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ	ΤΕΜ	ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ
47			ΤΙΠ ΠΛΥΣΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΚΥΡΤΟ 0,3MM ΜΕ ΑΚΡΟ ΑΠΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗ,ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕ ΠΕΡΙΣΤΑΛΤΙΚΗ ΑΝΤΛΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ	ΤΕΜ	ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ
48			ΤΙΠ ΠΛΥΣΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΕΥΘΥ 0,3MM ΜΕ ΑΚΡΟ ΑΠΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗ,ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕ ΠΕΡΙΣΤΑΛΤΙΚΗ ΑΝΤΛΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ	ΤΕΜ	ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ
49			Πακέτο φακοθρυψίας το οποίο να περιλαμβάνει ΚΑΣΕΤΑ ΦΑΚΟΘΡΥΨΙΑΣ ΠΟΥ ΝΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΣΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΝΑ ΣΥΝΔΥΑΖΕΙ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΥΠΕΡΗΧΩΝ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΕΡΗΧΩΝ ΣΤΡΕΨΗΣ ΚΑΙ ΠΟΥ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΗΣ ΕΝΔΟΦΘΑΛΜΙΑΣ ΠΙΕΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ , tip για τομή 2,75mm, κάλυμμα sleeve , test chambers και κάλυμμα τραπέζιού μηχανήματος, μέσω του οποίου να επιτυγχάνετε η διατήρηση της ενδοφθάλμιας πίεσης στο προκαθορισμένο από το χειρουργό επίπεδο ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 6 ΤΕΜΑΧΙΩΝ		ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ
50			ΠΡΟΣΘΙΟΣ ΥΑΛΟΕΙΔΟΤΟΜΟΣ 23GA 4000 ΚΟΠΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 6 ΤΕΜΑΧΙΩΝ,ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕ ΠΕΡΙΣΤΑΛΤΙΚΗ ΑΝΤΛΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ	ΤΕΜ	ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ
51			ΣΤΥΛΕΟΣ ΦΑΚΟΘΡΥΨΙΑΣ ΤΥΠΟΥ ΟΖΙΛ, ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΔΕΞΙΟΣΤΡΟΦΗΣ - ΑΡΙΣΤΕΡΟΣΤΡΟΦΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕ ΠΕΡΙΣΤΑΛΤΙΚΗ ΑΝΤΛΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ	ΤΕΜ	ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ
52			ΣΤΥΛΕΟΣ ΕΝΘΕΣΕΩΣ ΕΝΔΟΦΑΚΟΥ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΝΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΣΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΦΑΚΟΘΡΥΨΙΑΣ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΔΕΞΙΟΣΤΡΟΦΗΣ - ΑΡΙΣΤΕΡΟΣΤΡΟΦΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ	ΤΕΜ	ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ
53			ΣΤΥΛΕΟΣ ΥΠΕΡΗΧΩΝ FRAG ΓΙΑ ΟΠΙΣΘΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ ΦΑΚΟΘΡΥΨΙΑΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΤΛΙΑΣ VENTURY Η ΠΕΡΙΣΤΑΛΤΙΚΗ, ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΥΑΛΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗΣ 7.500 ΚΟΠΩΝ / ΛΕΠΤΟ, ΔΙΑΘΕΡΜΙΑ, ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ENDOLASER ΜΕ ΔΙΠΛΗ ΠΗΓΗ ΦΩΤΟΣ	ΤΕΜ	ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ
54			ΠΑΚΕΤΟ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΜΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΥΑΛΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΓΙΑ 20GA ή 23GA ή 25GA ή 27GA ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΤΛΙΑΣ VENTURY Η ΠΕΡΙΣΤΑΛΤΙΚΗ, ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΥΑΛΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗΣ 7.500 ΚΟΠΩΝ / ΛΕΠΤΟ, ΔΙΑΘΕΡΜΙΑ, ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ENDOLASER ΜΕ ΔΙΠΛΗ ΠΗΓΗ ΦΩΤΟΣ	ΤΕΜ	ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ
55			ΚΑΣΕΤΑ ΥΑΛΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗΣ ΠΛΗΡΗΣ 25GA ΜΕ ΥΑΛΟΕΙΔΕΚΤΟΜΟ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 5000 ΚΟΠΩΝ, ΤΡΟΚΑΡ, ΚΑΝΟΥΛΑ ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ ,ΕΓΧΥΣΗ, ΕΥΡΕΙΑΣ ΓΩΝΙΑΣ ΕΝΔΟΦΩΤΙΣΜΟ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 6 ΤΕΜΑΧΙΩΝ) ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΤΛΙΑΣ VENTURY Η ΠΕΡΙΣΤΑΛΤΙΚΗ, ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΥΑΛΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗΣ 7.500 ΚΟΠΩΝ / ΛΕΠΤΟ, ΔΙΑΘΕΡΜΙΑ, ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ENDOLASER ΜΕ ΔΙΠΛΗ ΠΗΓΗ ΦΩΤΟΣ	ΤΕΜ	ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ
56			ΚΑΣΕΤΑ ΥΑΛΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗΣ ΠΛΗΡΗΣ 23GA ΜΕ ΥΑΛΟΕΙΔΕΚΤΟΜΟ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 5000 ΚΟΠΩΝ, ΤΡΟΚΑΡ, ΚΑΝΟΥΛΑ ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ, ΕΓΧΥΣΗ, ΕΥΡΕΙΑΣ ΓΩΝΙΑΣ ΕΝΔΟΦΩΤΙΣΜΟ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 6 ΤΕΜΑΧΙΩΝ) ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΤΛΙΑΣ VENTURY Η ΠΕΡΙΣΤΑΛΤΙΚΗ, ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΥΑΛΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗΣ 7.500 ΚΟΠΩΝ / ΛΕΠΤΟ, ΔΙΑΘΕΡΜΙΑ, ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ENDOLASER ΜΕ ΔΙΠΛΗ ΠΗΓΗ ΦΩΤΟΣ	ΤΕΜ	ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ
57			ΚΑΣΕΤΑ ΥΑΛΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗΣ ΠΛΗΡΗΣ 27GA ΜΕ ΥΑΛΟΕΙΔΕΚΤΟΜΟ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 5000 ΚΟΠΩΝ, ΤΡΟΚΑΡ, ΚΑΝΟΥΛΑ ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ, ΕΓΧΥΣΗ, ΕΥΡΕΙΑΣ ΓΩΝΙΑΣ ΕΝΔΟΦΩΤΙΣΜΟ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 6 ΤΕΜΑΧΙΩΝ) ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΤΛΙΑΣ VENTURY Η ΠΕΡΙΣΤΑΛΤΙΚΗ, ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΥΑΛΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗΣ 7.500 ΚΟΠΩΝ / ΛΕΠΤΟ, ΔΙΑΘΕΡΜΙΑ, ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ENDOLASER ΜΕ ΔΙΠΛΗ ΠΗΓΗ ΦΩΤΟΣ	ΤΕΜ	ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ
58			ΚΑΣΕΤΑ ΥΑΛΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΑΚΤΗ ΠΛΗΡΗΣ 25GA ΜΕ ΥΑΛΟΕΙΔΕΚΤΟΜΟ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 5000 ΚΟΠΩΝ, ΤΡΟΚΑΡ,ΚΑΝΟΥΛΑ ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ ,ΕΓΧΥΣΗ, ΕΝΔΟΦΩΤΙΣΜΟ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 6 ΤΕΜΑΧΙΩΝ) ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΤΛΙΑΣ VENTURY Η ΠΕΡΙΣΤΑΛΤΙΚΗ, ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΥΑΛΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗΣ 7.500 ΚΟΠΩΝ / ΛΕΠΤΟ, ΔΙΑΘΕΡΜΙΑ, ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ENDOLASER ΜΕ ΔΙΠΛΗ ΠΗΓΗ ΦΩΤΟΣ	ΤΕΜ	ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ
59			ΚΑΣΕΤΑ ΥΑΛΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΑΚΤΗ ΠΛΗΡΗΣ 23GA ΜΕ ΥΑΛΟΕΙΔΕΚΤΟΜΟ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 5000 ΚΟΠΩΝ, ΤΡΟΚΑΡ,ΚΑΝΟΥΛΑ ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ ,ΕΓΧΥΣΗ, ΕΝΔΟΦΩΤΙΣΜΟ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 6 ΤΕΜΑΧΙΩΝ) ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΤΛΙΑΣ VENTURY Η ΠΕΡΙΣΤΑΛΤΙΚΗ, ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΥΑΛΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗΣ 7.500 ΚΟΠΩΝ / ΛΕΠΤΟ, ΔΙΑΘΕΡΜΙΑ, ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ENDOLASER ΜΕ ΔΙΠΛΗ ΠΗΓΗ ΦΩΤΟΣ	ΤΕΜ	ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ
60			ΚΑΣΕΤΑ ΥΑΛΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΑΚΤΗ ΠΛΗΡΗΣ 27GA ΜΕ ΥΑΛΟΕΙΔΕΚΤΟΜΟ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 5000 ΚΟΠΩΝ, ΤΡΟΚΑΡ,ΚΑΝΟΥΛΑ ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ ,ΕΓΧΥΣΗ, ΕΝΔΟΦΩΤΙΣΜΟ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 6 ΤΕΜΑΧΙΩΝ) ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΤΛΙΑΣ VENTURY Η ΠΕΡΙΣΤΑΛΤΙΚΗ, ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΥΑΛΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗΣ 7.500 ΚΟΠΩΝ / ΛΕΠΤΟ, ΔΙΑΘΕΡΜΙΑ, ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ENDOLASER ΜΕ ΔΙΠΛΗ ΠΗΓΗ ΦΩΤΟΣ	ΤΕΜ	ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ
61			ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΑΜΕΙΞΗΣ ΑΕΡΙΩΝ	ΤΕΜ	
62			ΚΑΛΩΔΙΟ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΤΛΙΑΣ VENTURY Η ΠΕΡΙΣΤΑΛΤΙΚΗ, ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΥΑΛΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗΣ 7.500 ΚΟΠΩΝ / ΛΕΠΤΟ, ΔΙΑΘΕΡΜΙΑ, ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ENDOLASER ΜΕ ΔΙΠΛΗ ΠΗΓΗ ΦΩΤΟΣ	ΤΕΜ	ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ
63			ΣΤΥΛΕΟΣ ΦΑΚΟΘΡΥΨΙΑΣ ΤΥΠΟΥ ΟΖΙΛ	ΤΕΜ	ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ
64			ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΟΡΟΥ ΚΑΙ ΚΑΣΕΤΑ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΤΛΙΑΣ VENTURY Η ΠΕΡΙΣΤΑΛΤΙΚΗ, ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΥΑΛΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗΣ 7.500 ΚΟΠΩΝ / ΛΕΠΤΟ, ΔΙΑΘΕΡΜΙΑ, ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ENDOLASER ΜΕ ΔΙΠΛΗ ΠΗΓΗ ΦΩΤΟΣ	ΤΕΜ	ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ
65			ΚΑΣΕΤΑ ΥΑΛΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗΣ ΠΛΗΡΗΣ 20GA ΜΕ ΥΑΛΟΕΙΔΕΚΤΟΜΟ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 2500 ΚΟΠΩΝ ΚΑΝΟΥΛΑ ΕΓΧΥΣΗ ΕΝΔΟΦΩΤΙΣΜΟ MVR PLUGS ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΤΛΙΑΣ VENTURY ή ΠΕΡΙΣΤΑΛΤΙΚΗ,ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΥΑΛΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗΣ 7.500 ΚΟΠΩΝ / ΛΕΠΤΟ, ΔΙΑΘΕΡΜΙΑ, ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ENDOLASER ΜΕ ΔΙΠΛΗ ΠΗΓΗ ΦΩΤΟΣ	ΤΕΜ	ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

66		ΚΑΣΕΤΑ ΥΑΛΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗΣ ΠΛΗΡΗΣ TOTAL PLUS 23GA ΜΕ ΥΑΛΟΕΙΔΕΚΤΟΜΟ 2500 ΚΟΠΩΝ ΤΡΟΚΑΡ ΚΑΝΟΥΛΑ ΕΓΧΥΣΗΣ ΕΝΔΟΦΩΤΙΣΜΟ MVR PLUGS ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΤΛΙΑΣ VENTURY Η ΠΕΡΙΣΤΑΛΤΙΚΗ, ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΥΑΛΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗΣ 7.500 ΚΟΠΩΝ / ΛΕΠΤΟ, ΔΙΑΘΕΡΜΙΑ, ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ENDOLASER ΜΕ ΔΙΠΛΗ ΠΗΓΗ ΦΩΤΟΣ	TEM	ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ
67		ΚΑΣΕΤΑ ΦΑΚΟΘΡΥΨΙΑΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΜΕ ΠΕΡΙΣΤΑΛΤΙΚΗ ΑΝΤΛΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΝΑ ΣΥΝΔΥΑΖΕΙ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΥΠΕΡΗΧΩΝ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΕΡΗΧΩΝ ΣΤΡΕΨΗΣ .ΜΕ ΣΔΚΟ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ ΥΓΡΩΝ.	TEM	ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ
68		ΣΤΥΛΕΟΣ ΕΝΔΟ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑΣ 23G ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	TEM	
69		ΣΤΥΛΕΟΣ ΕΝΔΟ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑΣ 25G ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	TEM	
70		ΣΤΥΛΕΟΣ ΕΝΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 23GA ΔΙΑΧΥΤΟΣ ΜΕ ΚΡΥΣΤΑΛΛΟ ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΤΛΙΑΣ VENTURY Η ΠΕΡΙΣΤΑΛΤΙΚΗ, ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΥΑΛΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗΣ 7.500 ΚΟΠΩΝ / ΛΕΠΤΟ, ΔΙΑΘΕΡΜΙΑ, ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ENDOLASER ΜΕ ΔΙΠΛΗ ΠΗΓΗ ΦΩΤΟΣ	TEM	ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ
71		ΣΤΥΛΕΟΣ ΥΑΛΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗΣ 23G	TEM	ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ
72		ΣΤΥΛΕΟΣ ΥΑΛΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗΣ 25G	TEM	ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ
73		ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ ΜΕ ΔΥΟ ΑΚΡΑ ΑΡΣΕΝΙΚΑ LUER LOCK ΜΕ ΠΩΜΑΤΑ, Μ.Χ. ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ ΓΙΑ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΡΟΦΙΓΓΑΣ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΠΟΛΥΑΙΟΥΛΕΝΙΟΥ)	TEM	ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ
74		ΣΥΣΤΗΜΑ VGFI	TEM	ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ
75		ΤΥΛΕΟΣ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑΣ	TEM	ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ
76		ΚΑΣΕΤΑ ΜΙΚΡΗΣ ΤΟΜΗΣ ΦΑΚΟΘΡΥΨΙΑΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ, ΓΙΑ ΑΝΤΛΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ VENTURY ΜΗ ΜΕΤΑΤΡΕΠΟΜΕΝΗ ΣΕ ΠΕΡΙΣΤΑΛΤΙΚΗ, ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΜΕ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥΣ ΥΠΕΡΗΧΟΥΣ ΣΤΑ 28,5 ΚΗΖ. ΜΕ ΚΟΥΤΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΥΓΡΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 300 ML. ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΚΑΛΥΜΜΑ ΤΡΑΠΕΖΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΟΘΟΝΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ, ΔΥΟ STANDARD SLEEVE ΕΓΧΥΣΗΣ, ΚΛΕΙΔΙ ΒΕΛΟΝΑΣ ΦΑΚΟΘΡΥΨΙΑΣ (TIP) ΚΑΙ ΘΑΛΑΜΟ ΔΟΚΙΜΩΝ. ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ.	TEM	ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ
77		ΚΑΣΕΤΑ ΜΙΚΡΗΣ ΤΟΜΗΣ ΦΑΚΟΘΡΥΨΙΑΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ, ΓΙΑ ΑΝΤΛΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ VENTURY, ΜΗ ΜΕΤΑΤΡΕΠΟΜΕΝΗ ΣΕ ΠΕΡΙΣΤΑΛΤΙΚΗ, ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΜΕ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥΣ ΥΠΕΡΗΧΟΥΣ ΣΤΑ 28,5 ΚΗΖ. ΜΕ ΚΟΥΤΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΥΓΡΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 300 ML. ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΚΑΛΥΜΜΑ ΤΡΑΠΕΖΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΟΘΟΝΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ, 2 SLEEVES ΓΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΤΟΜΗΣ 1,8MM, ΙΣΙΑ ΒΕΛΟΝΗ ΦΑΚΟΘΡΥΨΙΑΣ (TIP) ΓΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΤΟΜΗΣ 1,8MM, ΘΑΛΑΜΟ ΔΟΚΙΜΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΤΡΟ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΘΑΛΑΜΟΥ ΓΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ. ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ.	TEM	ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ
78		ΚΑΣΕΤΑ ΜΙΚΡΗΣ ΤΟΜΗΣ ΦΑΚΟΘΡΥΨΙΑΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ, ΓΙΑ ΑΝΤΛΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ VENTURY ΜΗ ΜΕΤΑΤΡΕΠΟΜΕΝΗ ΣΕ ΠΕΡΙΣΤΑΛΤΙΚΗ, ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΜΕ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥΣ ΥΠΕΡΗΧΟΥΣ ΣΤΑ 28,5 ΚΗΖ. ΜΕ ΚΟΥΤΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΥΓΡΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 300 ML. ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΚΑΛΥΜΜΑ ΤΡΑΠΕΖΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΟΘΟΝΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ, 2 SLEEVES ΓΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΤΟΜΗΣ 1,8MM, ΚΥΡΤΗ ΒΕΛΟΝΑ ΦΑΚΟΘΡΥΨΙΑΣ (TIP) 30 ΜΟΙΡΩΝ ΓΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΤΟΜΗΣ 1,8MM, ΘΑΛΑΜΟ ΔΟΚΙΜΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΤΡΟ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΘΑΛΑΜΟΥ ΓΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ. ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ.	TEM	ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ
79		ΚΑΣΕΤΑ ΜΙΚΡΗΣ ΤΟΜΗΣ ΦΑΚΟΘΡΥΨΙΑΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ, ΓΙΑ ΑΝΤΛΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ VENTURY ΜΗ ΜΕΤΑΤΡΕΠΟΜΕΝΗ ΣΕ ΠΕΡΙΣΤΑΛΤΙΚΗ, ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΜΕ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥΣ ΥΠΕΡΗΧΟΥΣ ΣΤΑ 28,5 ΚΗΖ. ΜΕ ΚΟΥΤΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΥΓΡΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 300 ML. ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΚΑΛΥΜΜΑ ΤΡΑΠΕΖΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΟΘΟΝΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ, 2 SLEEVES ΓΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΤΟΜΗΣ 1,8MM, ΘΑΛΑΜΟ ΔΟΚΙΜΩΝ ΚΑΙ ΙΣΙΑ ΒΕΛΟΝΗ ΦΑΚΟΘΡΥΨΙΑΣ (TIP) ΓΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΤΟΜΗΣ 1,8MM. ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ.	TEM	ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ
80		ΚΑΣΕΤΑ ΜΙΚΡΗΣ ΤΟΜΗΣ ΦΑΚΟΘΡΥΨΙΑΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ, ΓΙΑ ΑΝΤΛΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ VENTURY ΜΗ ΜΕΤΑΤΡΕΠΟΜΕΝΗ ΣΕ ΠΕΡΙΣΤΑΛΤΙΚΗ, ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΜΕ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥΣ ΥΠΕΡΗΧΟΥΣ ΣΤΑ 28,5 ΚΗΖ. ΜΕ ΚΟΥΤΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΥΓΡΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 300 ML. ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΚΑΛΥΜΜΑ ΤΡΑΠΕΖΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΟΘΟΝΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ, 2 SLEEVES ΓΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΤΟΜΗΣ 1,8MM, ΘΑΛΑΜΟ ΔΟΚΙΜΩΝ ΚΑΙ ΚΥΡΤΗ ΒΕΛΟΝΑ ΦΑΚΟΘΡΥΨΙΑΣ (TIP) 30 ΜΟΙΡΩΝ ΓΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΤΟΜΗΣ 1,8MM. ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ.	TEM	ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ
81		ΚΑΣΕΤΑ ΥΑΛΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗΣ, ΠΛΗΡΗΣ, ΜΕ ΔΟΧΕΙΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΥΓΡΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ 300 ML, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΓΧΥΣΗΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΕΠΙΣΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑ. ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΕΝΔΟΦΩΤΙΣΜΟ ΕΥΡΕΙΑΣ ΓΩΝΙΑΣ, ΣΤΥΛΕΟ ΥΑΛΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗΣ ΤΥΠΟΥ ΓΚΙΛΟΤΙΝΑΣ 20G, ΣΕΤ ΤΡΟΚΑΡ, ΚΑΝΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΣΚΛΗΡΟΥ ΧΙΤΩΝΑ 20G, MVR ΜΑΧΑΙΡΙΔΙΟ 20G, ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ, ΓΡΑΜΜΗ ΕΓΧΥΣΗΣ, ΣΥΡΙΓΓΑ 10CC LUER LOCK, ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ ΘΑΛΑΜΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ, ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ ΜΕ ΔΥΟ ΑΚΡΑ ΑΡΣΕΝΙΚΑ LUER, ΚΑΛΥΜΜΑ ΤΡΑΠΕΖΙΔΙΟΥ ΟΘΟΝΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ, ΣΥΣΚΕΥΗ ΔΙΑΝΟΙΞΗΣ ΟΡΟΥ, ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ VENTURY ΜΗ ΜΕΤΑΤΡΕΠΟΜΕΝΗ ΣΕ ΠΕΡΙΣΤΑΛΤΙΚΗ, ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΥΑΛΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗΣ 5.000 ΚΟΠΩΝ / ΛΕΠΤΟ, ΔΙΑΘΕΡΜΙΑ, ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ENDOLASER, ΔΙΠΛΗ ΠΗΓΗ ΦΩΤΟΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΗΓΗΣ ΕΝΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΥΝΑΤΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΟΥΣ (ΚΙΤΡΙΝΟ, ΠΡΑΣΙΝΟ, ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ), ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ.	TEM	ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ
82		ΚΑΣΕΤΑ ΥΑΛΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗΣ, ΠΛΗΡΗΣ, ΜΕ ΔΟΧΕΙΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΥΓΡΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ 300 ML, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΓΧΥΣΗΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ. ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΕΝΔΟΦΩΤΙΣΜΟ ΕΥΡΕΙΑΣ ΓΩΝΙΑΣ, ΣΤΥΛΕΟ ΥΑΛΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗΣ ΤΥΠΟΥ ΓΚΙΛΟΤΙΝΑΣ 20G, ΣΕΤ ΤΡΟΚΑΡ, ΚΑΝΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΣΚΛΗΡΟΥ ΧΙΤΩΝΑ 20G, MVR ΜΑΧΑΙΡΙΔΙΟ 20G, ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ, ΓΡΑΜΜΗ ΕΓΧΥΣΗΣ, ΣΥΡΙΓΓΑ 10CC LUER LOCK, ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ ΘΑΛΑΜΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ, ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ ΜΕ ΔΥΟ ΑΚΡΑ ΑΡΣΕΝΙΚΑ LUER, ΚΑΛΥΜΜΑ ΤΡΑΠΕΖΙΔΙΟΥ ΟΘΟΝΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ, ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ VENTURY ΜΗ ΜΕΤΑΤΡΕΠΟΜΕΝΗ ΣΕ ΠΕΡΙΣΤΑΛΤΙΚΗ, ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΥΑΛΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗΣ 5.000 ΚΟΠΩΝ / ΛΕΠΤΟ, ΔΙΑΘΕΡΜΙΑ, ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ENDOLASER, ΔΙΠΛΗ ΠΗΓΗ ΦΩΤΟΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΗΓΗΣ ΕΝΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΥΝΑΤΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΟΥΣ (ΚΙΤΡΙΝΟ, ΠΡΑΣΙΝΟ, ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ)., ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ.	TEM	ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ
83		ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΣΕΤΑ ΥΑΛΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗΣ, ΠΛΗΡΗΣ, ΜΕ ΔΟΧΕΙΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΥΓΡΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ 300 ML, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΓΧΥΣΗΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΕΠΙΣΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑ. ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΕΝΔΟΦΩΤΙΣΜΟ ΕΥΡΕΙΑΣ ΓΩΝΙΑΣ, ΣΤΥΛΕΟ ΥΑΛΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗΣ ΤΥΠΟΥ ΓΚΙΛΟΤΙΝΑΣ 20G, ΣΕΤ ΤΡΟΚΑΡ, ΚΑΝΟΥΛΑ ΚΑΙ ΒΑΛΒΙΔΑ ΣΚΛΗΡΟΥ ΧΙΤΩΝΑ 20G, MVR ΜΑΧΑΙΡΙΔΙΟ 20G, ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ, ΓΡΑΜΜΗ ΕΓΧΥΣΗΣ, ΣΥΡΙΓΓΑ 10CC LUER LOCK, ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ ΘΑΛΑΜΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ, ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ ΜΕ ΔΥΟ ΑΚΡΑ ΑΡΣΕΝΙΚΑ LUER, ΚΑΛΥΜΜΑ ΤΡΑΠΕΖΙΔΙΟΥ ΟΘΟΝΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ, ΔΥΟ STANDARD SLEEVE ΕΓΧΥΣΗΣ, ΚΛΕΙΔΙ ΒΕΛΟΝΑΣ ΦΑΚΟΘΡΥΨΙΑΣ (TIP), ΣΥΣΚΕΥΗ ΔΙΑΝΟΙΞΗΣ ΟΡΟΥ, ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ VENTURY ΜΗ ΜΕΤΑΤΡΕΠΟΜΕΝΗ ΣΕ ΠΕΡΙΣΤΑΛΤΙΚΗ, ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΥΑΛΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗΣ 5.000 ΚΟΠΩΝ / ΛΕΠΤΟ, ΔΙΑΘΕΡΜΙΑ, ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ENDOLASER, ΔΙΠΛΗ ΠΗΓΗ ΦΩΤΟΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΗΓΗΣ ΕΝΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΥΝΑΤΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΟΥΣ (ΚΙΤΡΙΝΟ, ΠΡΑΣΙΝΟ, ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ), ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ.	TEM	ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ
84		ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΣΕΤΑ ΥΑΛΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗΣ, ΠΛΗΡΗΣ, ΜΕ ΔΟΧΕΙΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΥΓΡΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ 300 ML, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΓΧΥΣΗΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ. ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΕΝΔΟΦΩΤΙΣΜΟ ΕΥΡΕΙΑΣ ΓΩΝΙΑΣ, ΣΤΥΛΕΟ ΥΑΛΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗΣ ΤΥΠΟΥ ΓΚΙΛΟΤΙΝΑΣ 20G, ΣΕΤ ΤΡΟΚΑΡ, ΚΑΝΟΥΛΑ ΚΑΙ ΒΑΛΒΙΔΑ ΣΚΛΗΡΟΥ ΧΙΤΩΝΑ 20G, MVR ΜΑΧΑΙΡΙΔΙΟ 20G, ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ, ΓΡΑΜΜΗ ΕΓΧΥΣΗΣ, ΣΥΡΙΓΓΑ 10CC LUER LOCK, ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ ΘΑΛΑΜΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ, ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ ΜΕ ΔΥΟ ΑΚΡΑ ΑΡΣΕΝΙΚΑ LUER, ΚΑΛΥΜΜΑ ΤΡΑΠΕΖΙΔΙΟΥ ΟΘΟΝΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ, ΔΥΟ STANDARD SLEEVE ΕΓΧΥΣΗΣ, ΚΛΕΙΔΙ ΒΕΛΟΝΑΣ ΦΑΚΟΘΡΥΨΙΑΣ (TIP), ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ VENTURY ΜΗ ΜΕΤΑΤΡΕΠΟΜΕΝΗ ΣΕ ΠΕΡΙΣΤΑΛΤΙΚΗ, ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΥΑΛΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗΣ 5.000 ΚΟΠΩΝ / ΛΕΠΤΟ, ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ENDOLASER, ΔΙΑΘΕΡΜΙΑ, ΔΙΠΛΗ ΠΗΓΗ ΦΩΤΟΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΗΓΗΣ ΕΝΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΥΝΑΤΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΟΥΣ (ΚΙΤΡΙΝΟ, ΠΡΑΣΙΝΟ, ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ)., ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ.	TEM	ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ
85		SLEEVE ΓΙΑ TIP ΦΑΚΟΘΡΥΨΙΑΣ ΤΟΜΗΣ 2,2-2,7MM ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ VENTURY, ΜΗ ΜΕΤΑΤΡΕΠΟΜΕΝΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΣΤΑΛΤΙΚΗ, ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΜΕ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥΣ ΥΠΕΡΗΧΟΥΣ ΣΤΑ 28,5 ΚΗΖ.	TEM	ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

86			SLEEVE ΓΙΑ ΤΙΡ ΦΑΚΟΘΡΥΨΙΑΣ ΤΟΜΗΣ 1,8-2,2ΜΜ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ VENTURY, ΜΗ ΜΕΤΑΤΡΕΠΟΜΕΝΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΣΤΑΛΤΙΚΗ, ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΜΕ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥΣ ΥΠΕΡΗΧΟΥΣ ΣΤΑ 28,5 ΚΗΖ.	ΤΕΜ	ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ
87			ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΑΜΦΙΧΕΙΡΗΣ ΠΡΟΣΘΙΑΣ ΥΑΛΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 20G, ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΥΑΛΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗΣ ΕΩΣ 5.000 ΚΟΠΩΝ / ΛΕΠΤΟ. ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ VENTURY ΜΗ ΜΕΤΑΤΡΕΠΟΜΕΝΗ ΣΕ ΠΕΡΙΣΤΑΛΤΙΚΗ, ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΥΑΛΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗΣ 30-5.000 ΚΟΠΩΝ / ΛΕΠΤΟ. ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ENDOLASER ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑ	ΤΕΜ	ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ
88			ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΑΜΦΙΧΕΙΡΗΣ ΠΡΟΣΘΙΑΣ ΥΑΛΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 23G, ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΥΑΛΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗΣ ΕΩΣ 5.000 ΚΟΠΩΝ / ΛΕΠΤΟ. ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ VENTURY ΜΗ ΜΕΤΑΤΡΕΠΟΜΕΝΗ ΣΕ ΠΕΡΙΣΤΑΛΤΙΚΗ, ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΥΑΛΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗΣ 30-5.000 ΚΟΠΩΝ / ΛΕΠΤΟ. ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ENDOLASER ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑ	ΤΕΜ	ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ
89			ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΟΠΙΣΘΙΑΣ ΥΑΛΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 20G, ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΥΑΛΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗΣ ΕΩΣ 5.000 ΚΟΠΩΝ / ΛΕΠΤΟ. ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ VENTURY ΜΗ ΜΕΤΑΤΡΕΠΟΜΕΝΗ ΣΕ ΠΕΡΙΣΤΑΛΤΙΚΗ, ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΥΑΛΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗΣ 30-5.000 ΚΟΠΩΝ / ΛΕΠΤΟ. ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ENDOLASER ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑ	ΤΕΜ	ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ
90			ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΟΠΙΣΘΙΑΣ ΥΑΛΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 23G, ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΥΑΛΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗΣ ΕΩΣ 5.000 ΚΟΠΩΝ / ΛΕΠΤΟ. ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ VENTURY ΜΗ ΜΕΤΑΤΡΕΠΟΜΕΝΗ ΣΕ ΠΕΡΙΣΤΑΛΤΙΚΗ, ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΥΑΛΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗΣ 30-5.000 ΚΟΠΩΝ / ΛΕΠΤΟ. ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ENDOLASER ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑ	ΤΕΜ	ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ
91			ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΟΠΙΣΘΙΑΣ ΥΑΛΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 25G, ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΥΑΛΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗΣ ΕΩΣ 5.000 ΚΟΠΩΝ / ΛΕΠΤΟ. ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ VENTURY ΜΗ ΜΕΤΑΤΡΕΠΟΜΕΝΗ ΣΕ ΠΕΡΙΣΤΑΛΤΙΚΗ, ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΥΑΛΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗΣ 30-5.000 ΚΟΠΩΝ / ΛΕΠΤΟ. ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ENDOLASER ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑ	ΤΕΜ	ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ
92			ΚΙΤ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΠΛΗΡΕΣ ΠΡΟΣΘΙΑΣ ΥΑΛΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗΣ ΜΕ ΟΜΟΑΞΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΑΛΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗΣ ΚΑΙ ΠΛΥΣΗΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 20G, ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ 30-800 ΚΟΠΩΝ/ΛΕΠΤΟ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ VENTURY ΜΗ ΜΕΤΑΤΡΕΠΟΜΕΝΗ ΣΕ ΠΕΡΙΣΤΑΛΤΙΚΗ, ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΜΕ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥΣ ΥΠΕΡΗΧΟΥΣ ΣΤΑ 28,5 ΚΗΖ.	ΤΕΜ	ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ
93			ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΑΜΦΙΧΕΙΡΗΣ ΠΡΟΣΘΙΑΣ ΥΑΛΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 20G, ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ 30-800 ΚΟΠΩΝ/ΛΕΠΤΟ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ VENTURY ΜΗ ΜΕΤΑΤΡΕΠΟΜΕΝΗ ΣΕ ΠΕΡΙΣΤΑΛΤΙΚΗ, ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΜΕ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥΣ ΥΠΕΡΗΧΟΥΣ ΣΤΑ 28,5 ΚΗΖ..	ΤΕΜ	ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ
94			ΣΤΥΛΕΟΣ ΠΛΥΣΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΜΕ ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΟ ΑΚΡΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ, ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ VENTURY ΜΗ ΜΕΤΑΤΡΕΠΟΜΕΝΗ ΣΕ ΠΕΡΙΣΤΑΛΤΙΚΗ, ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΜΕ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥΣ ΥΠΕΡΗΧΟΥΣ ΣΤΑ 28,5 ΚΗΖ. ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ	ΤΕΜ	ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ
95			ΣΤΥΛΕΟΣ ΠΛΥΣΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΜΕ ΚΥΡΤΟ ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΟ ΑΚΡΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 45° ΤΟΜΗΣ <2 CM, ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ VENTURY ΜΗ ΜΕΤΑΤΡΕΠΟΜΕΝΗ ΣΕ ΠΕΡΙΣΤΑΛΤΙΚΗ, ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΜΕ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥΣ ΥΠΕΡΗΧΟΥΣ ΣΤΑ 28,5 ΚΗΖ. ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ	ΤΕΜ	ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ
96			ΣΤΥΛΕΟΣ ΠΛΥΣΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΜΕ ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΟ ΑΚΡΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΤΟΜΗΣ <2 CM, ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ VENTURY ΜΗ ΜΕΤΑΤΡΕΠΟΜΕΝΗ ΣΕ ΠΕΡΙΣΤΑΛΤΙΚΗ, ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΜΕ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥΣ ΥΠΕΡΗΧΟΥΣ ΣΤΑ 28,5 ΚΗΖ. ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ	ΤΕΜ	ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ
97			ΣΤΥΛΕΟΣ ENDOLASER ΕΥΘΥΣ 20G. ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΜΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ VENTURY ΜΗ ΜΕΤΑΤΡΕΠΟΜΕΝΗ ΣΕ ΠΕΡΙΣΤΑΛΤΙΚΗ, ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΥΑΛΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗΣ 5.000 ΚΟΠΩΝ / ΛΕΠΤΟ, ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ENDOLASER, ΔΙΠΛΗ ΠΗΓΗ ΦΩΤΟΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΗΓΗΣ ΕΝΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΥΝΑΤΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΟΥΣ (ΚΙΤΡΙΝΟ, ΠΡΑΣΙΝΟ, ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ). ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΤΑΠΤΟΡΑ ΘΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ.	ΤΕΜ	ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ
98			ΣΤΥΛΕΟΣ ENDOLASER ΕΥΘΥΣ 23G. ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΜΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ VENTURY ΜΗ ΜΕΤΑΤΡΕΠΟΜΕΝΗ ΣΕ ΠΕΡΙΣΤΑΛΤΙΚΗ, ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΥΑΛΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗΣ 5.000 ΚΟΠΩΝ / ΛΕΠΤΟ, ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ENDOLASER, ΔΙΑΘΕΡΜΙΑ, ΔΙΠΛΗ ΠΗΓΗ ΦΩΤΟΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΗΓΗΣ ΕΝΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΥΝΑΤΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΟΥΣ (ΚΙΤΡΙΝΟ, ΠΡΑΣΙΝΟ, ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ). ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΤΑΠΤΟΡΑ ΘΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ.	ΤΕΜ	ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ
99			ΣΤΥΛΕΟΣ ENDOLASER ΕΥΘΥΣ 25G. ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΜΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ VENTURY ΜΗ ΜΕΤΑΤΡΕΠΟΜΕΝΗ ΣΕ ΠΕΡΙΣΤΑΛΤΙΚΗ, ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΥΑΛΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗΣ 5.000 ΚΟΠΩΝ / ΛΕΠΤΟ, ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ENDOLASER, ΔΙΑΘΕΡΜΙΑ, ΔΙΠΛΗ ΠΗΓΗ ΦΩΤΟΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΗΓΗΣ ΕΝΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΥΝΑΤΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΟΥΣ (ΚΙΤΡΙΝΟ, ΠΡΑΣΙΝΟ, ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ). ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΤΑΠΤΟΡΑ ΘΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ.	ΤΕΜ	ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ
100			ΣΤΥΛΕΟΣ ENDOLASER ΚΥΡΤΟΣ 20G. ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΜΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ VENTURY ΜΗ ΜΕΤΑΤΡΕΠΟΜΕΝΗ ΣΕ ΠΕΡΙΣΤΑΛΤΙΚΗ, ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΥΑΛΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗΣ 5.000 ΚΟΠΩΝ / ΛΕΠΤΟ, ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ENDOLASER, ΔΙΑΘΕΡΜΙΑ, ΔΙΠΛΗ ΠΗΓΗ ΦΩΤΟΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΗΓΗΣ ΕΝΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΥΝΑΤΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΟΥΣ (ΚΙΤΡΙΝΟ, ΠΡΑΣΙΝΟ, ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ). ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΤΑΠΤΟΡΑ ΘΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ.	ΤΕΜ	ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ
101			ΣΤΥΛΕΟΣ ENDOLASER ΚΥΡΤΟΣ 23G. ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΜΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ VENTURY ΜΗ ΜΕΤΑΤΡΕΠΟΜΕΝΗ ΣΕ ΠΕΡΙΣΤΑΛΤΙΚΗ, ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΥΑΛΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗΣ 5.000 ΚΟΠΩΝ / ΛΕΠΤΟ, ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ENDOLASER, ΔΙΑΘΕΡΜΙΑ, ΔΙΠΛΗ ΠΗΓΗ ΦΩΤΟΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΗΓΗΣ ΕΝΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΥΝΑΤΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΟΥΣ (ΚΙΤΡΙΝΟ, ΠΡΑΣΙΝΟ, ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ)., ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΤΑΠΤΟΡΑ ΘΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ.	ΤΕΜ	ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ
102			ΣΤΥΛΕΟΣ ENDOLASER ΚΥΡΤΟΣ 25G ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΧΩΡΙΣ ΑΝΤΑΠΤΟΡΑ. ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΜΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ VENTURY ΜΗ ΜΕΤΑΤΡΕΠΟΜΕΝΗ ΣΕ ΠΕΡΙΣΤΑΛΤΙΚΗ, ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΥΑΛΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗΣ 5.000 ΚΟΠΩΝ / ΛΕΠΤΟ, ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ENDOLASER, ΔΙΑΘΕΡΜΙΑ, ΔΙΠΛΗ ΠΗΓΗ ΦΩΤΟΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΗΓΗΣ ΕΝΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΥΝΑΤΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΟΥΣ (ΚΙΤΡΙΝΟ, ΠΡΑΣΙΝΟ, ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ). ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	ΤΕΜ	ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ
103			ΣΤΥΛΕΟΣ ENDOLASER ΕΥΘΥΣ ΜΕ ΕΝΔΟΦΩΤΙΣΜΟ 20G ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΧΩΡΙΣ ΑΝΤΑΠΤΟΡΑ. ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΜΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ VENTURY ΜΗ ΜΕΤΑΤΡΕΠΟΜΕΝΗ ΣΕ ΠΕΡΙΣΤΑΛΤΙΚΗ, ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΥΑΛΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗΣ 5.000 ΚΟΠΩΝ / ΛΕΠΤΟ, ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ENDOLASER, ΔΙΑΘΕΡΜΙΑ, ΔΙΠΛΗ ΠΗΓΗ ΦΩΤΟΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΗΓΗΣ ΕΝΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΥΝΑΤΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΟΥΣ (ΚΙΤΡΙΝΟ, ΠΡΑΣΙΝΟ, ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ). ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ.	ΤΕΜ	ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ
104			ΣΤΥΛΕΟΣ ENDOLASER ΕΥΘΥΣ ΜΕ ΕΝΔΟΦΩΤΙΣΜΟ 23G ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΧΩΡΙΣ ΑΝΤΑΠΤΟΡΑ. ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΜΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ VENTURY ΜΗ ΜΕΤΑΤΡΕΠΟΜΕΝΗ ΣΕ ΠΕΡΙΣΤΑΛΤΙΚΗ, ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΥΑΛΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗΣ 5.000 ΚΟΠΩΝ / ΛΕΠΤΟ, ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ENDOLASER, ΔΙΑΘΕΡΜΙΑ, ΔΙΠΛΗ ΠΗΓΗ ΦΩΤΟΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΗΓΗΣ ΕΝΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΥΝΑΤΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΟΥΣ (ΚΙΤΡΙΝΟ, ΠΡΑΣΙΝΟ, ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ). ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ.	ΤΕΜ	ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ
105			ΣΤΥΛΕΟΣ ENDOLASER ΕΥΘΥΣ ΜΕ ΕΝΔΟΦΩΤΙΣΜΟ 25G ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΧΩΡΙΣ ΑΝΤΑΠΤΟΡΑ. ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΜΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ VENTURY ΜΗ ΜΕΤΑΤΡΕΠΟΜΕΝΗ ΣΕ ΠΕΡΙΣΤΑΛΤΙΚΗ, ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΥΑΛΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗΣ 5.000 ΚΟΠΩΝ / ΛΕΠΤΟ, ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ENDOLASER, ΔΙΑΘΕΡΜΙΑ, ΔΙΠΛΗ ΠΗΓΗ ΦΩΤΟΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΗΓΗΣ ΕΝΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΥΝΑΤΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΟΥΣ (ΚΙΤΡΙΝΟ, ΠΡΑΣΙΝΟ, ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ). ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ.	ΤΕΜ	ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

[illegible]

141			Σύστημα δύο ιξωδοελαστικών που αποτελείται από: α) Ιξωδοελαστικό συνδυασμού θεϊκής χονδροϊτίνης 3% και υαλουρονικού νατρίου 2% σε σύριγγα 1 ml. Μοριακό βάρος υαλουρονικού νατρίου: 3.500.000 Daltons, μοριακό βάρος θεϊκής χονδροϊτίνης: 10.000 - 40.000 Daltons. β) Ιξωδοελαστικό υαλουρονικού νατρίου 1,4% σε σύριγγα 1 ml, προερχόμενο από βακτηριακή ζύμωση. Μοριακό βάρος υαλουρονικού νατρίου: 3.500.000 Daltons.	TEM	
142			Σύστημα ιξωδοελαστικών ουσιών για ενδοβολβική χρήση που να περιλαμβάνει: 1) Ιξωδοελαστική ουσία τύπου "Cohesive" με βάση υαλουρονικό νάτριο1,4-1,6%, και ποσότητα τουλάχιστον 1 ml1) Ιξωδοελαστική ουσία τύπου "Cohesive" με βάση υαλουρονικό νάτριο1,4-1,6%, και ποσότητα τουλάχιστον 1 ml 2) Ιξωδοελαστική ουσία τύπου "Dispersive" με βάση υαλουρονικό νάτριο 2,5-3%, και ποσότητα τουλάχιστον 1 ml. Η αξιολόγηση θα γίνει με τιμή ανά μονάδα συνολικού όγκου συστήματος.	TEM	
143			Χρωστική για την χρώση του περιφακίου του οφθαλμού με D-mannitol, σε φιαλίδιο του 0.5ml. Περιέχει 1 mg /ml (0.1%) μπλε του τρυπανίου.	TEM	
144			Χρωστική με heavy water (D2O), για τη χρώση της επιωχρικής (επαμφιβληστροειδικής) μεμβράνης και PVR, σε σύριγγα 0.7ml. Κάθε ml περιέχει 1,8 mg /ml (0.18%) μπλε του τρυπανίου.	TEM	
145			Χρωστική για ταυτόχρονη χρώση της έσω αφοριστικής μεμβράνης (ILM) και της επιωχρικής (επαμφιβληστροειδικής) μεμβράνης PVR, σε σύριγγα 0.7ml. Κάθε ml περιέχει 0.03% χρωστική Brilliant Blue (C48H50N3NaO7S) και 0.18% Trypan Blue.	TEM	
146			Οφθαλμολογικό διάλυμα BSS σε γυάλινη φιάλη των 500ml και μέγιστο pH 7- 7.5.	TEM	
147			Πεταλούδες συμβατές με ενθέτες τιτανίου τύπου MONARCH για ένθεση φακών όλων των τύπων για τομή 3,2 mm	TEM	
148			Πεταλούδες συμβατές με ενθέτες τιτανίου τύπου MONARCH για ένθεση φακών όλων των τύπων για τομή 2,8 mm	TEM	
149			Πεταλούδες συμβατές με ενθέτες τιτανίου τύπου MONARCH για ένθεση φακών όλων των τύπων για τομή μικρότερη των 2,8 mm	TEM	
150			Πεταλούδες συμβατές με ενθέτες τιτανίου τύπου EMERALD για ένθεση φακών όλων των τύπων	TEM	
151			ΔΙΑΛΥΜΑ ΥΓΡΗΣ ΟΚΤΑΛΙΝΗΣ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ C8F18 PERFLUORO N OCTANE, ΣΕ ΦΙΑΛΙΔΙΟ ΤΩΝ 5ML ή προγεμισμένο σε σύριγγα . ΜΕ ΞΩΔΕΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 0.8 MPAS, ΔΕΙΚΤΗ ΔΙΑΘΛΑΣΗΣ 1.25 – 1.29 ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ ΒΡΑΣΜΟΥ ΤΟΥΣ 103-110 ΒΑΘΜΟΥΣ ΚΕΛΣΙΟΥ ΜΕ ΑΚΡΟ LUER SLIP / LUER LOCK	TEM	
152			Υγρή σιλικόνη αποστειρωμένη με ιώδες 1.300mpas, σε σύριγγα των 10ml. Με δείκτη διάθλασης 1,40, πυκνότητας 0,967-0,98.	TEM	
153			Υγρή σιλικόνη αποστειρωμένη με ιώδες 5.700mpas, σε σύριγγα των 10ml. Με δείκτη διάθλασης 1,40, πυκνότητας 0,967-0,98.	TEM	
154			Βαριά σιλικόνη αποστειρωμένη των 10 ml σε σύριγγα με άκρο luer lock, πιο βαριά από το νερό, με ιώδες 1.100-3.300 mpa.s (για τις κάτω ρωγμές), δείκτη διάθλασης 1,392-1,4, και πυκνότητα 1,02 – 1,07 g/cm³	TEM	
155			"ΠΑΚΕΤΟ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗ ΠΟΥ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ: 1 ΚΑΝΟΥΛΑ ΠΡΟΣΘΙΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ ΜΕ ΓΩΝΙΩΣΗ 0,50 ΧΙΛ. (25G) 1 ΚΑΝΟΥΛΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΓΙΑ ΥΔΡΟΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟ ΜΕ ΓΩΝΙΩΣΗ 0,40 ΧΙΛ (27G) 1 ΒΕΛΟΝΑ ΚΑΨΟΥΛΟΤΟΜΗΣ, ΚΕΚΑΜΕΝΗ 0,50 ΧΙΛ. (25G) ΑΝΑΠΟΔΗΣ ΕΚΤΟΜΗΣ 1 ΚΑΛΥΜΜΑ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 140Χ140 ΕΚ. 1 ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ NON WOVEN ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 140Χ127 ΕΚ. ΜΕ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΤΜΗΜΑ 9Χ11,5 ΕΚ. ΧΩΡΙΣ ΟΠΗ, ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΣΑΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΥΓΡΩΝ 15,2Χ16,5 ΕΚ. ΚΑΙ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΑΚΟΥ 500ML 1 ΜΑΧΑΙΡΙΔΙΟ ΚΥΡΤΟ 3,2 ΧΙΛ. ΤΥΠΟΥ SLIT ΜΕ ΑΝΩ ΚΟΠΤΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΜΕ ΜΗ-ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΑΠΟΦΥΓΗ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ 1 ΜΑΧΑΙΡΙΔΙΟ ΔΙΚΗΝ ΣΤΙΛΕΤΟΥ 1,1 ΧΙΛ. (19G) 3 ΠΑΚΕΤΑ ΜΕ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΑ ΤΡΙΓΩΝΑΚΙΑ (30 ΤΕΜΑΧΙΑ) ΑΠΟ ΡΥΑ, LINT FREE 2 ΚΥΠΕΛΛΑΚΙΑ ΓΙΑ ΔΙΑΛΥΑ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 120ML 2 ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΠΛΟΥΖΕΣ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΜΙΑ LARGE ΚΑΙ ΜΙΑ XLARGE ΜΕ ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΕΣ 1 ΒΕΛΟΝΗ 80Χ40 ΧΙΛ (21G ½'') 1 ΒΕΛΟΝΗ 40Χ13 ΧΙΛ (27G ½'') 1 ΒΕΛΟΝΗ 40Χ19 ΧΙΛ (27G ½'') ΚΑΝΟΝΙΚΟΥ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ 2 ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΑ ΤΑΜΠΟΝ ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΡΟΕΙΔΟΥΣ 10 ΤΕΜΑΧΙΑ ΑΠΟ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΕΣ ΓΑΖΕΣ, 5 ΑΝΑΔΙΠΛΩΣΕΩΝ ΕΚΑΣΤΗ, ΜΕΓΕΘΟΥΣ 5Χ5 ΕΚ. 5 ΤΕΜΑΧΙΑ ΑΠΟ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΕΣ ΓΑΖΕΣ, 12 ΑΝΑΔΙΠΛΩΣΕΩΝ ΕΚΑΣΤΗ, ΜΕΓΕΘΟΥΣ 10Χ10 ΕΚ. 2 ΣΥΡΙΓΓΕΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 10ML ΒΙΔΩΤΕΣ 1 ΣΥΡΙΓΓΑ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 3ML ΒΙΔΩΤΗ 1 ΣΥΡΙΓΓΑ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 3ML ΜΗ ΒΙΔΩΤΗ 1 ΣΥΡΙΓΓΑ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 5ML ΒΙΔΩΤΗ 1 ΣΥΡΙΓΓΑ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ 1 ΖΕΥΓΟΣ ΓΑΝΤΙΑ ΜΙΚΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΧΩΡΙΣ ΠΟΥΔΑΡΑ ΜΕΓΕΘΟΥΣ 7,5 ΟΛΑ ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΠΑΚΕΤΟ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ ΚΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΟΙΚΟ"	TEM	
156			ΜΑΧΑΙΡΙΔΙΑ ΤΥΠΟΥ MVR ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΛΑΒΗ, ΜΕ ΜΗ-ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΑΠΟΦΥΓΗ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ 19G ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ	TEM	
157			ΜΑΧΑΙΡΙΔΙΑ ΤΥΠΟΥ CLEAR CORNEAL ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΛΑΒΗ ΚΥΡΤΑ, ΚΕΡΑΤΙΚΗΣ ΤΟΜΗΣ 3,2MM ΜΕ ΑΝΩ ΚΑΙ ΚΑΤΩ ΚΟΠΤΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ, ΜΕ ΕΙΔΙΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΣΤΑ 1,5-1,75-2MM ΩΣΤΕ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΟΠΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟ ΤΟΥ ΒΑΘΟΥΣ ΤΗΣ ΤΟΜΗΣ, ΜΕ ΜΗ-ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΑΠΟΦΥΓΗ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ. ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ	TEM	
158			Μαχαιρίδιο φακοθρυψίας μιας χρήσης κεκαμένο, 2,2 χιλ., 2,4 χιλ., 2,75 χιλ., 3,0 χιλ., 3,2 χιλ. Με άνω και κάτω κοπτικά σημεία , από ιατρικό χάλυβα με ειδικό σχεδιασμό για οφθαλμολογικές επεμβάσεις , ειδική επίστρωση κατά των αντανakλάσεων του μικροσκοπίου και ειδική σήμανση στα 2 χιλ. ώστε να υπάρχει η δυνατότητα οπτικής αξιολόγησης από το χειρουργό του βάθους της τομής	TEM	
159			ΜΑΧΑΙΡΙΔΙΑ 15° ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΛΑΒΗ, ΜΕ ΑΝΩ ΚΟΠΤΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΗ-ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΑΠΟΦΥΓΗ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ, ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ	TEM	
160			ΜΑΧΑΙΡΙΔΙΑ ΤΥΠΟΥ CRESCENT ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΛΑΒΗ ΕΥΘΥ, ΚΕΡΑΤΙΚΗΣ ΤΟΜΗΣ 2,1MM ΜΕ ΑΝΩ ΚΟΠΤΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ, ΜΕ ΜΗ-ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΑΠΟΦΥΓΗ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ. ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ	TEM	
161			ΜΑΧΑΙΡΙΔΙΑ ΤΥΠΟΥ CRESCENT ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΛΑΒΗ ΚΥΡΤΟ, ΚΕΡΑΤΙΚΗΣ ΤΟΜΗΣ 2,1MM ΜΕ ΑΝΩ ΚΟΠΤΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ, ΜΕ ΜΗ-ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΑΠΟΦΥΓΗ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ. ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ	TEM	
162			ΤΡΙΓΩΝΑΚΙΑ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΑ ΣΕ ΣΤΥΛΕΟ ΑΠΟ ΡΥΑ, LINT & FIBRE FREE ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΥΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 7CM. ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 10 ΤΕΜ./ΠΑΚΕΤΟ	TEM	
163			ΡΑΒΔΙΑ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΑ (ΤΣΙΓΑΡΑΚΙΑ) ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ 6,6 ΕΚ. ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 5 ΧΙΛ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 10 ΤΕΜΑΧΙΩΝ	TEM	
164			ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΛΥΠΤΡΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕ ΟΠΕΣ, ΝΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΣΤΑ ΔΥΟ ΜΑΤΙΑ 7,5CM X 5,7CM, ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ	TEM	
165			ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΛΥΠΤΡΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ (ΔΙΑΦΑΝΕΙΣ) ΜΕ ΟΠΕΣ, ΝΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΣΤΑ ΔΥΟ ΜΑΤΙΑ 7,5CM X 5,7CM, ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ	TEM	
166			ΔΙΑΣΤΟΛΕΙΣ ΙΡΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΕΧΝΗΤΗ ΜΥΔΡΙΑΣΗ, ΡΥΜΜΑ ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΕΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΜΗΚΟΥΣ 8MM ΜΕ 0,08MM ΔΙΑΜΕΤΡΟ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 5 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ	TEM	
167			ΣΤΥΛΕΟΣ ΚΑΥΤΗΡΙΑΣΜΟΥ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ 1205 ΒΑΘΜΟΥΣ ΚΕΛΣΙΟΥ ΜΕ ΑΚΡΗ 1/2 IN. ΤΥΠΟΥ SHAFT ΜΕ FINE TIP	TEM	
168			ΣΤΥΛΕΟΣ ΚΑΥΤΗΡΙΑΣΜΟΥ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ 1205 ΒΑΘΜΟΥΣ ΚΕΛΣΙΟΥ ΜΕ ΑΚΡΗ 1/2 IN. ΤΥΠΟΥ SHAFT ΜΕ LOOP TIP	TEM	
169			ΣΤΥΛΕΟΣ ΚΑΥΤΗΡΙΑΣΜΟΥ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ 1205 ΒΑΘΜΟΥΣ ΚΕΛΣΙΟΥ ΜΕ ΑΚΡΗ 2 IN. ΤΥΠΟΥ SHAFT ΜΕ LOOP TIP	TEM	
170			ΣΤΥΛΕΟΣ ΚΑΥΤΗΡΙΑΣΜΟΥ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ 1205 ΒΑΘΜΟΥΣ ΚΕΛΣΙΟΥ ΜΕ ΑΚΡΗ 2 IN. ΤΥΠΟΥ SHAFT ΜΕ FINE TIP	TEM	
171			ΣΤΥΛΕΟΣ ΚΑΥΤΗΡΙΑΣΜΟΥ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ 982 ΒΑΘΜΟΥΣ ΚΕΛΣΙΟΥ ΜΕ ΑΚΡΗ 1/2 IN. ΤΥΠΟΥ SHAFT ΜΕ ELONGATED VASECTOR FINE TIP	TEM	
172			ΣΤΥΛΕΟΣ ΚΑΥΤΗΡΙΑΣΜΟΥ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ 677 ΒΑΘΜΟΥΣ ΚΕΛΣΙΟΥ ΜΕ ΑΚΡΗ 1/2 IN. ΤΥΠΟΥ SHAFT ΜΕ FINE TIP	TEM	

173			ΣΤΥΛΕΟΣ ΚΑΥΤΗΡΙΑΣΜΟΥ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ 454-649 ΒΑΘΜΟΥΣ ΚΕΛΣΙΟΥ ΜΕ ΑΚΡΗ 1/2 IN. ΤΥΠΟΥ SHAFT ΜΕ FINE TIP	TEM	
174			ΣΤΥΛΕΟΣ ΚΑΥΤΗΡΙΑΣΜΟΥ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ 813-1148 ΒΑΘΜΟΥΣ ΚΕΛΣΙΟΥ ΜΕ ΑΚΡΗ 1/2 IN. ΤΥΠΟΥ SHAFT ΜΕ FINE TIP	TEM	
175			ΒΕΛΟΝΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΦΑΚΑΙΩΝ ΜΑΖΩΝ 23G ΜΕ ΑΚΡΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΜΗΚΟΥΣ 16ΜΜ ΚΑΙ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 0,6ΜΜ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ	TEM	
176			ΒΕΛΟΝΑ ΠΡΟΣΘΙΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ 25 G ΚΕΚΑΜΕΝΗ ΜΕ ΜΗΚΟΣ ΑΚΡΟΥ 8ΜΜ ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ ΒΕΛΟΝΗΣ 22ΜΜ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ	TEM	
177			ΒΕΛΟΝΑ ΠΡΟΣΘΙΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ 30 G ΚΕΚΑΜΕΝΗ ΜΕ ΜΗΚΟΣ ΑΚΡΟΥ 5ΜΜ ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ ΒΕΛΟΝΗΣ 22ΜΜ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ	TEM	
178			ΒΕΛΟΝΕΣ 23G ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΜΗΚΟΥΣ 32ΜΜ ΜΕ ΑΚΡΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 0,7ΜΜ	TEM	
179			ΒΕΛΟΝΕΣ 25G ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΜΗΚΟΥΣ 32ΜΜ ΜΕ ΑΚΡΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 0,7ΜΜ	TEM	
180			ΒΕΛΟΝΕΣ 41G ΓΙΑ ΝΥΞΗ ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΟΥΣ ΜΕ ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΑΚΡΟ, ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΜΗΚΟΥΣ 32ΜΜ	TEM	
181			ΒΕΛΟΝΑ ΠΑΘΗΤΙΚΗΣ / ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΜΕ ΑΚΡΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΜΑΖΙ ΜΕ ΣΤΥΛΕΟ 23G BACK FLASH	TEM	
182			ΣΤΥΛΕΟΣ ΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΜΕ ΜΑΛΑΚΟ ΑΚΡΟ 1,5mm 23G	TEM	
183			ΣΤΥΛΕΟΣ ΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΜΕ ΜΑΛΑΚΟ ΑΚΡΟ 1,5mm 25G	TEM	
184			ΛΑΒΙΔΑ Μ.Χ. 23G ΤΥΠΟΥ ILM EKARD ΜΕ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑ 360 ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ	TEM	
185			ΛΑΒΙΔΑ Μ.Χ. 25G ΤΥΠΟΥ ILM EKARD ΜΕ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑ 360 ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ	TEM	
186			ΨΑΛΙΔΙ 23GA ΤΥΠΟΥ ΚΥΡΤΟ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑ 360 ΜΟΙΡΕΣ	TEM	
187			TIP ΛΑΒΙΔΑΣ 23 G ΤΥΠΟΥ ILM ΜΕ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑ 360 ΜΟΙΡΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΣΕ ΛΑΒΗ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	TEM	
188			TIP ΛΑΒΙΔΑΣ ENDGRASPING 25GA ΜΕ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑ 360 ΜΟΙΡΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΣΕ ΛΑΒΗ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	TEM	
189			TIP ΛΑΒΙΔΑΣ ENDGRASPING 27GA ΜΕ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑ 360 ΜΟΙΡΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΣΕ ΛΑΒΗ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	TEM	
190			TIP ΛΑΒΙΔΑΣ ILM 25GA ΜΕ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑ 360 ΜΟΙΡΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΣΕ ΛΑΒΗ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	TEM	
191			TIP ΛΑΒΙΔΑΣ ILM 27GA ΜΕ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑ 360 ΜΟΙΡΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΣΕ ΛΑΒΗ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	TEM	
192			TIP ΨΑΛΙΔΙ CURVED ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ 23GA ΜΕ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑ 360 ΜΟΙΡΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΣΕ ΛΑΒΗ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	TEM	
193			TIP ΨΑΛΙΔΙ CURVED ΚΑΘΕΤΟ 23GA ΜΕ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑ 360 ΜΟΙΡΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΣΕ ΛΑΒΗ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	TEM	
194			TIP ΨΑΛΙΔΙ CURVED ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ 25GA ΜΕ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑ 360 ΜΟΙΡΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΣΕ ΛΑΒΗ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	TEM	
195			TIP ΨΑΛΙΔΙ CURVED ΚΑΘΕΤΟ 25GA ΜΕ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑ 360 ΜΟΙΡΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΣΕ ΛΑΒΗ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	TEM	
196			PICK ΜΕ ΕΝΔΟΦΩΤΙΣΜΟ ΤΥΠΟΥ CARONE/RIZZO PICK ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ 23G, ΜΕ ΜΗ-ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΑΠΟΦΥΓΗ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ, ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ VENTURY ΜΗ ΜΕΤΑΤΡΕΠΟΜΕΝΗ ΣΕ ΠΕΡΙΣΤΑΛΤΙΚΗ, ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ENDOLASER, ΔΙΠΛΗ ΠΗΓΗ ΦΩΤΟΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΗΓΗΣ ΕΝΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΥΝΑΤΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΟΥΣ (ΚΙΤΡΙΝΟ, ΠΡΑΣΙΝΟ, ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ). ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ.	TEM	ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ
197			ΣΤΥΛΕΟΣ ΕΝΘΕΣΗΣ ΙΕΩΔΟΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΣΗΚΩΣΗ ΕΠΙΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΙΚΩΝ ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ 25G, ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ	TEM	
198			ΛΑΒΗ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΤΙΤΑΝΙΟΥ ΓΙΑ TIPS ΛΑΒΙΔΩΝ/ΨΑΛΙΔΙΩΝ ΥΑΛΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ TIP 20G, 23G, 25G, 27G, ΠΟΥ ΝΑ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΤΗΝ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ ΤΩΝ TIP ΚΑΤΑ 360 ΜΟΙΡΕΣ	TEM	
199			ΛΑΒΗ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΤΙΤΑΝΙΟΥ ΜΕ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΓΙΑ TIPS ΛΑΒΙΔΩΝ/ΨΑΛΙΔΙΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΥΑΛΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ TIP 20G, 23G, 25G	TEM	
200			ΣΤΥΛΕΟΣ ΕΝΔΟ-LASER, 23G, ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΚΑΙ ΓΩΝΙΑΣ. ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ΑΚΡΟΥ ΜΕΣΩ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ ΤΡΟΧΙΣΚΟΥ, ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ VENTURY ΜΗ ΜΕΤΑΤΡΕΠΟΜΕΝΗ ΣΕ ΠΕΡΙΣΤΑΛΤΙΚΗ, ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΥΑΛΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗΣ 5.000 ΚΟΠΩΝ / ΛΕΠΤΟ, ΔΙΑΘΕΡΜΙΑ, ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ENDOLASER, ΔΙΠΛΗ ΠΗΓΗ ΦΩΤΟΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΗΓΗΣ ΕΝΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΥΝΑΤΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΟΥΣ (ΚΙΤΡΙΝΟ, ΠΡΑΣΙΝΟ, ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ).	TEM	ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ
201			ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΜΕ ΟΠΗ ΚΑΛΥΜΜΕΝΗ ΜΕ ΔΙΑΦΑΝΕΣ	TEM	
202			ΑΥΤΟΚΟΛΗΤΟ ΓΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗ, Μ.Χ.	TEM	
203			ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΕΛΟΝΩΝ/ΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΝΔΟΦΑΚΟΥ ΜΕ ΙΡΙΔΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ	TEM	
204			ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΚΑΨΑΣ ΠΕΡΙΦΑΚΙΟΥ ΜΕ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΣΜΕΝΑ ΑΚΡΑ ΔΙΑΜΕΤΡΩΝ 11,5 - 12,5 MM	TEM	
205			ΣΑΚΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ Μ.ΧΡ. ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ ΟΦΘ ΤΥΠΟΥ ZEISS ORMI	TEM	
206			ΤΡΙΓΩΝΑΚΙΑ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΚ. ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 10 ΤΜΧ	TEM	
207			ΣΑΚΚΟΥΛΑ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟΥ ΟΦΘ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ LAIKA M841	TEM	
208			ΒΕΛΟΝΑ ΚΑΨΟΥΛΟΤΟΜΗΣ ΚΕΚΑΜΜΕΝΗ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 25 G	TEM	
209			ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΣ ΠΡΟΣΘΙΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑΚΙ ΚΑΙ ΑΝΤΑΠΤΟΡΑ, Μ.Χ, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ, 23G	TEM	
210			ΚΑΝΟΥΛΑ ΠΛΥΣΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ, ΤΥΠΟΥ SIMCOE, 23G, 0.4MM PORT, ΕΝΟΣ ΤΕΜΑΧΙΟΥ, <i>πολλαπλών χρήσεων</i>	TEM	
211			ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΑ ΑΠΟ ΣΥΜΠΑΓΗ ΣΥΛΙΚΟΝΗ ΓΙΑ ΑΠΟΚΟΛΛΗΣΗ ΑΜΦ/ΔΟΥΣ ΤΥΠΟΥ MIRA 20	TEM	
212			ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΑ ΑΠΟ ΣΥΜΠΑΓΗ ΚΥΚΛΟΤΕΡΗ ΣΥΛΙΚΟΝΗ ΓΙΑ ΑΠΟΚΟΛΛΗΣΗ ΑΜΦ/ΔΟΥΣ ΤΥΠΟΥ MIRA 31	TEM	
213			ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΑ ΑΠΟ ΣΥΜΠΑΓΗ ΚΥΚΛΟΤΕΡΗ ΣΥΛΙΚΟΝΗ ΓΙΑ ΑΠΟΚΟΛΛΗΣΗ ΑΜΦ/ΔΟΥΣ ΤΥΠΟΥ MIRA 32	TEM	
214			ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΑ ΑΠΟ ΣΥΜΠΑΓΗ ΣΥΛΙΚΟΝΗ ΓΙΑ ΑΠΟΚΟΛΛΗΣΗ ΑΜΦ/ΔΟΥΣ ΤΥΠΟΥ MIRA 72	TEM	
215			ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΑ ΑΠΟ ΣΥΜΠΑΓΗ ΣΥΛΙΚΟΝΗ ΓΙΑ ΑΠΟΚΟΛΛΗΣΗ ΑΜΦ/ΔΟΥΣ ΤΥΠΟΥ MIRA 70	TEM	
216			ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΑ ΑΠΟ ΣΥΜΠΑΓΗ ΣΥΛΙΚΟΝΗ ΓΙΑ ΑΠΟΚΟΛΛΗΣΗ ΑΜΦ/ΔΟΥΣ ΤΥΠΟΥ MIRA 190	TEM	
217			ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΑ ΑΠΟ ΣΥΜΠΑΓΗ ΣΥΛΙΚΟΝΗ ΓΙΑ ΑΠΟΚΟΛΛΗΣΗ ΑΜΦ/ΔΟΥΣ ΤΥΠΟΥ MIRA 219	TEM	
218			ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΑ ΑΠΟ ΣΥΜΠΑΓΗ ΣΥΛΙΚΟΝΗ ΓΙΑ ΑΠΟΚΟΛΛΗΣΗ ΑΜΦ/ΔΟΥΣ ΤΥΠΟΥ MIRA 220	TEM	
219			ΜΟΣΧΕΥΜΑ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΟΛΛΗΣΗ ΑΜΦ/ΔΟΥΣ ΤΥΠΟΥ MIRA 240	TEM	
220			ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΑ ΑΠΟΚΟΛΛΗΣΗΣ ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΟΥΣ ΑΠΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΚΥΚΛΟΤΕΡΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ	TEM	
221			ΑΠΟ ΣΥΜΠΑΓΗ ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΤΥΠΟΥ MIRA 42	TEM	
222			ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΑ ΑΠΟΚΟΛΛΗΣΗΣ ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΟΥΣ ΑΠΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΤΥΠΟΥ MIRA 270	TEM	
223			ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΑ ΑΠΟΚΟΛΛΗΣΗΣ ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΟΥΣ ΑΠΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΤΥΠΟΥ MIRA 40	TEM	
224			ΚΑΝΟΥΛΑ ΕΓΧΥΣΗΣ ΓΙΑ ΥΑΛΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗ 4 MM	TEM	
225			ΚΑΝΟΥΛΑ ΕΓΧΥΣΗΣ ΓΙΑ ΥΑΛΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗ 6 MM	TEM	
226			ΚΑΝΟΥΛΑ ΕΓΧΥΣΗΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΑΛΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗ 4MM	TEM	
227			ΞΕΣΤΡΑ ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΟΥΣ ΤΑΝΟ ΜΕ ΚΙΝΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΜΕΝΟ ΑΚΡΟ 20G	TEM	
228			ΣΠΟΓΓΟΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΕΙΔΗΣ (ΤΣΙΓΑΡΑΚΙ) ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟΣ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟΣ	TEM	
229			TROCAR. ΜΕΓΕΘΟΣ 25G ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΧΕΝΟΝ PHOTON	TEM	
230			ΑΕΡΙΟ SF6 ΓΙΑ ΕΝΔΟΒΟΛΒΙΚΗ ΕΝΕΣΗ	TEM	
231			ΑΕΡΙΟ C3F8 ΓΙΑ ΕΝΔΟΒΟΛΒΙΚΗ ΕΝΕΣΗ	TEM	
232			ΦΙΛΤΡΑ ΓΙΑ ΕΝΔΟΒΟΛΒΙΚΗ ΕΓΧΥΣΗ ΥΓΡΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΙΩΝ	TEM	
233			ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΜΕ ΟΠΗ ΚΑΛΥΜΜΕΝΗ ΜΕ ΔΙΑΦΑΝΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΗΤΟ ΓΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΥΑΛΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗΣ, Μ.Χ.	TEM	
234			ΙΝΕΣ ΟΠΤΙΚΕΣ ENDOLASER 23G ΕΥΘΕΙΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΤΕΣ ΜΕ ΣΥΣΚΕΥΗ EYEELITE	TEM	

235			ΙΝΕΣ ΟΠΤΙΚΕΣ ENDOLASER ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ ΓΩΝΙΑΣ 23 G ΣΥΜΒΑΤΕΣ ΜΕ ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΥΕΛΙΤΕ	ΤΕΜ	
236			ΙΝΕΣ ΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 23G ΕΥΥΓΩΝΙΕΣ ΓΙΑ ΧΕΝΟΝ ΡΗΟΤΟΝ	ΤΕΜ	
237			ΙΝΕΣ ΟΠΤΙΚΕΣ ΑΩΗ CHANDELLER ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΝΟΜΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙ	ΤΕΜ	ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ
238			ΤΡΥΠΑΝΙ ΚΕΡΑΤΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΜΕ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ ΓΙΑ ΔΟΤΗ 6 MM	ΤΕΜ	
239			ΤΡΥΠΑΝΙ ΚΕΡΑΤΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΜΕ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ ΓΙΑ ΔΟΤΗ 6,25 MM	ΤΕΜ	
240			ΤΡΥΠΑΝΙ ΚΕΡΑΤΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΜΕ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ ΓΙΑ ΔΟΤΗ 6,50 MM	ΤΕΜ	
241			ΤΡΥΠΑΝΙ ΚΕΡΑΤΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΜΕ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ ΓΙΑ ΔΟΤΗ 6,75 MM	ΤΕΜ	
242			ΤΡΥΠΑΝΙ ΚΕΡΑΤΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΜΕ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ ΓΙΑ ΔΟΤΗ 7 MM	ΤΕΜ	
243			ΤΡΥΠΑΝΙ ΚΕΡΑΤΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΜΕ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ ΓΙΑ ΔΟΤΗ 7,25 MM	ΤΕΜ	
244			ΤΡΥΠΑΝΙ ΚΕΡΑΤΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΜΕ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ ΓΙΑ ΔΟΤΗ 7,50 MM	ΤΕΜ	
245			ΤΡΥΠΑΝΙ ΚΕΡΑΤΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΜΕ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ ΓΙΑ ΔΟΤΗ 7,75 MM	ΤΕΜ	
246			ΤΡΥΠΑΝΙ ΚΕΡΑΤΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΜΕ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ ΓΙΑ ΔΟΤΗ 8 MM	ΤΕΜ	
247			ΤΡΥΠΑΝΙ ΚΕΡΑΤΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΜΕ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ ΓΙΑ ΔΟΤΗ 8,25 MM	ΤΕΜ	
248			ΤΡΥΠΑΝΙ ΚΕΡΑΤΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΜΕ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ ΓΙΑ ΔΟΤΗ 8,50 MM	ΤΕΜ	
249			ΤΡΥΠΑΝΙ ΚΕΡΑΤΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΜΕ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ ΓΙΑ ΔΟΤΗ 8,75 MM	ΤΕΜ	
250			ΤΡΥΠΑΝΙ ΚΕΡΑΤΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΜΕ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ ΓΙΑ ΔΟΤΗ 9 MM	ΤΕΜ	
251			ΤΡΥΠΑΝΙ ΚΕΡΑΤΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΜΕ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ ΓΙΑ ΛΗΠΤΗ 6 MM	ΤΕΜ	
252			ΤΡΥΠΑΝΙ ΚΕΡΑΤΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΜΕ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ ΓΙΑ ΛΗΠΤΗ 6,25 MM	ΤΕΜ	
253			ΤΡΥΠΑΝΙ ΚΕΡΑΤΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΜΕ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ ΓΙΑ ΛΗΠΤΗ 6,50 MM	ΤΕΜ	
254			ΤΡΥΠΑΝΙ ΚΕΡΑΤΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΜΕ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ ΓΙΑ ΛΗΠΤΗ 6,75 MM	ΤΕΜ	
255			ΤΡΥΠΑΝΙ ΚΕΡΑΤΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΜΕ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ ΓΙΑ ΛΗΠΤΗ 7 MM	ΤΕΜ	
256			ΤΡΥΠΑΝΙ ΚΕΡΑΤΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΜΕ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ ΓΙΑ ΛΗΠΤΗ 7,25 MM	ΤΕΜ	
257			ΤΡΥΠΑΝΙ ΚΕΡΑΤΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΜΕ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ ΓΙΑ ΛΗΠΤΗ 7,50 MM	ΤΕΜ	
258			ΤΡΥΠΑΝΙ ΚΕΡΑΤΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΜΕ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ ΓΙΑ ΛΗΠΤΗ 7,75 MM	ΤΕΜ	
259			ΤΡΥΠΑΝΙ ΚΕΡΑΤΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΜΕ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ ΓΙΑ ΛΗΠΤΗ 8 MM	ΤΕΜ	
260			ΤΡΥΠΑΝΙ ΚΕΡΑΤΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΜΕ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ ΓΙΑ ΛΗΠΤΗ 8,25 MM	ΤΕΜ	
261			ΤΡΥΠΑΝΙ ΚΕΡΑΤΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΜΕ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ ΓΙΑ ΛΗΠΤΗ 8,50 MM	ΤΕΜ	
262			ΤΡΥΠΑΝΙ ΚΕΡΑΤΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΜΕ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ ΓΙΑ ΛΗΠΤΗ 8,75 MM	ΤΕΜ	
263			ΤΡΥΠΑΝΙ ΚΕΡΑΤΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΜΕ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ ΓΙΑ ΛΗΠΤΗ 9 MM	ΤΕΜ	
264			ΤΡΥΠΑΝΙ ΚΕΡΑΤΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΜΕ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ ΓΙΑ ΔΟΤΗ 9,25MM	ΤΕΜ	
265			ΤΡΥΠΑΝΙ ΚΕΡΑΤΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΜΕ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ ΓΙΑ ΛΗΠΤΗ 9,25 MM	ΤΕΜ	
266			ΤΡΥΠΑΝΙ ΚΕΡΑΤΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΜΕ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ ΓΙΑ ΛΗΠΤΗ 9,5 MM	ΤΕΜ	
267			ΤΡΥΠΑΝΙ ΚΕΡΤΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΜΕ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ ΓΙΑ ΔΟΤΗ 9,50 MM	ΤΕΜ	
268			ΥΓΡΟ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΟ, ΑΝΤΙΜΥΚΗΤΙΑΚΟ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΩΝ	ΤΕΜ	
269			ΧΑΡΤΑΚΙΑ ΜΕ ROSE BENGAL ΓΙΑ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ	ΤΕΜ	
270			ΧΑΡΤΑΚΙΑ ΦΛΟΥΟΡΕΣΚΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ	ΤΕΜ	
271			ΧΑΡΤΑΚΙΑ ΓΙΑ SCHIRMER TEST ΜΕ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ, ΣΕ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ	ΤΕΜ	
272			ΑΜΝΙΑΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΦΡΕΣΚΙΑ ΣΕ ΥΓΡΟ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΓΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ	ΤΕΜ	
273			ΑΜΝΙΑΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗ ΣΕ ΞΗΡΑ ΜΟΡΦΗ ΓΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ	ΤΕΜ	
274			ΙΣΤΙΚΗ ΚΟΛΛΑ ΚΥΑΝΟΥΑΚΡΥΛΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΚΟΥ ΒΟΥΤΥΛΕΣΤΕΡΑ, 0,5 ML	ΤΕΜ	
275			ΜΟΣΧΕΥΜΑ ΚΕΡΑΤΟΕΙΔΟΥΣ ΟΛΙΚΟΥ ΠΑΧΟΥΣ ΡΚ (ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΙΟΥ 43.13.9). ΑΦΟΡΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΜΟΣΧΕΥΜΑ ΚΕΡΑΤΟΕΙΟΥΣ ΟΛΙΚΟΥ ΠΑΧΟΥΣ ΑΠΟ ΟΦΘΑΛΜΟ ΠΤΩΜΑΤΙΚΟΥ ΔΟΤΗ.	ΤΕΜ	
276			ΜΟΣΧΕΥΜΑ ΕΝΔΟΘΗΛΙΟΥ ΚΕΡΑΤΟΕΙΔΟΥΣ DSEK (ΑΦΟΡΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΜΟΣΧΕΥΜΑ ΚΕΡΑΤΟΕΙΔΟΥΣ ΟΛΙΚΟΥ ΠΑΧΟΥΣ ΑΠΟ ΟΦΘΑΛΜΟ ΠΤΩΜΑΤΙΚΟΥ ΔΟΤΗ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΥΠΟΣΤΕΙ ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΟΠΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΣΕ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΜΕΡΙΚΟΥ ΠΑΧΟΥΣ (ΕΝΔΟΘΗΛΙΟΥ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΙΟΥ)	ΤΕΜ	
277			ΜΟΣΧΕΥΜΑ ΑΜΝΙΑΚΗΣ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ (ΓΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΠΕΦΥΚΟΤΟΣ H11.2). ΑΦΟΡΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΜΟΣΧΕΥΜΑ ΑΜΝΙΑΚΗΣ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ ΑΠΟ ΠΛΑΚΟΥΝΤΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΚΑΙΣΑΡΙΚΗ ΤΟΜΗ, ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΠΕΦΥΚΟΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΓΚΑΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΟΒΑΡΩΝ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ ΚΕΡΑΤΟΕΙΔΟΥΣ ΚΑΙ ΟΦΘΑΛΜΙΚΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ (ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ 43.13.2, ΤΙΜΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ 963,30 ΕΥΡΩ). ΚΡΥΟΣΥΝΤΗΡΗΜΕΝΗ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΕΝΤΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ ΦΙΑΛΙΔΙΟΥ ΕΜΒΑΠΤΙΣΜΕΝΗ ΣΕ ΒΑΝΚΟΜΥΚΙΝΗ, ΓΕΝΤΑΜΥΚΙΝΗ ΚΑΙ ΑΜΦΟΤΕΡΙΚΙΝΗ Β. ΚΡΥΟΔΙΑΤΗΡΗΜΕΝΗ ΕΩΣ ΤΗΝ ΩΡΑ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΕΜ	
278			ΛΩΡΙΔΕΣ ΑΠΟ ΙΣΤΟ ΖΩΙΚΟΥ ΠΕΡΙΚΑΡΔΙΟΥ 1,6CM X 9,2CM VG-0209N ΕΚΑΠΤΥ 192685	ΤΕΜ	
279			ΒΕΛΟΝΕΣ ΔΙΠΛΕΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑΚΙ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕΤΗΡΙΑΣΜΟ ΔΑΚΡΥΙΚΩΝ ΟΔΩΝ	ΤΕΜ	
280			ΒΗΣΜΑΤΑ ΑΠΟΦΡΑΞΗΣ ΔΑΚΡΥΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΑ) ΑΠΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΔΙΑΜ 0,3	ΤΕΜ	
281			ΒΗΣΜΑΤΑ ΑΠΟΦΡΑΞΗΣ ΔΑΚΡΥΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ (ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ) ΑΠΟ ΚΟΛΛΑΓΟΝ ΔΙΑΜ 0,3	ΤΕΜ	
282			ΒΗΣΜΑΤΑ ΑΠΟΦΡΑΞΗΣ ΔΑΚΡΥΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ (ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ) ΑΠΟ ΚΟΛΛΑΓΟΝ ΔΙΑΜ 0,5	ΤΕΜ	
283			ΒΗΣΜΑΤΑ ΑΠΟΦΡΑΞΗΣ ΔΑΚΡΥΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ (ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ) ΑΠΟ ΚΟΛΛΑΓΟΝΟ ΔΙΑΜ 0,4	ΤΕΜ	
284			ΒΗΣΜΑΤΑ ΑΠΟΦΡΑΞΗΣ ΔΑΚΡΥΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ (ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ) ΑΠΟ ΚΟΛΛΑΓΟΝΟ ΔΙΑΜ 0.6	ΤΕΜ	
285			ΒΑΡΙΔΙΑ ΧΡΥΣΟΥ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ	ΤΕΜ	
286			ΤΑΙΝΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΒΛΕΦΑΡΟΥ ΑΠΟ ΜΕΤΩΠΑΙΟ ΜΥ	ΤΕΜ	
287			ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΜΟΝΟΣΩΛΗΝΑΡΙΑΚΗΣ ΔΙΑΣΩΛΗΝΩΣΗΣ ΔΑΚΡΥΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΑΡΙΩΝ	ΤΕΜ	
288			ΒΗΣΜΑΤΑ ΑΠΟΦΡΑΞΗΣ ΔΑΚΡΥΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΜΟΝΙΜΑ ΑΠΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΔΙΑΜ.0,3	ΤΕΜ	
289			ΒΗΣΜΑΤΑ ΑΠΟΦΡΑΞΗΣ ΔΑΚΡΥΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΜΟΝΙΜΑ ΑΠΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΔΙΑΜ.0.5	ΤΕΜ	
290			ΒΗΣΜΑΤΑ ΑΠΟΦΡΑΞΗΣ ΔΑΚΡΥΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΜΟΝΙΜΑ ΑΠΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΔΙΑΜ.0.7	ΤΕΜ	
291			ΕΝΘΕΜΑΤΑ ΣΥΛΙΚΟΝΗΣ ΕΞΟΡΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΕΛΥΦΗ 12 MM	ΤΕΜ	
292			ΕΝΘΕΜΑΤΑ ΣΥΛΙΚΟΝΗΣ ΕΞΟΡΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΕΛΥΦΗ 15 MM	ΤΕΜ	
293			ΕΝΘΕΜΑΤΑ ΣΥΛΙΚΟΝΗΣ ΕΞΟΡΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΕΛΥΦΗ 18 MM	ΤΕΜ	
294			ΕΝΘΕΜΑΤΑ ΣΥΛΙΚΟΝΗΣ ΕΞΟΡΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΕΛΥΦΗ 20 MM	ΤΕΜ	
295			ΒΕΛΟΝΕΣ ΔΙΠΛΕΣ ΣΥΝΔΕΜΕΝΕΣ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΑΣΚΟΡΙΝΟΣΤΟΜΙΑ	ΤΕΜ	
296			ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΓΙΑ ΜΟΝΟΣΩΛΗΝΑΡΙΑΚΗ ΕΝΘΕΣΗ ΤΥΠΟΥ MINI ΜΟΝΟΚΑ	ΤΕΜ	
297			ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΕΣ ΚΟΙΛΩΜΑΤΩΝ ΕΠΙΠΕΦΥΚΟΤΑ ΑΠΟ POLYAMIDE 12, 20 MM	ΤΕΜ	
298			ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΕΣ ΚΟΙΛΩΜΑΤΩΝ ΕΠΙΠΕΦΥΚΟΤΑ ΑΠΟ POLYAMIDE 12, 23 MM	ΤΕΜ	
299			ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΕΣ ΚΟΙΛΩΜΑΤΩΝ ΕΠΙΠΕΦΥΚΟΤΑ ΑΠΟ POLYAMIDE 12, 26 MM	ΤΕΜ	
300			ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΕΣ ΚΟΙΛΩΜΑΤΩΝ ΕΠΙΠΕΦΥΚΟΤΑ ΑΠΟ ΡΜΜΑ, 20 MM	ΤΕΜ	
301			ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΕΣ ΚΟΙΛΩΜΑΤΩΝ ΕΠΙΠΕΦΥΚΟΤΑ ΑΠΟ ΡΜΜΑ, 22 MM	ΤΕΜ	
302			ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΕΣ ΚΟΙΛΩΜΑΤΩΝ ΕΠΙΠΕΦΥΚΟΤΑ ΑΠΟ ΡΜΜΑ, 25 MM	ΤΕΜ	
303			ΒΕΛΟΝΕΣ ΔΙΠΛΕΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑΚΙ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕΤΗΡΙΑΣΜΟ ΔΑΚΡΥΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ (23G)	ΤΕΜ	
304			ΒΑΛΒΙΔΑ ΓΛΑΥΚΩΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ EXPRESS ΜΕ ΑΥΛΟ 50M	ΤΕΜ	
305			ΒΑΛΒΙΔΑ ΓΛΑΥΚΩΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ EXPRESS ΜΕ ΑΥΛΟ 200M	ΤΕΜ	
306			ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΑΝΤΙΓΛΑΥΚΩΜΑΤΙΚΕΣ ΤΥΠΟΥ AHMED ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ	ΤΕΜ	
307			ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΑΝΤΙΓΛΑΥΚΩΜΑΤΙΚΕΣ ΤΥΠΟΥ AHMED ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΕΝΗΛΙΚΕΣ	ΤΕΜ	
308			ΜΑΧΑΙΡΙΔΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΣΚΛΗΡΙΚΟΥ ΠΕΤΑΛΟΥ	ΤΕΜ	
309			ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ-ΚΕΦΑΛΗ ΤΟΝΟΜΕΤΡΟΥ ΕΠΙΠΕΔΩΣΗΣ GOLDMAN HAAG-STREIT T900	ΤΕΜ	
310			ΒΛΕΦΑΡΟΔΙΑΣΤΟΛΕΑΣ ΓΙΑ ΝΕΟΓΝΑ	ΤΕΜ	

311			ΦΑΚΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΣ – ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΣ (INDIRECT), ΔΙΠΛΑ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ, ΔΙΟΠΤΡΙΕΣ 20 D	TEM	
312			ΦΑΚΟΣ ΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΒΥΘΟΥ ΤΥΠΟΥ QUADRASPHERIC (ΜΕ LASER ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ)	TEM	
313			ΦΑΚΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΣ – ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΣ (DIRECT), ΤΡΙΕΔΡΙΚΟΣ, ΤΥΠΟΥ THREE MIRROR VOLK, ΜΕΣΑΙΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΔΑΚΤΥΛΙΟΥ	TEM	
314			ΦΑΚΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΣ – ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΣ, ΤΥΠΟΥ VOLK 90 DPT	TEM	
315			ΦΑΚΟΣ ΕΠΑΦΗΣ ΤΥΠΟΥ OCULAR ABRAHAM IRIDECTOMY ΓΙΑ LASER	TEM	
316			ΨΑΛΙΔΙ ΕΝΔΟΦΑΚΟΥ, ΕΥΘΥ, ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΟ, ΟΔΟΝΤΩΤΟ ΚΑΤΩΤΕΡΟ ΑΚΡΟ, 8ΜΜ	TEM	
317			ΨΑΛΙΔΙ GILLS-VANNAS, ΚΕΚΛΙΜΕΝΟ, 7ΜΜ ΜΗΚΟΣ ΨΑΛΙΔΙΟΥ	TEM	
318			ΡΑΜΜΑ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟ 10.0 ΜΕ ΚΟΠΤΟΥΣΑ ΒΕΛΟΝΗ 3/8, ΜΕ ΒΕΛΟΝΗ ΚΑΙ ΣΤΑ ΔΥΟ ΑΚΡΑ ΤΟΥ. ΜΕ ΜΗΚΟΣ ΒΕΛΟΝΑΣ 4ΜΜ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΜΗΚΟΣ ΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 15CM	TEM	
319			ΡΑΜΜΑ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟ 10.0 ΜΕ ΚΟΠΤΟΥΣΑ ΒΕΛΟΝΗ 1/2 ΣΤΗ ΜΙΑ ΑΚΡΗ ΚΑΙ ΕΥΘΕΙΑ ΒΕΛΟΝΗ ΣΤΗΝ ΑΛΛΗ ΑΚΡΗ.	TEM	
320			ΡΑΜΜΑ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟ 5.0 ΜΕ ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΗ ΒΕΛΟΝΗ 1/2, ΜΕ ΒΕΛΟΝΗ ΚΑΙ ΣΤΑ ΔΥΟ ΑΚΡΑ ΤΟΥ. ΜΕ ΜΗΚΟΣ ΒΕΛΟΝΑΣ 6,5ΜΜ (ΔΙΠΛΗ) ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΜΗΚΟΣ ΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 30CM.	TEM	
321			ΡΑΜΜΑ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟ 5.0 ΜΕ ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΗ ΒΕΛΟΝΗ 1/2, ΜΕ ΒΕΛΟΝΗ ΚΑΙ ΣΤΑ ΔΥΟ ΑΚΡΑ ΤΟΥ μήκος βελόνας 13mm (διπλή) καθώς και μήκος ράμματος 75cm.	TEM	
322			ΡΑΜΜΑ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΠΟΛΥΚΛΩΝΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΟ (πολυμερούς πολυγλακτίνης) 6.0 ΜΕ ΚΟΠΤΟΥΣΑ ΒΕΛΟΝΗ 1/2, ΜΕ ΒΕΛΟΝΗ ΚΑΙ ΣΤΑ ΔΥΟ ΑΚΡΑ ΤΟΥ. ΜΕ ΜΗΚΟΣ ΒΕΛΟΝΑΣ 11ΜΜ (ΔΙΠΛΗ) ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΜΗΚΟΣ ΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 45CM	TEM	
323			ΡΑΜΜΑ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΠΟΛΥΚΛΩΝΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΟ (πολυμερούς πολυγλακτίνης) 7.0 ΜΕ ΚΟΠΤΟΥΣΑ ΒΕΛΟΝΗ 3/8 ΜΕ ΒΕΛΟΝΗ ΚΑΙ ΣΤΑ ΔΥΟ ΑΚΡΑ ΤΟΥ. ΜΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΗΚΟΣ ΒΕΛΟΝΑΣ 6,5ΜΜ (ΔΙΠΛΗ) ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΜΗΚΟΣ ΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 30CM.	TEM	
324			ΡΑΜΜΑ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟ 10.0 ΜΕ ΚΟΠΤΟΥΣΑ ΒΕΛΟΝΗ 1/2, ΜΕ ΒΕΛΟΝΗ ΚΑΙ ΣΤΑ ΔΥΟ ΑΚΡΑ ΤΟΥ, ΜΕ ΜΗΚΟΣ ΒΕΛΟΝΑΣ 5,5ΜΜ (ΔΙΠΛΗ) ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΜΗΚΟΣ ΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 30CM.	TEM	
325			ΒΕΛΟΝΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΜΕ ΑΚΡΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΜΑΖΙ ΜΕ ΣΤΥΛΕΟ 23G BACK FLASH	TEM	
326			ΡΑΜΜΑ ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟ ΜΕ ΔΙΠΛΗ ΒΕΛΟΝΑ ΜΟΝΟΚΛΩΝΟ 10/0 ΜΗΚΟΥΣ 30CM. ΤΥΠΟΣ ΒΕΛΟΝΗΣ ΣΠΑΤΟΥΛΑ ΠΛΑΓΙΩΣ ΚΟΠΤΟΥΣΑ ΜΗΚΟΥΣ 6.55MM.ΚΑΜΠΥΛΟΤΗΤΑ 3/8.	TEM	
327			ΛΑΒΙΔΑ Μ.Χ. 23G ΤΥΠΟΥ ILM ΜΕ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑ 360	TEM	
328			ΛΑΒΙΔΑ Μ.Χ. 25G ΤΥΠΟΥ ILM ΜΕ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑ 360	TEM	
329			PUNCTUM PLUGS ΚΟΛΛΑΓΟΝΟΥ	TEM	
330			ΑΓΓΙΣΤΡΟ ΕΛΞΗΣ ΙΡΙΔΑΣ	TEM	
331			ΑΓΓΙΣΤΡΟ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ ΕΝΔΟΦΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ SINSKEY	TEM	
332			ΑΓΓΙΣΤΡΟ ΤΕΜΑΧΙΣΜΟΥ ΠΥΡΗΝΑ ΤΥΠΟΥ KOCH	TEM	
333			ΑΓΓΙΣΤΡΟ ΤΕΜΑΧΙΣΜΟΥ ΠΥΡΗΝΑ ΤΥΠΟΥ REARCE	TEM	
334			ΒΕΛΟΝΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΦΑΚΑΙΩΝ ΜΑΖΩΝ 23G	TEM	
335			ΒΕΛΟΝΑ ΠΡΟΣΘΙΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ 25 G ΚΕΚΑΜΜΕΝΗ	TEM	
336			ΒΕΛΟΝΑ ΠΡΟΣΘΙΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ 30G ΚΕΚΑΜΜΕΝΗ	TEM	
337			ΒΕΛΟΝΕΣ 20G BLUNT ΑΜΒΛΕΙΕΣ	TEM	
338			ΒΛΕΦΑΡΟΔΙΑΣΤΟΛΕΑΣ ΓΙΑ ΝΕΟΓΝΑ	TEM	
339			ΒΛΕΦΑΡΟΔΙΑΣΤΟΛΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗ	TEM	
340			ΒΛΕΦΑΡΟΔΙΑΣΤΟΛΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗ ΜΕ ΚΡΟΤΑΦΙΚΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗ	TEM	
341			ΔΑΚΤΥΛΙΟΙ ΑΠΟ ΡΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΟΠΙΣΘΙΟΥ ΠΕΡΙΦΑΚΙΟΥ ΣΥΜΒΑΤΟΙ ΜΕ ΕΝΘΕΤΗΡΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	TEM	
342			ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΥΑΛΟΣ ΤΥΠΟΥ GOLDMAN ΓΙΑ ΒΙΟΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΣΗ	TEM	
343			ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΣ ΦΑΚΟΣ ΕΠΑΦΗΣ ΤΥΠΟΥ GOLDMAN ΓΙΑ LASER	TEM	
344			ΔΙΑΣΤΟΛΕΙΣ ΙΡΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΕΧΝΗΤΗ ΜΥΔΡΙΑΣΗ (ΑΓΚΙΣΤΡΑ Dpt ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΕΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ	TEM	
345			Διατακτικός δακτύλιος ίριδος μιας χρήσης από ΡΜΜΑ με 4 σημεία στήριξης, 6.25 ή 7. 00 mm, ενσωματωμένος σε ενθέτη	TEM	
346			Διάλυμα Υαλουρονικού Νατρίου1,5% ή 15mg/ml σε συνδυασμό με 1% υδροχλωρική λιδοκαΐνη. Να είναι πλήρως διαφανές και ελεύθερο από ύπαρξη φυσαλίδων και να διατίθεται σε σύριγγα μιας χρήσης των 0,80ml. Να έχει πιστοποιητικό CE Mark και έγκριση από το FDA.	TEM	
347			Ιξωδοελαστικό με βάση το υαλουρονικό νάτριο 1,7% προερχόμενο από βακτηριακή ζύμωση, ποσότητας 2 ml με βελόνη 27G αποστειρωμένο σε οξείδιο του αιθυλενίου .Μοριακού βάρους ≥1800000 Daltons, PH 7.2 +/- 0.4, ιξώδες 45.000+/-15.000cps, Οσμωτική πίεση : 200-400 mOsm. Διατηρείται εκτός ψυγείου σε θερμοκρασία 10-30 OC.	TEM	
348			ΙΕΩΔΟΕΛΑΣΤΙΚΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΥΑΛΟΥΡΟΝΙΚΟΥ ΝΑΤΡΙΟΥ 3% ΚΑΙ ΘΕΙΙΚΗΣ ΧΟΝΔΡΟΙΤΙΝΗΣ 4% ΣΕ ΣΥΡΙΓΓΑ ΤΩΝ 0,75ML	TEM	
349			ΙΣΟΤΟΝΙΚΟ ΣΤΕΙΡΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΓΙΑ ΕΚΠΛΥΞΗ ΣΕ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 15 ML	TEM	
350			ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΓΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΣΚΟΡΙΝΟΣΤΟΜΙΑΣ ΜΗΚΟΥΣ 35 CM ΠΕΡΙΠΟΥ	TEM	
351			ΜΑΧΑΙΡΙΔΙΑ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΑ ΜΕ ΛΕΠΙΔΑ ΑΠΟ ΤΕΧΝΗΤΟ ΖΑΦΕΙΡΙ ΓΙΑ 100 ΧΡΗΣΕΙΣ 15 ΜΟΙΡΩΝ	TEM	
352			ΜΑΧΑΙΡΙΔΙΑ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΑ ΜΕ ΛΕΠΙΔΑ ΑΠΟ ΤΕΧΝΗΤΟ ΖΑΦΕΙΡΙ ΓΙΑ 100 ΧΡΗΣΕΙΣ 60 ΜΟΙΡΩΝ ΤΡΙΓΩΝΙΚΟ ANGLED BEVEL UP 2,80 MM	TEM	
353			ΜΑΧΑΙΡΙΔΙΑ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΑ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΛΑΒΗ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΥΠΟΥ CRESCENT BEVEL UP 2,3MM	TEM	
354			ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΘΕΡΜΙΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	TEM	
355			ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΛΥΠΤΡΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ	TEM	
356			ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΛΥΠΤΡΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ (ΔΙΑΦΑΝΕΙΣ)	TEM	
357			ΠΡΙΣΜΑ ΤΟΝΟΜΕΤΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝΟΜΕΤΡΟ ΤΥΠΟΥ GOLDMANN	TEM	
358			ΡΑΒΔΙΑ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΑ ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ	TEM	
359			ΣΕΤ ΠΛΥΣΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΑΜΦΙΧΕΙΡΟ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ (ΛΕΙΟ)	TEM	
360			ΣΕΤ ΠΛΥΣΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΑΜΦΙΧΕΙΡΟ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ (ΣΑΓΡΕ)	TEM	
361			ΣΚΛΗΡΟΤΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΤΟΥ ΓΛΑΥΚΩΜΑΤΟΣ (PUNCH 1MM)	TEM	
362			ΣΚΛΗΡΟΤΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΤΟΥ ΓΛΑΥΚΩΜΑΤΟΣ (PUNCH 0,5MM)	TEM	
363			ΛΑΒΙΔΑ ΚΕΡΑΤΟΕΙΔΟΥΣ ΕΥΘΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡ. ΧΡΗΣΕΩΝ	TEM	
364			ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΑΚΡΥΛΙΚΟΥΣ ΕΝΔΟΦΑΚΟΥΣ ΕΝΟΣ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΤΥΠΟΥ TECNIS ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΝΘΕΣΗ ΑΠΟ ΤΟΜΗ 2,6MM	TEM	
365			ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΑΚΡΥΛΙΚΟΥΣ ΕΝΔΟΦΑΚΟΥΣ ΤΡΙΩΝ ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΝΘΕΣΗ ΑΠΟ ΤΟΜΗ 2,6-2,8MM ΤΥΠΟΥ EMERALD	TEM	
366			ΤΡΙΓΩΝΑΚΙΑ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΑ ΣΕ ΣΤΥΛΕΟ	TEM	
367			ΛΑΒΙΔΑ ΚΑΨΟΥΛΟΡΗΣΗΣ ΤΙΤΑΝΙΟΥ ΠΕΡΙΟΡ. ΧΡΗΣΕΩΝ	TEM	
368			ΒΑΛΒΙΔΑ ΓΛΑΥΚΩΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ AHMED	TEM	
369			ΦΑΚΟΣ ΕΠΑΦΗΣ ΤΥΠΟΥ DIGITAL HIGH MAG ΤΥΠΟΥ VOLK	TEM	
370			ΦΑΚΟΣ ΕΠΑΦΗΣ ΤΥΠΟΥ OCULAR ABRAHAM IRIDECTOMY ΓΙΑ LASER	TEM	
371			ΦΑΚΟΣ ΕΠΑΦΗΣ ΤΥΠΟΥ OCULAR HOSKINS NYLON SUTURE ΓΙΑ LASER	TEM	
372			ΦΑΚΟΣ ΕΠΑΦΗΣ ΤΥΠΟΥ OCULAR MAGNA VIEW GONIO	TEM	
373			ΦΑΚΟΣ ΕΠΑΦΗΣ ΤΥΠΟΥ OCULAR MAINSTER HIGH MAGNIFICATION ΓΙΑ LASER	TEM	
374			ΦΑΚΟΣ ΕΠΑΦΗΣ ΤΥΠΟΥ OCULAR MAINSTER WIDE FIELD ΓΙΑ LASER	TEM	
375			ΦΑΚΟΣ ΕΠΑΦΗΣ ΤΥΠΟΥ OCULAR RITCH TRABECULOPLASTY ΓΙΑ LASER	TEM	

376			Χρωστική Ουσία για το περιφάκιο 0.06% για επεμβάσεις καταρράκτου σε σύριγγα μιας χρήσης ~~περιεχόμενο από 0.50ml και άνω.~~	ΤΕΜ	
377			ΨΑΛΙΔΙ ΚΕΡΑΤΟΕΙΔΟΥΣ ΜΙΚΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΡ. ΧΡΗΣΕΩΝ	ΤΕΜ	
378			Ενθέτης ενδοφακών πολλαπλών χρήσεων για τους ενδοφακούς που διαθέτουν μία οπή χειρισμού στη βάση των ανकुλών τους	ΤΕΜ	
379			ΠΑΚΕΤΟ ΦΑΚΟΘΡΥΨΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΠΑΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΑ ΚΑΤΩΘΙ ΥΛΙΚΑ: ΟΘΩΝΙΟ, ΜΑΧΑΙΡΙΔΙΑ ΟΦΘ/ΚΑ & SLIT KNIFE, ΤΡΙΓΩΝΑΚΙΑ, ΒΕΛΟΝΗ ΥΔΡΟΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ, ΒΕΛΟΝΗ ΠΛΥΞΕΩΣ, ΣΥΡΙΓΓΕΣ LUER LOCK, ΕΠΙΚΑΛΥΨΕΙΣ,ΓΑΖΕΣ, ΜΠΛΟΥΖΕΣ ΚΛΠ ΚΑΣΕΤΑ ΦΑΚΟΘΡΥΨΙΑΣ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΜΕ ΠΕΡΙΣΤΑΛΤΙΚΗ ΑΝΤΛΙΑ ΠΟΥ ΝΑ ΣΥΝΔΥΑΖΕΙ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΥΠΕΡΗΧΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΕΡΗΧΩΝ ΣΤΡΕΨΗΣ ΟΛΑ ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΠΑΚΕΤΟ ~~ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΕΜΟΝΟΜΕΝΑ~~	ΤΕΜ	
380			ΠΑΚΕΤΟ ΥΑΛΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΠΑΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΑ ΚΑΤΩΘΙ ΥΛΙΚΑ: ΟΘΩΝΙΟ, ΜΑΧΑΙΡΙΔΙΑ ΟΦΘ/ΚΑ & SLIT KNIFE, ΤΡΙΓΩΝΑΚΙΑ, ΒΕΛΟΝΗ ΥΔΡΟΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ, ΒΕΛΟΝΗ ΠΛΥΞΕΩΣ, ΣΥΡΙΓΓΕΣ LUER LOCK, ΕΠΙΚΑΛΥΨΕΙΣ,ΓΑΖΕΣ, ΜΠΛΟΥΖΕΣ ΚΛΠ	ΤΕΜ	
381			ΤΙΡ ΛΑΒΙΔΑΣ 23 G ΤΥΠΟΥ ILM ΜΕ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑ 360 ΜΟΙΡΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ	ΤΕΜ	
382			ΤΙΡ ΨΑΛΙΔΙΟΥ 23 G ΤΥΠΟΥ CURVED ΜΕ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑ 360 ΜΟΙΡΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ	ΤΕΜ	
383			ΤΙΡ ΨΑΛΙΔΙΟΥ 25G ΤΥΠΟΥ CURVED ΜΕ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑ 360 ΜΟΙΡΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	ΤΕΜ	
384			ΒΕΛΟΝΕΣ 16G ΚΟΝΤΕΣ ΓΙΑ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΕΛΑΙΟΥ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ	ΤΕΜ	
385			ΒΕΛΟΝΕΣ 20G ΜΕ ΑΚΡΗ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ	ΤΕΜ	
386			ΒΕΛΟΝΕΣ 20G ΧΩΡΙΣ ΑΚΡΗ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ	ΤΕΜ	
387			ΒΕΛΟΝΕΣ 23G ΜΕ ΑΚΡΗ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ	ΤΕΜ	
388			ΒΕΛΟΝΕΣ 25G ΜΕ ΑΚΡΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ	ΤΕΜ	
389			ΒΕΛΟΝΕΣ 41G ΓΙΑ ΝΥΞΗ ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΟΥΣ	ΤΕΜ	
390			ΓΡΑΜΜΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ 4ΜΜ ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ	ΤΕΜ	
391			ΓΡΑΜΜΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ 6ΜΜ ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ	ΤΕΜ	
392			ΙΝΕΣ ΕΝΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΕΝΔΟΔΙΑΘΕΡΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ Μ.Χ.	ΤΕΜ	ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ
393			ΛΑΒΗ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΤΥΠΟΥ REVOLUTION ΓΙΑ TIPS ΛΑΒΙΔΙΩΝ/ΨΑΛΙΔΙΩΝ ΥΑΛΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗΣ	ΤΕΜ	
394			ΛΑΒΙΔΑ ΓΙΑ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΚΛΕΙΣΤΡΑΣ ΣΚΛΗΡΟΤΟΜΩΝ 23G	ΤΕΜ	
395			ΛΑΒΙΔΑ ΓΙΑ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΚΛΕΙΣΤΡΑΣ ΣΚΛΗΡΟΤΟΜΩΝ 25G	ΤΕΜ	
396			ΜΟΣΧΕΥΜΑ ΑΥΛΑΚΩΤΗΣ ΣΚΛΗΡΗΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΠΛΑΤΟΣ 7ΜΜ- ΥΨΟΣ 2ΜΜ ΑΥΛΑΚΑ 2,5ΜΜ Ν0 276	ΤΕΜ	
397			ΜΟΣΧΕΥΜΑ ΑΥΛΑΚΩΤΗΣ ΣΚΛΗΡΗΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΠΛΑΤΟΣ 7ΜΜ- ΥΨΟΣ 2+ΜΜ Ν0 277	ΤΕΜ	
398			Αέριο SF6 χωρίς προσμίξεις, των 50ml σε φλακόν (πολλαπλών δόσεων - multidoses), καθαρότητας 99.9%, Κάθε συσκευασία περιλαμβάνει: α) 1 σύριγγα 50ml, β) 1 three way, γ) 1 φίλτρο 0.22, δ) ~~Βελόνα 27G και ε) Βελόνα 30G~~	ΤΕΜ	
399			Αέριο C3F8 χωρίς προσμίξεις, των 50ml σε φλακόν (πολλαπλών δόσεων - multidoses), καθαρότητας 99.9%, Κάθε συσκευασία περιλαμβάνει: α) 1 σύριγγα 50ml, β) 1 three way, γ) 1 φίλτρο 0.22, δ) ~~Βελόνα 27G και ε) Βελόνα 30G~~	ΤΕΜ	
400			ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ΥΨΗΛΩΝ ΠΙΕΣΕΩΝ (ΜΕΧΡΙ 40ΒΑΡ), ΜΗΚΟΣ 100ΕΚ. (ΠΕΡΙΠΟΥ) ΜΕ ΑΚΡΑ LUER LOCK Μ.Χ. ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΓΙΑ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΤΕΜ	
401			ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ΥΨΗΛΩΝ ΠΙΕΣΕΩΝ (ΜΕΧΡΙ 40ΒΑΡ), ΜΗΚΟΣ 50ΕΚ. (ΠΕΡΙΠΟΥ) ΜΕ ΑΚΡΑ LUER LOCK Μ.Χ. ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΓΙΑ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΤΕΜ	
402			ΣΠΟΓΓΟΣ ΟΥΛ ΜΑΛΑΚΗΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 4ΜΜ	ΤΕΜ	
403			ΣΠΟΓΓΟΣ ΑΥΛΑΚΩΤΟΣ ΟΥΛ ΜΑΛΑΚΗΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 5,0ΜΜ- ΥΨΟΣ 2,5ΜΜ ΑΥΛΑΚΑ 2,5ΜΜ	ΤΕΜ	
404			ΣΠΟΓΓΟΣ ΜΑΛΑΚΗΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΟΥΛ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 5ΜΜ- ΥΨΟΣ 2,5ΜΜ	ΤΕΜ	
405			ΣΠΟΓΓΟΣ ΜΑΛΑΚΗΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΚΥΚΛΙΚΟΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 4ΜΜ	ΤΕΜ	
406			ΣΠΟΓΓΟΣ ΜΑΛΑΚΗΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΚΥΚΛΙΚΟΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 5ΜΜ	ΤΕΜ	
407			ΣΤΡΟΦΙΓΓΕΣ ΓΙΑ ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΕΓΧΥΣΕΙΣ ΜΕ ΔΥΟ ΟΔΟΥΣ, ΜΕ ΑΚΡΑ LUER LOCK, ΠΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΑΠΟ Ρ.Υ.Σ. ΜΗΚΟΥΣ 50ΕΚ. (ΠΕΡΙΠΟΥ), Μ.Χ. ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ ΓΙΑ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΤΕΜ	
408			ΣΤΥΛΕΟΣ ΕΝΔΟΛΕΙΖΕΡ ΜΕ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ RFID 25GA ΚΥΡΤΟΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΜΕ ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΑΚΡΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΤΛΙΑΣ VENTURY Η ΠΕΡΙΣΤΑΛΤΙΚΗ, ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΥΑΛΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗΣ 7.500 ΚΟΠΩΝ / ΛΕΠΤΟ, ΔΙΑΘΕΡΜΙΑ, ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ENDOLASER ΜΕ ΔΙΠΛΗ ΠΗΓΗ ΦΩΤΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 6 ΤΕΜΑΧΙΩΝ	ΤΕΜ	ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ
409			ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΛΑΙΟΥ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΥ 25G ΜΙΚΡΟΚΑΝΝΟΥΛΑΣ	ΤΕΜ	
410			ΣΩΛΗΝΩΣΗ ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ ΓΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΥΓΡΟΥ/ΑΕΡΑ	ΤΕΜ	
411			ΤΑΙΝΙΑ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΠΛΑΤΟΣ 2ΜΜ- ΥΨΟΣ 0,50ΜΜ Ν0 240 ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ	ΤΕΜ	
412			ΤΑΙΝΙΑ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΠΛΑΤΟΣ 2ΜΜ- ΥΨΟΣ 0,75ΜΜ Ν0 40 ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ	ΤΕΜ	
413			ΤΥΠΟΥ ECKARDT BACKFLASH ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΚΑΝΟΥΛΕΣ 23G	ΤΕΜ	
414			ΦΑΚΟΣ ΤΥΠΟΥ QUALT ΓΙΑ ΥΑΛΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗ ΠΟΥ ΝΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΣΤΟ BI-OM	ΤΕΜ	
415			ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΕΥΡΕΙΑΣ ΓΩΝΙΑΣ 23G	ΤΕΜ	
416			ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΕΥΡΕΙΑΣ ΓΩΝΙΑΣ 25G	ΤΕΜ	
417			ΨΑΛΙΔΙ Μ.Χ. 23G ΤΥΠΟΥ CURVED ΜΕ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΥΑ 360	ΤΕΜ	
418			ΤΙΡ ΠΟΥ ΣΥΝΔΥΑΖΕΤΑΙ ΜΕ ΣΤΥΛΕΟ ΥΠΕΡΗΧΩΝ FRAG ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 6 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΤΛΙΑΣ VENTURY Η ΠΕΡΙΣΤΑΛΤΙΚΗ, ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΥΑΛΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗΣ 7.500 ΚΟΠΩΝ / ΛΕΠΤΟ, ΔΙΑΘΕΡΜΙΑ, ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ENDOLASER ΜΕ ΔΙΠΛΗ ΠΗΓΗ ΦΩΤΟΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ	ΤΕΜ	
419			ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΧΥΣΗΣ/ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΜΕ ΣΥΡΙΓΓΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 20/23/25/27GA ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 6 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΤΛΙΑΣ VENTURY Η ΠΕΡΙΣΤΑΛΤΙΚΗ, ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΥΑΛΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗΣ 7.500 ΚΟΠΩΝ / ΛΕΠΤΟ, ΔΙΑΘΕΡΜΙΑ, ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ENDOLASER ΜΕ ΔΙΠΛΗ ΠΗΓΗ ΦΩΤΟΣ	ΤΕΜ	ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ
420			ΣΤΥΛΕΟΣ ΕΝΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 23/25/27GA ΔΙΑΧΥΤΟΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 6 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΤΛΙΑΣ VENTURY Η ΠΕΡΙΣΤΑΛΤΙΚΗ, ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΥΑΛΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗΣ 7.500 ΚΟΠΩΝ / ΛΕΠΤΟ, ΔΙΑΘΕΡΜΙΑ, ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ENDOLASER ΜΕ ΔΙΠΛΗ ΠΗΓΗ ΦΩΤΟΣ	ΤΕΜ	ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ
421			ΡΙΚ ΜΕ ΕΝΔΟΦΩΤΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 6 ΤΕΜΑΧΙΩΝ	ΤΕΜ	
422			ΦΑΚΟΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΓΙΑ ΩΧΡΑ ΚΗΛΙΔΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 6 ΤΕΜΑΧΙΩΝ	ΤΕΜ	
423			ΒΕΛΟΝΕΣ 25GA ΜΕ ΑΚΡΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ (DISP SOFT TIP NEEDLE 25GA) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 10 ΤΕΜΑΧΙΩΝ	ΤΕΜ	
424			ΒΕΛΟΝΕΣ 27GA ΜΕ ΑΚΡΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ (DISP SOFT TIP NEEDLE 27GA) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 10 ΤΕΜΑΧΙΩΝ	ΤΕΜ	
425			ΣΤΥΛΕΟΣ ΕΝΔΟΛΕΙΖΕΡ 23GA ΚΥΡΤΟΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΜΕ ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΑΚΡΟ ΚΑΙ ΕΝΔΟΦΩΤΙΣΜΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 6 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΜΕ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ RFID ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΤΛΙΑΣ VENTURY Η ΠΕΡΙΣΤΑΛΤΙΚΗ, ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΥΑΛΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗΣ 7.500 ΚΟΠΩΝ / ΛΕΠΤΟ, ΔΙΑΘΕΡΜΙΑ, ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ENDOLASER ΜΕ ΔΙΠΛΗ ΠΗΓΗ ΦΩΤΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 6 ΤΕΜΑΧΙΩΝ	ΤΕΜ	ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ
426			ΣΤΥΛΕΟΣ ΕΝΔΟΛΕΙΖΕΡ 27GA ΚΥΡΤΟΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΜΕ ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΑΚΡΟ ΚΑΙ ΕΝΔΟΦΩΤΙΣΜΟ ΜΕ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ RFID ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΤΛΙΑΣ VENTURY Η ΠΕΡΙΣΤΑΛΤΙΚΗ, ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΥΑΛΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗΣ 7.500 ΚΟΠΩΝ / ΛΕΠΤΟ, ΔΙΑΘΕΡΜΙΑ, ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ENDOLASER ΜΕ ΔΙΠΛΗ ΠΗΓΗ ΦΩΤΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 6 ΤΕΜΑΧΙΩΝ	ΤΕΜ	ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ
427			ΣΤΥΛΕΟΣ ΕΝΔΟ-LASER, 25G, ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΚΑΙ ΓΩΝΙΑΣ. ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ΑΚΡΟΥ ΜΕΣΩ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ ΤΡΟΧΙΣΚΟΥ, ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ VENTURY ΜΗ ΜΕΤΑΤΡΕΠΟΜΕΝΗ ΣΕ ΠΕΡΙΣΤΑΛΤΙΚΗ, ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΥΑΛΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗΣ 5.000 ΚΟΠΩΝ / ΛΕΠΤΟ, ΔΙΑΘΕΡΜΙΑ, ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ENDOLASER, ΔΙΠΛΗ ΠΗΓΗ ΦΩΤΟΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΗΓΗΣ ΕΝΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΥΝΑΤΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΟΥΣ (ΚΙΤΡΙΝΟ, ΠΡΑΣΙΝΟ, ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ)	ΤΕΜ	ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

428			ΣΤΥΛΕΟΣ ΕΝΔΟΛΕΙΖΕΡ 27GA ΚΥΡΤΟΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΜΕ ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΑΚΡΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 6 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΜΕ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ RFID ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΤΛΙΑΣ VENTURY Η ΠΕΡΙΣΤΑΛΤΙΚΗ, ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΥΑΛΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗΣ 7.500 ΚΟΠΩΝ / ΛΕΠΤΟ, ΔΙΑΘΕΡΜΙΑ, ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ENDOLASER ΜΕ ΔΙΠΛΗ ΠΗΓΗ ΦΩΤΟΣ	TEM	ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ
429			ΣΤΥΛΕΟΣ ΕΝΔΟΛΕΙΖΕΡ 25GA ΚΥΡΤΟΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΜΕ ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΑΚΡΟ ΚΑΙ ΕΝΔΟΦΩΤΙΣΜΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 6 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΜΕ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ RFID ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΤΛΙΑΣ VENTURY Η ΠΕΡΙΣΤΑΛΤΙΚΗ, ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΥΑΛΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗΣ 7.500 ΚΟΠΩΝ / ΛΕΠΤΟ, ΔΙΑΘΕΡΜΙΑ, ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ENDOLASER ΜΕ ΔΙΠΛΗ ΠΗΓΗ ΦΩΤΟΣ	TEM	ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ
430			ΣΤΥΛΕΟΣ ΕΝΔΟΛΕΙΖΕΡ 27GA ΚΥΡΤΟΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΜΕ ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΑΚΡΟ ΚΑΙ ΕΝΔΟΦΩΤΙΣΜΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 6 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΜΕ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ RFID ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΤΛΙΑΣ VENTURY Η ΠΕΡΙΣΤΑΛΤΙΚΗ, ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΥΑΛΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗΣ 7.500 ΚΟΠΩΝ / ΛΕΠΤΟ, ΔΙΑΘΕΡΜΙΑ, ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ENDOLASER ΜΕ ΔΙΠΛΗ ΠΗΓΗ ΦΩΤΟΣ	TEM	ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ
431			ΤΙΠ ΛΑΒΙΔΑΣ ENDGRASPING 25GA ΜΕ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑ 360 ΜΟΙΡΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 6 ΤΕΜΑΧΙΩΝ	TEM	
432			ΤΙΠ ΛΑΒΙΔΑΣ ENDGRASPING 27GA ΜΕ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑ 360 ΜΟΙΡΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 6 ΤΕΜΑΧΙΩΝ	TEM	
433			ΤΙΠ ΛΑΒΙΔΑΣ ILM 25GA ΜΕ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑ 360 ΜΟΙΡΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 6 ΤΕΜΑΧΙΩΝ	TEM	
434			ΤΙΠ ΛΑΒΙΔΑΣ ILM 27GA ΜΕ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑ 360 ΜΟΙΡΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 6 ΤΕΜΑΧΙΩΝ	TEM	
435			ΤΙΠ ΨΑΛΙΔΙ 25GA ΜΕ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑ 360 ΜΟΙΡΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 6 ΤΕΜΑΧΙΩΝ	TEM	
436			ΤΙΠ ΨΑΛΙΔΙ 27GA ΜΕ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑ 360 ΜΟΙΡΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 6 ΤΕΜΑΧΙΩΝ	TEM	
437			ΒΕΛΟΝΟΚΑΤΟΧΟ ΜΙΚΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΡ. ΧΡΗΣΕΩΝ	TEM	
438			Μπλε χρωστική για χρώση και αφαίρεση έως αφοριστικής μεμβράνης (brilliant peel) φιαλίδιο των 0.5ml Φιαλίδιο ή σύριγγα 0,5ml μη τοξικό, χωρίς συντηρητικά. Συγκέντρωση Blue G:0.25g/l, Πυκνότητα: 1.02g/m3	TEM	
439			Μπλε χρωστική για ταυτόχρονη χρώση και αφαίρεση επιαμφιβληστροειδικών μεμβρανών και έως αφοριστικής μεμβράνης. Φιαλίδιο 0,5ml ή σύριγγα 0,5ml, πυκνότητα: 1.020g/ m3 χωρίς συντηρητικά. μη τοξικό. με γώμια μπλε + ιωβ	TEM	
440			Στείρο ρυθμισμένο οφθαλμολογικό αλατούχο διάλυμα έκπλυσης ισότονο, με παρόμοια σύνθεση και PH όπως του υδατοειδούς υγρού, εμπλουτισμένο με γλουταθιόνη, διτανθρακικό νάτριο και δεξτρώζη αποκλειστικά για ενδοφθάλμια χρήση, σε γυάλινο μπουκάλι σε συσκευασία των 500 ml	TEM	
441			Στείρο ρυθμισμένο οφθαλμολογικό αλατούχο διάλυμα έκπλυσης ισότονο σε πλαστικό σάκο, που να μπορεί να τοποθετηθεί εντός μηχανήματος φακοθρυψίας για τη δημιουργία ελεγχόμενης πίεσης του προσθίου θαλάμου του οφθαλμού κατά τη διάρκεια της επέμβασης αφαίρεσης του καταρράκτη, με παρόμοια σύνθεση και PH όπως του υδατοειδούς υγρού. Να περιέχει ηλεκτρολύτες, ιχνοστοιχεία και οργανικές ουσίες, εμπλουτισμένο με γλουταθιόνη, διτανθρακικό νάτριο και δεξτρώζη αποκλειστικά για ενδοφθάλμια χρήση σε συσκευασία των 500 ml	TEM	ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ
442			Στείρο ρυθμισμένο οφθαλμολογικό αλατούχο διάλυμα έκπλυσης ισότονο σε πλαστικό σάκο, που να μπορεί να τοποθετηθεί εντός μηχανήματος φακοθρυψίας για τη δημιουργία ελεγχόμενης πίεσης του προσθίου θαλάμου του οφθαλμού κατά τη διάρκεια της επέμβασης αφαίρεσης του καταρράκτη, με παρόμοια σύνθεση και PH όπως του υδατοειδούς υγρού. Να περιέχει ηλεκτρολύτες, ιχνοστοιχεία και οργανικές ουσίες, αποκλειστικά για ενδοφθάλμια χρήση σε συσκευασία των 500 ml	TEM	ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ
443			Στείρο ρυθμισμένο οφθαλμολογικό αλατούχο διάλυμα έκπλυσης ισότονο σε γυάλινο μπουκάλι, με παρόμοια σύνθεση και PH όπως του υδατοειδούς υγρού αποκλειστικά για ενδοφθάλμια χρήση σε συσκευασία των 500ml.	TEM	
444			Ιξωδοελαστικές ουσίες που περιέχουν θειϊκή Χονδροϊτίνη και Υαλουρονικο Νάτριο : Να περιέχουν θειϊκή χονδροϊτίνη 4% και Μοριακού Βάρους 22.500 Daltons και η συγκέντρωση του υαλουρονικού νατρίου να είναι 3% και Μοριακού Βάρους πάνω από 500.000 Daltons. Το ph να είναι 7,25±0,25, η οσμωμοριακότητα περίπου 310 mOsm/kg και το ιώδες 40.000 mPas με απόκλιση 20.000 mPas σε ρυθμό κατάτμησης ανά 2 sec-1 (σε θερμοκρασία 25 C). Η ποσότητα κατά τεύχος να είναι 0.75 ml	TEM	
445			Ιξωδοελαστικές ουσίες που να περιέχουν Υαλουρονικό Νάτριο από βακτηριακή ζύμωση, περί το 1% το ph να είναι προς ουδέτερο- όχι μικρότερο από 7.0, (να έχει μοριακό βάρος άνω των 1,1 εκατ. Daltons, ιώδες 50.000 με απόκλιση 20.000 σε ρυθμό 1 sec ⁻¹) και η ποσότητα κατά τεύχος να είναι από 0.85 ml και άνω.	TEM	
446			Σετ στείρων ιξωδοελαστικών ουσιών αποτελούμενο από : Ιξωδοελαστικό υλικό Υαλουρονικού Νατρίου 1% σε συσκευασία 0,55 ml Ιξωδοελαστικό διάλυμα Θειϊκής Χονδροϊτίνης 4% και Υαλουρονικό Νάτριο 3% σε συσκευασία 0.50 ml.	TEM	
447			Βελόνα οπισθοβόλβια τύπου Atkinson 23 ή 25 GA	TEM	
448			Κάνουλα υδροδιαχωρισμού μιας χρήσης 25 g με γωνία, πεπλατυσμένο άκρο και 8 χιλιοστά από τη γωνία έως την άκρη της βελόνας.	TEM	
449			Κάνουλα υδροδιαχωρισμού μιας χρήσης 27 g με γωνία, η γωνία έως την άκρη της βελόνας.	TEM	
450			Κάνουλα αέρος 30 ή 27 ή 25 gauge, κεκαμμένη 4 χιλιοστά από σημείο καμψής έως άκρο.	TEM	
451			Βελόνα αέρος 27 GA , 11 χιλιοστά από τη γωνία έως την άκρη της βελόνας.	TEM	
452			Κυστοτόμοι αναστρόφως κόπτοντες ευθείς 23 g	TEM	
453			Κυστοτόμοι αναστρόφως κόπτοντες, κεκαμμένοι 25 g	TEM	
454			Κυστοτόμοι αναστρόφως κόπτοντες, κεκαμμένοι 27 g	TEM	
455			Ενδοκαψικοί δακτύλιοι για φυσιολογικούς οφθαλμούς 12,5mm συμπιεζόμενους 10mm.	TEM	
456			Ενδοκαψικοί δακτύλιοι για οφθαλμούς με επιπλοκές μυωπίας 13mm συμπιεζόμενους 11mm.	TEM	
457			Ενδοκαψικοί δακτύλιοι για φυσιολογικούς οφθαλμούς υψηλής μυωπίας 14,5mm συμπιεζόμενους 12mm.	TEM	
458			Σύστημα ένθεσης για ακρυλικούς ενδοφακούς ενός τεμαχίου αποστειρωμένα μιας χρήσης για ένθεση από τομή 2,75mm	TEM	
459			Σύστημα ένθεσης για ακρυλικούς ενδοφακούς ενός τεμαχίου αποστειρωμένα μιας χρήσης για ένθεση από τομή 2,2mm	TEM	
460			Χειρουργικά οθώνια από υλικό SMS σε διαστάσεις όχι μικρότερες από 100x120 εκ., αποστειρωμένα, με σακούλα περισυλλογής υγρών, με αυτοκόλλητη διάφανη περιοχή χάραξης οπής από τον χειρουργό, διαστάσεων όχι μικρότερων από 6x4 εκ. Να παρέχονται τεχνικές ενδείξεις επαρκούς προκλητικότητας της αυτοκόλλητης περιοχής χάραξης	TEM	
461			Χειρουργικά οθώνια από υλικό SMS σε διαστάσεις όχι μικρότερες από 140x150 εκ., αποστειρωμένα, με σακούλα περισυλλογής υγρών, με αυτοκόλλητη διάφανη περιοχή χάραξης οπής από τον χειρουργό, διαστάσεων όχι μικρότερων από 6x4 εκ. Να παρέχονται τεχνικές ενδείξεις επαρκούς προκλητικότητας της αυτοκόλλητης περιοχής χάραξης	TEM	
462			ΡΑΜΜΑ ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟ ΜΕ ΔΙΠΛΗ ΒΕΛΟΝΑ ΜΟΝΟΚΛΩΝΟ 10/0 ΜΗΚΟΥΣ 30CM. ΤΥΠΟΣ ΒΕΛΟΝΗΣ ΣΠΑΤΟΥΛΑ ΠΛΑΓΙΩΣ ΚΟΠΤΟΥΣΑ ΜΗΚΟΥΣ 6.55MM. ΚΑΜΠΥΛΟΤΗΤΑ 3/8.	TEM	
463			ΙΞΩΔΟΕΛΑΣΤΙΚΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΟΜΕΝΟ ΣΕ ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΟ ΚΑΙ ΛΕΠΤΟΡΡΕΥΣΤΟ (ADAPTABLE), ΥΑΛΟΥΡΟΝΙΚΟΥ ΝΑΤΡΙΟΥ 1,6%, ΒΑΚΤΗΡΙΑΚΗΣ ΖΥΜΩΣΗΣ ΣΕ ΣΥΡΙΓΓΑ ΑΠΟ 0,8 ML ΚΑΙ ΑΝΩ. ΜΕ ΜΟΡΙΑΚΟ ΒΑΡΟΣ ΑΠΟ 2,1 ΕΩΣ ΚΑΙ 2,9 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ DALTONS, ΜΕ ΕΥΡΟΣ ΙΞΩΔΟΥΣ ΣΤΟΥΣ 25 ΒΑΘΜΟΥΣ ΚΕΛΣΙΟΥ ΑΠΟ 55.000 ΕΩΣ 64.000 MPA.S, ΩΣΜΩΜΟΡΙΑΚΟΤΗΤΑΣ 340 MOSM/KG, ΔΕΙΚΤΗ ΔΙΑΘΛΑΣΗΣ 1.334 ΚΑΙ 7,6 PH. ΝΑ ΕΝΔΕΙΚΝΥΤΑΙ ΓΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΗΣ ΤΟΜΗΣ (<2 MM)	TEM	

464			ΙΕΩΔΟΕΛΑΣΤΙΚΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΟ, ΥΑΛΟΥΡΟΝΙΚΟΥ ΝΑΤΡΙΟΥ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ 1,2%, ΒΑΚΤΗΡΙΑΚΗΣ ΖΥΜΩΣΗΣ ΣΕ ΓΥΑΛΙΝΗ ΣΥΡΙΓΓΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΑΠΟ 0,8 ML ΚΑΙ ΑΝΩ. ΜΕ ΜΟΡΙΑΚΟ ΒΑΡΟΣ ΕΩΣ 2,9 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ DALTONS, ΜΕ ΕΥΡΟΣ ΙΕΩΔΟΥΣ ΣΤΟΥΣ 25 ΒΑΘΜΟΥΣ ΚΕΛΣΙΟΥ ΑΠΟ 34.500 ΕΩΣ ΚΑΙ 46.500 ΜΡΑ.Σ, ΩΣΜΩΜΟΡΙΑΚΟΤΗΤΑΣ 320 MOSM/KG, ΚΑΙ 7,6 ΡΗ.	TEM	
465			ΙΕΩΔΟΕΛΑΣΤΙΚΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΛΕΠΤΟΡΡΕΥΣΤΟ, ΜΕΘΥΛΣΕΛΟΥΛΟΖΗΣ, ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ 2%, ΒΑΚΤΗΡΙΑΚΗΣ ΖΥΜΩΣΗΣ ΣΕ ΓΥΑΛΙΝΗ ΣΥΡΙΓΓΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 2ML. ΝΑ ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΠΑΡΕΙ ΤΙΜΕΣ ΜΟΡΙΑΚΟΥ ΒΑΡΟΥΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 80.000 DALTONS, ΜΕ ΕΥΡΟΣ ΙΕΩΔΟΥΣ ΣΤΟΥΣ 25 ΒΑΘΜΟΥΣ ΚΕΛΣΙΟΥ ΑΠΟ 2.500 ΕΩΣ ΚΑΙ 5.500 ΜΡΑ.Σ, ΩΣΜΩΜΟΡΙΑΚΟΤΗΤΑΣ 317 MOSM/KG, ΚΑΙ 7.6 ΡΗ. ΝΑ ΜΗΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΨΥΓΕΙΟ	TEM	
466			ΙΕΩΔΟΕΛΑΣΤΙΚΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΟ, ΥΑΛΟΥΡΟΝΙΚΟΥ ΝΑΤΡΙΟΥ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ 2%, ΒΑΚΤΗΡΙΑΚΗΣ ΖΥΜΩΣΗΣ ΣΕ ΓΥΑΛΙΝΗ ΣΥΡΙΓΓΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΑΠΟ 0,9 ML ΚΑΙ ΑΝΩ. ΜΕ ΜΟΡΙΑΚΟ ΒΑΡΟΣ 3,2 ΕΩΣ ΚΑΙ 3,5 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ DALTONS, ΜΕ ΙΕΩΔΕΣ ΣΤΟΥΣ 25 ΒΑΘΜΟΥΣ ΚΕΛΣΙΟΥ ΠΕΡΙΠΟΥ ΣΤΑ 400.000 ΜΡΑ.Σ, ΚΑΙ ΤΙΜΕΣ ΩΣΜΩΜΟΡΙΑΚΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ 280 ΕΩΣ ΚΑΙ 330 MOSM/KG ΚΑΙ 7.6 ΡΗ. ΝΑ ΜΗΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΨΥΓΕΙΟ	TEM	
467			ΙΕΩΔΟΕΛΑΣΤΙΚΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΟΜΕΝΟ ΣΕ ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΟ ΚΑΙ ΛΕΠΤΟΡΡΕΥΣΤΟ (ADAPTABLE), ΥΑΛΟΥΡΟΝΙΚΟΥ ΝΑΤΡΙΟΥ 1,37% ΜΕ ΠΡΟΣΜΙΞΗ ΜΕΘΥΛΣΕΛΟΥΛΟΖΗΣ ΣΕ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ 0,57%, ΒΑΚΤΗΡΙΑΚΗΣ ΖΥΜΩΣΗΣ ΣΕ ΣΥΡΙΓΓΑ 1,0 ML. ΝΑ ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΠΑΡΕΙ ΤΙΜΕΣ ΜΟΡΙΑΚΟΥ ΒΑΡΟΥΣ ΑΠΟ 3,2 ΕΩΣ ΚΑΙ 3,5 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ DALTONS, ΜΕ ΙΕΩΔΕΣ ΣΤΟΥΣ 25 ΒΑΘΜΟΥΣ ΚΕΛΣΙΟΥ 100.000 ΜΡΑ.Σ, ΕΥΡΟΣ ΩΣΜΩΜΟΡΙΑΚΟΤΗΤΑΣ 280 ΕΩΣ ΚΑΙ 330 MOSM/KG, ΚΑΙ 7.6 ΡΗ	TEM	
468			ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΔΥΟ ΙΕΩΔΟΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ, ΧΩΡΙΣ ΘΕΙΙΚΗ ΧΟΝΔΡΟΪΤΙΝΗ. ΣΥΡΙΓΓΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΑΛΟΥΡΟΝΙΚΟΥ ΝΑΤΡΙΟΥ 1,8%, ΒΑΚΤΗΡΙΑΚΗΣ ΖΥΜΩΣΗΣ ΣΕ ΓΥΑΛΙΝΗ ΣΥΡΙΓΓΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 0,55 ML, ΜΕ ΤΙΜΕΣ ΜΟΡΙΑΚΟΥ ΒΑΡΟΥΣ ΑΠΟ 3,2 ΕΩΣ ΚΑΙ 3,5 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ DALTONS, ΜΕ ΙΕΩΔΕΣ ΣΤΟΥΣ 25 ΒΑΘΜΟΥΣ ΚΕΛΣΙΟΥ 80.000 ΜΡΑ.Σ, ΚΑΙ ΤΙΜΕΣ ΩΣΜΩΜΟΡΙΑΚΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ 280 ΕΩΣ ΚΑΙ 330 MOSM/KG. ΣΥΡΙΓΓΑ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΑΛΟΥΡΟΝΙΚΟΥ ΝΑΤΡΙΟΥ 1,4%, ΒΑΚΤΗΡΙΑΚΗΣ ΖΥΜΩΣΗΣ ΣΕ ΓΥΑΛΙΝΗ ΣΥΡΙΓΓΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 0,8 ML, ΜΕ ΤΙΜΕΣ ΜΟΡΙΑΚΟΥ ΒΑΡΟΥΣ ΑΠΟ 3,2 ΕΩΣ ΚΑΙ 3,5 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ DALTONS, ΜΕ ΙΕΩΔΕΣ ΣΤΟΥΣ 25 ΒΑΘΜΟΥΣ ΚΕΛΣΙΟΥ 100.000 ΜΡΑ.Σ, ΚΑΙ ΤΙΜΕΣ ΩΣΜΩΜΟΡΙΑΚΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ 280 ΕΩΣ ΚΑΙ 330 MOSM/KG. ΔΕΙΚΤΗΣ ΡΗ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ 7,6.	TEM	
469			ΧΡΩΣΤΙΚΗ ΒΑΦΗΣ ΚΥΑΝΩΝ ΤΟΥ ΤΡΥΠΑΝΙΟΥ, ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΗ ΣΕ ΣΥΡΙΓΓΑ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 2,25ML ΜΕ ΔΙΑΛΥΜΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 0,75ML ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ 0,06%. ΜΕ ΡΗ 7,0-7,5 ΚΑΙ ΩΣΜΩΜΟΡΙΑΚΟΤΗΤΑ 250-350MOSM/KG Η2Ο. ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ.	TEM	
470			ΣΤΕΙΡΟ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΑΛΑΤΟΥΧΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΕΚΠΛΥΣΗΣ ΙΣΟΤΟΝΟ ΣΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΦΙΑΛΗ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 500 ML. ΜΕ ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΡΗ ΟΠΩΣ ΤΟΥ ΥΔΑΤΟΕΙΔΟΥΣ ΥΓΡΟΥ. ΜΕ ΩΣΜΩΜΟΡΙΑΚΟΤΗΤΑ 300 MOSM/KG ΚΑΙ 7.2 ΡΗ.	TEM	
471			ΣΤΕΙΡΟ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΑΛΑΤΟΥΧΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΕΚΠΛΥΣΗΣ ΙΣΟΤΟΝΟ ΣΕ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΦΙΑΛΙΔΙΟ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 19 ML. ΜΕ ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΡΗ ΟΠΩΣ ΤΟΥ ΥΔΑΤΟΕΙΔΟΥΣ ΥΓΡΟΥ. ΜΕ ΩΣΜΩΜΟΡΙΑΚΟΤΗΤΑ 300 MOSM/KG ΚΑΙ 7.2 ΡΗ.	TEM	
472			ΔΙΑΛΥΜΑ ΥΓΡΗΣ ΔΕΚΑΛΙΝΗΣ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ C10F18 PERFLUORODECALINE, 100% FLUORINATED, ΣΕ ΦΙΑΛΙΔΙΟ ΤΩΝ 5ML ή προγεμισμένο σε σύριγγα . ΜΕ ΔΕΙΚΤΗ ΔΙΑΘΛΑΣΗΣ 1.31, ΣΗΜΕΙΟ ΒΡΑΣΜΟΥ ΤΟΥΣ 141 ΒΑΘΜΟΥΣ ΚΕΛΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟ ΒΑΡΟΣ 1,93 ΜΕ ΑΚΡΟ LUER SLIP.	TEM	
473			ΔΙΑΛΥΜΑ ΥΓΡΗΣ ΔΕΚΑΛΙΝΗΣ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ C10F18 PERFLUORODECALINE, 100% FLUORINATED, ΣΕ ΦΙΑΛΙΔΙΟ ΤΩΝ 7ML . ή προγεμισμένο σε σύριγγα ΜΕ ΔΕΙΚΤΗ ΔΙΑΘΛΑΣΗΣ 1.31, ΣΗΜΕΙΟ ΒΡΑΣΜΟΥ ΤΟΥΣ 141 ΒΑΘΜΟΥΣ ΚΕΛΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟ ΒΑΡΟΣ 1,93 ΜΕ ΑΚΡΟ LUER SLIP.	TEM	
474			ΠΑΚΕΤΟ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΥΑΛΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗΣ ΠΟΥ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ:· ,1 ΚΑΝΟΥΛΑ ΠΡΟΣΘΙΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ ΜΕ ΓΩΝΙΩΣΗ 25G ·, 1 ΚΑΝΟΥΛΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΓΙΑ ΥΔΡΟΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟ · 1 ΚΑΛΥΜΜΑ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 100X140 ΕΚ.· 1 ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 165X183 ΕΚ. ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ 9X11 ΕΚ. ΚΑΙ ΣΑΚΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΥΓΡΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 62X40ΕΚ. ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 1.000ML · 2 ΚΥΠΕΛΛΑΚΙΑ ΓΙΑ ΔΙΑΛΥΜΑ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 120ML · 2 ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΠΛΟΥΖΕΣ ΜΕΓΕΘΟΥΣ XLARGE ΜΕ ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΕΣ · 1 ΒΕΛΟΝΗ 80X40 ΧΙΛ (20G X 1 ½’’) · 1 ΒΕΛΟΝΗ 40X13 ΧΙΛ (27G ½’’) · 1 ΒΕΛΟΝΗ 40X19 ΧΙΛ (27G 3/4’’) · 2 ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΑ ΤΑΜΠΟΝ 8X6cm · 1 ΔΙΑΦΑΝΟ ΚΕΛΥΦΟΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΜΑΤΙΟΥ UNIVERSAL · ΒΑΜΒΑΚΟΦΟΡΟΙ ΣΤΥΛΕΟΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 7,6ΕΚ. ΜΕ ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΜΕΝΟ ΑΚΡΟ ΣΤΗ ΜΙΑ ΠΛΕΥΡΑ ΚΑΙ ΓΩΝΙΟΜΕΝΟ ΑΚΡΟ ΣΤΗΝ ΑΛΛΗ · 10 ΤΕΜΑΧΙΑ ΑΠΟ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΕΣ ΓΑΖΕΣ, 12 ΑΝΑΔΙΠΛΩΣΕΩΝ ΕΚΑΣΤΗ, ΜΕΓΕΘΟΥΣ 5X5 ΕΚ.· 5 ΤΕΜΑΧΙΑ ΑΠΟ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΕΣ ΓΑΖΕΣ, 12 ΑΝΑΔΙΠΛΩΣΕΩΝ ΕΚΑΣΤΗ, ΜΕΓΕΘΟΥΣ 10X10 ΕΚ.·2 ΣΥΡΙΓΓΕΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 10ML ΒΙΔΩΤΕΣ · 1 ΣΥΡΙΓΓΑ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 3ML ΒΙΔΩΤΗ · 1 ΖΕΥΓΟΣ ΓΑΝΤΙΑ ΜΙΚΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΧΩΡΙΣ ΠΟΥΔΡΑ ΜΕΓΕΘΟΥΣ 7 · 1 ΖΕΥΓΟΣ ΓΑΝΤΙΑ ΜΙΚΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΧΩΡΙΣ ΠΟΥΔΡΑ ΜΕΓΕΘΟΥΣ 7,5 · ΕΝΔΟΔΙΑΘΕΡΜΙΑ 23G ΜΕ ΑΚΡΟ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΥΠΟΥ “LEMOΣΑ”, ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ VENTURY ΜΗ ΜΕΤΑΤΡΕΠΟΜΕΝΗ ΣΕ ΠΕΡΙΣΤΑΛΤΙΚΗ, ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΥΑΛΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗΣ 5.000 ΚΟΠΩΝ / ΛΕΠΤΟ, ΔΙΑΘΕΡΜΙΑ, ΔΙΠΛΗ ΠΗΓΗ ΦΩΤΟΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΗΓΗΣ ΕΝΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΥΝΑΤΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΟΥΣ (ΚΙΤΡΙΝΟ, ΠΡΑΣΙΝΟ, ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ).	τεμ	ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ
475			ΠΑΚΕΤΟ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗ ΠΟΥ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ:· 1 ΚΑΝΟΥΛΑ ΠΡΟΣΘΙΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ ΜΕ ΓΩΝΙΩΣΗ 25G· 1 ΚΑΝΟΥΛΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΓΙΑ ΥΔΡΟΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟ ΜΕ ΓΩΝΙΩΣΗ 27G· 1 ΒΕΛΟΝΑ ΚΑΨΟΥΛΟΤΟΜΗΣ, ΚΕΚΑΜΕΝΗ 0,50 ΧΙΛ. (25G) ΑΝΑΠΟΔΗΣ ΕΝΤΟΜΗΣ· 1 ΚΑΛΥΜΜΑ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 140X140 ΕΚ.· 1 ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 140X127 ΕΚ. ΜΕ ΣΑΚΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΥΓΡΩΝ 500ML· 1 ΜΑΧΑΙΡΙΔΙΟ 2,75MM ΜΕ ΤΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ ΕΝΔΕΙΞΗΣ ΒΑΘΟΥΣ ΤΟΜΗΣ ΚΑΙ ΜΗ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΑΠΟΦΥΓΗ ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ · 1ΜΑΧΑΙΡΙΔΙΟ ΠΡΟΣΘΙΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ 15 ΜΟΙΡΩΝ· 1 ΜΑΧΑΙΡΙΔΙΟ ΔΙΚΗΝ ΣΤΙΛΕΤΟΥ 1,1 ΧΙΛ. (19G)· 1 ΠΑΚΕΤΟ ΜΕ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΑ ΤΡΙΓΩΝΑΚΙΑ ΜΕ 10 ΤΕΜΑΧΙΑ · 2 ΚΥΠΕΛΛΑΚΙΑ ΓΙΑ ΔΙΑΛΥΜΑ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 120ML · 2 ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΠΛΟΥΖΕΣ ΜΕΓΕΘΟΥΣ XLARGE ΜΕ ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΕΣ · 1 ΒΕΛΟΝΗ 80X40 ΧΙΛ (21G X 1 ½’’)· 1 ΒΕΛΟΝΗ 40X13 ΧΙΛ (27G ¾’’)· 1 ΒΕΛΟΝΗ 40X19 ΧΙΛ (27G 3/4’’) ΚΑΝΟΝΙΚΟΥ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ · 2 ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΑ ΤΑΜΠΟΝ 8X6cm ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΩΟΕΙΔΟΥΣ 10 ΤΕΜΑΧΙΑ ΑΠΟ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΕΣ ΓΑΖΕΣ, 8 ΑΝΑΔΙΠΛΩΣΕΩΝ ΕΚΑΣΤΗ, ΜΕΓΕΘΟΥΣ 5X5 ΕΚ. 5 ΤΕΜΑΧΙΑ ΑΠΟ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΕΣ ΓΑΖΕΣ, 12 ΑΝΑΔΙΠΛΩΣΕΩΝ ΕΚΑΣΤΗ, ΜΕΓΕΘΟΥΣ 10X10 ΕΚ. 2 ΣΥΡΙΓΓΕΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 10ML ΒΙΔΩΤΕΣ 1 ΣΥΡΙΓΓΑ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 5ML ΒΙΔΩΤΗ 1 ΣΥΡΙΓΓΑ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 3ML ΒΙΔΩΤΗ 1 ΣΥΡΙΓΓΑ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 3ML ΜΗ ΒΙΔΩΤΗ 1 ΖΕΥΓΟΣ ΓΑΝΤΙΑ ΜΙΚΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΧΩΡΙΣ ΠΟΥΔΡΑ ΜΕΓΕΘΟΥΣ 7 1 ΖΕΥΓΟΣ ΓΑΝΤΙΑ ΜΙΚΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΧΩΡΙΣ ΠΟΥΔΡΑ ΜΕΓΕΘΟΥΣ 7,5	τεμ	

476			ΠΑΚΕΤΟ ΦΑΚΟΘΡΥΨΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ 1 ΣΥΡΙΓΓΑ ΜΕ ΤΟ ΜΠΕΚ ΣΤΗΝ ΑΚΡΗ 2ML 1 ΒΕΛΟΝΑ 27G X ½ IN. 1 ΣΥΡΙΓΓΑ LUER LOCK 5ML 2 ΣΥΡΙΓΓΕΣ LUER LOCK 10ML 1 ΣΥΡΙΓΓΑ LUER LOCK 3ML 1 ΒΕΛΟΝΑ 21G X 5/8 IN. 1 ΚΑΝΟΥΛΑ ΠΡΟΣΘΙΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ 25G X 22MM 1 ΚΥΣΤΕΟΤΟΜΟ ΑΝΑΣΤΡΟΦΗΣ ΚΟΠΗΣ 25G 6 ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟΙ ΣΠΟΓΓΟΙ ΜΕ ΛΑΒΗ ΑΠΟ ΡVΑ, LINT FREE 5 ΓΑΖΕΣ 10X10CM 10 ΓΑΖΕΣ 5X5CM 1 ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΠΟΛ 120ML 1 ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΤΡΑΠΕΖΙΟΥ 100X140CM 1 ΖΕΥΓΑΡΙ ΓΑΝΤΙΑ ΜΙΚΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΧΩΡΙΣ ΠΟΥΔΡΑ ΝΟ 7 1 ΖΕΥΓΑΡΙ ΓΑΝΤΙΑ ΜΙΚΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΧΩΡΙΣ ΠΟΥΔΡΑ ΝΟ 7,5 1 ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ DRAPE 115X105CM 1 ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ NON WOVEN ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 101,5X127 CM ΜΕ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΤΜΗΜΑ 9X11,5 CM. ΧΩΡΙΣ ΟΠΗ, ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΣΑΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΥΓΡΩΝ 15,2X16,5 CM. ΚΑΙ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΑΚΟΥ 250ML 2 ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΠΛΟΥΖΕΣ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΜΙΑ LARGE ΚΑΙ ΜΙΑ XLARGE ΜΕ ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΕΣ 1 ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΤΑΜΠΟΝ 1 ΜΑΧΑΙΡΙΔΙΟ ΚΥΡΤΟ 2,75 MM ΤΥΠΟΥ SLIT ΜΕ ΑΝΩ ΚΟΠΤΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΜΕ ΜΗ-ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΑΠΟΦΥΓΗ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ 1 ΜΑΧΑΙΡΙΔΙΟ ΠΡΟΣΘΙΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ 15 ΜΟΙΡΩΝ ΜΕ ΜΗ-ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΑΠΟΦΥΓΗ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ ΟΛΑ ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΠΑΚΕΤΟ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ ΚΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΟΙΚΟ	τεμ	
477			ΠΑΚΕΤΟ ΕΝΔΟΥΛΛΟΕΙΔΙΚΩΝ ΕΝΕΣΕΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΑ ΚΑΤΩΘΙ ΥΛΙΚΑ: 1 ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΧΑΡΑΚΑ SCLERAL CALIPTER ΜΕ 3,5MM ΣΤΗ ΜΙΑ ΠΛΕΥΡΑ ΚΑΙ 4MM ΣΤΗΝ ΆΛΛΗ 1 ΒΛΕΦΑΡΟΔΙΑΣΤΟΛΕΑ (EYE SPECULUM) SINGLE USE 1 ΠΕΔΙΟ NON WOVEN 40X40CM ΜΕ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΤΜΗΜΑ 17,5X15CM ΜΕ ΤΟΜΗ ΣΤΗ ΜΕΣΗ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 2 ΤΡΙΓΩΝΑΚΙΑ Q-TIP 1 ΒΕΛΟΝΑ 30G 1 ΣΥΡΙΓΓΑ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ 2 ΜΠΟΛ ΠΛΑΣΤΙΚΑ 60ML 1 ΛΑΒΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	TEM	
478			ΠΑΚΕΤΟ ΕΝΔΟΥΛΛΟΕΙΔΙΚΩΝ ΕΝΕΣΕΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΑ ΚΑΤΩΘΙ ΥΛΙΚΑ:1 ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΧΑΡΑΚΑ SCLERAL CALIPTER ΜΕ 3,5MM ΣΤΗ ΜΙΑ ΠΛΕΥΡΑ ΚΑΙ 4MM ΣΤΗΝ ΆΛΛΗ 1 ΒΛΕΦΑΡΟΔΙΑΣΤΟΛΕΑ ΤΥΠΟΥ WIRE EYELID SPECULUM 1 ΒΕΛΟΝΑ 30G	TEM	
479			ΠΑΚΕΤΟ ΕΝΔΟΥΛΛΟΕΙΔΙΚΩΝ ΕΝΕΣΕΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΑ ΚΑΤΩΘΙ ΥΛΙΚΑ:1 ΖΕΥΓΑΡΙ ΓΑΝΤΙΑ LATEX FREE 1 ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΧΑΡΑΚΑ SCLERAL MARKER ΜΕ 3,5MM ΣΤΗ ΜΙΑ ΠΛΕΥΡΑ ΚΑΙ 4MM ΣΤΗΝ ΆΛΛΗ 1 ΒΛΕΦΑΡΟΔΙΑΣΤΟΛΕΑ ΤΥΠΟΥ EYELID SPECULUM 6 ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΠΑΤΟΝΕΤΕΣ 15CM 1 ΒΕΛΟΝΑ 30G	TEM	
480			ΠΑΚΕΤΟ ΕΝΔΟΥΛΛΟΕΙΔΙΚΩΝ ΕΝΕΣΕΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΑ ΚΑΤΩΘΙ ΥΛΙΚΑ:1 ΖΕΥΓΑΡΙ ΓΑΝΤΙΑ LATEX FREE, 1 ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΧΑΡΑΚΑ SCLERAL MARKER ΜΕ 3,5MM ΣΤΗ ΜΙΑ ΠΛΕΥΡΑ ΚΑΙ 4MM ΣΤΗΝ ΆΛΛΗ, 1 ΒΛΕΦΑΡΟΔΙΑΣΤΟΛΕΑ ΤΥΠΟΥ WIRE EYELID SPECULUM, 6 ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΠΑΤΟΝΕΤΕΣ 15CM, 1 ΒΕΛΟΝΑ 30G	TEM	
481			ΠΑΚΕΤΟ ΕΝΔΟΥΛΛΟΕΙΔΙΚΩΝ ΕΝΕΣΕΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΑ ΚΑΤΩΘΙ ΥΛΙΚΑ:2 ΣΥΡΙΓΓΕΣ 1ML, 1 ΖΕΥΓΑΡΙ ΓΑΝΤΙΑ LATEX FREE, 1 ΒΕΛΟΝΑ 30G 1 ΒΕΛΟΝΑ 18G 1 ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΧΑΡΑΚΑ SCLERAL MARKER ΜΕ 3,5MM ΣΤΗ ΜΙΑ ΠΛΕΥΡΑ ΚΑΙ 4MM ΣΤΗΝ ΆΛΛΗ 1 ΒΛΕΦΑΡΟΔΙΑΣΤΟΛΕΑ ΤΥΠΟΥ EYELID SPECULUM 6 ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΠΑΤΟΝΕΤΕΣ 15CM	TEM	
482			ΠΑΚΕΤΟ ΕΝΔΟΥΛΛΟΕΙΔΙΚΩΝ ΕΝΕΣΕΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΑ ΚΑΤΩΘΙ ΥΛΙΚΑ:2 ΣΥΡΙΓΓΕΣ 1ML, 1 ΖΕΥΓΑΡΙ ΓΑΝΤΙΑ LATEX FREE, 1 ΒΕΛΟΝΑ 30G, 1 ΒΕΛΟΝΑ 18G, 1 ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΧΑΡΑΚΑ SCLERAL MARKER ΜΕ 3,5MM ΣΤΗ ΜΙΑ ΠΛΕΥΡΑ ΚΑΙ 4MM ΣΤΗΝ ΆΛΛΗ, 1 ΒΛΕΦΑΡΟΔΙΑΣΤΟΛΕΑ ΤΥΠΟΥ EYELID SPECULUM, 6 ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΠΑΤΟΝΕΤΕΣ 15CM, 1 ΟΘΟΝΙΟ 40,5x40,5CM, 1 ΛΑΒΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ, 4 ΓΑΖΕΣ 10X10CM	TEM	
483			ΠΑΚΕΤΟ ΕΝΔΟΥΛΛΟΕΙΔΙΚΩΝ ΕΝΕΣΕΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΑ ΚΑΤΩΘΙ ΥΛΙΚΑ:2 ΣΥΡΙΓΓΕΣ 1ML, 1 ΖΕΥΓΑΡΙ ΓΑΝΤΙΑ LATEX FREE, 1 ΒΕΛΟΝΑ 30G, 1 ΒΕΛΟΝΑ 18G, 1 ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΧΑΡΑΚΑ SCLERAL MARKER ΜΕ 3,5MM ΣΤΗ ΜΙΑ ΠΛΕΥΡΑ ΚΑΙ 4MM ΣΤΗΝ ΆΛΛΗ, 1 ΒΛΕΦΑΡΟΔΙΑΣΤΟΛΕΑ ΤΥΠΟΥ EYELID SPECULUM, 6 ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΠΑΤΟΝΕΤΕΣ 15CM	TEM	
484			ΠΑΚΕΤΟ ΕΝΔΟΥΛΛΟΕΙΔΙΚΩΝ ΕΝΕΣΕΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΑ ΚΑΤΩΘΙ ΥΛΙΚΑ:2 ΣΥΡΙΓΓΕΣ 1ML, 1 ΖΕΥΓΑΡΙ ΓΑΝΤΙΑ LATEX FREE, 1 ΒΕΛΟΝΑ 30G, 1 ΒΕΛΟΝΑ 18G, 1 ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΧΑΡΑΚΑ SCLERAL MARKER ΜΕ 3,5MM ΣΤΗ ΜΙΑ ΠΛΕΥΡΑ ΚΑΙ 4MM ΣΤΗΝ ΆΛΛΗ, 1 ΒΛΕΦΑΡΟΔΙΑΣΤΟΛΕΑ ΤΥΠΟΥ EYELID SPECULUM, 6 ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΠΑΤΟΝΕΤΕΣ 15CM, 1 ΟΘΟΝΙΟ 40,5x40,5CM	TEM	
485			ΠΑΚΕΤΟ ΕΝΔΟΥΛΛΟΕΙΔΙΚΩΝ ΕΝΕΣΕΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΑ ΚΑΤΩΘΙ ΥΛΙΚΑ:1 ΣΥΡΙΓΓΕΣ 1ML, 1 ΖΕΥΓΑΡΙ ΓΑΝΤΙΑ LATEX FREE, 1 ΒΕΛΟΝΑ 30G, 1 ΒΕΛΟΝΑ 18G, 1 ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΧΑΡΑΚΑ SCLERAL MARKER ΜΕ 3,5MM ΣΤΗ ΜΙΑ ΠΛΕΥΡΑ ΚΑΙ 4MM ΣΤΗΝ ΆΛΛΗ, 1 ΒΛΕΦΑΡΟΔΙΑΣΤΟΛΕΑ ΤΥΠΟΥ EYELID SPECULUM, 6 ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΠΑΤΟΝΕΤΕΣ 15CM	TEM	
486			ΜΑΧΑΙΡΙΔΙΑ ΤΥΠΟΥ MVR ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΛΑΒΗ, ΜΕ ΜΗ-ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΑΠΟΦΥΓΗ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ 20G ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ	TEM	
487			ΜΑΧΑΙΡΙΔΙΑ ΤΥΠΟΥ MVR ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΛΑΒΗ, ΜΕ ΜΗ-ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΑΠΟΦΥΓΗ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ 23G ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ	TEM	
488			ΜΑΧΑΙΡΙΔΙΑ ΤΥΠΟΥ MVR ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΛΑΒΗ, ΜΕ ΜΗ-ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΑΠΟΦΥΓΗ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ 25G ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ	TEM	
489			ΜΑΧΑΙΡΙΔΙΑ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΛΑΒΗ, ΚΥΡΤΑ, ΚΕΡΑΤΙΚΗΣ ΤΟΜΗΣ 2,75MM ΜΕ ΑΝΩ ΚΑΙ ΚΑΤΩ ΚΟΠΤΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ, ΜΕ ΕΙΔΙΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΣΤΑ 1,5-1,75-2MM ΩΣΤΕ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΟΠΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟ ΤΟΥ ΒΑΘΟΥΣ ΤΗΣ ΤΟΜΗΣ, ΜΕ ΜΗ-ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΑΠΟΦΥΓΗ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ	TEM	
490			ΜΑΧΑΙΡΙΔΙΑ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΛΑΒΗ ΚΥΡΤΑ, ΚΕΡΑΤΙΚΗΣ ΤΟΜΗΣ 2,85MM ΜΕ ΑΝΩ ΚΑΙ ΚΑΤΩ ΚΟΠΤΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ, ΜΕ ΕΙΔΙΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΣΤΑ 1,5-1,75-2MM ΩΣΤΕ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΟΠΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟ ΤΟΥ ΒΑΘΟΥΣ ΤΗΣ ΤΟΜΗΣ, ΜΕ ΜΗ-ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΑΠΟΦΥΓΗ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ	TEM	
491			ΜΑΧΑΙΡΙΔΙΑ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΛΑΒΗ ΚΥΡΤΑ, ΚΕΡΑΤΙΚΗΣ ΤΟΜΗΣ 2,9MM ΜΕ ΑΝΩ ΚΑΙ ΚΑΤΩ ΚΟΠΤΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ, ΜΕ ΕΙΔΙΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΣΤΑ 1,5-1,75-2MM ΩΣΤΕ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΟΠΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟ ΤΟΥ ΒΑΘΟΥΣ ΤΗΣ ΤΟΜΗΣ, ΜΕ ΜΗ-ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΑΠΟΦΥΓΗ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ	TEM	
492			ΜΑΧΑΙΡΙΔΙΑ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΛΑΒΗ ΚΥΡΤΑ, ΚΕΡΑΤΙΚΗΣ ΤΟΜΗΣ 3,0MM ΜΕ ΑΝΩ ΚΑΙ ΚΑΤΩ ΚΟΠΤΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ, ΜΕ ΕΙΔΙΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΣΤΑ 1,5-1,75-2MM ΩΣΤΕ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΟΠΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟ ΤΟΥ ΒΑΘΟΥΣ ΤΗΣ ΤΟΜΗΣ, ΜΕ ΜΗ-ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΑΠΟΦΥΓΗ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ	TEM	
493			ΜΑΧΑΙΡΙΔΙΟ ΤΥΠΟΥ SLIT ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΛΑΒΗ ΚΥΡΤΟ, ΚΕΡΑΤΙΚΗΣ ΤΟΜΗΣ 2,75MM ΜΕ ΑΝΩ ΚΟΠΤΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ, ΜΕ ΜΗ-ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΑΠΟΦΥΓΗ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ	TEM	

[illegible]

530			ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ ΑΠΟ ΡΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΟΠΙΣΘΙΟΥ ΠΕΡΙΦΑΚΙΟΥ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 11ΜΜ, ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ	TEM	
531			ΔΙΑΣΤΟΛΕΙΣ ΙΡΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΕΧΝΗΤΗ ΜΥΔΡΙΑΣΗ, ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΕΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΜΗΚΟΥΣ 8ΜΜ ΜΕ 0,08ΜΜ ΔΙΑΜΕΤΡΟ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 5 ΤΕΜΑΧΙΩΝ	TEM	
532			ΚΑΝΟΥΛΕΣ ΥΔΡΟΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ - ΥΔΡΕΚΤΟΜΗΣ ΤΟΥ ΠΥΡΗΝΑ 25G ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΑΚΡΟΥ 11ΜΜ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ	TEM	
533			ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΑ ΜΠΕΚ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΟΠΙΣΘΙΟΥ ΠΕΡΙΦΑΚΙΟΥ ΜΕ ΚΥΡΤΟ ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΟ ΑΚΡΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ, 27G	TEM	
534			ΒΕΛΟΝΕΣ 20G ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΒΕΛΟΝΗΣ 32ΜΜ ΜΕ ΑΚΡΗ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 0,6ΜΜ	TEM	
535			ΒΕΛΟΝΕΣ 20G ΧΩΡΙΣ ΑΚΡΗ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΒΕΛΟΝΗΣ 32ΜΜ	TEM	
536			ΒΕΛΟΝΑ ΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΜΕ ΑΚΡΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 1,5ΜΜ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΜΑΖΙ ΜΕ ΣΤΥΛΕΟ 23G BACK FLASH	TEM	
537			ΒΕΛΟΝΑ ΠΑΘΗΤΙΚΗΣ / ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΜΕ ΑΚΡΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 1,5ΜΜ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΜΑΖΙ ΜΕ ΣΤΥΛΕΟ 23G BACK FLASH	TEM	
538			ΣΤΥΛΕΟΣ ΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ 23G	TEM	
539			ΣΤΥΛΕΟΣ ΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ 25G	TEM	
540			ΛΑΒΙΔΑ Μ.Χ. 23G ΤΥΠΟΥ ILM ΜΕ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑ 360 ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ	TEM	
541			ΛΑΒΙΔΑ Μ.Χ. 25G ΤΥΠΟΥ ILM ΜΕ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑ 360	TEM	
542			ΤΙΠ ΨΑΛΙΔΙ CURVED ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ 20GA ΜΕ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑ 360 ΜΟΙΡΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΑ	TEM	
543			ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΣΕ ΛΑΒΗ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	TEM	
544			ΤΙΠ ΨΑΛΙΔΙ CURVED ΚΑΘΕΤΟ 20GA ΜΕ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑ 360 ΜΟΙΡΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΣΕ ΛΑΒΗ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	TEM	
545			ΛΑΒΙΔΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΜΕΜΒΑΝΗΣ 23G ΜΕ ΚΥΡΤΟΜΑ ΑΚΡΗΣ 130 ΜΟΙΡΩΝ, ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΜΗΚΟΥΣ 136ΜΜ ΜΕ ΜΗ-ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΑΠΟΦΥΓΗ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ	TEM	
546			ΛΑΒΙΔΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΜΕΜΒΑΝΗΣ 25G ΜΕ ΚΥΡΤΟΜΑ ΑΚΡΗΣ 130 ΜΟΙΡΩΝ, ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΜΗΚΟΥΣ 136ΜΜ ΜΕ ΜΗ-ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΑΠΟΦΥΓΗ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ	TEM	
547			ΛΑΒΙΔΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΜΕΜΒΑΝΗΣ ΤΥΠΟΥ ENDGRIPPING 23G, ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΜΗΚΟΥΣ 138ΜΜ ΜΕ ΜΗ-ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΑΠΟΦΥΓΗ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ	TEM	
548			ΛΑΒΙΔΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΜΕΜΒΑΝΗΣ ΤΥΠΟΥ ENDGRIPPING 25G, ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΜΗΚΟΥΣ 138ΜΜ ΜΕ ΜΗ-ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΑΠΟΦΥΓΗ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ	TEM	
549			ΛΑΒΙΔΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΜΕΜΒΑΝΩΝ ΜΕ ΑΣΥΜΜΕΤΡΑ ΑΚΡΑ ΤΥΠΟΥ ΤΑΝΟ 23G, ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΜΗΚΟΥΣ 135ΜΜ ΜΕ ΜΗ-ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΑΠΟΦΥΓΗ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ	TEM	
550			ΛΑΒΙΔΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΜΕΜΒΑΝΩΝ ΜΕ ΑΣΥΜΜΕΤΡΑ ΑΚΡΑΤΥΠΟΥ ΤΑΝΟ 25G, ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΜΗΚΟΥΣ 135ΜΜ ΜΕ ΜΗ-ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΑΠΟΦΥΓΗ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ	TEM	
551			ΛΑΒΙΔΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΜΕΜΒΑΝΩΝ ILM ΚΑΙ ΕΠΙΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΙΚΩΝ, ΜΕ ΑΚΡΑ ΤΥΠΟΥ WIDE, 20G, ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΜΗΚΟΥΣ 140ΜΜ ΜΕ ΜΗ-ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΑΠΟΦΥΓΗ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ	TEM	
552			ΛΑΒΙΔΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΜΕΜΒΑΝΩΝ ILM ΚΑΙ ΕΠΙΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΙΚΩΝ, ΜΕ ΑΚΡΑ ΤΥΠΟΥ WIDE, 23G, ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΜΗΚΟΥΣ 140ΜΜ ΜΕ ΜΗ-ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΑΠΟΦΥΓΗ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ	TEM	
553			ΛΑΒΙΔΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΜΕΜΒΑΝΩΝ ILM ΚΑΙ ΕΠΙΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΙΚΩΝ, ΜΕ ΑΚΡΑ ΤΥΠΟΥ WIDE, 25G, ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΜΗΚΟΥΣ 140ΜΜ ΜΕ ΜΗ-ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΑΠΟΦΥΓΗ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ	TEM	
554			ΛΑΒΙΔΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ILM ΚΑΙ ΕΠΙΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΙΚΩΝ ΜΕΜΒΑΝΩΝ, ΜΕ ΑΚΡΑ ΤΥΠΟΥ SERRATED ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΓΙΑ ΜΗ-ΟΛΙΣΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΙΑΣΙΜΟ 20G, ΜΕ ΜΗ-ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΑΠΟΦΥΓΗ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ	TEM	
555			ΛΑΒΙΔΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ILM ΚΑΙ ΕΠΙΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΙΚΩΝ ΜΕΜΒΑΝΩΝ, ΜΕ ΑΚΡΑ ΤΥΠΟΥ SERRATED ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΓΙΑ ΜΗ-ΟΛΙΣΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΙΑΣΙΜΟ 23G, ΜΕ ΜΗ-ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΑΠΟΦΥΓΗ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ	TEM	
556			ΛΑΒΙΔΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ILM ΚΑΙ ΕΠΙΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΙΚΩΝ ΜΕΜΒΑΝΩΝ, ΜΕ ΑΚΡΑ ΤΥΠΟΥ SERRATED ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΓΙΑ ΜΗ-ΟΛΙΣΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΙΑΣΙΜΟ 25G, ΜΕ ΜΗ-ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΑΠΟΦΥΓΗ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ	TEM	
557			ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ ΙΡΙΔΑΣ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΙΡΙΔΑΣ ΜΕ ΟΠΕΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ, ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ FDA ΕΓΚΡΙΣΗ	TEM	
558			ΒΕΛΟΝΑ ΚΑΘΕΤΗΡΙΑΣΜΟΥ ΔΑΚΡΥΙΚΩΝ ΟΔΩΝ 25G ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΜΗΚΟΥΣ 28ΜΜ ΚΥΡΤΗ	TEM	
559			ΕΝΘΕΤΗΣ ΕΝΔΟΦΑΚΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΤΙΤΑΝΙΟΥ, ΒΙΔΩΤΟΣ. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΝΔΟΦΑΚΟΥΣ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΜΙΑ ΟΠΗ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΤΩΝ ΑΓΚΥΛΩΝ ΤΟΥΣ	TEM	
560			ΜΑΧΑΙΡΙΔΙΑ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΑ 150 ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΛΑΒΗ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΜΑΧΑΙΡΙΔΙΟ 15° ΕΥΘΥ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΛΑΒΗ ΚΑΙ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΧΩΡΙΣ ΚΟΥΜΠΙ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΡΥΨΗΣ ΜΑΧΑΙΡΙΔΙΟΥ, ΜΕ ΜΗ-ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ, ΓΙΑ ΑΠΟΦΥΓΗ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ, ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ	TEM	
561			ΜΑΧΑΙΡΙΔΙΑ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΑ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΛΑΒΗ ΓΙΑ ΚΕΡΑΤΟΤΟΜΗ ΣΕ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΦΑΚΟΘΡΥΨΙΑΣ ΜΕ ΑΝΩ ΚΑΙ ΚΑΤΩ ΚΟΠΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ, ΚΟΠΤΙΚΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 2,75 ΜΜ ΜΑΧΑΙΡΙΔΙΟ ΤΥΠΟΥ PARALLEL ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΛΑΒΗ, ΚΥΡΤΟ, ΤΟΜΗΣ 2,75ΜΜ ΜΕ ΑΝΩ ΚΑΙ ΚΑΤΩ ΚΟΠΤΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ, ΜΕ ΕΙΔΙΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΣΤΑ 1,5 - 1,75 - 2 ΜΜ ΩΣΤΕ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΟΠΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟ ΤΟΥ ΒΑΘΟΥΣ ΤΗΣ ΤΟΜΗΣ, ΜΕ ΜΗ-ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΑΠΟΦΥΓΗ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ	TEM	
562			ΜΑΧΑΙΡΙΔΙΑ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΑ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΛΑΒΗ ΓΙΑ ΚΕΡΑΤΟΤΟΜΗ ΣΕ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΦΑΚΟΘΡΥΨΙΑΣ ΜΕ ΑΝΩ ΚΑΙ ΚΑΤΩ ΚΟΠΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ, ΚΟΠΤΙΚΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 2,75 ΜΜ ΜΑΧΑΙΡΙΔΙΟ ΤΥΠΟΥ SLIT ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΛΑΒΗ, ΚΥΡΤΟ, ΤΟΜΗΣ 2,75ΜΜ ΜΕ ΑΝΩ ΚΑΙ ΚΑΤΩ ΚΟΠΤΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ, ΜΕ ΕΙΔΙΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΣΤΑ 2 ΜΜ ΩΣΤΕ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΟΠΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟ ΤΟΥ ΒΑΘΟΥΣ ΤΗΣ ΤΟΜΗΣ, ΜΕ ΜΗ-ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΑΠΟΦΥΓΗ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ, ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ	TEM	
563			ΜΑΧΑΙΡΙΔΙΑ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΑ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΛΑΒΗ ΓΙΑ ΚΕΡΑΤΟΤΟΜΗ ΣΕ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΦΑΚΟΘΡΥΨΙΑΣ ΜΕ ΑΝΩ ΚΑΙ ΚΑΤΩ ΚΟΠΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ, ΚΟΠΤΙΚΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 2,5 ΜΜ ΜΑΧΑΙΡΙΔΙΟ ΤΥΠΟΥ SLIT ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΛΑΒΗ, ΚΥΡΤΟ, ΤΟΜΗΣ 2,5ΜΜ ΜΕ ΑΝΩ ΚΑΙ ΚΑΤΩ ΚΟΠΤΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ, ΜΕ ΕΙΔΙΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΣΤΑ 2 ΜΜ ΩΣΤΕ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΟΠΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟ ΤΟΥ ΒΑΘΟΥΣ ΤΗΣ ΤΟΜΗΣ, ΜΕ ΜΗ-ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΑΠΟΦΥΓΗ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ, ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ	TEM	
564			ΜΑΧΑΙΡΙΔΙΑ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΑ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΛΑΒΗ ΓΙΑ ΚΕΡΑΤΟΤΟΜΗ ΣΕ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΦΑΚΟΘΡΥΨΙΑΣ ΜΕ ΑΝΩ ΚΑΙ ΚΑΤΩ ΚΟΠΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ, ΚΟΠΤΙΚΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 2,2 ΜΜ ΜΑΧΑΙΡΙΔΙΟ ΤΥΠΟΥ SLIT ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΛΑΒΗ, ΚΥΡΤΟ, ΤΟΜΗΣ 2,2ΜΜ ΜΕ ΑΝΩ ΚΑΙ ΚΑΤΩ ΚΟΠΤΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ, ΜΕ ΕΙΔΙΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΣΤΑ 2 ΜΜ ΩΣΤΕ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΟΠΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟ ΤΟΥ ΒΑΘΟΥΣ ΤΗΣ ΤΟΜΗΣ, ΜΕ ΜΗ-ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΑΠΟΦΥΓΗ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ, ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ	TEM	

[illegible]

577			ΜΑΧΑΙΡΙΔΙΑ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΑ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΛΑΒΗ GUARDED ΓΙΑ ΚΕΡΑΤΟΤΟΜΗ ΣΕ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΦΑΚΟΘΡΥΨΙΑΣ, ΚΟΠΤΙΚΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 2,5 ΜΜ ΜΑΧΑΙΡΙΔΙΟ ΤΥΠΟΥ SLIT ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΛΑΒΗ, GUARDED, ΚΥΡΤΟ, ΤΟΜΗΣ 2,5ΜΜ ΜΕ ΜΟΝΗ ΚΟΠΤΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ, ΜΕ ΕΙΔΙΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΣΤΑ 2 ΜΜ ΩΣΤΕ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΟΠΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟ ΤΟΥ ΒΑΘΟΥΣ ΤΗΣ ΤΟΜΗΣ, ΜΕ ΜΗ-ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΑΠΟΦΥΓΗ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ, ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ	TEM	
578			ΜΑΧΑΙΡΙΔΙΑ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΑ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΛΑΒΗ GUARDED ΓΙΑ ΚΕΡΑΤΟΤΟΜΗ ΣΕ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΦΑΚΟΘΡΥΨΙΑΣ, ΚΟΠΤΙΚΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 2,75 ΜΜ ΜΑΧΑΙΡΙΔΙΟ ΤΥΠΟΥ SLIT ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΛΑΒΗ, GUARDED, ΚΥΡΤΟ, ΤΟΜΗΣ 2,75ΜΜ ΜΕ ΜΟΝΗ ΚΟΠΤΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ, ΜΕ ΕΙΔΙΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΣΤΑ 2 ΜΜ ΩΣΤΕ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΟΠΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟ ΤΟΥ ΒΑΘΟΥΣ ΤΗΣ ΤΟΜΗΣ, ΜΕ ΜΗ-ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΑΠΟΦΥΓΗ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ, ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ	TEM	
579			ΜΑΧΑΙΡΙΔΙΑ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΑ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΛΑΒΗ GUARDED ΓΙΑ ΚΕΡΑΤΟΤΟΜΗ ΣΕ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΦΑΚΟΘΡΥΨΙΑΣ, ΚΟΠΤΙΚΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 3,0 ΜΜ ΜΑΧΑΙΡΙΔΙΟ ΤΥΠΟΥ SLIT ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΛΑΒΗ, GUARDED, ΚΥΡΤΟ, ΤΟΜΗΣ 3,0ΜΜ ΜΕ ΜΟΝΗ ΚΟΠΤΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ, ΜΕ ΕΙΔΙΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΣΤΑ 2 ΜΜ ΩΣΤΕ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΟΠΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟ ΤΟΥ ΒΑΘΟΥΣ ΤΗΣ ΤΟΜΗΣ, ΜΕ ΜΗ-ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΑΠΟΦΥΓΗ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ, ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ	TEM	
580			ΜΑΧΑΙΡΙΔΙΑ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΑ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΛΑΒΗ GUARDED ΓΙΑ ΚΕΡΑΤΟΤΟΜΗ ΣΕ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΦΑΚΟΘΡΥΨΙΑΣ, ΚΟΠΤΙΚΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 3,2 ΜΜ ΜΑΧΑΙΡΙΔΙΟ ΤΥΠΟΥ SLIT ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΛΑΒΗ, GUARDED, ΚΥΡΤΟ, ΤΟΜΗΣ 3,2ΜΜ ΜΕ ΜΟΝΗ ΚΟΠΤΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ, ΜΕ ΕΙΔΙΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΣΤΑ 2 ΜΜ ΩΣΤΕ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΟΠΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟ ΤΟΥ ΒΑΘΟΥΣ ΤΗΣ ΤΟΜΗΣ, ΜΕ ΜΗ-ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΑΠΟΦΥΓΗ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ, ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ	TEM	
581			ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΤΡΙΓΩΝΑΚΙΑ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΑ ΤΡΙΓΩΝΑΚΙΑ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΑ ΑΠΟ ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΦΥΣΙΚΗ ΣΕΛΟΥΛΟΖΗ 6 TEM./ ΠΑΚΕΤΟ	TEM	
582			ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΤΡΙΓΩΝΑΚΙΑ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΑ ΤΡΙΓΩΝΑΚΙΑ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΑ ΑΠΟ ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΦΥΣΙΚΗ ΣΕΛΟΥΛΟΖΗ ΜΕ FLAT TIP ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 7CM. 5TEM./ ΠΑΚΕΤΟ	TEM	
583			ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ ΤΡΙΓΩΝΙΚΟΙ ΣΠΟΓΓΟΙ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟΙ ΤΡΙΓΩΝΙΚΟΙ ΣΠΟΓΓΟΙ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΙΣ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΛΑΒΗ, ΑΠΟ ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΡVA ΥΛΙΚΟ, ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΑΦΗΝΕΙ ΙΝΕΣ (LINT FREE) 10TEM./ ΠΑΚΕΤΟ	TEM	
584			ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΟΦΘΑΛΜΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΦΩΣ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΟΦΘΑΛΜΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΦΩΣ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ, ΑΠΟ ΡVA ΥΛΙΚΟ, ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΑΦΗΝΕΙ ΙΝΕΣ (LINT & FIBRE FREE), ΚΥΚΛΙΚΟ, ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 8MM	TEM	
585			ΥΓΡΟΣ ΠΡΟΣΟΦΘΑΛΜΙΟΣ ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΥΓΡΟΣ ΠΡΟΣΟΦΘΑΛΜΙΟΣ ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟ ΒΙΟΣΥΜΒΑΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΡΗΓΟΡΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΩΝ ΤΟΜΩΝ ΧΩΡΙΣ ΣΥΡΡΑΦΗ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΣΤΙΓΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΙΣ ΚΕΡΑΤΟΕΙΔΙΚΕΣ ΤΟΜΕΣ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΛΕΙΨΗ ΑΙΣΘΗΣΗΣ ΞΕΝΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΚΟΛΙΑ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΥΣ	TEM	
586			Πακέτο καταρράκτη αποτελούμενο από τα παρακάτω: Οφθαλμολογικό κάλυμμα Non Woven διαστάσεων 140x127 εκ. με αυτοκόλλητο τμήμα 9x11,5 εκ. χωρίς οπή, διάσταση σάκου συλλογής υγρών 14,6x25,4 εκ. και χωρητικότητα σάκου 500ml, Τριγωνάκια τεμ. 5, Γάζες 8ply 5X5 τεμ. 5, Μπλούζες XL τεμ. 2, Πετσέτες τεμ. 2, Κάνουλα προσθίου θαλάμου 25g τεμ. 1, Κάνουλα προσθίου θαλάμου 30g τεμ. 1, Μαχαιρίδιο 2,75mm με τρία σημεία ένδειξης βάθους τομής και μη ανακλαστική επιφάνεια για αποφυγή αντανάκλασεων από το μικροσκόπιο, Οφθαλμολογικό ταμπόν τεμ. 1, Σύριγγα ινσουλίνης τεμ. 1, Σύριγγα 2,5ml με άκρο luer lock, Γάντια μικροχειρουργικής, χωρίς πούνδρα τεμ. 2	TEM	
587			Πακέτο γλαυκώματος αποτελούμενο από τα παρακάτω: Οφθαλμολογικό κάλυμμα Non Woven διαστάσεων 140x127 εκ. με αυτοκόλλητο τμήμα 9x11,5 εκ. χωρίς οπή, διάσταση σάκου συλλογής υγρών 14,6x25,4 εκ. και χωρητικότητα σάκου 500ml, Τριγωνάκια τεμ. 10, Γάζες 8ply 5X5 τεμ. 5, Μπλούζες XL τεμ. 2, Κάνουλα προσθίου θαλάμου 25g τεμ. 1, Κάνουλα προσθίου θαλάμου 30g τεμ. 1, Μαχαιρίδιο 15 μοιρών μη ανακλαστική επιφάνεια για αποφυγή αντανάκλασεων από το μικροσκόπιο, Μαχαιρίδιο 2,1mm τύπου Crescent με μη ανακλαστική επιφάνεια για αποφυγή αντανάκλασεων από το μικροσκόπιο, Οφθαλμολογικό ταμπόν τεμ. 1, Σύριγγα ινσουλίνης τεμ. 1, Σύριγγα 2,5ml με άκρο luer lock, Γάντια μικροχειρουργικής, χωρίς πούνδρα τεμ. 2	TEM	
588			ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΤΡΙΓΩΝΑΚΙΑ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΑ ΤΡΙΓΩΝΑΚΙΑ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΑ ΑΠΟ ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΦΥΣΙΚΗ ΣΕΛΟΥΛΟΖΗ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 10 TEM./ ΠΑΚΕΤΟ	TEM	
589			Συνθετικά απορροφήσιμα πολύκλωνα (πολυμερούς πολυγλακτίνης) usp 8/0 διπλή σπάτουλα 8mm 3/8c μήκος βελόνας 6mm και μήκος ράμματος 30cm	TEM	
590			ΡΑΜΜΑ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟ 10.0 ΜΕ ΚΟΠΤΟΥΣΑ ΒΕΛΟΝΗ 1/4, ΜΕ ΒΕΛΟΝΗ ΚΑΙ ΣΤΑ ΔΥΟ ΑΚΡΑ ΤΟΥ. ΜΕ ΜΗΚΟΣ ΒΕΛΟΝΑΣ 13MM ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΜΗΚΟΣ ΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 20CM	TEM	