ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΣΩΣΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ (ΚΑΙ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

1. Οι δείκτες να είναι αυτοκόλλητοι ώστε να υπάρχει η δυνατότητα εύκολης αρχειοθέτησης.
2. Να είναι κατασκευασμένοι σύμφωνα με το πρότυπο ISO 15883. Να κατατεθεί επίσημο έγγραφο που να το αποδεικνύει.
3. Ο δείκτης να είναι διπλής όψης.
4. Το χρώμα του δείκτη να είναι μη τοξικό.
5. Οι δείκτες να έχουν την δυνατότητα να τοποθετούνται σε συσκευή συγκράτησης ώστε να μπορούν να είναι σταθεροί πάνω στον δίσκο.
6. Να γίνεται χρήση συνθετικού ελέγχου ρύπων με πλαστικό φορέα αντί για χρήση φυσικού ελέγχου ρύπων με υποκατάστατο αίματος για αποφυγή παθογόνων μικροβίων.
7. Τα χρώματα του δείκτη να είναι μη τοξικά και να είναι επικυρωμένα απέναντι στον έλεγχο ρύπων σύμφωνα με EN ISO/TS 15883-5.
8. Τα αποτελέσματα να μην αλλάζουν κατά την διάρκεια του χρόνου αποθήκευσης.
9. Να υπάρχει η δυνατότητα να χρησιμοποιηθεί και με συσκευή PCD για έλεγχο κοίλων συσκευών.
10. Ο προμηθευτής να είναι κατάλληλα εκπαιδευμένος στο προϊόν από την κατασκευάστρια εταιρεία. Να κατατεθεί πρόσφατη βεβαίωση του εργοστασίου που να το αποδεικνύει.