



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

7^Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ -

Γ.Ν. "ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ"

Λεωφ. Κνωσσού, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κρήτης

ΑΦΜ 999161766, Α' ΔΟΥ Ηρακλείου



Τμήμα Προμηθειών

Πληροφορίες : Χουδετσανάκη Λίτσα

Τηλ. : 281340-8847

Φαξ : 2810 - 214481

e-mail : xoudetsanaki@venizeleio.gr

Site : www.venizeleio.gr

Απάντηση στη DOCTUM ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.

Μετά την επεξεργασία επί των παρατηρήσεων στα σχόλια της εταιρείας DOCTUM ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.

και προκειμένου το ΠΑ.Γ.Ν.Η. - Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ» να προκηρύξει τον παραπάνω διαγωνισμό, αναρτούμε για δεύτερη φορά και για τέσσερις ημέρες σε κοινή δημόσια διαβούλευση τις αναδιαμορφωμένες τεχνικές προδιαγραφές των ειδών του διαγωνισμού «**ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΑΙΜΟΔΙΥΛΙΣΗΣ-CPV 33692800-5**»

- 1) Α/Α 8, Κωδικός είδους 41341, ΦΥΣΙΓΓΑ 750 GR NaHCO3 Ph Eur ΓΙΑ ΤΑ ΥΠΑΡΧΟΝΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ GAMBRO AK-200 ULTRA

Συμφωνούμε , εφόσον η φύσιγγα πληροί τις προδιαγραφές και τη σύσταση της υπάρχουσας φύσιγγας για μηχανήματα Gambro.

- 2) Α/Α 17 Κωδικός είδους 64832, ΦΥΣΙΓΓΕΣ ΔΙΤΤΑΝΘΡΑΚΙΚΩΝ 650GR

Τα μηχανήματα είναι FRESINIUS 4008S και 4008B

- 3) Α/Α 18 Κωδικός είδους 220402, ΦΥΣΙΓΓΕΣ ΔΙΤΤΑΝΘΡΑΚΙΚΩΝ 650GR.....ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗ ΚΙΤΡΙΚΩΝ Τα μηχανήματα είναι FRESINIUS 4008S και 4008B

Σταθεροποιητή κιτρικών προβλέπει η EUROPEAN PHARMACOPEIA 8.0 01/2008:0455

Corrected 6.0 p 1901-1902

Το πρωτότυπο προϊόν της GAMBRO Bicart Select Citrate System που χρησιμοποιείται αποκλειστικά για τα μηχανήματα της GAMBRO περιέχει κιτρικά

Υπάρχει βιβλιογραφική τεκμηρίωση της υπεροχής της προσθήκης κιτρικών στις φύσιγγες διττανθρακικών όσον αφορά την ανοχή στη θεραπεία, την αιμοδυναμική συμπεριφοράς των ασθενών κατά τη διάρκεια της αιμοκάθαρσης και του pH, που καθιστά επιτακτική τη χρησιμοποίηση των σε ηλικιωμένους ασθενείς και σε ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια. Αυτός είναι και ο λόγος ότι από 11500 φύσιγγες διττανθρακικών που χρειάζεται η μονάδα μας μόνο οι 3000 αιτούνται να περιέχουν κιτρικά

Gabutti L. BMC Nephrology 10:71471-2369

Grundsrom G. ERA-EDTA congress 2012

Kuragano T. Artf Organs 2011 Sep 29

Daimon S. Ther Apher Dial 2011;15(5):460-5

Kassman RJ. Clin J Am Soc Nephrol 2009;4(9):1459-64

- 4) Οι κωδικοί 41351 και 50419 του διαγωνισμού με Α/Α9 και Α/Α 21 συγχωνεύτηκαν σε ένα κωδικό στο 41351

και οι ζητηθείσες ποσότητες είναι 19.000 set καθότι η διαφοροποίηση οφειλόταν στο ότι το Βενιζέλειο και το ΠΑΓΝΗ χρησιμοποιούν διαφορετικούς κωδικούς για το ίδιο είδος.