

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

I. ΓΕΝΙΚΑ

Αντικείμενο του παρόντος αποτελεί η συντήρηση και επισκευή του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού που είναι εγκατεστημένος στο Νοσοκομείο, όπως περιγράφεται στο συνημμένο Πίνακα και συγκεκριμένα η προληπτική συντήρηση, για την διατήρηση της υψηλής διαγνωστικής ικανότητας και απόδοσης των μηχανημάτων, σύμφωνα με τις οδηγίες των κατασκευαστικών οίκων, όπως αυτές αναφέρονται στα επίσημα εγχειρίδια συντήρησης (service manuals), καθώς και η εκτέλεση απεριόριστου αριθμού επανορθωτικών συντηρήσεων (αποκατάσταση βλαβών) και υποχρεωτικών βελτιώσεων - αναβαθμίσεων .

Η δαπάνη των ανταλλακτικών και τα έξοδα μεταφοράς συμπεριλαμβάνονται στην Σύμβαση που θα υπογραφεί.

Ο Προμηθευτής μπορεί να δώσει προσφορά, είτε για το σύνολο, είτε για μέρος του ζητούμενου εξοπλισμού.

Διάρκεια ισχύος της Σύμβασης που θα υπογραφεί, ορίζεται ένα έτος, με το δικαίωμα του Νοσοκομείου χωρίς την συναίνεση της εταιρείας για παράταση του χρόνου ισχύος της για δύο (2) επιπλέον μήνες, με τους ίδιους όρους.

Οι δαπάνες μετάβασης του τεχνικού προσωπικού της εταιρείας στην έδρα του Νοσοκομείου, δαπάνες παραμονής και δαπάνες επιστροφής του, θα βαρύνει τον προμηθευτή.

II. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ

Στην παρούσα διακήρυξη ισχύουν οι κατωτέρω ορισμοί με τις αντίστοιχες έννοιες:

Α) «Προληπτική συντήρηση» είναι ο, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστικού οίκου, περιοδικός έλεγχος ορθής λειτουργίας των Μηχανημάτων. Συμπεριλαμβάνονται οι αναγκαίες ρυθμίσεις, ευθυγραμμίσεις, ο καθαρισμός, η αναγκαία λίπανση των μηχανικών τμημάτων καθώς και οι δοκιμές των Μηχανημάτων σε κατάσταση λειτουργίας.

Β) «Επανορθωτική συντήρηση» είναι η οποιαδήποτε αναγκαία ενέργεια για την επιδιόρθωση βλαβών των Μηχανημάτων που γνωστοποιούνται προς την Εταιρεία είτε κατά την διάρκεια των επισκέψεων προληπτικής συντήρησης, είτε κατά τα μεσολαβούντα διαστήματα μεταξύ των επισκέψεων αυτών.

Γ) «Υποχρεωτικές βελτιώσεις» είναι οι, σύμφωνα με τις γραπτές οδηγίες του κατασκευαστικού οίκου, απαιτούμενες υποχρεωτικές τεχνικές μετατροπές καθώς και ανταλλακτικά για την βελτίωση υπαρχουσών και ελέγχων των Μηχανημάτων.

Δ) «Αναλώσιμα» θεωρούνται διεθνώς τα υλικά των μηχανημάτων, των οποίων ο χρόνος ζωής περιορίζεται από την χρήση τους.

Ο Προμηθευτής οφείλει να ορίσει ρητώς με την προσφορά του, τα αναλώσιμα του κάθε μηχανήματος που **δεν** καλύπτονται από τη Σύμβαση Συντήρησης, την απαιτούμενη ετήσια κατανάλωση, τους κωδικούς και την **τιμή** εξωσυμβατικής αγοράς τους. Επίσης να αναφερθεί αν είναι αποκλειστικής προμήθειας.

III. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

A) Ο Προμηθευτής υποχρεούται να πραγματοποιεί προληπτικές συντηρήσεις, σύμφωνα με τις υποδείξεις του κατασκευαστικού οίκου, κατά την διάρκεια της Σύμβασης και κατά χρονικά διαστήματα λογικά απέχοντα μεταξύ του. Οι εν λόγω επισκέψεις θα λαμβάνουν χώρα κατά την διάρκεια των εργάσιμων ωρών και ημερών επί τη βάση ενός χρονοδιαγράμματος που θα συμφωνηθεί μεταξύ του Νοσοκομείου και του Προμηθευτή. Το εν λόγω χρονοδιάγραμμα δύναται να υποστεί τροποποιήσεις κατόπιν συμφωνίας των συμβαλλομένων.

B) Ο Προμηθευτής υποχρεούται να πραγματοποιεί απεριόριστο αριθμό επισκέψεων για τον εντοπισμό και αποκατάσταση βλαβών μετά από έγγραφη ή τηλεφωνική κλήση του Νοσοκομείου. Ο χρόνος ανταπόκρισης δεν θα υπερβαίνει τις 24 ώρες.

Γ) Όλες οι εργασίες θα γίνονται παρουσία τεχνικών του Νοσοκομείου.

Δ) Ο Προμηθευτής μετά από το πέρας κάθε εργασίας θα παρέχει στο Νοσοκομείο αντίγραφο Δελτίων Εργασίας, στα οποία αναφέρονται οι εργασίες που έχουν εκτελεστεί, τα ανταλλακτικά που έχουν αντικατασταθεί, καθώς και αυτά που χρήζουν αντικατάστασης. Τα κατεστραμμένα ανταλλακτικά ή αναλώσιμα περιέχονται στην κυριότητα του Προμηθευτή, εκτός εάν υπάρχει ιδιαίτερη συμφωνία ως προς αυτά.

Ε) Ο Προμηθευτής υποχρεούται να διατηρεί απόθεμα ανταλλακτικών στις αποθήκες της, για την κατά προτεραιότητα εξυπηρέτηση του Νοσοκομείου.

ΣΤ) Ο Προμηθευτής αναλαμβάνει την διατήρηση και ενημέρωση αρχείου παρακολούθησης της λειτουργικής κατάστασης των μηχανημάτων.

Ζ) Ο Προμηθευτής οφείλει να ενημερώνει το Νοσοκομείο σχετικά με τις βελτιώσεις του μηχανήματος που συνιστά ο κατασκευαστικός οίκος.

Η) Ο Προμηθευτής δηλώνει ότι έχει λάβει γνώση της λειτουργικής κατάστασης του εξοπλισμού και των συνθηκών εγκατάστασης και λειτουργίας του.

Θ) Ο Προμηθευτής θα πρέπει να καταθέσει τα απαραίτητα πιστοποιητικά κατά ISO (9001:2000 ή 13485/03)

Ι) Ο Προμηθευτής θα πρέπει να καταθέσει εξουσιοδότηση από τον κατασκευαστικό οίκο, για τη συντήρηση και επισκευή του εξοπλισμού και τυχόν προτεινόμενη αναβάθμιση του λογισμικού, σύμφωνα με το σύστημα διασφάλισης ποιότητας του κατασκευαστή.

Κ) Να κατατεθεί έγγραφο του κατασκευαστικού οίκου από τον οποίο να προκύπτει ότι ο ανάδοχος μπορεί να εξασφαλίσει την απρόσκοπτη παροχή ανταλλακτικών και αντίστοιχων service kits για το χρονικό διάστημα της σύμβασης.

ΠΙΝΑΚΑΣ

ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

A. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ του Οίκου PHILIPS:

1. Υπέρηχος IU 33
2. Ακτινοσκοπικό συγκρότημα TELEDIAGNOST.
3. Υπέρηχος HDI 5000.
4. Υπέρηχος SONOS 5500.
5. Υπέρηχος HD11.
6. Υπέρηχος IU 22.
7. Υπέρηχος IU 33

Ζητούμενες ελάχιστες προληπτικές συντηρήσεις:

Όπως ορίζονται από τον κατασκευαστή.

Ζητούμενες ελάχιστες επανορθωτικές συντηρήσεις (βλάβες): απεριόριστος αριθμός

Ανταλλακτικά συμπεριλαμβάνονται

Υποχρεωτικές βελτιώσεις συμπεριλαμβάνονται

Αναλώσιμα: Να αναφερθούν ονομαστικά όσα δεν συμπεριλαμβάνονται.

B. ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ BRILLIANCE T10 και του

Υποσυστήματος Extended Brilliance Workspace του Οίκου PHILIPS

Ζητούμενες ελάχιστες προληπτικές συντηρήσεις:

Όπως ορίζονται από τον κατασκευαστή.

Ζητούμενες ελάχιστες επανορθωτικές συντηρήσεις (βλάβες): απεριόριστος αριθμός

Ανταλλακτικά συμπεριλαμβάνονται

Υποχρεωτικές βελτιώσεις συμπεριλαμβάνονται

Αναλώσιμα: Να αναφερθούν ονομαστικά όσα δεν συμπεριλαμβάνονται.

Γ. ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥ PHILIPS

Ζητούμενες ελάχιστες προληπτικές συντηρήσεις:

Όπως ορίζονται από τον κατασκευαστή.

Ζητούμενες ελάχιστες επανορθωτικές συντηρήσεις (βλάβες): απεριόριστος αριθμός

Ανταλλακτικά συμπεριλαμβάνονται

Υποχρεωτικές βελτιώσεις συμπεριλαμβάνονται

Αναλώσιμα: Να αναφερθούν ονομαστικά όσα δεν συμπεριλαμβάνονται.

Δ. ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ Γ-ΚΑΜΕΡΑΣ Millenium VG του οίκου G.E HEALTH CARE

Ζητούμενες ελάχιστες προληπτικές συντηρήσεις:

Όπως ορίζονται από τον κατασκευαστή.

Ζητούμενες ελάχιστες επανορθωτικές συντηρήσεις (βλάβες): απεριόριστος αριθμός

Ανταλλακτικά συμπεριλαμβάνονται

Υποχρεωτικές βελτιώσεις συμπεριλαμβάνονται

Αναλώσιμα: Να αναφερθούν ονομαστικά όσα δεν συμπεριλαμβάνονται.

Ε. ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ MERATE LEXXOS SMAM

1. Ακτινολογικό Συγκρότημα που αποτελείται από:

- Γεννήτρια OPERA G500 RF (S/N: AM5050F5)
- Οριζόντιο Τραπέζι, OPERA T30cs (S/N: 26095)
- Ακτινολογική λυχνία RTM 101 HS (S/N: 50F416)
- Ενισχυτής Εικόνας OPERA O-I9LT (S/N: 23859)
- Ψηφιακό Σύστημα D1000 (S/N: 030086106)

2. Ακτινογραφικό Συγκρότημα που αποτελείται από:

- Γεννήτρια OPERA G500 RAD (S/N: AM2738M3)
- Οριζόντιο Τραπέζι, MTOps (S/N: 28714)
- Ακτινολογική λυχνία RTM 90 H (S/N: 40E182)
- Όρθιο Bucky MTVs (S/N: 28714)

3. Μηχάνημα Μέτρησης Οστικής Πυκνότητας DMS LEXXOS (S/N: I05LX243)

4. Δύο (2) Φορητά Ακτινοσκοπικά Μηχανήματα GMM C-ARM τύπου MTH-R

5. Δύο (2) Φορητά Ακτινολογικά Μηχανήματα SMAM ROLLER 30 (S/N: T6628, T6554)

Ζητούμενες ελάχιστες προληπτικές συντηρήσεις:

Όπως ορίζονται από τον κατασκευαστή.

Ζητούμενες ελάχιστες επανορθωτικές συντηρήσεις (βλάβες): απεριόριστος αριθμός

Ανταλλακτικά συμπεριλαμβάνονται

Υποχρεωτικές βελτιώσεις συμπεριλαμβάνονται

Αναλώσιμα: Να αναφερθούν ονομαστικά όσα δεν συμπεριλαμβάνονται

ΣΤ. ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ του οίκου OLYMPUS:

A/A	Είδος	Κωδικός	s/n	Τμήμα
1	Βίντεο Γαστροσκόπιο	GIF-Q165	2500739	Γαστρεντερολογικό
2	Βίντεο Γαστροσκόπιο	GIF-1T20	-	Γαστρεντερολογικό
3	Βίντεο Γαστροσκόπιο	GIF-Q145	2000187	Γαστρεντερολογικό
4	Βίντεο Γαστροσκόπιο	GIF-2T160	2400785	Γαστρεντερολογικό
5	Βίντεο Γαστροσκόπιο	GIF-Q145	2304185	Γαστρεντερολογικό
6	Βίντεο Γαστροσκόπιο	GIF-Q165	2601797	Γαστρεντερολογικό
7	Βίντεο Γαστροσκόπιο	GIF-N180	2701008	Γαστρεντερολογικό
8	Βίντεο Κολονοσκόπιο	CF-VL	2911190	Γαστρεντερολογικό
9	Βίντεο Κολονοσκόπιο	CF-Q145L	2301419	Γαστρεντερολογικό
10	Βίντεο Κολονοσκόπιο	CF-Q145L	2100453	Γαστρεντερολογικό
11	Βίντεο Κολονοσκόπιο	CF-Q145L	2412676	Γαστρεντερολογικό
12	Βίντεο Δωδεκαδακτυλοσκόπιο	TJF-160VR	2701404	Γαστρεντερολογικό
13	Βίντεο Δωδεκαδακτυλοσκόπιο	TJF-160VR	2802176	Γαστρεντερολογικό
14	Βίντεο Δωδεκαδακτυλοσκόπιο	JF-V2	2010312	Γαστρεντερολογικό
15	Βίντεο Δωδεκαδακτυλοσκόπιο	TJF-145	2400820	Γαστρεντερολογικό
16	Δωδεκαδακτυλοσκόπιο	JF-1T30	2701477	Γαστρεντερολογικό
17	Πηγή Ψυχρού Φωτισμού	CLF-U40	7704469	Γαστρεντερολογικό
18	Πηγή Ψυχρού Φωτισμού	CLE-145	7302178	Γαστρεντερολογικό
19	Επεξεργαστής	CV-140	7947941	Γαστρεντερολογικό
20	Επεξεργαστής	CV-145	7312676	Γαστρεντερολογικό
21	Διαθερμία	HF-120	B1002	Γαστρεντερολογικό
22	Μόνιτορ 17"	90383	07701973	Γαστρεντερολογικό
23	Μόνιτορ	OEV-191	7823173	Γαστρεντερολογικό
24	Μόνιτορ	OEV-191	7823271	Γαστρεντερολογικό
25	Αναρρόφηση	SSU-2	315021	Γαστρεντερολογικό
26	Υπέρηχος καθαρισμού	29090	316312	Γαστρεντερολογικό
27	Εκτυπωτής	UP-20	51533	Γαστρεντερολογικό
28	Κάμερα	OTV-SE	1810910	Χειρουργείο
29	Κάμερα	OTV-S5	7742359	Χειρουργείο
30	Κάμερα	OTV-S2	7022696	Χειρουργείο
31	Κάμερα	OTV-S7	7355104	Χειρουργείο

32	Κάμερα	OTV-S7	7807017	Χειρουργείο
33	Κεφαλή κάμερας	N1012640	7819271	Χειρουργείο
34	Κεφαλή κάμερας	N1012640	7819272	Χειρουργείο
35	Οπτική	A7591	110047	Χειρουργείο
36	Οπτική	A5254A	110724	Χειρουργείο
37	Οπτική	A5294A	701665	Χειρουργείο
38	Οπτική	A5294A	3020091	Χειρουργείο
39	Οπτική	A5294A	305922	Χειρουργείο
40	Οπτική	A5295A	309363	Χειρουργείο
41	Οπτική	A5294A	308720	Χειρουργείο
42	Οπτική	A2013A	310712	Χειρουργείο
43	Οπτική	A2013A	211203	Χειρουργείο
44	Οπτική	A22001A	406380	Χειρουργείο
45	Οπτική	A5295A	410337	Χειρουργείο
46	Πλυντήριο ενδοσκοπίων	ETD-3PAA	05130278	Γαστρεντερολογικό
47	Πλυντήριο ενδοσκοπίων	ETD-3PAA	06130488	Γαστρεντερολογικό
48	Πλυντήριο ενδοσκοπίων	ETD-3PAA	09131005	Γαστρεντερολογικό
49	Πλυντήριο ενδοσκοπίων	ETD-3PAA	06130528	Γαστρεντερολογικό

Ζητούμενες ελάχιστες προληπτικές συντηρήσεις: Τρεις (3) ετησίως ανά μηχάνημα

Ζητούμενες ελάχιστες επανορθωτικές συντηρήσεις (βλάβες): απεριόριστος αριθμός

Ανταλλακτικά συμπεριλαμβάνονται

Υποχρεωτικές βελτιώσεις συμπεριλαμβάνονται

Αναλώσιμα: Να αναφερθούν ονομαστικά όσα δεν συμπεριλαμβάνονται.

Ζ. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ του Οίκου PHILIPS:

Φορητό ακτινοσκοπικό c-arm BV PULSERA.

Μαστογράφος MAMMODIAGNOST.

Ζητούμενες ελάχιστες προληπτικές συντηρήσεις: Όπως ορίζονται από τον κατασκευαστή.

Ζητούμενες ελάχιστες επανορθωτικές συντηρήσεις (βλάβες): απεριόριστος αριθμός

Ανταλλακτικά συμπεριλαμβάνονται

Υποχρεωτικές βελτιώσεις συμπεριλαμβάνονται

Αναλώσιμα: Να αναφερθούν ονομαστικά όσα δεν συμπεριλαμβάνονται.

Η. ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ του οίκου DRAEGER MEDICAL:

Τρία (3) Αναισθησιολογικά μηχανήματα DRAEGER τύπου Jullian με αριθμούς σειράς S/N ARLN-0186, S/N ARPK-0023 και S/N ARLM-0263
Ζητούμενες ελάχιστες προληπτικές συντηρήσεις:

Όπως ορίζονται από τον κατασκευαστή.

Ζητούμενες ελάχιστες επανορθωτικές συντηρήσεις (βλάβες): απεριόριστος αριθμός

Ανταλλακτικά συμπεριλαμβάνονται

Υποχρεωτικές βελτιώσεις συμπεριλαμβάνονται

Αναλώσιμα: Να αναφερθούν ονομαστικά όσα δεν συμπεριλαμβάνονται.

Θ. ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ του οίκου GE DATEX OHMEDA:

Πέντε (5) μονάδες τύπου Aespire S/5, με Monitor model S/5 Compact Anaesthesia, συνοδευόμενο από τον ενισχυτή M-CAiOV
Ζητούμενες ελάχιστες προληπτικές συντηρήσεις:

Όπως ορίζονται από τον κατασκευαστή.

Ζητούμενες ελάχιστες επανορθωτικές συντηρήσεις (βλάβες): απεριόριστος αριθμός

Ανταλλακτικά συμπεριλαμβάνονται

Υποχρεωτικές βελτιώσεις συμπεριλαμβάνονται

Αναλώσιμα: Να αναφερθούν ονομαστικά όσα δεν συμπεριλαμβάνονται.

Ι. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΝΕΟΓΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ του οίκου S.L.E.:

Ενός (1) Αναπνευστήρα νεογνών model S.L.E. 5000
Μιας (1) συσκευής-συστήματος NO INOSYS SLE
Ζητούμενες ελάχιστες προληπτικές συντηρήσεις:

Όπως ορίζονται από τον κατασκευαστή.

Ζητούμενες ελάχιστες επανορθωτικές συντηρήσεις (βλάβες): απεριόριστος αριθμός

Ανταλλακτικά συμπεριλαμβάνονται

Υποχρεωτικές βελτιώσεις συμπεριλαμβάνονται

Αναλώσιμα: Να αναφερθούν ονομαστικά όσα δεν συμπεριλαμβάνονται.

Κ. ΚΛΙΒΑΝΟΙ ΥΓΡΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ

Δύο (2) Κλίβανοι Υγρής Αποστείρωσης U61PV του οίκου COLUSSI

Ζητούμενες ελάχιστες προληπτικές συντηρήσεις:

Όπως ορίζονται από τον κατασκευαστή.

Ζητούμενες ελάχιστες επανορθωτικές συντηρήσεις (βλάβες): απεριόριστος αριθμός

Ανταλλακτικά συμπεριλαμβάνονται

Υποχρεωτικές βελτιώσεις συμπεριλαμβάνονται

Αναλώσιμα: Να αναφερθούν ονομαστικά όσα δεν συμπεριλαμβάνονται.

Λ. ΚΛΙΒΑΝΟΣ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ STERRAD 100S™,

Ζητούμενες ελάχιστες προληπτικές συντηρήσεις:

Προληπτική συντήρηση επιπέδου 1, εξαμηνιαία ή μετά από 750 κύκλους λειτουργίας από την τελευταία Συντήρηση Επίπεδου 2, και

Προληπτική συντήρηση επιπέδου 2, με τη συμπλήρωση 12 μηνών ή 2.250 κύκλων λειτουργίας από την τελευταία Συντήρηση Επίπεδου 2.

Περιοδικός έλεγχος συντήρηση (όπως αναφέρεται παραπάνω) ανά τετράμηνο.

Ζητούμενες ελάχιστες επανορθωτικές συντηρήσεις (βλάβες): απεριόριστος αριθμός

Ανταλλακτικά συμπεριλαμβάνονται

Υποχρεωτικές βελτιώσεις συμπεριλαμβάνονται

Αναλώσιμα: Να αναφερθούν ονομαστικά όσα δεν συμπεριλαμβάνονται.

Μ. ΜΟΝΑΔΕΣ ΦΑΚΟΘΡΥΨΙΑΣ του οίκου ALCON MANUFACTURING LTD Η.Π.Α.,

α) μοντέλο ACCURUS με S/N 0601305901X

β) μοντέλο LEGASY STTL με S/N 1203-002536

γ) μοντέλο INFINITY VISION SYSTEM με S/N 0401911801X

Ζητούμενες ελάχιστες προληπτικές συντηρήσεις:

Όπως ορίζονται από τον κατασκευαστή.

Ζητούμενες ελάχιστες επανορθωτικές συντηρήσεις (βλάβες): απεριόριστος αριθμός

Ανταλλακτικά συμπεριλαμβάνονται

Υποχρεωτικές βελτιώσεις συμπεριλαμβάνονται

Αναλώσιμα: Να αναφερθούν ονομαστικά όσα δεν συμπεριλαμβάνονται.

Ν. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ του οίκου TRUMPF:

Τρεις (3) Χειρουργικές τράπεζες τύπου SATURN SELECT L-C

μία (1) Χειρουργική τράπεζα τύπου SATURN GR

Ζητούμενες ελάχιστες προληπτικές συντηρήσεις:

Όπως ορίζονται από τον κατασκευαστή.

Ζητούμενες ελάχιστες επανορθωτικές συντηρήσεις (βλάβες): απεριόριστος αριθμός

Ανταλλακτικά συμπεριλαμβάνονται

Υποχρεωτικές βελτιώσεις συμπεριλαμβάνονται

Αναλώσιμα: Να αναφερθούν ονομαστικά όσα δεν συμπεριλαμβάνονται.

Ξ. ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ:

Οδοντιατρικό μηχάνημα SADENT DIADEMA Κ. Υγείας Αγ. Βαρβάρας

Οδοντιατρικό μηχάνημα SADENT DIADEMA Κ. Υγείας Αρκαλοχωρίου

Οδοντιατρικό μηχάνημα SADENT DIADEMA Κ. Υγείας Χάρακα

Οδοντιατρικό μηχάνημα SADENT DIADEMA Κ. Υγείας Μοιρών

Οδοντιατρικό μηχάνημα NEODENT Κ. Υγείας Αγ. Βιάνου

Ζητούμενες ελάχιστες προληπτικές συντηρήσεις:

Όπως ορίζονται από τον κατασκευαστή.

Ζητούμενες ελάχιστες επανορθωτικές συντηρήσεις (βλάβες): απεριόριστος αριθμός

Ανταλλακτικά συμπεριλαμβάνονται

Υποχρεωτικές βελτιώσεις συμπεριλαμβάνονται

Αναλώσιμα: Να αναφερθούν ονομαστικά όσα δεν συμπεριλαμβάνονται.

Ο. ΜΟΝΑΔΑ ΕΓΧΥΤΗ ΣΚΙΑΓΡΑΦΙΚΟΥ CT EXPRÉS 3D του οίκου SWISS MEDICAL

Ζητούμενες ελάχιστες προληπτικές συντηρήσεις:

Όπως ορίζονται από τον κατασκευαστή.

Ζητούμενες ελάχιστες επανορθωτικές συντηρήσεις (βλάβες): απεριόριστος αριθμός

Ανταλλακτικά συμπεριλαμβάνονται

Υποχρεωτικές βελτιώσεις συμπεριλαμβάνονται

Αναλώσιμα: Να αναφερθούν ονομαστικά όσα δεν συμπεριλαμβάνονται.

Π. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥ LEICA

α) μοντέλο AUTOSTEINER XL, τεμάχια 2

β) μοντέλο CV 5030, τεμάχια 2

γ) κρυοστάτης CM 1850, τεμάχιο 1

Ζητούμενες ελάχιστες προληπτικές συντηρήσεις:

Όπως ορίζονται από τον κατασκευαστή.

Ζητούμενες ελάχιστες επανορθωτικές συντηρήσεις (βλάβες): απεριόριστος αριθμός

Ανταλλακτικά συμπεριλαμβάνονται

Υποχρεωτικές βελτιώσεις συμπεριλαμβάνονται

Αναλώσιμα: Να αναφερθούν ονομαστικά όσα δεν συμπεριλαμβάνονται.

P. ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

Πλυντήρια τύπου DS 600/2 του οίκου STEEL CO, τεμάχια 3

Ζητούμενες ελάχιστες προληπτικές συντηρήσεις:

Όπως ορίζονται από τον κατασκευαστή.

Ζητούμενες ελάχιστες επανορθωτικές συντηρήσεις (βλάβες): απερίοριστος αριθμός

Ανταλλακτικά συμπεριλαμβάνονται

Υποχρεωτικές βελτιώσεις συμπεριλαμβάνονται

Αναλώσιμα: Να αναφερθούν ονομαστικά όσα δεν συμπεριλαμβάνονται.

Σ. ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΕΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ

Αναπνευστήρες τύπου G-5 του οίκου HAMILTON, τεμάχια 4

Ζητούμενες ελάχιστες προληπτικές συντηρήσεις:

Όπως ορίζονται από τον κατασκευαστή.

Ζητούμενες ελάχιστες επανορθωτικές συντηρήσεις (βλάβες): απερίοριστος αριθμός

Ανταλλακτικά συμπεριλαμβάνονται

Υποχρεωτικές βελτιώσεις συμπεριλαμβάνονται

Αναλώσιμα: Να αναφερθούν ονομαστικά όσα δεν συμπεριλαμβάνονται.

T. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥ CARE STREAM

Ψηφιοποιητής τύπου DIRECT VIEW max, τεμάχιο 1

Ψηφιακό εμφανιστήρια τύπου DRIVIEW 6850, τεμάχια 2

Ζητούμενες ελάχιστες προληπτικές συντηρήσεις:

Όπως ορίζονται από τον κατασκευαστή.

Ζητούμενες ελάχιστες επανορθωτικές συντηρήσεις (βλάβες): απερίοριστος αριθμός

Ανταλλακτικά συμπεριλαμβάνονται

Υποχρεωτικές βελτιώσεις συμπεριλαμβάνονται

Υ. ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ ΚΟΝΤΡΟΝ ΜΑΕΣΤΡΟ

Ζητούμενες ελάχιστες προληπτικές συντηρήσεις:

Όπως ορίζονται από τον κατασκευαστή.

Ζητούμενες ελάχιστες επανορθωτικές συντηρήσεις (βλάβες): απεριόριστος αριθμός

Ανταλλακτικά συμπεριλαμβάνονται

Υποχρεωτικές βελτιώσεις συμπεριλαμβάνονται

Αναλώσιμα: Να αναφερθούν ονομαστικά όσα δεν συμπεριλαμβάνονται.