

Θέμα: Σχόλια 2^{ης} Διαβούλευσης τεχνικών προδιαγραφών πλυντηρίου ενδοσκοπίων

Σε απάντηση της επιστολής της εταιρείας MEDIC PLAN – MEDIZINE TECHNIK, που αφορά τα σχόλια της 2^{ης} Διαβούλευσης των τεχνικών προδιαγραφών του πλυντηρίου ενδοσκοπίων και μετά την αποδοχή μέρους των σχολίων της 1^{ης} Διαβούλευσης, σας ενημερώνουμε για τα παρακάτω:

1. Σχετικά με την προδιαγραφή 1.4 «Να έχει δυνατότητα ελέγχου στεγανότητας, πρόπλυσης, καθαρισμού σε δύο στάδια, απολύμανσης και στεγνώματος δύο ενδοσκοπίων και ενδοσκοπικών εργαλείων διάρκειας 30 λεπτών, περίπου» ισχύουν τα εξής:
Κατά τη φάση της 1^{ης} διαβούλευσης και για την ορθότερη αξιολόγηση των προσφερόμενων συσκευών προστέθηκε η φράση: “Να δοθεί λίστα προγραμμάτων με αναφορά των αντίστοιχων χρόνων πλήρους πλύσης,”. Δεν αποδεχόμαστε τη πρόταση της εταιρείας που αναφέρεται σε πρόγραμμα μικρής διάρκειας, καθώς η “διάρκεια των 30 λεπτών, περίπου” για το χρόνο πλύσης, δεν είναι περιοριστικός, αλλά προσδιορίζει το χρονικό εύρος του κύκλου πλύσης.
2. Δεν αποδεχόμαστε την πρόταση της εταιρείας να απαλειφθεί η προδιαγραφή 1.7 “Να έχει τη δυνατότητα αυτόματης ηλεκτρονικής αναγνώρισης του κάδου εύκαμπτων ή άκαμπτων ενδοσκοπίων απολύμανσης ...σε prospectus”, καθώς είναι επιθυμητή ως καλύπτεται από περισσότερες της μίας εταιρείες.
3. Δεν αποδεχόμαστε την πρόταση της εταιρείας για την τροποποίηση της προδιαγραφής 1.10, καθώς η χρήση της υπεριώδους ακτινοβολίας UV ως μέθοδος απολύμανσης του νερού δεν αποτελεί κατασκευαστικό στοιχείο συγκεκριμένου εργοστασίου. Επιπλέον, είναι επιθυμητή για την διασφάλιση της αποστείρωσης.
4. Δεν αποδεχόμαστε την πρόταση της εταιρείας να απαλειφθεί η προδιαγραφή 1.16 “Να διαθέτει πρόγραμμα ελέγχου ποιότητας καθαρισμού (Hygienic Test)” καθώς ο όρος *Hygienic Test* είναι διευκρινιστικός του προγράμματος ελέγχου ποιότητας – καθαρισμού και είναι όρος επιθυμητός.
5. Δεν αποδεχόμαστε την πρόταση της εταιρείας να απαλειφθεί η προδιαγραφή 1.20 “Να έχει τη δυνατότητα χρονικού προγραμματισμού της έναρξης του προγράμματος πλύσης”, καθώς η συγκεκριμένη δυνατότητα είναι επιθυμητή και αφορά στη λειτουργία του τμήματος.