

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΕΤ ΕΓΧΥΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΩΝ

Προδιαγραφές σετ χορήγησης φαρμάκων και υγρών, μέσω ηλεκτρονικής αντλίας που να διαθέτει τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά:

- Ρύγχος διάτρησης με αεραγωγό με αντιβακτηριακό φίλτρο και πώμα
- Διαφανής εύκαμπτος σταγονοθάλαμος με φίλτρο υγρού 15 μ.
- Ολισθαίνον κλείστρο για ρύθμιση ή διακοπή της ροής
- Ενσωματωμένο μη αποσπώμενο εξάρτημα ασφαλείας για την προστασία από την ελεύθερη ροή
- Πλάγια διακλάδωση τύπου “Y”, χωρίς τη χρήση βελόνης
- Περιστρεφόμενη αρσενική σύνδεση Luer Lock με πώμα διακοπής ροής και υδρόφοβο φίλτρο
- Συνολικό μήκος συσκευής τουλάχιστον 285 cm και όγκος πλήρωσης έως 25 ml
- Ατομική συσκευασία, αποστειρωμένη με αιθυλενοξείδιο, DEHP-free, LATEX-free
- Να μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην αντλία για 96 ώρες.

Η ηλεκτρονική αντλία να έχει τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

Να έχει Ελληνικό μενού, να είναι τουλάχιστον Class II για προστασία από ηλεκτροπληξία, να έχει πιστοποίηση τουλάχιστον IP22 για ολόκληρο το μηχάνημα, να λειτουργεί χωρίς τη χρήση εξωτερικού μετασχηματιστή και να έχει δυνατότητα ροής έως 1500ml/h. Να διαθέτει εσωτερική μπαταρία που να εξασφαλίζει λειτουργία της αντλίας για τουλάχιστον 8 ώρες σε ροή 25ml/h και να φορτίζει ανεξαρτήτως ροής λειτουργίας. Να διαθέτει ειδοποίηση για πτώση πίεσης στη γραμμή έγχυσης (αποσύνδεση ασθενή) και δυνατότητα απενεργοποίησής του KVO. Το βάρος της να είναι μικρότερο των 2kg και να διαθέτει φυσικά πλήκτρα ρύθμισης ροής για ευχρηστία. Να διαθέτει ρύθμιση του ορίου συναγερμού φραγής σε βήματα των 50mm Hg στο εύρος από 50-750 mmHg.