

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΑΠΛΕΣ

Οι συσκευές μετάγγισης θα πρέπει να πληρούν απαραίτητα τις πιο κάτω τεχνικές προδιαγραφές.

1. Άριστη ποιότητα πλαστικού αυλού από απόλυτα διαυγές MEDICAL GRADE PVC, για καλύτερη ορατότητα και έλεγχο της ποιότητας μετάγγισης του αίματος.
2. Με φίλτρο αίματος ηθμού 170μ – 210μ ικανής διηθητικής επιφάνειας ώστε να επιτυγχάνεται η αφαίρεση πηγμάτων χωρίς να δυσκολεύεται η ροή αίματος.
- 3 Με διπλό συγκοινωνούντα σταγονομετρικό θάλαμο από ευπίεστη πλαστική ύλη με δυνατότητα επακριβούς σταγονομετρικής ρύθμισης της ροής, δυνατότητα απεμπλοκής και χορήγηση ταχείας μετάγγισης.
4. Με ειδικό ρυθμιστή ροής ROLLOR CLAMP για σταθερότητα ρύθμισης ροής.
5. Το ρύγχος της συσκευής να είναι ικανού μήκους, κατάλληλης σκληρότητας, διαμέτρου, όχι μυτερό ώστε να μπορεί να τρυπήσει όλους τους τύπους ασκών χωρίς να τσακίζει και χωρίς την πιθανότητα τρυπήματος αυτών (σκίσιμο ή τρύπημα του ασκού και της υποδοχής του).
6. Συσκευασία ατομική σε ανθεκτικό φύλλο πλαστικού με εύκολο και ασφαλές άνοιγμα.
7. Να έχουν εγκρίσεις κυκλοφορίας των αρμοδίων αρχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (CE marketing).
8. Να παρέχουν πιστοποιητικά ποιότητας κατασκευής όπως ISO 9000,GMP.
9. Η συσκευή να μην διαθέτει αεραγωγό για την αφαίρεση αέρα.