

ΘΕΜΑ: Απάντηση σχολίων εταιρειών επί της 1^{ης} Δημόσιας Διαβούλευσης για την σύνταξη Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΑ για τις ανάγκες του Γ.Ν. «Βενιζέλειο-Πανάνειο».

Αναφορικά με τα σχόλια της 1^{ης} Δημόσιας Διαβούλευσης για την σύνταξη Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΑ για τις ανάγκες του Γ.Ν. «Βενιζέλειο-Πανάνειο» σας παραθέτουμε την απάντηση της επιτροπής προδιαγραφών ανά εταιρεία.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΙΚΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Α.Ε.

Για τα προτεινόμενα είδη με κωδικούς 1,2,3,4 απορρίπτονται για του κάτωθι λόγους.

1. Τα ζητούμενα υλικά από την επιτροπή προδιαγραφών σε συνεργασία με τα ήδη χρησιμοποιούμενα στο χειρουργείο, συντελούν να διενεργείται με απόλυτη ασφάλεια σειρά επεμβάσεων με ποικιλία αντίστοιχων εργαλείων και υλικών που καλύπτουν απόλυτα τις ανάγκες των ασθενών. Τα ζητούμενα από την εταιρεία ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΙΚΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ υλικά δεν κρίνεται απαραίτητο να συμπεριληφθούν στα προς προμήθεια είδη.
2. Τα προτεινόμενα είδη από την ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΙΚΩΝ δεν έχουν καμία συνάφεια με τις προδιαγραφές των ειδών τα οποία έχουν βγει προς διαβούλευση.

Για το προτεινόμενο είδος με κωδικό 5, απορρίπτεται διότι το ζητούμενο τροκάρ είναι 15mm και δεν προσφέρεται από την ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΙΚΩΝ.