

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ AXION HEALTH ΕΠΕ

Τα ζητούμενα υλικά από την επιτροπή προδιαγραφών συντελούν να διενεργείται με απόλυτη ασφάλεια σειρά επεμβάσεων με ποικιλία αντίστοιχων μοσχευμάτων που καλύπτουν απόλυτα τις ανάγκες των ασθενών. Τα ζητούμενα από την εταιρεία AXION HEALTH υλικά δεν κρίνεται απαραίτητο να συμπεριληφθούν στα προς προμήθεια υλικά.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ BARD

Προτείνεται να συμπεριληφθούν στις προδιαγραφές τα κάτωθι.

- 1) «Σετ βουβωνικού κώνου, πυκνής πλέξης (μέση τιμή g/cm^2 114,5), με ξεχωριστό προδιαμορφωμένο κώνο και προσχηματισμένο πλέγμα με οπή διάστασης 4,5x10cm από μονόκλωνο πολυπροπυλένιο. Ο κώνος να διαθέτει εξωτερικό περίβλημα με πτυχώσεις 2 εσωτερικούς αφαιρούμενους κώνους στο μέγεθος XL και να είναι κατάλληλος για τεχνική MILLICAN. Σε διαστάσεις κώνου: 4,1x5,0 (XL)»
- 2) «Πλήρως απορροφήσιμο βιοσυνθετικό πλέγμα διπλής όψης βραδείας απορρόφησης μέσω υδρόλησης (12-18 μήνες), αποτελούμενο από πλεκτό μονόκλωνο P4HB και απορροφήσιμη αντισυμφητική μεμβράνη από υδρογέλη HA, CMC & PEG , ενωμένα με απορροφήσιμες ίνες PGA. Ανθεκτικό σε επιμολυσμένες περιοχές Διαστάσεις: 10X15cm»
- 3) «Πλήρως απορροφήσιμο βιοσυνθετικό πλέγμα διπλής όψης βραδείας απορρόφησης μέσω υδρόλησης (12-18 μήνες), αποτελούμενο από πλεκτό μονόκλωνο P4HB και απορροφήσιμη αντισυμφητική μεμβράνη από υδρογέλη HA, CMC & PEG , ενωμένα με απορροφήσιμες ίνες PGA. Ανθεκτικό σε επιμολυσμένες περιοχές Διαστάσεις: 15X20cm»
- 4) «Καθηλωτικό εργαλείο πλέγματος για ανοιχτές και λαπαροσκοπικές επεμβάσεις, μήκους 37cm, διαμέτρου 5mm, με 15 ή 30 μη απορροφήσιμα κλιπ από χειρουργικό ανοξείδωτο ατσάλι σε μορφή βίδας, με επικαλυμμένο άκρο (PEEK), για την αποφυγή συμφύσεων, με διάμετρο κεφαλής του κλιπ 4,2mm² και ένδειξη μετρητή των κλιπς. Να διαθέτει μετρική κλίμακα στο στυλεό για μέτρηση του χάσματος.