

ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΒΑΘΟΥΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ

1. Να είναι διφασματικού δείκτη, κλίμακας 0-100 και να δύναται ανάκτηση ηλεκτροεγκεφαλογράφηματος (EEG) δύο καναλιών.
2. Να αποτελείται από 3 ή 4 ηλεκτρόδια τα οποία διαθέτουν πληροφορίες για την ορθή τοποθέτησή τους.
3. Να αναφερθούν κλινικές μελέτες που θα πιστοποιούν την αποτελεσματικότητα του συστήματος καθώς επίσης την βελτίωση της έκβασης των ασθενών και την μείωση της ποσότητας και του κόστους των χορηγούμενων φαρμάκων διεγχειρητικά.
4. Να είναι συμβατός για χρήση σε παιδιά και ενήλικες.
5. Ο σένσορας να είναι εργονομικά σχεδιασμένος για την λήψη μετρήσεων και φιλικός προς το δέρμα του ασθενούς.
6. Να παραχωρηθεί με συνοδό εξοπλισμό για τον οποίο θα έχει ευθύνη η ανάδοχος εταιρία.
7. Να γίνει κλινική αξιολόγηση με παραχώρηση 20 τεμ. αισθητήρων και 2 monitors πριν την κατοχύρωση της εταιρίας.

