

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΙΑ

1. Ίδια ή αντίστοιχη τεχνολογία μέτρησης βάθους ύπνωσης με αυτή του διφασματικού δείκτη θα πρέπει να τεκμηριώνει βιβλιογραφικά και ίδια ή αντίστοιχα οφέλη (μείωση μετεγχειρητικού παραληρήματος κατά 36%, μείωση χρήσης υπναγωγών 23%, μείωση συμβαμάτων διεγχειρητικής αφύπνισης με ανάκληση μνήμης 82% και μείωση χρόνου παραμονής στην ανάνηψη 32%. Η τεκμηρίωση των παραπάνω μπορεί να προκύψει μόνο με μελέτες ίδιας ή αντίστοιχης βαρύτητας, προκειμένου να θεωρηθούν οι τεχνολογίες αντίστοιχες. Σχετικά με το πλήθος των ηλεκτροδίων, απαιτείται τεκμηρίωση για την ομοιότητα των μεθόδων μέτρησης βάθους ύπνωσης, ως προς τα οφέλη που προκύπτουν από τη χρήση της, σύμφωνα με τα παραπάνω. Συνεπώς τα σχόλια δεν γίνονται αποδεκτά.
2. Δεν τεκμηριώνεται βιβλιογραφικά ότι η παρουσία 2 καναλιών αυξάνει το χρόνο επεξεργασίας και την πιθανότητα εμφάνισης παρεμβολών με αποτέλεσμα την λανθασμένη καταγραφή δεδομένων. Συνεπώς τα σχόλια δεν γίνονται αποδεκτά.
3. Απαιτείται τεκμηρίωση για την ομοιότητα των μεθόδων μέτρησης βάθους ύπνωσης, ως προς τα οφέλη που προκύπτουν από τη χρήση της, η οποία δεν έχει ακόμη προκύψει εμπειρικά. Συνεπώς τα σχόλια δεν γίνονται αποδεκτά.