

Τεχνικά Χαρακτηριστικά Εξωτερικού ποιοτικού ελέγχου αιμοσφαιρίνης HbA2.

Α) Παγκόσμιο εξωτερικό πρόγραμμα ελέγχου της HbA2.

1. Ο έλεγχος να καλύπτει σε ετήσια βάση τον έλεγχο της εξέτασης με την ανάλυση και αξιολόγηση 1 δείγματος ανά μήνα ώστε να μπορούν να εξαχθούν ασφαλή στατιστικά δεδομένα ως προς την απόδοση του εργαστηρίου. Συνολικά 12 δείγματα ανά έτος σε μια αποστολή.
2. Τα δείγματα να ελέγχουν την γραμμική περιοχή μέτρησης αποτελεσμάτων για την HbA2. Δείγματα χαμηλής συγκέντρωσης HbA2, οριακής και μη φυσιολογικών τιμών.
3. Να υπάρχει δυνατότητα ηλεκτρονικής καταχώρησης των αποτελεσμάτων.
4. Η αξιολόγηση των δειγμάτων να γίνεται ανά δείγμα με δυνατότητα άμεσης ηλεκτρονικής αποστολής των αποτελεσμάτων.
5. Να υπάρχει ετήσια αξιολόγηση του εργαστηρίου κατά την λήξη του κύκλου, ώστε να αναφέρονται όλα τα στατιστικά δεδομένα που αφορούν την συνολική απόδοση του εργαστηρίου κατά την διάρκεια του έτους.
6. Όλοι οι οροί να είναι ανθρώπινης προέλευσης.
7. Να είναι πιστοποιημένο και σύμφωνα με την οδηγία διαπίστευσης 17043 για το σύνολο των εξεταζόμενων παραμέτρων.
- 8.