

Λαρυγγική μάσκα η οποία να έχει ενσωματωμένο σωλήνα – αυλό πρόσβασης στο πεπτικό σύστημα ο οποίος να είναι παράλληλα με το σωλήνα αερισμού. Ο αυλός να λειτουργεί ως κανάλι για να περνάει το ενδοσκόπιο και να έχει διάμετρο 16mm για να περνάει ενδοσκόπιο με μέγιστη εξωτερική διάμετρο 14mm έτσι ώστε να γίνονται άμεσες γαστροσκοπήσεις, επιτρέποντας άμεση πρόσβαση στον οισοφάγο και στο ανώτερο γαστρεντερικό σύστημα με ταυτόχρονο αερισμό του ασθενούς και έλεγχο του τελοεκπνευστικού CO₂. Η λαρυγγική μάσκα να είναι κατασκευασμένη από σιλικόνη με σωλήνα που φέρει την απαιτούμενη γωνίωση για επιτυχή τοποθέτηση, ελεύθερη από Latex και φθαλικές ενώσεις. Να φέρει σωλήνα πλήρωσης του Cuff ανεξάρτητο του αεραγωγού ο οποίος διαθέτει τεχνολογία cuff pilot για συνεχή οπτική παρακολούθηση και ρύθμιση της πίεσης του αεροθαλάμου. Να διαθέτει ενσωματωμένο σύστημα σταθεροποίησης για να παραμένει σε ουδέτερη θέση και να αποτρέπεται η μετατόπιση της κατά τη διάρκεια των επεμβάσεων. Να είναι μίας χρήσης, αποστειρωμένη και διαθέσιμη σε μεγέθη 3.0, 4.0 και 5.0.