

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ESD

ΕΙΔΙΚΟ ΜΑΧΑΙΡΙΔΙΟ ΥΠΟΒΛΕΝΝΟΓΟΝΙΑΣ ΚΟΠΗΣ ΜΕ ΚΥΚΛΙΚΟ ΑΚΡΟ ΔΥΟ ΒΑΘΜΙΔΩΝ

- Να προσφέρεται σε μήκη 1.650 mm, 1.950 mm, 2.300 mm.
- Να διαθέτει μήκος σύρματος κοπής από 1,5mm έως 2mm.
- Να διαθέτει διάμετρο άκρου από 0,2mm έως 0,3mm.
- Να δύναται να συνδεθεί με ηλεκτροχειρουργική διαθερμία.
- **Να δύναται να συνδεθεί με αντλία νερού μέσω ειδικού καναλιού Jet.**

ΕΙΔΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟ ΜΑΧΑΙΡΙΔΙΟ ΥΠΟΒΛΕΝΝΟΓΟΝΙΑΣ ΚΟΠΗΣ ΜΕ ΑΙΧΜΗΡΟ ΑΚΡΟ ΟΡΘΗΣ ΓΩΝΙΑΣ

- Να προσφέρεται σε μήκη 1.650 mm, 1.950 mm, 2.300 mm
- Να διαθέτει μήκος σύρματος κοπής 4,5mm.
- Να διαθέτει διάμετρο άκρου από 1,2mm έως 1,3mm.
- Να δύναται να συνδεθεί με ηλεκτροχειρουργική διαθερμία.
- **Να δύναται να συνδεθεί με αντλία νερού μέσω ειδικού καναλιού Jet.**

ΕΙΔΙΚΟ ΜΑΧΑΙΡΙΔΙΟ ΥΠΟΒΛΕΝΝΟΓΟΝΙΑΣ ΚΟΠΗΣ ΜΕ ΚΥΚΛΙΚΟ ΜΟΝΩΜΕΝΟ ΑΚΡΟ

- Να είναι μήκους 1.650 mm.
- Να διαθέτει μήκος σύρματος κοπής 4mm.
- Να διαθέτει διάμετρο άκρου από 2,1mm έως 2.2mm.
- Να δύναται να συνδεθεί με ηλεκτροχειρουργική διαθερμία.

ΕΙΔΙΚΟ ΜΑΧΑΙΡΙΔΙΟ ΥΠΟΒΛΕΝΝΟΓΟΝΙΑΣ ΚΟΠΗΣ ΜΕ ΚΥΚΛΙΚΟ ΜΟΝΩΜΕΝΟ ΑΚΡΟ

- Να προσφέρεται σε μήκη 1.650 mm, 2.300 mm.
- Να διαθέτει μήκος σύρματος κοπής 3.5 mm.
- Να διαθέτει διάμετρο άκρου από 1.6 mm έως 1,7mm.
- Να δύναται να συνδεθεί με ηλεκτροχειρουργική διαθερμία

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΒΕΛΟΝΩΝ

ΒΕΛΟΝΑ ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΒΙΟΨΙΑΣ

Βελόνα κυτταρολογικής βιοψίας ενδοσκοπικού υπερήχου κατασκευασμένη από κράμα κοβαλτίου-χρωμίου. Να διαθέτει ηχογενείς δακτυλίους στο άκρο της για βέλτιστη υπερηχοτομογραφική εντόπιση. Το μήκος της βελόνας και το μήκος του θηκαριού να είναι πλήρως ρυθμιζόμενα μέσω δύο ανεξάρτητων κομβίων. Η βελόνα να διατίθεται σε διαμέτρους 19,22 και 25G με διάμετρο θηκαριού 1.83mm, 1.65mm, 1.52mm αντίστοιχα. Να διαθέτει μια διαβαθμισμένη σύριγγα 20cc & στρόφιγγα μονής κατεύθυνσης.

ΒΕΛΟΝΑ ΒΙΟΨΙΑΣ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΥΠΕΡΗΧΟΥ

Βελόνα βιοψίας ενδοσκοπικού υπερήχου κατασκευασμένη από κράμα κοβαλτίου-χρωμίου με τρεις συμμετρικές επιφάνειες κοπής κατάλληλη για ακριβείς λήψεις ικανού δείγματος, να παρέχει σταθερότητα και ικανό έλεγχο της βελόνας. Να διαθέτει ηχογενείς δακτυλίους στο άκρο της για βέλτιστη υπερηχοτομογραφική εντόπιση. Το μήκος της βελόνας και το μήκος του θηκαριού να είναι πλήρως ρυθμιζόμενα μέσω δύο ανεξάρτητων κομβίων. Η βελόνα να διατίθεται σε διαμέτρους 19,22 και 25G με διάμετρο θηκαριού 1.73mm, 1.65mm, 1.52mm αντίστοιχα. Να διαθέτει μια διαβαθμισμένη σύριγγα 20cc & στρόφιγγα μονής κατεύθυνσης.