

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΡΙΧΕΙΡΙΔΩΝ

1. Να είναι περιχειρίδα υψηλής ποιότητας κατασκευασμένη από ανθεκτικό στη φθορά υλικό, latex free, με κλείσιμο velcro, πολλαπλών χρήσεων. Επίσης το υλικό να είναι φιλικό προς το δέρμα του ασθενή και να μπορεί να καθαριστεί εύκολα με αντισηπτικό διάλυμα.
2. Να προσφερθούν περιχειρίδες **μονού αυλού** με μέγεθος, ενηλίκων (περίπου 25cm - 30cm), υπέρβαρων (περίπου 32cm - 42cm), παιδών (περίπου 18cm-26cm) και νεογνών
3. Να προσφερθούν περιχειρίδες **διπλού αυλού** με μέγεθος, ενηλίκων (περίπου 25cm - 30cm) και παιδών (περίπου 18cm-26cm).
4. Να διαθέτει μήκος αυλών όχι λιγότερο από περίπου 50εκ. Να αναφέρεται στην προσφορά ο κωδικός του εργοστασίου. Η συσκευασία θα πρέπει να φέρει ξεκάθαρα όλες τις σχετικές σημάνσεις οι οποίες να μπορούν να επιβεβαιώσουν τόσο ότι πρόκειται για το προσφερόμενο προϊόν όσο και τις ζητούμενες πιστοποιήσεις.
5. Να έχουν ένδειξη για ακριβή τοποθέτηση στον βραχίονα. Να διαθέτουν εύκαμπτο σωλήνα μεγάλης διαμέτρου για εύκολη εισαγωγή (εκτόνωση αέρα).
6. Τα παραπάνω να αποδεικνύονται με παραπομπές σε αυθεντικά ή νομίμως επικυρωμένα πιστοποιητικά και έγγραφα όπου θα φαίνεται σε φωτογραφία ξεκάθαρα και πέρα πάσης αμφιβολίας τα προσφερόμενα είδη.
7. Οι προσφέροντες οφείλουν, μαζί με την προσφορά, να καταθέσουν επί ποινή αποκλεισμού δείγμα των προσφερόμενων ειδών.
8. Η κατασκευή και το μέγεθος να ακολουθεί τουλάχιστον τα πρότυπα AAMI/ANSI SP10:2002/A1:2003/A2:2006/R2008 EN ISO 14971:2012, EN 1060-1:1995 + A2: 2009, EN1060-2:1995 + A1: 2009, EN 1060-3:1997 + A2: 2009, EN ISO 10993-1:2009, EN ISO 10993-5:2009, EN ISO 10993-10:2010, EN 1041:2008 EN ISO 15223-1:2012
9. Θα πρέπει να κατατεθεί πιστοποιητικό CE ή δήλωση συμμόρφωσης (declaration of conformity) του κατασκευαστή σαν προϊόντα Class I, Rule 1 του Annex IX του MDD (επί ποινή απορρίψεως) όπως απαιτείται από την προδιαγραφή COUNCIL DIRECTIVE 93/42/EEC της 14 Ιουνίου 1993.
10. Οι περιχειρίδες να φέρουν υποδοχή σύνδεσης με τα υπάρχοντα πιεσόμετρα **BLT M 900** των νεογνών. Μεγέθη από 3-6cm, 4-8cm, 6-11cm, 7-13cm, 8-15cm. Επίσης να φέρουν υποδοχή σύνδεσης με τα υπάρχοντα πιεσόμετρα **WELCLY ALLYN** της Παιδιατρικής. Μεγέθη από 9-13cm, 12-19cm, 17-25cm, 25-35cm.