

Τεχνικές Προδιαγραφές
Σάκων συλλογής εκκρινμάτων μ.χ. 2 λίτρων

- Το σύστημα αναρρόφησης - συλλογής εκκρινμάτων να καλύπτει όλες τις ανάγκες στον νοσοκομειακό χώρο.
- Να έχει δυνατότητα συλλογής εκκρινμάτων για 2lt .
- Να έχει διαφορετική είσοδο σύνδεσης κενού – ασθενούς και με διαφορετική διάμετρο σε κάθε είσοδο, ούτως ώστε να μην είναι δυνατόν να γίνει λάθος σύνδεσης. **Όρος απαράβατος**
- Να συνοδεύεται από αντιμικροβιακή βαλβίδα και υδρόφοβο φίλτρο για την πλήρη προστασία του κυκλώματος κενού από υπερχειλίση και μικρόβια.
- Να διαθέτει αντιμικροβιακές εξωτερικές επιφάνειες για να ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος επιμόλυνσης με αντιμικροβιακή ουσία **βασισμένη στον άργυρο. Επί ποινή αποκλεισμού**
- Να συνοδεύεται από χειρολαβή μεταφοράς για την ασφαλή απομάκρυνσή του.
- Το σχήμα τους να είναι κατάλληλο ώστε να αποθηκεύονται εύκολα, χωρίς να τσαλακώνονται και να φουσκώνουν αμέσως μόλις συνδεθούν στο κενό.
- Να είναι κατασκευασμένος - ελεύθερος από υλικά PVC - μόνο από διοξείδιο του άνθρακα και νερό για την αποφυγή αναφλέξεων. **Επί ποινή αποκλεισμού**
- Να **παραχωρηθούν δωρεάν** αντίστοιχα κάνιστρα και βάσεις στήριξης.
- Να φέρουν επάνω στο σάκο σήμανση CE, ημερομηνία λήξης και part/lot αριθμό.