

Γραμμή καπνογραφίας με επιστόμιο για μη διασωληνωμένους ασθενείς.

1. Να είναι ρινοστοματική γραμμή καπνογραφίας με λήψη αερίων ρινικά ή στοματικά, με χαμηλές ροές έως 65ml/min το μέγιστο, σε ενήλικους ασθενείς
2. Να φέρει συνδεδεμένο επιστόμιο και κατά την χρήση του με το επιστόμιο, να γίνεται στοματικά και ρινικά η λήψη εκπνεόμενων αερίων
3. Να έχει ενσωματωμένο υδροφοβικό φίλτρο 0,2micron ώστε να μην χρειάζεται υδατοπαγίδα και να μην υπάρχει κίνδυνος μόλυνσεων.
4. Να είναι κατάλληλη για παροχή οξυγόνου ρινικά αλλά και στοματικά και να έχει ενσωματωμένη γραμμή παροχής οξυγόνου.
5. Να έχει μήκος 2 μέτρα τουλάχιστον.
6. Να μπορεί να λειτουργήσει με και χωρίς παροχή οξυγόνου.
7. Να μπορεί να χρησιμοποιηθεί ακόμα και χωρίς το επιστόμιο.
8. Να είναι από υλικό που δεν τσακίζει.
9. Να προσφερθεί δείγμα προς αξιολόγηση.