

ΣΕΤ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΓΑΣΤΡΟΠΗΞΙΑΣ 12,14,16,18,20 FR

Πλήρες σετ ενδοσκοπικής γαστροπηξίας που να περιλαμβάνει τα παρακάτω:

4 βελόνες Verres με προφορτώμένα άγκιστρα καθήλωσης των 18 G τύπου T με ενσωματωμένο απορροφήσιμο νήμα και κομβία μεταβλητής σταθεροποίησης δέρματος. Να φέρει τροκάρ διαμέτρου 2mm με ενσωματωμένο στυλεό τύπου λόγχης με ατραυματικό κοπτικό δέρματος και ασφάλεια απελευθέρωσης. Να φέρει τηλεσκοπικό διαστολέα πολλαπλού διαμετρήματος 2-4-6-8mm με ενσωματωμένο θηκάρι PEEL AWAY. Το σύστημα να φέρει χρωματική ένδειξη και ασφάλεια απόσπας των καθετήρων. Να φέρει συρμάτινο οδηγό AMPLATZ διαμέτρου 0,35" και μήκους 80cm με άκρο J. Να φέρει λαβίδα σταθεροποίησης των κομβίων δέρματος. Να φέρει νυστέρι τύπου λόγχης με ενσωματωμένη ασφάλεια και επιλογή μήκους διατομής. Να φέρει μετρητή στομίας με εσωτερικό αυλό για χρήση συρμάτινου οδηγού 0,35" και μπαλόνι εμφύσησης 5mm. Ο μετρητής να φέρει μεταβλητό δίσκο μέτρησης και διαγράμμιση ανά 2,5mm.

ΔΙΑΛΥΜΑ ΥΠΟΒΛΕΝΝΟΓΩΝΙΑΣ ΥΠΕΓΕΡΣΗΣ

Ειδική αποστειρωμένη σύριγγα των 5cc με περιστροφικό κλείδωμα. Να περιέχει υδροξυαιθυλοκυτταρίνη (HEC) κυτταρίνη, μπλε του μεθυλενίου, γλυκερίνη κ.α. Να έχει ένδειξη χρήσης σε ενδοσκοπικές επεμβάσεις ανωτέρου κατωτέρου πεπτικού. Το διάλυμα να έχει ιδανική απόχρωση του μπλε ώστε να αναδεικνύονται τα στοιχεία κατά την εκτομή.

ΔΙΑΛΥΜΑ ΥΠΟΒΛΕΝΝΟΓΩΝΙΑΣ ΥΠΕΓΕΡΣΗΣ

Ειδική αποστειρωμένη σύριγγα των 10cc με περιστροφικό κλείδωμα. Να περιέχει υδροξυαιθυλοκυτταρίνη (HEC) κυτταρίνη, μπλε του μεθυλενίου, γλυκερίνη κ.α. Να έχει ένδειξη χρήσης σε ενδοσκοπικές επεμβάσεις ανωτέρου κατωτέρου πεπτικού. Το διάλυμα να έχει ιδανική απόχρωση του μπλε ώστε να αναδεικνύονται τα στοιχεία κατά την εκτομή.