

| A/A | Περιγραφή είδους                                                                                                                            | Τεχνικές Προδιαγραφές                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Κυρτοί κυκλικοί αναστομωτήρες μεγέθους 25mm                                                                                                 | <u><b>Να είναι μακρύ στείλεού 35 εκ. τουλάχιστον</b></u> και να διαθέτουν ανακλινόμενη κεφαλή, μια χειρολαβή πυροδότησης και κλίπς ορθογώνιας διατομής που διαθέτουν τη μέγιστη αντοχή σε λυγισμό (να κατατεθούν σχετικές μελέτες).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2   | Κυρτοί κυκλικοί αναστομωτήρες μεγέθους 28mm                                                                                                 | <u><b>Να είναι μακρύ στείλεού 35 εκ. τουλάχιστον</b></u> και να διαθέτουν ανακλινόμενη κεφαλή, μια χειρολαβή πυροδότησης και κλίπς ορθογώνιας διατομής που διαθέτουν τη μέγιστη αντοχή σε λυγισμό (να κατατεθούν σχετικές μελέτες).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 3   | Κυρτοί κυκλικοί αναστομωτήρες μεγέθους 31mm                                                                                                 | <u><b>Να είναι μακρύ στείλεού 35 εκ. τουλάχιστον</b></u> και να διαθέτουν ανακλινόμενη κεφαλή, μια χειρολαβή πυροδότησης και κλίπς ορθογώνιας διατομής που διαθέτουν τη μέγιστη αντοχή σε λυγισμό (να κατατεθούν σχετικές μελέτες).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 4   | Αιμοστατικές λαβίδες ανοιχτής χειρουργικής για το αυτοελεγχόμενο σύστημα ηλεκτροθερμικής συγκόλλησης αγγείων μέχρι 7mm του νοσοκομείου μας. | Να είναι μήκους στείλεού 18εκ., ενεργοποιούμενες από την χειρολαβή, με ενεργά άκρα 3.6 εκ. Να έχουν κυρτά άκρα <u><b>με αντικολλητική νανοτεχνολογία</b></u> και να χρησιμοποιούν τεχνολογία αντίληψης ιστού. <u><b>Ο μειοδότης οφείλει να προσκομίσει συνοδό εξοπλισμό τελευταίας γενιάς που λαμβάνει 20.000 αποφάσεις/sec</b></u>                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 5   | Αιμοστατικές λαβίδες ανοιχτής χειρουργικής για το αυτοελεγχόμενο σύστημα ηλεκτροθερμικής συγκόλλησης αγγείων μέχρι 7mm του νοσοκομείου μας. | Λαβίδα συγκόλλησης ανοιχτής χειρουργικής αγγείων μέχρι 7 mm. Να έχει ψαλιδοειδή μορφή, κυρτά άκρα 28 μοιρών και σκανδάλη κοπής. Να χρησιμοποιεί τεχνολογία αντίληψης ιστού με μικρή θερμική διασπορά σε παρακείμενους ιστούς. <u><b>Ο μειοδότης οφείλει να προσκομίσει συνοδό εξοπλισμό τελευταίας γενιάς που λαμβάνει 20.000 αποφάσεις/sec</b></u>                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 6   | Αιμοστατικές λαβίδες ανοιχτής χειρουργικής για το αυτοελεγχόμενο σύστημα ηλεκτροθερμικής συγκόλλησης αγγείων μέχρι 7mm του νοσοκομείου μας. | Να είναι ψαλιδοειδές μήκους 21εκ., ενεργοποιούμενες από την χειρολαβή, με ενεργά άκρα 21,6 εκ. Να έχουν κυρτά άκρα 40 <sup>ο</sup> και πάχους 4 χιλ. Να χρησιμοποιούν τεχνολογία αντίληψης ιστού. <u><b>Ο μειοδότης οφείλει να προσκομίσει συνοδό εξοπλισμό τελευταίας γενιάς που λαμβάνει 20.000 αποφάσεις/sec</b></u>                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 7   | Αιμοστατικές λαβίδες ανοιχτής χειρουργικής για το αυτοελεγχόμενο σύστημα ηλεκτροθερμικής συγκόλλησης αγγείων μέχρι 7mm του νοσοκομείου μας. | Λαβίδα ηλεκτροθερμικής συγκόλλησης και διατομής αγγείων έως και 7 MM, με αυτόματη ολοκλήρωση του κύκλου απολίνωσης, ενεργοποιούμενη από τη χειρολαβή και ξεχωριστή σκανδάλη μηχανικής κοπής. Να διαθέτει τεχνολογία αντίληψης ιστού, ενεργό άκρο 20mm, μήκους 23cm και στυλεό διαμέτρου 5mm. <u><b>Ο μειοδότης οφείλει να προσκομίσει συνοδό εξοπλισμό τελευταίας γενιάς που λαμβάνει 20.000 αποφάσεις/sec</b></u>                                                                                                                                                                                          |
| 8   | Λαβίδα απολίνωσης αγγείων μιας χρήσης.                                                                                                      | Λαβίδα απολίνωσης αγγείων μιας χρήσης 5mm M/L για λαπαροσκοπική εφαρμογή, με 15 κλιπ μη απορροφήσιμου ,αδρανούς, μη τοξικού και ακτινοπερατού πολυοξυμεθυλαινίου με εσωτερική αυλάκωση και με προεξοχή κλειδώματος. Να περιστρέφεται κατά 360ο και να έχει ακουστική απόκριση αφής για το κλείδωμα του κλιπ. Να επιτρέπει την μετακίνηση του κλιπ πριν το κλείδωμα. Το κλιπ να αφαιρείται με ειδικό εργαλείο. Να κατατάσσεται ( classification) στην κατηγορία III των ιατροτεχνολογικών προϊόντων και να συνοδεύεται από δήλωση συμμόρφωσης της κατασκευάστριας εταιρείας σύμφωνα με την οδηγία 93/42/ΕΟΚ. |

|   |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9 | Mini Λαπαροσκοπικές λαβίδες (τύπου MINILAP) με ειδική σταθερή λαβή διαφόρων τύπων σύλληψης 2,4 mm μιας χρήσης. | Διαδερμική λαπαροσκοπική λαβίδα σύλληψης διαφόρων τύπων (Alligator, Clutch, Babcock, Tong) διαμέτρου 2,4mm, να φέρει άκρο βελόνης τύπου Verres για τη διάτρηση του κοιλιακού τοιχώματος, έτσι ώστε να χρησιμοποιείται χωρίς τη χρήση trocar. Να είναι εξαιρετικά μεγάλης αντοχής και σύλληπτικής ικανότητας. Ο στυλεός να είναι μονωμένος. Να διαθέτει εργονομική λαβή με μηχανισμό κλειδώματος, για τη σταθεροποίηση της λαβής τόσο σε γωνία όσο και σε βάθος. Οι σιαγόνες της λαβίδας να κλείνουν από έξω προς τα μέσα. |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|