



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΥΠΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ



Γ.Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ "ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ ΠΑΝΑΝΕΙΟ"

Λεωφ. Κνωσσού, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κρήτης

ΑΦΜ 999082972, Β' ΔΟΥ Ηρακλείου

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ

Διευθυντής: Χριστοδουλάκης Μ.

Προς: ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Θέμα: διαβούλευση για την προμήθεια Λαπαροσκοπικού Πύργου Χειρουργικής

Σχετικά με τις παρατηρήσεις της εταιρείας ΑΝΑΝΙΑΔΗ:

- 1) Για την προδιαγραφή §12 του Επεξεργαστή εικόνας High Definition: Η προτεινόμενη τροποποίηση δεν είναι αποδεκτή καθώς η προδιαγραφή απαιτεί τις ελάχιστες δυνατές High Definition και Standard Definition εξόδους που κρίνονται απαραίτητες για την σύνδεση με περιφερειακά. Σε περίπτωση που προσφερθούν τεκμηριωμένα αντίστοιχες ή καλύτερης τεχνολογίας έξοδοι τότε αυτό θα αξιολογηθεί από την επιτροπή.
- 2) Για την προδιαγραφή §13 του Επεξεργαστή εικόνας High Definition: Η προτεινόμενη τροποποίηση δεν είναι αποδεκτή καθώς δεν τεκμηριώνεται. Επιπλέον, θα επηρεάσει την δυνατότητα χρήσης του εξοπλισμού.
- 3) Για την προδιαγραφή §1 της Κεφαλής κάμερας 3CDD High Definition: Η προτεινόμενη τροποποίηση δεν γίνεται αποδεκτή καθώς σε περίπτωση που προσφερθεί τεκμηριωμένα αντίστοιχη ή καλύτερη τεχνολογία από 3CCD τότε αυτό θα αξιολογηθεί από την επιτροπή.
- 4) Για την προδιαγραφή §6 της Κεφαλής κάμερας 3CCD High Definition: Η προτεινόμενη τροποποίηση δεν γίνεται αποδεκτή καθώς είναι απολύτως αναγκαία η δυνατότητα αποστείρωσης της κεφαλής κάμερας (για λαπαροσκοπική χρήση) σύμφωνα με τους διαθέσιμους τρόπους αποστείρωσης του Νοσοκομείου.
- 5) Για την προδιαγραφή §6 της Πηγής Ψυχρού Φωτισμού 300 Watt Xenon: Η προτεινόμενη τροποποίηση δεν γίνεται αποδεκτή καθώς δεν τεκμηριώνεται. Επιπλέον, θα επηρεάσει την δυνατότητα χρήσης του εξοπλισμού.
- 6) Για την προτεινόμενη προσθήκη προδιαγραφής για την Πηγή Ψυχρού Φωτισμού 300 Watt Xenon: η προτεινόμενη προσθήκη δεν γίνεται αποδεκτή για λόγους ομοιογένειας και απόλυτης συμβατότητας.