

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΦΟΡΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΣΘΕΝΩΝ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ :

- Τροχήλατο φορείο μεταβλητού ύψους.
- Ανάκληση πλάτης

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ:

- Ύψος 0.50-0.90 μ. περίπου.
- Πλάτος 0.70 μ. «
- Μήκος 2.00 μ. . «
- Δυνατότητα μεταφοράς ασθενών βάρους έως 250kg.

Κ Α Τ Α Σ Κ Ε Υ Α Σ Τ Ι Κ Α Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α

ΒΑΣΗ ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ:

- Σκελετός από χαλυβδοσωλήνα υψηλής ποιότητας και αντοχής , με ισχυρή αντισεισμική επεξεργασία. Βαφή ηλεκτροστατική πούδρας.
- Όλες οι βίδες και οι σύνδεσμοι να είναι από ανοξείδωτο χάλυβα.
- Σύστημα αυξομείωσης ύψους του φορείου ελεγχόμενο από υδραυλική αντλία ποδός, κατά προτίμηση και από τις δύο πλευρές του φορείου.
- 4 τροχοί από συμπαγές ελαστικό υλικό , διαμέτρου Φ200 τουλάχιστον. Δυνατότητα στρέψης 360° με σύστημα ταυτόχρονης πέδησης και κατεύθυνσης. Το σύστημα πέδησης να ακινητοποιεί πλήρως το φορείο.

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΑΤΑΚΛΙΣΗΣ:

- Πλαίσιο από χαλυβδοσωλήνα, επικαλυμμένο με ειδικό μορφοποιημένο πολυμερές ελαστικό υλικό και πλατφόρμα από υλικό υψηλής αντοχής . πλάτους 65εκ. τουλάχιστον.
- Επικάλυψη, στρώμα από αφρώδες , αδιάβροχο, αντιμικροβιακό , αντιστατικό και βραδύκαυστο υλικό ,πάχους 7 εκ. τουλάχιστον, επενδεδυμένο με πλενόμενη, αδιάβροχη ενισχυμένη θήκη προσθαφαιρούμενη, ανθεκτική στα απολυμαντικά νοσοκομειακής χρήσης.
- Το τμήμα πλάτης , να ακινητοποιείται σε οποιαδήποτε ενδιάμεση θέση.
- 4 προστατευτικούς προσκρουστήρες στις γωνίες από μαλακό πλαστικό(Φ100)
- 2 υποδοχές ,τουλάχιστον, στις γωνίες για την τοποθέτηση στατώ ορού.
- 2 αποσπώμενα στατώ ορού από ανοξείδωτο χάλυβα με άγγιστρα ή 2 στατώ ορού σταθερά (στην κεφαλή και στα πόδια αντίστοιχα) τηλεσκοπικά, αυξομειούμενου ύψους.
- Υποδοχή –θήκη για οβίδα οξυγόνου διαμέτρου 20 εκ. και μήκους 35εκ. προς την πλευρά της κεφαλής και κλίση προς τα πόδια.
- Χώρος αποθήκευσης των προσωπικών αντικειμένων του ασθενούς κάτω από την επιφάνεια κατάκλισης.
- Ζεύγος προστατευτικών πλαινών: μεταλλικά συρόμενα κάθετα , με αυτόματη ασφάλιση στην ανυψωμένη θέση.
- Χειρολαβές μετακίνησης του φορείου στην πλευρά της κεφαλής και των ποδιών.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ:

- Τα προσφερόμενα είδη να καλύπτονται από εγγύηση (2) ετών και να υπάρχει επάρκεια ανταλλακτικών για δέκα (10) μετά από την ημερομηνία οριστικής παραλαβής τους από την υπηρεσία.
- Ο προμηθευτής να είναι πιστοποιημένος κατά ISO 9001 και ISO 13485 για την προμήθεια και την τεχνική υποστήριξη και εγκατάσταση των προσφερομένων ειδών. Επίσης να ικανοποιεί τις απαιτήσεις της υπουργικής απόφασης Δ.Υ.8δ/Γ.Π.οικ./1348/2004. Να κατατεθούν επικυρωμένα και μεταφρασμένα πιστοποιητικά προς απόδειξη των παραπάνω.
- Τα προϊόντα να φέρουν την σήμανση CE και προς απόδειξη αυτού να κατατεθούν τα αντίστοιχα επικυρωμένα και μεταφρασμένα πιστοποιητικά δήλωση συμμόρφωσης και εγγραφή αυτών στα μητρώα της αρμόδιας υπηρεσίας του αντίστοιχου κράτους-μέλους. Επίσης ο κατασκευαστής να είναι πιστοποιημένος κατά ISO 9001 να κατατεθούν επικυρωμένα και μεταφρασμένα τα αντίστοιχα πιστοποιητικά.
- Απαραίτητη προϋπόθεση η σύνταξη φύλλου συμμόρφωσης σε πλήρη ανταπόκριση με τις τεχνικές προδιαγραφές ,με αντίστοιχες παραπομπές στα τεχνικά φυλλάδια και έντυπα του κατασκευαστικού οίκου για τεκμηρίωση.
- Εκτός από prospectus να υπάρχει δυνατότητα προσκόμισης δείγματος.