

Θέμα: Διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών Μικροτόμου

Σε απάντηση της επιστολής της εταιρείας BIODYNAMIKH A.E, που αφορά στις τεχνικές προδιαγραφές του Μικροτόμου, σας ενημερώνουμε για τα παρακάτω:

1. Η προδιαγραφή 1.5 'Να έχει εύρος κάθετης μετακίνησης του δείγματος 72 mm', τροποποιείται ως εξής: "Να έχει εύρος κάθετης μετακίνησης του δείγματος τουλάχιστον 72 mm", καθώς δεν περιορίζει τον ανταγωνισμό και εξασφαλίζει την ασφάλεια των χρηστών.
2. Η προδιαγραφή 1.6. 'Να έχει συνολική οριζόντια προώθηση του δείγματος 28 mm', δεν περιορίζει τον ανταγωνισμό, εξυπηρετεί την ευκολότερη αλλαγή του δείγματος και εξασφαλίζει την ασφάλεια των χρηστών.
3. Η προδιαγραφή 1.7. 'Η προώθηση της κεφαλής να γίνεται ηλεκτρονικά με ταχύτητα τουλάχιστον 1000 $\mu\text{m/sec}$ ', συντελεί στην αύξηση της παραγωγικότητας του Μικροτόμου.
4. Η προδιαγραφή 1.11. 'Να κατατεθεί βεβαίωση ότι σχεδιαστικά η βάση των μαχαιριδίων δεν κρατάει υπολείμματα παραφίνης κατά το κόψιμο', είναι επιθυμητή και η πρόταση της εταιρείας BIODYNAMIKH A.E. δεν σχετίζεται με την αιτούμενη τεχνική προδιαγραφή.
5. Η προδιαγραφή 1.15. 'Η αυτόματη κοπή να ξεκινά με διπλό κτύπημα του διακόπτη έναρξης ", εξυπηρετεί τη μεγαλύτερη δυνατή ασφάλεια των χρηστών κατά το κόψιμο και δεν περιορίζει τον ανταγωνισμό.
6. Η προδιαγραφή 1.16. 'Να διαθέτει διαφορετικούς τρόπους μεθόδους κοπής (απλή, πολλαπλή, κατά διαστήματα και συνεχόμενη), εξυπηρετεί τις ανάγκες του τμήματος καθώς η πολλαπλή κοπή χρησιμοποιείται κατά περίπτωση.
7. Η προδιαγραφή 1.21. "Να συνοδεύεται από αποσπώμενο ηλεκτρονικό χειριστήριο το οποίο να δύναται να τοποθετηθεί σε οποιαδήποτε πλευρά του μικροτόμου για διευκόλυνση του χειριστή. Μέσω της ψηφιακής οθόνης να αναγράφονται όλες οι παράμετροι λειτουργίας όπως ταχύτητα κοπής, αριθμός τομών, άθροισμα πάχους τομών, εύρος κοπής, τρόπος λειτουργίας, είναι επιθυμητή καθώς η δυνατότητα ύπαρξης αποσπώμενου ηλεκτρονικού χειριστηρίου διευκολύνει την εργασία του χρήστη και την εργονομία του εργαστηρίου..

Αναφορικά με τις επιπλέον προτάσεις της εταιρείας BIODYNAMIKH A.E., αυτές δεν θεωρούνται απαραίτητες ώστε να συμπεριληφθούν στις τεχνικές προδιαγραφές.